



# Facultad de Ingeniería Universidad de Buenos Aires

66.44 Instrumentos Electrónicos

Trabajo Práctico N°1: Puntas de osciloscopios

## Integrantes:

Padrón	Nombre	Email
92903	Sanchez, Eduardo Hugo	hugo_044@hotmail.com
91227	Soler, José Francisco	francisco._tw@hotmail.com

## Índice

<b>1. Objetivo</b>	<b>3</b>
<b>2. Desarrollo</b>	<b>4</b>
2.1. Punta de prueba de alta impedancia . . . . .	4
2.2. Punta de prueba de baja impedancia . . . . .	5
2.3. Punta de prueba de corriente . . . . .	5

## 1. Objetivo

El objetivo del presente trabajo práctico es determinar el comportamiento y fiabilidad de 3 tipos de puntas de medición, de tensión con alta/baja impedancia de entrada, y de corriente.

## 2. Desarrollo

Para llevar a cabo las mediciones, se utilizan los siguientes instrumentos:

- Un generador de señales con la capacidad de realizar un barrido en frecuencias.
- Un osciloscopio con la capacidad de cambiar a alta o baja su impedancia de entrada.
- Las puntas de prueba.
- Un cable que interconecta el generador con el osciloscopio, el cual, se comporta como una línea de transmisión.

### 2.1. Punta de prueba de alta impedancia

Se conecta el generador de señales a la entrada del CH1 del osciloscopio cuya impedancia de entrada es de  $50\Omega$ , al igual que la impedancia característica del cable coaxial que los conecta, de manera que exista adaptación. Por otra parte al CH2 del osciloscopio se conecta una punta X10, la cual sensa la tensión a la entrada del CH1. El generador de señales realiza un barrido de frecuencias de  $1MHz$  a  $400MHz$  en  $10s$ . En la Figura 1 se puede observar las señales que recibe el CH1 cuando está conectado al generador de funciones (la cual se guarda como referencia) y la que recibe cuando además se carga el nodo del CH1 con la punta que se conecta al CH2.




Figura 1: Señales recibidas en CH1 cuando está conectado al generador de señales (en blanco) y cuándo se carga con la punta X10 (en verde)

Como era de esperar al cargar el nodo con la punta X10, el ancho de banda disminuye considerablemente. En la Figura 2 se visualizan las señales que toman CH1 y CH2. La señal del CH1 es la misma que en el caso anterior con el ancho de banda reducido por el efecto de carga generado por la punta X10. Por otra parte la señal del CH2 presenta un sobrepico en altas frecuencias en lugar de actuar como un sistema de primer orden.




Figura 2: Señales del CH1 (en verde) y del canal CH2 (en celeste)

2.2. Punta de prueba de baja impedancia

2.3. Punta de prueba de corriente