

Configuracion de Protocolo en Tomografo

El video detalla los pasos para crear y configurar un protocolo de tomografia de abdomen trifasico en un tomografo Canon. Se abordan la definicion de las fases, los tiempos de adquisicion, comentarios internos y ajustes de dosis.

VIDEO	TC_12_Seleccion_tecnica_volumenes_orientacion_scout_scan_skip
FECHA	25/09/2026
DURACIÓN	13:23 (mm:ss)
PASOS	31
SECCIONES	10

Índice

Configuración de protocolo

1. Iniciar creación de protocolo	00:01 · pág. 4
--	----------------

Secuencia de escaneo

2. Definir fases de la secuencia	00:27 · pág. 5
--	----------------

Instrucciones de voz

3. Seleccionar idioma de instrucciones	01:18 · pág. 6
4. Configurar instrucciones de respiración	01:21 · pág. 7

Secuencia de escaneo

5. Ingresar comentarios del protocolo	01:43 · pág. 8
6. Configurar rango de escaneo	02:08 · pág. 9
7. Ajustar tiempo de espera arterial	03:02 · pág. 10
8. Configurar fase venosa automática	03:13 · pág. 11
9. Configurar fase tardía automática	03:23 · pág. 12

Configuración de dosis

10. Ajustar modulación de dosis	03:36 · pág. 13
---------------------------------------	-----------------

Ajuste de parámetros de adquisición

11. Modificar D-FOV para ajuste	04:09 · pág. 14
---------------------------------------	-----------------

Fases de contraste y comentarios

12. Asignar comentario 'SIN CE'	04:31 · pág. 15
13. Asignar comentario 'ARTERI'	04:48 · pág. 16
14. Asignar comentario 'VENOSO'	05:13 · pág. 17
15. Asignar comentario 'TARDIO'	05:21 · pág. 18

Ajustes de reconstrucción

16. Establecer reconstrucción Cuerpo Std. Axial	05:38 · pág. 19
17. Configurar grosor e intervalo de volumen	05:54 · pág. 20
18. Configurar reconstrucción de helicoidal	06:16 · pág. 21
19. Seleccionar reconstrucción de pulmón	07:41 · pág. 22

Planificación del protocolo

20. Verificar aplicación del protocolo	08:03 · pág. 23
21. Configurar filtro AICE en volumen	08:21 · pág. 24
22. Activar los reformateos automáticos	08:41 · pág. 25
23. Aplicar filtro AICE en fase venosa	08:58 · pág. 26
24. Configurar la fase tardía con AICE	09:18 · pág. 27

Posicionamiento virtual

25. Modificar la orientación del paciente	10:04 · pág. 28
26. Ajustar dirección del escanograma (In/Out)	10:27 · pág. 29

Planificación del protocolo


27. Desactivar instrucciones de voz de respiración	11:09 · pág. 30
--	-----------------

Adquisición de imagen

28. Confirmar parámetros antes de escanear	11:18 · pág. 31
29. Presionar botón de inicio físico	11:31 · pág. 32
30. Abortar o saltar escanograma (Scan Skip)	12:21 · pág. 33

31. Seleccionar Exit Exam para reiniciar estudio

13:12 · pág. 34



PASO 1 · CONFIGURACION DE PROTOCOLO · 00:01

Iniciar creacion de protocolo

En la interfaz principal de la consola del tomografo Aquilion, seleccione la opcion deseada dentro de la lista de protocolos disponibles.



PASO 2 · SECUENCIA DE ESCaneo · 00:27

Definir fases de la secuencia

Haga clic en 'Scan Mode' en la tabla de secuencia para seleccionar el modo de adquisición, tales como DualScano, Helical o Volume.



PASO 3 · INSTRUCCIONES DE VOZ · 01:18

Seleccionar idioma de instrucciones


Abra el menu desplegable de 'Language' en la seccion de instrucciones de respiracion, actualmente configurado en 'English'.



PASO 4 · INSTRUCCIONES DE VOZ · 01:21

Configurar instrucciones de respiración

Seleccione el tipo de instrucción de respiración deseada en el menú de idioma. Al seleccionar 'Spanish', se despliegan opciones como 'Respire y Contenga / Respire Normal' o 'OFF'.



PASO 5 · SECUENCIA DE ESCaneo · 01:43

Ingresar comentarios del protocolo

Presione el icono de inyector para ingresar comentarios del elemento de escaneo en 'Protocol Comment for Scan Element' (en pantalla se lee 'ARTERIAL').



PASO 6 · SECUENCIA DE ESCANEO · 02:08

Configurar rango de escaneo

Verifique los limites de rango definidos en la columna 'End Pos' en milímetros para cada una de las fases configuradas.



PASO 7 · SECUENCIA DE ESCaneo · 03:02

Ajustar tiempo de espera arterial

Ajuste el tiempo de espera en la columna 'Wait' para la fase arterial, establecido con inicio manual (simbolizado por un icono de inyeccion).



PASO 8 · SECUENCIA DE ESCaneo · 03:13

Configurar fase venosa automatica


Ajuste el tiempo de espera en la columna 'Wait' para la fase venosa, indicado con inicio por reloj programado.



PASO 9 · SECUENCIA DE ESCaneo · 03:23

Configurar fase tardia automatica


Verifique la columna 'Start Time' para la fase tardia programada, la cual muestra un retraso automatico de 05:00.0.



PASO 10 · CONFIGURACION DE DOSIS · 03:36

Ajustar modulación de dosis

Configure la modulación en la ventana 'Scan Details' usando la opción 'Sure Exp. 3D' ('Standard' para pacientes normales y 'Calidad' para contexturas mas robustas).



PASO 11 · AJUSTE DE PARÁMETROS DE ADQUISICIÓN · 04:09

Modificar D-FOV para ajuste


Ajuste el valor de 'D-FOV' en el panel emergente, donde se visualiza el valor actual de 450 mm.



PASO 12 · FASES DE CONTRASTE Y COMENTARIOS · 04:31

Asignar comentario 'SIN CE'


Escriba 'SIN CE' en el campo 'Comment' de la primera fase para registrar adecuadamente la adquisición sin medio de contraste.



PASO 13 · FASES DE CONTRASTE Y COMENTARIOS · 04:48

Asignar comentario 'ARTERI'


Escriba 'ARTERI' en el campo 'Comment' para identificar claramente la adquisición de la fase arterial.



PASO 14 · FASES DE CONTRASTE Y COMENTARIOS · 05:13

Asignar comentario 'VENOSO'

Escriba 'VENOSO' en el campo 'Comment' de la quinta fila del protocolo para etiquetar la adquisición de la fase venosa.



PASO 15 · FASES DE CONTRASTE Y COMENTARIOS · 05:21

Asignar comentario 'TARDIO'


Ingrese 'TARDIO' en el campo 'Comment' de la ultima fila para documentar adecuadamente la fase tardia de eliminacion.



PASO 16 · AJUSTES DE RECONSTRUCCIÓN · 05:38

Establecer reconstruccion Cuerpo Std. Axial


Se accede a la pestaña de Recon. Details en el primer escaneo sin contraste y se define la reconstrucción de tipo Cuerpo Std. Axial, posibilitando la visualización correcta del plano axial.



PASO 17 · AJUSTES DE RECONSTRUCCIÓN · 05:54

Configurar grosor e intervalo de volumen


Se ajusta el grosor de corte (Slice Thickness) a 1.0 mm y el intervalo (Slice Interval) a 0.8 mm para reconstrucciones estándar del cuerpo, que son los valores óptimos recomendados por el fabricante.



PASO 18 · AJUSTES DE RECONSTRUCCIÓN · 06:16

Configurar reconstrucción de helicoidal

Se muestra la configuración de los parámetros del escaneo donde se detallan el valor de kV (120), mA, rotación (0.5 s), rango (800.0) y dirección OUT.



PASO 19 · AJUSTES DE RECONSTRUCCIÓN · 07:41

Seleccionar reconstrucción de pulmon

El instructor explica cómo agregar una reconstrucción pulmonar (Pulmon Std. Axial) al protocolo en caso de requerir un examen de tórax, abdomen y pelvis combinado.



PASO 20 · PLANIFICACIÓN DEL PROTOCOLO · 08:03

Verificar aplicación del protocolo


Se verifica en la interfaz de usuario la selección del protocolo de pulmon Std. Volume y su activación en el listado para el escaneo.



PASO 21 · PLANIFICACIÓN DEL PROTOCOLO · 08:21

Configurar filtro AICE en volumen

Seleccionar el volumen en la lista de reconstrucción y aplicar el filtro AICE Cuerpo para optimizar la calidad de imagen con dosis baja.



PASO 22 · PLANIFICACIÓN DEL PROTOCOLO · 08:41

Activar los reformateos automaticos

Si el paciente está bien centrado, se activan los reformateos automáticos para que el sistema genere directamente cortes axiales, coronales y sagitales cada 3.0 mm.



PASO 23 · PLANIFICACIÓN DEL PROTOCOLO · 08:58

Aplicar filtro AICE en fase venosa


Se selecciona la fase venosa y se activa igualmente el filtro AICE Cuerpo para el procesamiento correcto del volumen.



PASO 24 · PLANIFICACIÓN DEL PROTOCOLO · 09:18

Configurar la fase tardía con AICE

Se activa la reconstrucción de la fase tardía aplicando el filtro AICE Cuerpo para mantener la coherencia en el protocolo.



PASO 25 · POSICIONAMIENTO VIRTUAL · 10:04

Modificar la orientacion del paciente


Se muestra la interfaz con el id de paciente 999999-001 y el nombre XXXXXX-001 para la asignación del estudio ABDOMEN TRIFASICO.



PASO 26 · POSICIONAMIENTO VIRTUAL · 10:27

Ajustar dirección del escanograma (In/Out)

Se detalla en la interfaz la pestaña Scan Details del escanograma inicial (FL03) con parámetros de 120 kV y 30 mA.



PASO 27 · PLANIFICACIÓN DEL PROTOCOLO · 11:09

Desactivar instrucciones de voz de respiracion

Haciendo un solo clic en el icono de reproducción de voz se pueden quitar los audios de respiración automática para todas las fases si el paciente viene sedado.



PASO 28 · ADQUISICIÓN DE IMAGEN · 11:18

Confirmar parámetros antes de escanear


El instructor advierte que ante cualquier cambio de kV, mA o reconstrucción, el sistema requerirá volver a presionar el botón 'Confirm' en pantalla.



PASO 29 · ADQUISICIÓN DE IMAGEN · 11:31

Presionar boton de inicio fisico

Cuando el botón físico parpadea, significa que está tomando impulso para asegurar una velocidad constante de la camilla al momento de iniciar la radiación.



PASO 30 · ADQUISICIÓN DE IMAGEN · 12:21

Abortar o saltar escanograma (Scan Skip)

Se demuestra cómo interrumpir la adquisición presionando el control de parada 'Scan Skip' para abortar la emisión de radiación si es necesario.



PASO 31 · ADQUISICIÓN DE IMAGEN · 13:12

Seleccionar Exit Exam para reiniciar estudio

Para realizar nuevamente los escanogramas después de abortar, presione el botón 'Exit Exam' en la esquina inferior izquierda. Esto permitirá descartar los datos previos y cargar nuevamente el protocolo para el paciente ID 999999-001.

Transcripción del audio

00:00 Entonces, eh
00:02 No, ya, ya. Voy a, oye, ¿habías guardado el protocolo? Vamos a...
00:05 Voy a crear otro de nuevo, ¿ya?
00:09 Acá.
00:15 En...
00:19 O sea...
00:26 O de nuevo, el escanograma
00:30 Y más el helicoidal. Okay.
00:36 Voy a saltarme un poco esta parte, pero más que nada para mostrar la... lo que sería...
00:43 Sin...
00:47 Sin contraste. Esto sería, eh... arterial.
00:52 Este ya lleva contraste, eh...
00:56 Y uno más de de acá.
01:03 Venoso.
01:07 Tardío.
01:14 Okay. Ah... lo voy a dejar aquí para que la simulación guardada como nos pueda servir de de referencia, ¿ya? Esos de acá.
01:28 Entonces, para crear un protocolo, esta es la la estructura del... para crear protocolos. Primero, en Protocol voy generando todo lo que necesito.
01:36 Y le pongo sí, el nombre. Esto no se va a ninguna parte DICOM. Es para ustedes, para que ustedes sepan en dónde están y qué es lo que están haciendo.
01:43 Y debo definir si lleva contraste o no y las instrucciones verbales.
01:48 Entonces, venoso, lo mismo.
01:54 Tardío.
02:00 O sea, no sé, abdomen o puede ser abdomen pélvico. Voy a dejar en 800.
02:07 Y sin contraste, no sé, 600.
02:11 El arterial, eh... es más chico, no sé, 400. Yo lo puedo definir.
02:18 En realidad, este es de 0 a 600 y aquí a lo mejor el arterial va a ser menos, no sé, bueno,
02:24 pero uno lo puede definir para donde sale la caja.
02:28 Luego, el venoso es completo.
02:35 Y el tardío, eh... debería ser más abajo, no sé,
02:40 300 a a 600 para que la caja aparezca más abajo.
02:49 O sea, luego, el sin contraste está.
02:53 Arterial, no, no es automático. Tiene que ser que yo lo presione y que lance, que espere 35 segundos para dar espacio al al contraste.
03:04 Luego, viene el venoso. Este sí yo quiero que sea automático y que se lance a los 70 segundos.
03:13 Entonces, va a esperar start time en base a ese.
03:18 Y digamos que voy a dejar también el tardío en automático a los 5 minutos.
03:25 Y aquí está definido ya esta parte.
03:28 Entonces, ahora yo voy a la a la siguiente.
03:31 Scan Detail.
03:35 En cuerpo size 05 x 80, pitch standard, y la modulación de dosis standard.
03:38 Esto es lo único que ustedes van a tener que cambiar cuando vean al paciente.
03:41 O sea, mudar eh... flaco de gordos lo dejo todo en standard.
03:46 Tiene guatita,
03:49 mudar calidad, y las voy a seleccionar todas juntas.
03:52 Ahí está.
03:57 Eso si ya lo dejé todo en calidad.
04:00 ¿Ya? Eh la modulación viene definida acá, ¿cierto?
04:04 El FOV... bueno, le puedo poner un FOV, ese es el FOV máximo de L, pero le puedo poner 450

04:08 para que la caja amarilla nos salga junto con la línea verde punteada.
04:13 Para que vean un poco la... el cambio, ¿ya? Es algo visual.
04:16 La velocidad de rotación está bien. Este es el tiempo total de esta adquisición
04:19 si fuera de cero a 600 con un pitch estándar, y por ejemplo le puedo poner aquí un comentario para que lo...
04:24 se ubique más. Y así con cada uno. Voy hacia abajo.
04:32 Está bien, calidad, ¿cierto? Bueno, aquí la... 05... y este es arterial.
04:46 Luego el de abajo, el comentario va... ¿El comentario va a ser el nombre de la serie o va a ser el...
04:54 No, en las reconstrucciones van acá van a salir los nombres. Ah, ya. Sí.
04:58 Esto también es... esto también es DICOM, esto se va para algún lado, el comentario de la adquisición.
05:03 Pero es para que lo tengan la serie de acá o cuando se pierdan en dónde estoy.
05:07 Más que nada al principio, después se lo van a hacer de memoria. Y lo mismo acá. Todo todo okay, ¿ya?
05:12 Y esto... tardío. Y luego vuelvo al primero, sin contraste, y la recon.
05:23 ¿Quiero sacarle corte axial de tiro? No, lo que quiero es un volumen.
05:29 ¿Cierto? En este caso, de cuerpo,
05:34 estándar volumen, porque estoy en... en volumen. El axial es cuando estoy en axial.
05:39 Y esto sería iterativo, ¿ya? Eh, no, entre 0.5 cada 0.3 es muy fino.
05:43 Esto es más como para cerebro, muñeca, oído. Para el resto, 1 cada 0.8
05:49 y esos son los dos volúmenes que recomendamos. Fino, 0.5 cada 0.3
05:53 un poquito más grueso, 1 cada 0.8. ¿Y no me deja adquirir más grueso? Sí, tú puedes aquí, todos estos.
05:59 Por ejemplo uno de cinco, si quiero sin contraste que sea de cinco. Eh...
06:08 Ay, no sé por qué no me deja acá...
06:14 Pero sí, se permite hacerlo más grueso. Si no, sacarlo directamente de los axiales.
06:18 Esto está definido para el corte grueso inmediato. La idea del volumen es hacer un volumen fino
06:22 en el cual llevar al MPR, procesar y sacarle el reformateo de buena calidad.
06:28 Porque si es más fino el volumen, los reformateos salen mejores. Y esta cámara es de 0.5 mm
06:34 es la más fina del mercado. Y es cuadrado, o sea, también es una adquisición isotrópica.
06:41 Eso quiere decir que lo que quieres como los cortes axiales, cuando los suma y te los plantea en coronal y sagital
06:47 es simétrico, no es como los otros detectores que son asimétricos, entonces hay un cálculo matemático... Bueno, eso es lo que postula Canon.
06:53 Y por ejemplo este eh sin contraste o...
07:08 su nomenclatura.
07:10 Y por ejemplo a este eh que tiene un óseo, si es de trauma
07:14 hueso fino y está el óseo.
07:22 En el caso por ejemplo que esto fuera tórax, abdomen y pelvis,
07:25 sería podrías ocupar el mismo protocolo.
07:28 Pero ir cambiando estas cosas, por ejemplo cambiar los rangos, ¿cierto? Porque la adquisición es la misma,
07:34 pero lo que va a cambiar fuera de los rangos es que aquí además vamos a necesitar sumarle un pulmón.
07:38 Y ya está listo el pulmón.
07:45 Y si no lo voy a utilizar, lo dejo cerrado por ejemplo.
07:49 O sea, lo puedo apagar en el momento del del protocolo, cuando lo va a tomar.
07:54 Pero si quieren que siempre aparezca cerrado,
08:00 está cerrado por default, pero ya está listo por si digo: "Ah, este sí quiero pulmón", lo enciendo no más, para que no estén buscando los filtros.
08:06 Entonces, todo eso lo podemos dejar listo cuando creamos los protocolos de imagenología.
08:10 Entonces, este estaría listo, y luego voy al arterial.
08:15 Este, no, no quiero un corte, sino que quiero abdomen.
08:20 A esto lo vamos a hacer con AIDR, cuerpo.
08:24 Se va a demorar un poquito más pero va a ser el mejor.
08:29 Ya, entonces esto es...

08:32 ...arterial.

08:35 Aquí tengo el volumen arterial, y quizás si el paciente está bien centrado voy a activar los reformateos para que ya me dé cortes axiales, coronales, sagitales de tres cada tres.

08:44 Bueno, o de los que usted estime, se puede dejar listo.

08:48 Luego voy a... este es venoso...

08:54 ...lo mismo. Activo AIDR cuerpo...

08:59 ...una reconstrucción de imagen para el cuerpo.

09:03 Y esto para que diga que esta es la serie venosa, es importante.

09:10 Y lo mismo ahora para el tardío.

09:15 Enciendo, busco el filtro, que puede ser el iterativo...

09:21 ...de cuerpo. Perdón, este con inteligencia artificial, 1,8...

09:26 ...tardío.

09:30 Y estaría este protocolo, lo voy a guardar.

09:35 Entonces, ahora probemos el fantoma.

09:40 Emergencia, imagenología...

09:45 El fantoma es cortito, así que es un paciente bien chiquito.

09:50 Selecciono el protocolo y lo primero que me pide es el escanograma.

09:56 Yo acá puedo ver, "Oh, sabés que me equivoqué, no, era la cabeza primero, el paciente lo sentaron por la cabeza". Clic acá y cambio el maniquí.

10:05 "Oh, sabés qué, no era supino, era prono". Clic acá. Si es que estaba inclinado a la derecha lo dejas así, prono, ahí está. Y si no, a la izquierda.

10:15 O acá, y si no, "Ah, no, era los pies primero", clic. Y ya cambia el maniquí de acuerdo a cómo está el paciente.

10:26 Y eso también hace todos los cambios de acá, el in/out, por ejemplo si primero era out...

10:34 ...este es el movimiento de la camilla, entonces primer escanograma...

10:39 ...uno, es el anteroposterior.

10:44 El dos, lateral, y de ahí ya viene el tres, el helicoidal.

10:49 También puedo cambiar el sentido, digo "No, el primer escanograma ¿dónde lo centraste? No, para que entre", "Ah, es para que salga", "Ah, okay, clic", y el primer escanograma es out.

10:59 Entonces es así de simple para no tener que estar cambiando tantas cosas.

11:02 Lo otro, yo puedo seleccionar todo y quitarle de aquí el audio, "No, no quiero instrucción verbal porque viene sedado".

11:11 Entonces hago clic y se lo saco a todo. Ahora le voy a confirmar el escanograma.

11:17 Siempre que ustedes hagan un cambio de aquí o del mAs o de una reconstrucción, siempre se va a salir y les va a pedir confirmar de nuevo.

11:26 Al confirmar, ya vamos a hacer la radiación. Parpadea, eso quiere decir que no va a irradiar inmediatamente.

11:36 Lo que está haciendo es tomar impulso, fíjense que la camilla tiene que salir, yo voy a presionar y la camilla va a entrar un poquito, miren.

11:43 ¿Se fijan? El porqué, porque yo quiero iniciar aquí la exploración, entonces la camilla se tiene que mover y por la inercia estática...

11:55 ...es más fuerte que la cinética, entonces al principio empieza a mover y empieza más lento, entonces aquí va a ser como... entonces al tomar impulso se asegura que en este espacio alcanza a tener una velocidad constante, alcanza el máximo.

12:08 Entonces, cuando pasa por el punto de inicio, la velocidad es constante, por eso toma impulso.

12:13 Cuando está fijo, viene la radiación sí o sí, voy con esto.

12:21 Voy a, voy a abortar el primer escanograma porque estoy tomando aire. Al apretar este, aborto el segundo escanograma también.

12:31 ¿Se fijaron que aquí salió un "scan skip"? El "scan skip" es para decir "No, no quiero más porque estoy en aire", pero sigue con el segundo escanograma y ahora lo saqué.

12:42 Entonces, no, no me va a hacer el segundo, y sin eso no va a modular, entonces, no, quiero salir...

12:52 ...pero aquí está el escanograma.

12:56 Ya, entonces yo digo, voy a salir, tengo que hacerlo de nuevo. Exit exam...

13:03 ...voy a elegirlo de nuevo, pero si hago clic acá, les voy a mostrar...

13:14 ...no, me trajo el mismo escanograma, porque ya había hecho uno. Entonces...

13:22 ...quit exam...

13:23 ...y acá yo le digo "No quiero el escanograma", lo desecho.

13:23 Entonces ahora presiono el protocolo y me permite hacer nuevamente el escanograma.