

Introducción al panel de control del arco en C

Video introductorio que muestra la ubicación y los elementos del panel de control de un equipo de arco en C de fluoroscopia. El video destaca el acceso al área de control y la visualización de la pantalla principal durante el procedimiento.

VIDEO	IMG_4985
FECHA	25/09/2026
DURACIÓN	00:09 (mm:ss)
PASOS	2
SECCIONES	2


Índice

Preparación

1. Identificar consola de mando Philips	00:03 · pág. 3
---	----------------

Operación

2. Verificar ajustes en pantalla LCD	00:04 · pág. 4
--	----------------



PASO 1 · PREPARACIÓN · 00:03

Identificar consola de mando Philips

Se visualiza el panel de control del arco en C marca Philips, incluyendo la etiqueta de soporte técnico con teléfono 800 361 536 y la identificación del equipo END9 cl:1096.



PASO 2 · OPERACIÓN · 00:04

Verificar ajustes en pantalla LCD

En la pantalla central se lee 'Abdominal' como tipo de examen, modo 'Auto', '1/2 dosis', '17 cm', '318' y 'Fluor'. Se confirma la configuración inicial operativa del equipo.