

2609-21 ZE1 清單分析結果報告

匯出時間：2026-09-22 06:13:49
完成 39 / 缺檔 1 / 錯誤 0 | 收縮：ze1_schmitt 特徵：TTRI 裝置比對 / 刮腿毛預期 3 段、疲勞 10 段
疲勞可視性：跨收縮 MPF / MDF 下降為主（RMS / AEMG 上升為輔）→ 是 / 弱 / 否

一、總覽

列	部位	目的	裝置	段數	RMS r	RMS ICC	iEMG r	TTRI RMS	疲勞
2	右脛前肌	裝置比對	a09	3/3	0.6936	0.0953	0.8403	0.6447	—
3	右脛前肌	裝置比對	a09	3/3	0.9523	0.4956	0.9155	-0.1614	—
4	右脛前肌	裝置比對	a10	3/3	0.5505	0.0058	0.8007	0.5533	—
5	右脛前肌	裝置比對	a10	3/3	-0.8963	-0.0088	-0.8567	0.8032	—
6	右脛前肌	裝置比對	ze2	3/3	-0.4749	-0.5168	-0.7684	-0.499	—
7	右脛前肌	裝置比對	ze2	3/3	-0.7006	-0.072	-0.9182	0.7207	—
8	左脛前肌	裝置比對	a09	3/3	-0.4897	-0.0552	-0.104	0.5556	—
9	左脛前肌	裝置比對	a09	3/3	0.945	0.0406	-0.9059	0.464	—
10	左脛前肌	裝置比對	a10	3/3	-0.9597	-0.0265	-0.9978	0.2451	—
11	左脛前肌	裝置比對	a10	3/3	0.1823	0.0059	-0.6747	0.5189	—
12	左脛前肌	裝置比對	ze2	3/3	0.3934	0.0502	0.9941	0.6124	—
13	左脛前肌	裝置比對	ze2	3/3	0.5961	0.1069	0.8331	0.3345	—
14	右腓腸肌	裝置比對	a09	3/3	-0.9834	-0.1645	0.8464	-0.474	—
15	右腓腸肌	裝置比對	a09	—/—					—
16	右腓腸肌	裝置比對	a10	3/3	0.4625	0.0136	-0.3862	-0.4293	—
17	右腓腸肌	裝置比對	a10	3/3	-0.576	-0.0004	-0.8292	-0.206	—
18	右腓腸肌	裝置比對	ze2	3/3	-0.3058	-0.0444	0.6406	-0.6372	—
19	右腓腸肌	裝置比對	ze2	3/3	0.9522	0.1667	0.9393	0.7142	—
20	左腓腸肌	裝置比對	a09	3/3	-0.7192	-1.3328	-0.9813	-0.1774	—
21	左腓腸肌	裝置比對	a09	3/3	-0.9122	-0.0962	0.9942	0.2577	—

列	部位	目的	裝置	段數	RMS r	RMS ICC	iEMG r	TTRI RMS	疲勞
22	左腓腸肌	裝置比對	a10	3/3	0.9682	0.0973	0.9939	0.1243	—
23	左腓腸肌	裝置比對	a10	3/3	0.6576	0.0201	0.8457	0.1515	—
24	左腓腸肌	裝置比對	ze2	3/3	0.9654	0.6655	0.9904	0.4885	—
25	左腓腸肌	裝置比對	ze2	3/3	0.6147	0.3277	0.3241	-0.5826	—
26	右脛前肌	刮腿毛	a09	3/3	-0.996	-0.3202	-0.9545	0.6523	—
27	左脛前肌	刮腿毛	a09	3/3	0.9191	0.1011	0.9768	-0.525	—
28	右腓腸肌	刮腿毛	a09	3/3	-0.9381	-0.0371	0.9944	0.5324	—
29	左腓腸肌	刮腿毛	a09	3/3	0.028	0.035	-0.9979	0.1333	—
30	右脛前肌	疲勞	a09	10/10	0.3741	0.0834	0.2904	-0.2449	是
31	右脛前肌	疲勞	a09	10/10	0.8488	0.3082	-0.7219	-0.3006	是
32	右脛前肌	疲勞	a09	10/10	0.381	0.2759	-0.256	-0.073	是
33	左脛前肌	疲勞	a09	10/10	0.9457	0.8447	0.8562	0.7313	是
34	左脛前肌	疲勞	a09	10/10	0.8149	0.7833	0.6955	0.649	是
35	左脛前肌	疲勞	a09	10/10	0.9049	0.7679	0.7283	0.6993	是
36	右腓腸肌	疲勞	a09	10/10	0.5929	0.0209	0.1875	-0.3697	是
37	右腓腸肌	疲勞	a09	10/10	0.8102	0.0216	0.4873	-0.3552	是
38	右腓腸肌	疲勞	a09	10/10	0.6024	0.0042	0.7273	0.3049	弱 / 不明顯
39	左腓腸肌	疲勞	a09	10/10	0.7612	0.2252	0.7976	-0.1084	是
40	左腓腸肌	疲勞	a09	10/10	0.7245	0.3198	0.6036	0.1626	是
41	左腓腸肌	疲勞	a09	10/10	0.5415	0.0727	0.3837	-0.107	是

二、疲勞：這一次能否看出疲勞

規則：≥5 段；MPF/MDF 對收縮序 $r \leq -0.35$ 且前 → 後三分之一 $\leq -3\%$ ；振幅輔助 RMS/AEMG $r \geq 0.35$ 且 $\geq +5\%$ 。是 = 兩項頻譜或一頻譜+一振幅。

列	部位	綜合	Delsys	TXT	依據摘要
30	右脛前肌	是	是	否	D: MPF↓ r=-0.82, Δ=-6.0% (147.91→139.006667); MDF↓ r=-0.75, Δ=-7.1% (127.736667→118.703333) / T: MPF r=0.04, Δ=0.5%; MD...
31	右脛前肌	是	是	弱 / 不明顯	D: MPF↓ r=-0.46, Δ=-4.7% (148.453333→141.463333); MDF↓ r=-0.39, Δ=-5.5% (128.433333→121.376667) / T: RMS↑ r=0.38, Δ=11....
32	右脛前肌	是	是	是	D: MPF↓ r=-0.48, Δ=-7.3% (138.84→128.65); MDF↓ r=-0.47, Δ=-9.3% (116.763333→105.92) / T: MPF↓ r=-0.62, Δ=-7.9% (82.4866...
33	左脛前肌	是	是	是	D: MPF↓ r=-0.91, Δ=-7.8% (146.676667→135.16); MDF↓ r=-0.93, Δ=-11.2% (127.44→113.206667) / T: MPF↓ r=-0.88, Δ=-6.1% (10...
34	左脛前肌	是	是	是	D: MPF↓ r=-0.87, Δ=-7.2% (154.016667→142.976667); MDF↓ r=-0.82, Δ=-8.3% (132.22→121.273333) / T: MPF↓ r=-0.84, Δ=-5.2% ...
35	左脛前肌	是	是	是	D: MPF↓ r=-0.86, Δ=-7.9% (159.316667→146.69); MDF↓ r=-0.80, Δ=-10.0% (137.976667→124.22) / T: MPF↓ r=-0.85, Δ=-5.2% (99...
36	右腓腸肌	是	是	是	D: MPF↓ r=-0.55, Δ=-4.5% (109.433333→104.5); MDF↓ r=-0.46, Δ=-6.2% (86.54→81.143333) / T: MPF↓ r=-0.39, Δ=-16.4% (83.44...
37	右腓腸肌	是	是	否	D: MDF↓ r=-0.53, Δ=-3.2% (92.536667→89.603333); RMS↑ r=0.64, Δ=22.7% (0.038883→0.047694) / T: MPF r=-0.08, Δ=0.3%; MDF ...
38	右腓腸肌	弱 / 不明顯	弱 / 不明顯	否	D: MDF↓ r=-0.49, Δ=-3.3% (87.2→84.343333) / T: MPF r=0.43, Δ=2.0%; MDF r=0.39, Δ=2.5%

列	部位	綜合	Delsys	TXT	依據摘要
39	左腓腸肌	是	是	是	D: MPF↓ $r=-0.61$, $\Delta=-6.5\%$ (102.746667→96.083333); MDF↓ $r=-0.47$, $\Delta=-5.2\%$ (79.466667→75.373333) / T: MPF↓ $r=-0.45$, $\Delta=-4.5\%$...
40	左腓腸肌	是	是	是	D: MPF↓ $r=-0.98$, $\Delta=-16.6\%$ (117.143333→97.633333); MDF↓ $r=-0.94$, $\Delta=-18.1\%$ (90.883333→74.423333) / T: MPF↓ $r=-0.65$, $\Delta=-16\%$...
41	左腓腸肌	是	是	弱 / 不明顯	D: MPF↓ $r=-0.93$, $\Delta=-10.3\%$ (104.806667→94.016667); MDF↓ $r=-0.86$, $\Delta=-7.9\%$ (80.363333→74.05) / T: RMS↑ $r=0.39$, $\Delta=6.9\%$ (0.0...

三、備註

- 詳細數值另見 analysis_results.xlsx (總覽 / 疲勞可視 / 區間特徵 / 區間一致性)。
- 第 15 列右腓腸肌 a09 缺 Delsys 對照檔，未執行。
- RMS = 各收縮段單一 RMS 再跨段比；TTRI RMS = 滑動窗 RMS 曲線僅收縮區間內相關。