



By-Pass

Sistema de gas Fijo



Manguera Flexible



Sustituir por 2 manguitos soldados en Swagelok Ibérica

Manguera Flexible

Botellas

9.2" (233mm)

Decidir Posición

22	SS-8-VCR-1	Te macho VCR 1/2	9
21	6LV-8-WVCR-9-DF	Codo doble hembra VCR 1/2	3
20	SS-8-VCR-CP	Tapón hembra VCR 1/2	1
19	SS-8-VCR-6-DM-4	Unión VCR doble macho 1/2" x 1/4"	2
18	PGU-50-P600-L-4FFM	Manómetro UHP 1/4 VCR-M 0-4.0 bar	2
17	KPR1JRFX27A20000	Regulador KPR 1/4 VCR H - 0-34 bar	2
16	PGU-50-P3000-L-4FFM	Manómetro UHP 1/4 VCR-M 0-206 bar	2
15	SS-8-VCR-4	Tuerca macho VCR 1/2	2
14	6LV-8-VCR-3-8TB7	Manguito Soldar VCR 1/2	2
13	SS-4-VCR-1	Tuerca hembra 1/4 VCR	2
12	6LV-4-VCR-3-4TB7	Manguito soldar VCR 1/4	2
11	6L-T4-S-035-6M	Tubo EP 1/4" x 0.035"	2
10	316L-8TB7-6-4	Unión reductora soldar 1/2 - 1/4	2
9	6LV-8-VCR-35-8TB7	Manguito Soldar corto VCR 1/2	6
8	SS-8-VCR-1	Tuerca hembra VCR 1/2	6
7	SS-4BG-VCR	Válvula Fuelle serie BG 1/4 VCR-M	4
6	SS-4-WVCR-6-DF	Unión doble hembra 1/4 VCR-H	2
5	SS-4-VCR-7-8VCRF	Reductor VCR 1/4 VCRM x 1/2 VCRH	2
4	SS-8-WVCR-6-DF	Unión doble hembra 1/2 VCR-H	27
3	SS-8-VCR-CS	Cruz 1/2 VCR-M	4
2	SS-8BG-VCR	Válvula Fuelle serie BG 1/2 VCR-M	20
1	JCFVCR27550	Adaptador CF 275 a VCR H 1/2	5

Válvulas y Conexiones Ibérica, S.L		
Fecha	Nombre	
19/04/10	P Salazar	
Apró	19/04/10	J Albiach
Procedimiento Montaje		
IT-613-3/5/8		
Escala		
1X		

IFIC - Valencia

VALCI-MONT-195

Aprobado Cliente, Firma y Fecha