



PHYSICAL  
PROPERTIES  
TESTERS  
GROUP



# Alluris

## Kalibrierschein / Calibration Certificate 2402-K.31143

erstellt durch das Kalibrierlaboratorium / issued by the calibration laboratory

**PPT GmbH & Co KG**

Basler Straße 65

79100 Freiburg

Germany

Mitglied im / member of the

**Deutschen Kalibrierdienst**



K.31143

D-K-  
20121-01-00

2024-02

Kalibrierzeichen

(Calibration mark)

Gegenstand:

(Object)

**Auszugskraftmessgerät**

Hersteller:

(Manufacturer)

**Alluris®**

Typ:

(Type)

**FMT-W40K1**

Fabrikat-/Serien-Nr.:

(Serial no.)

**S.33048**

Auftraggeber:

(Customer)

**Rainer Schneider  
Kabelsatzbau u. Konfektion  
GmbH & Co. KG  
Alte Hütte 3  
DE 57537 Wissen**

Prüfmittelnummer:

(Inventory no.)

**0287**

Auftragsnummer:

(Order no.)

**KA129907**

Seitenzahl:

(Number of pages of the certificate)

**7**

Kalibrierdatum:

(Date of Calibration)

**13.02.2024**

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine sind bei Nennung des für die Freigabe Verantwortlichen in Klarschrift auch ohne Unterschrift gültig.

*This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration certificates without signature are not valid. Calibration certificates with the full name of the approval responsible person are valid without signature.*

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die metrologische Rückführung auf nationale Normale zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI).

Die DAKKS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

*This calibration certificate documents the metrological traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).*

*The DAKKS is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.*

Datum

Date

13.02.2024

Freigabe des Scheins durch

Approval of the certificate of calibration by

D. Rommerskirchen

Bearbeiter

Person in charge

L. Motyl

K.31143
D-K- 20121-01-00
2024-02

## 1 Kalibrierverfahren *(Calibration method)*

Das Gerät wurde nach den Vorschriften der DKD-R 3-3 (09/2018) Ablauf D kalibriert mit der Anzeigeabweichung als Ergebnisgröße. Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor  $k=2$  ergibt. Sie wurde gemäß EA-4/02 M:2022 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 95 % im zugeordneten Werteintervall.

*(The instrument was calibrated according directive DKD-R 3-3 (09/2018) method C with the error of display value as the result. Stated is the expanded uncertainty. The expanded uncertainty assigned to the measurement results is obtained by multiplying the standard uncertainty by the coverage factor  $k=2$ . It has been determined in accordance with EA-4/02 M:2022. The value of the measurement lies within the assigned range of values with a probability of about 95 %.)*

## 2 Kalibriergegenstand und Zusatzgeräte *(Calibration object and accessories)*

- 2.1 Gegenstand: Auszugskraftmessgerät  
*(Object)*
- Hersteller: Alluris®  
*(Manufacturer)*
- Typ: FMT-W40K1  
*(Type)*
- Seriennummer: S.33048  
*(Serial no.)*
- Prüfmittelnummer: 0287  
*(Inventory no.)*
- Nennkraft  $F_N$ : 1000 N  
*(Nominal Force)*
- Auflösung: 1 N  
*(Resolution)*
- Zul. Anzeigeabweichung v.  $F_N$ : 0,60%  
*(Allowed display error)*
- Zul. Anzeigeabweichung: 6 N  
*(Allowed display error)*
- Spezifikationsgrenze v.  $F_N$ : 1,10% lt. Hersteller gemäß ILAC-G8  
*(Specification limit)* *(declared by manufacturer accord. to ILAC-G8)*
- 2.2 Einbauteile *(Attachments)* : Krafteinleitungsteil mit Zugseil für 90°-Umlenkung  
(spiel- und reibungsfrei)
- 2.3 Messleitung *(Measuring cable)* :
- 2.4 Zusätzliche Geräte *(Additional devices)* :

K.31143
D-K- 20121-01-00
2024-02

### 3 Umweltbedingungen (*Ambient conditions*)

Bezugstemperatur im Kalibrierlaboratorium ( $21^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ) während der Messung auf 1 K stabil. Der Kalibriergegenstand wurde vor der Kalibrierung mindestens 1 Tag zur Akklimatisierung im Messraum aufbewahrt.

*The ambient temperature of the calibration laboratory ( $21^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ) is stabilized within a range of 1 K. The calibration object is stored for minimum 1 day before calibration for acclimatisation in the laboratory.*

Belastung ( <i>Load</i> )		bei Beginn ( <i>at start</i> )	bei Ende ( <i>at end</i> )
Zug ( <i>Pull</i> )	Temperatur ( <i>Temperature</i> ) ( $\pm 0,3$ )	21,2 °C	21,2 °C
	Luftfeuchtigkeit ( <i>Humidity</i> ) ( $\pm 2$ )	37 %rH	38 %rH
	Luftdruck ( <i>Air pressure</i> ) ( $\pm 0,5$ )	989,3 hPa	989,3 hPa

### 4 Messbedingungen (*Measuring conditions*)

#### 4.1 Prüfling (*Test item*)

Kraftrichtung (*Direction of force*) : horizontal (Tischgerät)  
*horizontal (benchtop device)*

Einbaustellung (*Mounting angle*) :  $0^{\circ}$

Vorbelastungen (*Preloads*) : 2

Haltezeiten (*Duration of test force*) : 30 s

#### 4.2 Beanstandungen (*Faults*)

#### 4.3 Bemerkungen (*Remarks*)

## 5 Messergebnisse (Measuring results)

Verwendete Formelzeichen (Used formular symbols) :

$\Delta X$	Zulässige Anzeigeabweichung lt. Hersteller (Allowed display error according to manufacturer)
$\overline{X}_{wr}^*$	Mittelwert aus allen Belastungen (Mean value of all load force increments)
$X_a$	Ausgeglichener Mittelwert der Interpolation (Balanced mean value of interpolation)
$b_t'$	Relative Wiederholpräzision bei Maximalkraft (Relative repeatability at maximum force)
$b'$	Relative Wiederholpräzision in gleicher Einbaustellung (Relative repeatability with identical mounting position)
$f_c$	Relative Interpolationsabweichung (Relative interpolation error)
$f_0$	Relative Nullpunktabweichung (Relative zero point error)
$u_{zer}$	Standardmessunsicherheit des Nullpunktes (Uncertainty of measurement at zero point)
$u_{ind}$	Standardmessunsicherheit der Anzeige bei der Belastungsstufe (Uncertainty of measurement displayed at load force increment)
$u_{cmc}$	Standardmessunsicherheit durch K-BNME eingestellter Kraftwert (Uncertainty of measurement of set force value at reference measuring equipment)
$u_t$	Standardmessunsicherheit des Kalibrierendwertes (Uncertainty of measurement of ultimate calibration value)
$u_{rep}$	Standardmessunsicherheit Wiederholpräzision (Uncertainty of measurement of repeatability)
$u_{rot}$	Standardmessunsicherheit Vergleichspräzision (Uncertainty of measurement of rotation)
$u_{rev}$	Standardmessunsicherheit Umkehrspanne (Uncertainty of measurement of hysteresis error)
$u$	Gesamte Standardmessunsicherheit (Total uncertainty of measurement)
$U$	Erweiterte gesamte Messunsicherheit (Expanded total uncertainty of measurement)
$u'$	nicht korrigierbare systematische Abweichung (non correctable systemic error)
$U'$	Unsicherheitsintervall (Interval of uncertainty)
$W$	Relative erweiterte Messunsicherheit (Relative expanded uncertainty of measurement)
$W'$	Releatives erweitertes Messunsicherheitsintervall (Relative expanded intervall of uncertainty)

### 5.1 Ergebnisse in Zugrichtung (Results tension force)

#### 5.1.1 Kennwerte der Vorbelastung (Values of preloading)

Nullanzeige $i_0$ :	0 N		
(Indication at zero load):			
Anzeige bei Höchstkraft $X_p$ :	1003 N	$b_t'$ :	0,09 %
(Indication at max force):			
Restanzeige $i_f$ nach Vorbelastung	0 N	$f_0$ :	0,00 %
(Indication after preloading):			

5.1.2 Aufgenommene und berechnete Werte (Captured and calculated values)

Kraft (Force)	Anzeigewerte (Displayed values)		Mittelwerte (Mean values)		Berechnete Werte (Calculated values)		Zul. Abweichung (Allowed error)	Bewertung (Confirmation)
	in N		in N		in %			
	0°							
in N	X 1	X 2	$\overline{X}^*_{wr}$	X <sub>a</sub>	f <sub>c</sub>	b'	± ΔX N	
0	0	0	0	0	-	-	6,0	pass
200	202	202	202	201	0,56	0,00	6,0	pass
400	403	402	403	402	0,19	0,25	6,0	pass
600	603	603	603	603	0,07	0,02	6,0	pass
800	803	804	804	804	0,01	0,12	6,0	pass
1000	1004	1003	1004	1004	-0,08	0,09	6,0	pass

Interpolationsgleichung von X<sub>a</sub> (equation of interpolation of X<sub>a</sub>):

$$X_a = 1,004391 \cdot F$$

5.1.3 Messunsicherheiten (Uncertainties of measurement)

Die Messunsicherheit einer Kraftstufe ergibt sich zu  
(The uncertainty of measurement for each force increment is calculated as)

$$U'(\Delta F) = u' + k \cdot u = u' + U$$
$$W'(\Delta F) = u' / F_i + W$$

Kraft (Force)	in N							
	in N	$u_{ind}$	$u_{cmc}$	$u_t$	$u_{zer}$	$u_{rep}$	$u_{rev}$	$u_{rot})^*$
200		0,29	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
400		0,29	0,20	0,10	0,00	0,29	0,00	0,00
600		0,29	0,30	0,15	0,00	0,03	0,00	0,00
800		0,29	0,40	0,20	0,00	0,29	0,00	0,00
1000		0,29	0,50	0,25	0,00	0,26	0,00	0,00

)\* systematische Abweichung (systematic component)

Kraft (Force)	in N			in %		
	in N	$u'$	$u$	$U$	$W$	$W'$
200		0,00	0,42	0,85	0,42	0,42
400		0,00	0,55	1,09	0,27	0,27
600		0,00	0,53	1,06	0,18	0,18
800		0,00	0,67	1,34	0,17	0,17
1000		0,00	0,74	1,48	0,15	0,15

## 6 Verwendete Mess- und Prüfeinrichtungen (*Test and measuring equipment used*)

Die verwendeten Mess- und Prüfeinrichtungen sind auf die nationalen Normale der PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt) rückgeführt durch TransfERNormale mit den Kalibrierscheinen:  
12284\_PTB\_2023-05, 12401\_PTB\_2022-06

*The test and measuring equipment used to perform the calibration procedures are traceable to the national standards of PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt) by force transfer standards with the calibration certificates: 12284\_PTB\_2023-05, 12401\_PTB\_2022-06*

### 6.1 Verwendete Prüfeinrichtung (*Test equipment used*)

Bezeichnung: 5 kN - Kalibriermaschine

*Designation: 5 kN - Calibration machine*

Beschreibung: Kraft-Bezugsnormalmesseinrichtung mit Referenznormal mit einer relativen erweiterten Messunsicherheit im verwendeten Messbereich  $\leq 0,1 \%$  ( $k=2$ ).

*Description: Force reference standard equipment with reference transducer with a relative expanded measurement uncertainty of the force scale in the used measuring range  $\leq 0,1 \%$  ( $k=2$ ).*

### 6.2 Verwendete Messmittel (*Measuring equipment used*)

Kraftaufnehmer 5 kN Z30A (HBM)

Klasse 0,5, Seriennummer 230630025

*Force transducer 5 kN Z30A (HBM)*

*Class 0,5, Serial No. 230630025*

Kraft-Anzeigegerät DAQ (Alluris)

Seriennummer 230630025

*Force indication instrument DAQ (Alluris)*

*Serial no. 230630025*

## 7 Konformitätsaussage (Conformity)

☒

Messwerte liegen innerhalb der zulässigen Abweichung des Herstellers  
(unter Berücksichtigung der erweiterten Messunsicherheit  $W'$ )

*Measured values within the allowable error of manufacturer's specification  
(including the expanded total uncertainty  $W'$ )*

☐

Messwerte liegen innerhalb der zulässigen Abweichung des Hersteller,  
unter Berücksichtigung der erweiterten Messunsicherheit  $W'$  jedoch  
außerhalb (keine Konformitätsaussage möglich).

*Measured values inside allowable error of manufacturer's specification but outside  
including expanded total uncertainty  $W'$  (declaration of conformity not possible).*

☐

Messwerte liegen außerhalb der zulässigen Abweichung des Herstellers.

*Measured values outside the allowable manufacturer's specification.*

Die Konformitätsaussage erfolgt gemäß DAkkS-Dokument 71 SD 0 025.

*The conformity is declared in accordance to DAkkS document 71 SD 0 025.*

## 8 Bemerkungen (Remarks)

Die in diesem Kalibrierschein angegebenen Ergebnisse beziehen sich nur auf den kalibrierten Gegenstand. Die englische Fassung dieses Kalibrierscheines ist eine unverbindliche Übersetzung. Im Zweifelsfall gilt der deutsche Originaltext.

*The results in this calibration certificate refer only to the calibrated object. The English version of the calibration certificate is not a binding translation. If any matter gives rise to controversy, the German original text is valid.*

Ein Kraftmessgerät sollte neu kalibriert werden, wenn es überlastet wurde oder sonstige unsachgemäße Handhabungen oder Veränderungen stattgefunden haben, die einen Einfluss auf die Messunsicherheit haben können. Ansonsten empfehlen wir eine Rekalibrierung nach 12 Monaten.

*A force gauge should be newly calibrated after overload, when repair was performed or any other improper manipulations or changes have occurred that might exert an effect on the measuring uncertainty. Otherwise, we recommend a recalibration after 12 month.*

**Ende des Kalibrierscheines**

V1.3.16 (REV33)

End of calibration certificate