

Kalibrierschein

Calibration Certificate

Kalibrierschein-Nr. 11530707

Calibration Certificate No.

Gegenstand
Object

DM -Schraubwerkzeug R o. L

Hersteller
Manufacturer

Gedore

Typ
Type

1-5 Nm Typ II Klasse A

Ident-Nr. / Id. No.
Serien-Nr. / Serial No.
Modell / Model

DM-S29

T109479

Torcofix-k



* D M - S 2 9 *

Auftraggeber
Customer

Rainer Schneider GmbH & Co. KG
Kabelsatzbau und Konfektion
Industriegebiet Alte Hütte
57537 Wissen / Sieg

Auftragsnummer
Order No.

10092227

Anzahl der Seiten
Number of pages

Datum der Kalibrierung **09.12.2024**
Date of calibration

4

Die Kalibrierung erfolgt durch Vergleich mit Bezugsnormalen bzw. Bezugsnormalsesseinrichtungen, die in einer innerhalb der European cooperation for Accreditation (EA) akkreditierten Kalibrierstelle kalibriert wurden und damit rückgeführt sind auf die nationalen Normale, mit denen die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) die physikalischen Einheiten in Übereinstimmung mit dem internationalen Einheitensystem (SI) darstellt. Für die Kalibrierung und deren Dokumentation trägt der Aussteller dieses Kalibrierscheines die alleinige Verantwortung.

Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

The calibration is carried out by comparison with reference standards or standard measurement equipment which is calibrated by an accredited calibration laboratory within the European cooperation for Accreditation (EA) and thus traceable to national reference standards. The Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) maintains through the aforementioned standards the compliance with the International System of Units (SI). The issuer of the calibration certificate is solely responsible for the calibration and documentation. The user is responsible to comply with a reasonable period for recalibration.

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine sind, bei Nennung des für die Freigabe Verantwortlichen in Klarschrift, auch ohne Unterschrift gültig.

The calibration certificate may only be reproduced and shared in full extent. Excerpts or modifications require the permission of the issuing calibration laboratory. Calibration certificates are valid without signature by mentioning the for the approval responsible person in plain text.

Datum
Date

Freigabe des Kalibrierscheins durch
Calibration certificate approved by:

Bearbeiter
Person in charge

09.12.2024

Kevin Herz

Christoph Müller

Seite 2 von 4

Rainer Schneider GmbH & Co. KG

Identnummer : DM-S29

Id No.

Gegenstand : DM -Schraubwerkzeug R o. L 1-5 Nm Typ II Klasse A

Object

Kalibrierdatum : 09.12.2024

Date of calibration

Umgebungsbedingungen: Temperatur = 20 °C ± 1°C, Feuchte = max. 65 % r. F.

Environmental conditions

Kalibriervorschrift: In Anlehnung an DIN EN ISO 6789-2:2017

Specification

Messunsicherheit: U = 1 x 10^-2 k = 2

Uncertainty

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor k = 2 ergibt. Sie wurde gemäß EA-4/02 M: 2022 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 95 % im zugeordneten Wertebereich.

Seite 3 von 4 **Rainer Schneider GmbH & Co. KG**

Identnummer : DM-S29
Id No.
Gegenstand : DM -Schraubwerkzeug R o. L 1-5 Nm Typ II Klasse A
Object

Kalibrierdatum : 09.12.2024
Date of calibration

Ergebnis*Result*

Merkmal /Bezeichnung	USG	Sollwert	OSG	Istwert	Einheit	Bewertung	Toleranzlage
Funktionsprüfung					Nm	iO	
Sichtprüfung					Nm	iO	
max. Drehmoment 5x vorbelasten					Nm	iO	

Drehmoment 2 Nm	1,88	2	2,12	1,93	Nm	iO	
Drehmoment 2 Nm	1,88	2	2,12	1,92	Nm	iO	
Drehmoment 2 Nm	1,88	2	2,12	1,92	Nm	iO	
Drehmoment 2 Nm	1,88	2	2,12	1,92	Nm	iO	
Drehmoment 2 Nm	1,88	2	2,12	1,93	Nm	iO	
Drehmoment 3 Nm	2,82	3	3,18	2,86	Nm	iO	
Drehmoment 3 Nm	2,82	3	3,18	2,87	Nm	iO	
Drehmoment 3 Nm	2,82	3	3,18	2,86	Nm	iO	
Drehmoment 3 Nm	2,82	3	3,18	2,89	Nm	iO	
Drehmoment 3 Nm	2,82	3	3,18	2,87	Nm	iO	
Drehmoment 5 Nm	4,7	5	5,3	4,89	Nm	iO	
Drehmoment 5 Nm	4,7	5	5,3	4,87	Nm	iO	
Drehmoment 5 Nm	4,7	5	5,3	4,85	Nm	iO	
Drehmoment 5 Nm	4,7	5	5,3	4,90	Nm	iO	
Drehmoment 5 Nm	4,7	5	5,3	4,83	Nm	iO	

Seite 4 von 4

Rainer Schneider GmbH & Co. KG

Identnummer : DM-S29

Kalibrierdatum : 09.12.2024

Id No.

Date of calibration

Gegenstand : DM -Schraubwerkzeug R o. L 1-5 Nm Typ II Klasse A

Object

Befund: *PM in Ordnung*

Result

Bemerkung:

Comment

Alle Angaben gelten zum Zeitpunkt der Kalibrierung.

All statements are valid at the time of calibration.

Die Konformitätsaussage wurde ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit durchgeführt.

The statement of conformity was made without the consideration of the measurement uncertainty.

Die Kalibrierung wurde mit folgenden Messeinrichtungen bzw. Bezugsnormalen durchgeführt:

The calibration was performed with the following measuring equipment and reference standards.

Nr.	Identnr.	Kurzbezeichnung	Kalibrierzeichen	Kalibriert am	Kalibriert bis
1	5040 *	Drehmomentsensor TTt / 10 Nm	0051 / D-K-21434-01-00	21.06.2023	21.06.2025

* Normal/Gerät, mit dem direkt kalibriert wurde.