

Kalibrierschein

Calibration Certificate

Kalibrierschein-Nr. **11540368**

Calibration Certificate No.

Gegenstand <i>Object</i>	Kabelzugstester
Hersteller <i>Manufacturer</i>	MAV Messtechnik GmbH
Typ <i>Type</i>	0 - 500 N
Ident-Nr. / Id. No. Serien-Nr. / Serial No. Modell / Model	AT-02 0083 PTE 50
	 ★ A T - 0 2 ★
Auftraggeber <i>Customer</i>	Rainer Schneider GmbH & Co. KG Kabelsatzbau und Konfektion Industriegebiet Alte Hütte 57537 Wissen / Sieg
Auftragsnummer <i>Order No.</i>	10092856
Anzahl der Seiten <i>Number of pages</i>	3
Datum der Kalibrierung <i>Date of calibration</i>	10.01.2025

Die Kalibrierung erfolgt durch Vergleich mit Bezugsnormalen bzw. Bezugsnormalmesseinrichtungen, die in einer innerhalb der European cooperation for Accreditation (EA) akkreditierten Kalibrierstelle kalibriert wurden und damit rückgeführt sind auf die nationalen Normale, mit denen die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) die physikalischen Einheiten in Übereinstimmung mit dem internationalen Einheitensystem (SI) darstellt. Für die Kalibrierung und deren Dokumentation trägt der Aussteller dieses Kalibrierscheines die alleinige Verantwortung. Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

The calibration is carried out by comparison with reference standards or standard measurement equipment which is calibrated by an accredited calibration laboratory within the European cooperation for Accreditation (EA) and thus traceable to national reference standards. The Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) maintains through the forementioned standards the compliance with the International System of Units (SI). The issuer of the calibration certificate is solely responsible for the calibration and documentation. The user is responsible to comply with a reasonable period for recalibration.

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine sind, bei Nennung des für die Freigabe Verantwortlichen in Klarschrift, auch ohne Unterschrift gültig.

The calibration certificate may only be reproduced and shared in full extent. Excerpts or modifications require the permission of the issuing calibration laboratory. Calibration certificates are valid without signature by mentioning the for the approval responsible person in plain text.

Datum <i>Date</i>	Freigabe des Kalibrierscheins durch <i>Calibration certificate approved by:</i>	Bearbeiter <i>Person in charge</i>
----------------------	--	---------------------------------------

10.01.2025

Kevin Herz

Tim Berge

Kalibrierschein-Nr. 11540368

Calibration Certificate No.

Seite 2 von 3

Rainer Schneider GmbH & Co. KG

Identnummer : AT-02

Id No.

Gegenstand : Kabelzugstester 0 - 500 N

Object

Kalibrierdatum : 10.01.2025

Date of calibration

Umgebungsbedingungen: Temperatur = 20 °C ± 1°C, Feuchte = max. 65 % r. F.

Environmental conditions

Kalibriervorschrift: QMP-Kalibriervorschrift TK 76

Specification

Messunsicherheit: U = 0,5%

Uncertainty

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor $k = 2$ ergibt. Sie wurde gemäß EA-4/02 M: 2022 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 95 % im zugeordneten Werteintervall.

Ergebnis

Result

Merkmal /Bezeichnung	USG	Sollwert	OSG	Istwert	Einheit	Bewertung	Toleranzlage
Sichtprüfung						iO	
Funktionsprüfung						iO	

Kraft-Zug 50 N	45	50	55	50	N	iO	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Kraft-Zug 100 N	95	100	105	101	N	iO	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Kraft-Zug 200 N	195	200	205	201	N	iO	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Kraft-Zug 300 N	295	300	305	303	N	iO	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Kraft-Zug 400 N	395	400	405	403	N	iO	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Kraft-Zug 500 N	495	500	505	504	N	iO	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>

Befund: PM in Ordnung

Result

Bemerkung:

Comment

Kalibrierschein-Nr. 11540368

Calibration Certificate No.

Seite 3 von 3

Rainer Schneider GmbH & Co. KG

Identnummer : AT-02

Id No.

Gegenstand : Kabelzugstester 0 - 500 N

Object

Kalibrierdatum : 10.01.2025

Date of calibration

Alle Angaben gelten zum Zeitpunkt der Kalibrierung.

All statements are valid at the time of calibration.

Die Konformitätsaussage wurde ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit durchgeführt.

The statement of conformity was made without the consideration of the measurement uncertainty.

Die Kalibrierung wurde mit folgenden Messeinrichtungen bzw. Bezugsnormalen durchgeführt:

The calibration was performed with the following measuring equipment and reference standards.

Nr.	Identnr.	Kurzbezeichnung	Kalibrierzeichen	Kalibriert am	Kalibriert bis
1	9506 *	Kraftaufnehmer 0 - 5KN HBM U9C	D-K-15118-01-00 / 11425536	22.02.2024	22.02.2025

* Normal/Gerät, mit dem direkt kalibriert wurde.