

Captura de osciloscopio Siglent por USB

Manual de uso para proyectos de laboratorio

Herramienta de propósito general · Licenciatura en Física
Dirección de Docencia Experimental — Facultad de Ciencias — Universidad de Chile

1 Objetivo

Este manual explica cómo usar `capturar_osciloscopio.py`, una herramienta que descarga una traza (voltaje en función del tiempo) desde un osciloscopio Siglent conectado por USB y la guarda en un archivo CSV simple, listo para analizar con Python, MATLAB, Excel o lo que uses en tu informe.

¿Para qué proyectos sirve?

Para cualquier experimento donde midas una señal transitoria con el osciloscopio y necesites los datos crudos: carga/descarga de un capacitor, respuesta de un sensor óptico, una señal de un acelerómetro, un pulso único de cualquier tipo. El script no asume nada sobre el origen físico de la señal — solo descarga lo que el osciloscopio tenga en pantalla.

2 Alcance

- Soporta osciloscopios **Siglent serie SDS1000(CNL+)** (probado en un SDS1102CNL+) que hablan el protocolo SCPI sobre USBTMC.
- Captura **un canal a la vez** (C1, C2, etc.).
- Pensado para disparo único (**SINGLE**); también puede leer una traza ya detenida en pantalla.
- No soporta otras marcas de osciloscopio (Tektronix, Rigol, Keysight) ni protocolos distintos de SCPI/USBTMC.

3 Requisitos

3.1 Hardware

- Osciloscopio Siglent serie SDS1000(CNL+).
- Cable USB tipo B (el que normalmente trae el instrumento).
- Computador con Linux (el procedimiento de permisos de este manual es específico de Linux; en Windows/macOS la conexión USBTMC funciona distinto).

3.2 Software

- Python 3.9 o superior.
- Paquetes: `numpy`, `pyvisa`, `pyvisa-py`, `pyusb` (listados en `requirements.txt`).

4 Instalación

4.1 Entorno de Python

```
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
```

```
pip install -r requirements.txt
```

4.2 Permisos USB

Linux no permite acceder a dispositivos USB sin privilegios de administrador a menos que exista una regla que lo autorice explícitamente.

```
sudo cp 99-usbtmc-siglent.rules /etc/udev/rules.d/
sudo groupadd -f usbtmc
sudo usermod -aG usbtmc "$USER"
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger
```

Paso que se olvida con frecuencia. Después de ejecutar lo anterior, *cierra sesión y vuelve a entrar* (o reinicia) para que el cambio de grupo tenga efecto, y *desconecta y reconecta* el cable USB del osciloscopio. Si no haces ambas cosas, seguirás viendo error de permisos aunque la regla esté instalada correctamente.


4.3 Verificación

Con el osciloscopio encendido y conectado:

```
python capturar_osciloscopio.py --help
```

Si aparece el mensaje de ayuda sin errores, la instalación está completa.

5 Cómo funciona



El script: (1) se conecta al instrumento, (2) arma un disparo **SINGLE** y espera a que el osciloscopio capture, (3) le pregunta la escala vertical y horizontal que está usando, (4) descarga los puntos crudos de la pantalla y los convierte a voltios y segundos usando esa escala, y (5) los guarda en el CSV.

6 Uso

Comando	Canal	Archivo de salida
python capturar_osciloscopio.py	C1 (por defecto)	traza_real.csv (por defecto)
python capturar_osciloscopio.py C2 datos.csv	C2	datos.csv
... -sin-disparo	el que esté activo	no rearma el disparo

Salida esperada en la terminal:

```
Conectado: Siglent Technologies,SDS1102CNL+,...
20480 puntos capturados en C1.
Ventana: -20.48 us a 184.30 us
Guardado en: traza_real.csv
```

6.1 Formato del archivo de salida

Un CSV de dos columnas, con encabezado:

```
tiempo[s],voltaje[V]
-2.048000000e-05,-1.063000000e+00
-2.047000000e-05,-1.061000000e+00
```

El instante $t = 0$ corresponde al *trigger* del osciloscopio, no necesariamente al inicio de tu fenómeno físico — eso depende de cómo dispares tu propio experimento.

Dato de muestra

En la carpeta `ejemplos/` hay un archivo `traza_ejemplo.csv` con datos **sintéticos** (no una medición real), solo para que veas el formato sin necesitar el instrumento a mano.

7 Solución de problemas comunes

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
<code>RuntimeError:</code> no se encontró ningún instrumento	Cable USB desconectado o instrumento apagado	Verifica el cable y que el osciloscopio esté encendido
<code>PermissionError</code> conectar	al Falta la regla <code>udev</code> , o no reconectaste el cable después de instalarla	Repite la sección <i>Permisos USB</i> ; reconecta el cable
<code>TimeoutError:</code> no se detectó disparo	El trigger del osciloscopio no se está cumpliendo	Revisa el nivel y la fuente de trigger en el panel del instrumento
<code>ValueError:</code> longitud de datos inconsistente	Interferencia o corte en la transferencia USB	Vuelve a ejecutar la captura; si persiste, prueba otro cable USB

8 Cómo adaptarlo a tu experimento

- **Dos canales:** llama a la función de captura una vez por canal (`C1`, luego `C2`) y junta ambos resultados en un CSV de tres columnas.
- **Varias repeticiones:** guarda cada traza con un nombre distinto (`traza_001.csv`, `traza_002.csv`, ...) y promedia después en tu análisis — el script no promedia nada por sí mismo, a propósito.
- **Usarlo desde tu propio script:** puedes importar las funciones (`conectar`, `capturar_canal`, `guardar_csv`) directamente en vez de usar la línea de comandos, si tu análisis ya vive en un notebook.

9 Limitaciones actuales

- ☐ Un solo canal por llamada.
- ☐ Solo probado en Siglent SDS1000CNL+; otros modelos Siglent deberían funcionar si comparten el protocolo, pero no está verificado.
- ☐ Sin reintento automático si el USB se desconecta a mitad de una captura.
- ☐ El CSV de salida no guarda la escala ni el modelo del instrumento usados — solo los puntos ya convertidos.

10 Antes de capturar: lista de verificación

- ☐ El osciloscopio está encendido y el cable USB conectado.
- ☐ La señal que quiero medir ya se ve correctamente en pantalla.
- ☐ El trigger está configurado (nivel y fuente) para disparar con mi señal.
- ☐ El entorno virtual de Python está activado (`source venv/bin/activate`).
- ☐ Sé en qué canal está mi señal (C1, C2, ...).