

PATIENT

Nom : ODILLARD, SEBASTIEN ID : 202110277 Date de naissance : vendredi 26 septembre 1986 Sexe : Masculin

Plan

ID plan : ORL Reirrad
ID dossier de traitement : C2
ID image : TDMRTE090623
Modalité de l'image : CT
Système d'imagerie : TDMRT
Orientation de traitement : Tête devant- Décubitus dorsal
Origine de l'image : Décalage de l'origine utilisateur p. rapp. à DICOM = (-0.13cm, 0.13cm, -0.00cm)

Prescription de dose

Volume cible : PTV_HDOPT
Valeur de normalisation du plan : 101.2 %
Méthode de normalisation du plan: 100.00% couvre 50.00% du volume cible
Point de référence principal : PTV_HDOPT1
Point de normalisation du plan : -, -, -
Pourcentage de dose prescrite : 100.0 %
Fractionnement :
Dose prescrite : 60.000 Gy (2.000 Gy / fraction)
Dose au point de référence principal : 60.000 Gy (2.000 Gy / fraction)
Nombre de fractions : 30

Options de calcul

Algorithme photon : AAA_15605New
CalculationGridSizeInCM 0.125
CalculationGridSizeInCMForSRSAAndHyperArc0.125
FieldNormalizationType 100% to isocenter
HeterogeneityCorrection ON

Approbations

Plan créé : lundi 19 juin 2023 11:28:49 par Lanaspeze Christelle
Approbation du plan : mercredi 21 juin 2023 12:09:30 par Modesto Anouchka

Champs

ID champ	RA1	RA2	postsetup	antsetup	latdtsetup	cbct	latgsetup
ID machine	NOVA SBRT	NOVA SBRT	NOVA SBRT	NOVA SBRT	NOVA SBRT	NOVA SBRT	NOVA SBRT
Énergie	6X	6X	6X	6X	6X	6X	6X
Débit de dose	600 UM/min	600 UM/min	600 UM/min	600 UM/min	600 UM/min	600 UM/min	600 UM/min
Taille de champ	7.2 cm x 6.1 cm	6.8 cm x 6.9 cm	10.0 cm x 10.0 cm	10.0 cm x 10.0 cm	10.0 cm x 10.0 cm	10.0 cm x 10.0 cm	10.0 cm x 10.0 cm
X1	X1: +3.6 cm	X1: +3.2 cm	X1: +5.0 cm	X1: +5.0 cm	X1: +5.0 cm	X1: +5.0 cm	X1: +5.0 cm
X2	X2: +3.6 cm	X2: +3.6 cm	X2: +5.0 cm	X2: +5.0 cm	X2: +5.0 cm	X2: +5.0 cm	X2: +5.0 cm
Y1	Y1: +3.0 cm	Y1: +3.3 cm	Y1: +5.0 cm	Y1: +5.0 cm	Y1: +5.0 cm	Y1: +5.0 cm	Y1: +5.0 cm
Y2	Y2: +3.1 cm	Y2: +3.6 cm	Y2: +5.0 cm	Y2: +5.0 cm	Y2: +5.0 cm	Y2: +5.0 cm	Y2: +5.0 cm
Angle du bras	0.0 °	179.0 °	180.0 °	0.0 °	270.0 °	180.0 °	90.0 °
Sens de rotation du bras	SH	SAH	-	-	-	-	-
Angle d'arrêt du bras	179.0 °	0.0 °	-	-	-	-	-
Rot. collimateur	15.0 °	345.0 °	0.0 °	0.0 °	0.0 °	0.0 °	0.0 °
Rot. de table	0.0 °	0.0 °	0.0 °	0.0 °	0.0 °	0.0 °	0.0 °
Filtre en coin	-	-	-	-	-	-	-
Facteur de filtre	-	-	-	-	-	-	-
MLC	0367	0367	-	-	-	-	-
Bloc	-	-	-	-	-	-	-
Plaque	-	-	-	-	-	-	-
Bolus	-	-	-	-	-	-	-
DSP bolus	-	-	-	-	-	-	-
Isocentre X	3.67 cm	3.67 cm	3.67 cm	3.67 cm	3.67 cm	3.67 cm	3.67 cm
Isocentre Y	0.58 cm	0.58 cm	0.58 cm	0.58 cm	0.58 cm	0.58 cm	0.58 cm
Isocentre Z	-2.29 cm	-2.29 cm	-2.29 cm	-2.29 cm	-2.29 cm	-2.29 cm	-2.29 cm
DSP	96.2 cm	93.4 cm	93.3 cm	96.2 cm	91.0 cm	93.3 cm	98.2 cm
Pondération	1.134	1.354	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Refdose (Gy)	-	-	-	-	-	-	-
Point de référence	PTV_HDOPT1	PTV_HDOPT1	PTV_HDOPT1	PTV_HDOPT1	PTV_HDOPT1	PTV_HDOPT1	PTV_HDOPT1
Dose par fraction	0.911 Gy	1.089 Gy	-	-	-	-	-
Profondeur physique	-	-	-	-	-	-	-
Profondeur effective	-	-	-	-	-	-	-
UM	224.2 UM	267.8 UM	-	-	-	-	-

Décalage de la table

AVERTISSEMENT : VÉRIFIEZ QUE L'ORIGINE UTILISATEUR EST DÉFINIE CORRECTEMENT

AVANT D'UTILISER LES INFORMATIONS SUR LE DÉCALAGE DE LA TABLE


Origine utilisateur : Décalage de l'origine utilisateur p. rapp. à DICOM = (-0.13cm, 0.13cm, -0.00cm)

Direction de visualisation du décalage de la table : Du pied de la table en regardant vers le bras

Champs de l'isocentre : RA1 RA2 postsetup latdtsetup antsetup latgsetup cbct

Décalage de la table par rapport à la position de référence :

Décaler [cm] :	3.67	0.58	2.29
Direction :	Gauche	Haut	Entrée [In]




Erreurs et avertissements concernant le calcul :

Patient: ODILLARD, SEBASTIEN
Patient IDs: 202110277
Comment:

Plan	Plan Course	Plan History
ORL Reirrad	C2	Last Modified: mercredi 21 juin 2023 12:09:38 by Lanaspeze Christelle Planification approuvée: mercredi 21 juin 2023 12:09:30 by Modesto Anouchka

Histogramme dose-volume cumulatif



DVH	Structure	Structure Status	Coverage [%/%]	Volume	Min Dose	Max Dose	Mean Dose	Modal Dose	Median Dose	Std Dev
	A_Carotid G	Approuvée	100.0 / 99.6	4.9 cm³	0.1 Gy	60.2 Gy	20.0 Gy	0.1 Gy	2.5 Gy	23.5 Gy
	PlexusGche	Approuvée	100.0 / 99.9	10.0 cm³	0.0 Gy	7.5 Gy	0.8 Gy	0.0 Gy	0.2 Gy	1.3 Gy
	A_Carotid G+3	Approuvée	100.0 / 99.9	18.1 cm³	0.1 Gy	61.0 Gy	18.2 Gy	0.1 Gy	1.7 Gy	23.2 Gy

Planification de radiothérapie

Planification de radiothérapie 15.6.8

Institut Claudius Regaud, Toulouse

DVH	Structure	Structure Status	Coverage [%/%]	Volume	Min Dose	Max Dose	Mean Dose	Modal Dose	Median Dose	Std Dev
	PTV_HDOPT	Approuvée	100.0 / 100.2	24.5 cm³	46.4 Gy	64.8 Gy	59.9 Gy	60.3 Gy	60.0 Gy	1.3 Gy
	PlexusGche+3	Approuvée	100.0 / 99.8	32.7 cm³	0.0 Gy	12.7 Gy	0.9 Gy	0.0 Gy	0.2 Gy	1.7 Gy
	Canal med	Approuvée	100.0 / 99.8	53.4 cm³	0.0 Gy	8.1 Gy	1.3 Gy	0.0 Gy	0.3 Gy	1.9 Gy
	Cav Buc	Approuvée	100.0 / 99.9	63.9 cm³	0.1 Gy	2.1 Gy	0.4 Gy	0.2 Gy	0.3 Gy	0.2 Gy
	CanalMed+3	Approuvée	100.0 / 99.8	101.9 cm³	0.0 Gy	10.1 Gy	1.3 Gy	0.0 Gy	0.3 Gy	2.1 Gy
	GTV N	Approuvée	100.0 / 99.5	1.9 cm³	56.7 Gy	62.4 Gy	59.4 Gy	59.6 Gy	59.5 Gy	1.3 Gy
	CTV	Approuvée	100.0 / 100.1	12.3 cm³	27.2 Gy	64.0 Gy	59.8 Gy	60.4 Gy	60.1 Gy	2.3 Gy
	Const Pharynx	Approuvée	100.0 / 99.4	21.8 cm³	0.2 Gy	52.1 Gy	11.6 Gy	0.3 Gy	3.5 Gy	14.0 Gy
	Larynx	Approuvée	100.0 / 100.0	34.7 cm³	1.9 Gy	53.2 Gy	17.1 Gy	7.0 Gy	13.1 Gy	11.3 Gy
	Levres	Approuvée	100.0 / 100.1	21.8 cm³	0.0 Gy	1.4 Gy	0.2 Gy	0.1 Gy	0.2 Gy	0.1 Gy
	Mandibule	Approuvée	100.0 / 99.8	59.8 cm³	0.1 Gy	6.9 Gy	1.2 Gy	0.1 Gy	0.3 Gy	1.7 Gy
	Oesophage	Approuvée	100.0 / 100.6	15.3 cm³	0.0 Gy	4.4 Gy	0.4 Gy	0.0 Gy	0.1 Gy	0.6 Gy
	PTV HD	Approuvée	100.0 / 99.9	28.6 cm³	0.0 Gy	64.8 Gy	57.7 Gy	0.0 Gy	59.8 Gy	9.0 Gy
	ParoDte	Approuvée	100.0 / 100.0	15.3 cm³	0.1 Gy	0.6 Gy	0.2 Gy	0.1 Gy	0.2 Gy	0.1 Gy
	ParoGche	Approuvée	100.0 / 99.8	17.5 cm³	0.1 Gy	0.7 Gy	0.3 Gy	0.1 Gy	0.2 Gy	0.1 Gy
	PlexusDt	Approuvée	100.0 / 100.3	9.8 cm³	0.0 Gy	21.5 Gy	1.6 Gy	0.0 Gy	0.3 Gy	3.9 Gy
	PlexusDt+3	Approuvée	100.0 / 99.9	29.4 cm³	0.0 Gy	23.6 Gy	1.9 Gy	0.0 Gy	0.3 Gy	4.6 Gy
	PoumonDt	Approuvée	100.0 / 100.7	917.1 cm³	0.0 Gy	0.4 Gy	0.1 Gy	0.0 Gy	0.1 Gy	0.1 Gy
	PoumonGche	Approuvée	100.0 / 100.6	831.7 cm³	0.0 Gy	0.3 Gy	0.0 Gy	0.0 Gy	0.0 Gy	0.0 Gy
	Poumons	Approuvée	100.0 / 100.7	1748.8 cm³	0.0 Gy	0.4 Gy	0.1 Gy	0.0 Gy	0.0 Gy	0.1 Gy
	SousMaxDte	Approuvée	100.0 / 99.7	3.9 cm³	0.4 Gy	5.7 Gy	1.5 Gy	0.5 Gy	0.7 Gy	1.6 Gy
	Tronc Cerebral	Approuvée	100.0 / 99.9	23.4 cm³	0.0 Gy	0.2 Gy	0.1 Gy	0.1 Gy	0.1 Gy	0.0 Gy
	TroncCerebral+3	Approuvée	100.0 / 99.3	40.5 cm³	0.0 Gy	0.2 Gy	0.1 Gy	0.1 Gy	0.1 Gy	0.0 Gy

Plan prescription

Plan Sum	Plan Sum Course	Plan Weight	Plan Plan	Plan Course	Total Dose	Dose per Fraction	Number of Fractions	Planned Total Dose	Treatment Percentage	Normalization Mode	Normalization Value
-	-	-	ORL Reirrad	C2	60.000 Gy	2.000 Gy	30	60.000 Gy	100.0 %	100.00% couvre 50.00% du volume cible	101.2 %

