Laboratorio Andino de Calibración - Certificado de calibración

Certificado n.º: LAC-2026-001873

Técnico: Camila Ortúzar

Contacto del cliente: Rodrigo Valcárcel

Teléfono: +57 601 555 0142

Correo: r.valcarcel@example.org

Dirección del sitio: Calle de los Ceibos 220
Villa Alta, 110231

Fecha de calibración: 2026-02-20

Modelo del instrumento: TT-120

Control de brillo de pantalla
75.78
%
50.00 100.00

Punto de prueba de corriente de salida máxima
19.993
mA
19.980 20.020

Lectura de error de linealidad
0.03
%
0.00 0.10

Punto de prueba de resolución
0.004
bar
0.001 0.010

Punto 3 - punto de prueba de desvío tras sobrecarga
-0.01
%
-0.05 0.05

Punto 3 - lectura de histéresis
0.08
%
0.00 0.10

Punto 3 - lectura de ruido de salida
1.22
mV
0.00 2.00

Lectura de tiempo de respuesta
1.24
s
0.00 2.00

Lectura de coeficiente térmico
0.009
%/K
-0.020 0.020

Punto de prueba de deriva a 24 h

0.040

%

0.000 0.080

Lectura de error de alcance, control de banco

-0.01

%

-0.10 0.10

Lectura de resistencia de puente

352.56

Ohm

345.00 355.00

Control de longitud de cable

2.18

m

1.00 5.00

Temperatura en punto fondo de escala, banco A

100.07

°C

99.85 100.15

Lectura de repetibilidad

0.037

%

0.000 0.050

Punto de prueba de tensión de alimentación

23.82

V

23.50 24.50

Punto de prueba de tensión de excitación

10.04

V

9.90 10.10

Lectura de temperatura ambiente, control de banco, ciclo 2

21.70

°C

18.00 28.00

Lectura de error de ganancia

-0.01

%

-0.05 0.05

Lectura punto cero presión

-0.004

bar

-0.020 0.020

Lectura punto cero caudal

-0.13

L/min

-0.30 0.30

Lectura punto 75 % temperatura
74.93
°C
74.85 75.15

Caudal en punto 25 %
14.85
L/min
14.70 15.30

Lectura punto 75 % presión
7.508
bar
7.480 7.520

Temperatura en punto cero, descendente
-0.09
°C
-0.15 0.15

Lectura de humedad ambiente, control de banco
43.39
%RH
30.00 70.00

Control de longitud de cable, ciclo 2
2.69
m
1.00 5.00

Punto 3 - punto de prueba de resistencia de aislamiento
750.33
MOhm
100.00 1000.00

Lectura de estabilidad a corto plazo
0.017
%
0.000 0.030

Punto de prueba de corriente de salida mínima
3.991
mA
3.980 4.020

Punto 25 % - lectura de temperatura
24.97
°C
24.85 25.15

Caudal en punto 75 %, tras acondicionamiento
45.17
L/min
44.70 45.30

Temperatura en punto 50 %
50.03
°C
49.85 50.15

Presión en punto 50 %

4.989
bar
4.980 5.020

Lectura punto fondo de escala caudal

60.17
L/min
59.70 60.30

Lectura punto 50 % caudal

29.92
L/min
29.70 30.30

Lectura punto 25 % presión

2.488
bar
2.480 2.520

Punto de prueba de tasa de fuga

0.26
mL/min
0.00 0.50

Punto 3 - punto de prueba de recuperación de sobrecarga

2.34
s
0.00 5.00

Tiempo de calentamiento

10.82
min
0.00 30.00

Punto fondo de escala - lectura de presión

9.997
bar
9.980 10.020

Punto de prueba de error por vibración

0.04
%
0.00 0.10

Lectura de error de desplazamiento, control de banco

-0.02
%
-0.05 0.05