


Charge scan (THR: 205, 1000 events, parasitic injection removed)



Channel	
0 THR: 41.14 keV ENC: 6.54 keV	16 THR: 28.56 keV ENC: 7.68 keV
1 THR: 38.74 keV ENC: 6.33 keV	17 THR: 10.9 keV ENC: 7.17 keV
2 THR: 27.58 keV ENC: 6.28 keV	18 THR: 17.56 keV ENC: 7.27 keV
3 THR: 33.7 keV ENC: 6.38 keV	19 THR: 20.63 keV ENC: 7.3 keV
4 THR: 29.7 keV ENC: 6.44 keV	20 THR: 29.7 keV ENC: 7.47 keV
5 THR: 28.93 keV ENC: 6.37 keV	21 THR: 48.88 keV ENC: 7.95 keV
6 THR: 28.91 keV ENC: 6.81 keV	22 THR: 7.82 keV ENC: 7.26 keV
7 THR: 41.09 keV ENC: 7.05 keV	23 THR: 35.52 keV ENC: 8.71 keV
8 THR: 30.85 keV ENC: 6.65 keV	24 THR: 36.27 keV ENC: 7.3 keV
9 THR: 32.84 keV ENC: 6.23 keV	25 THR: 44.13 keV ENC: 7.0 keV
10 THR: 36.53 keV ENC: 6.65 keV	26 THR: 25.04 keV ENC: 6.63 keV
11 THR: 20.73 keV ENC: 6.09 keV	27 THR: 28.83 keV ENC: 5.83 keV
12 THR: 36.13 keV ENC: 6.71 keV	28 THR: 33.72 keV ENC: 6.2 keV
13 THR: 40.5 keV ENC: 6.41 keV	29 THR: 37.14 keV ENC: 6.06 keV
14 THR: 22.11 keV ENC: 6.31 keV	30 THR: 27.05 keV ENC: 5.71 keV
15 THR: 24.96 keV ENC: 7.37 keV	31 THR: 35.27 keV ENC: 6.44 keV