




กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
88/33 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2149 5680-90 โทรสาร 0 2149 5691

ขั้นตอนการจัดการเครื่องมือ QP-604 แก้ไขครั้งที่ 2 (มีนาคม 2569) สำหรับห้องปฏิบัติการ วิศวกรรม การแพทย์

 (นางสาวศศิธร แก้วพรัตน์) ลูกค้าสัมพันธ์ วันที่ 23 ก.พ. 69	 (นางสาวรณษา ชินภาณุพงศ์) ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ วันที่ 26 ก.พ. 69	 (นายบุญยืน อยู่พิพัฒน์) ผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการ วันที่ 27 ก.พ. 69
--	---	--

การประกาศใช้คู่มือคุณภาพอยู่ภายใต้คำสั่งกองวิศวกรรมการแพทย์ที่ 3/2568 ลง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำและแก้ไขเอกสารอยู่ภายใต้คำสั่งกองวิศวกรรมการแพทย์ที่ 90/2567 ลง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567
คู่มือคุณภาพฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไปหลังจากผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการลงนาม
ห้ามนำคู่มือคุณภาพไปโฆษณาหรือแจกจ่ายโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการ



1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีวิธีการในการขนย้ายและการจัดเก็บเครื่องมือ ป้องกันเครื่องมือในการขนย้ายเครื่องมือไม่ให้เกิดความชำรุดเสียหาย หรือเสียหายอันส่งผลกระทบต่อผลการทำงานของเครื่องมือของผู้รับบริการและห้องปฏิบัติการ

2. ขอบข่าย

การปฏิบัติการในการขนย้ายและการจัดเก็บเครื่องมือ เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมเครื่องมือในการขนย้ายจนถึงการรับเครื่องมือที่ปลายทาง

3. เอกสารอ้างอิง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการก้องวิศวกรรมทางการแพทย์ QM-17025 6.4 เครื่องมือ (Equipment)

4. ความรับผิดชอบ

4.1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการเข้าออกในการขนย้ายเครื่องมือทางการแพทย์

4.2 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ทำการตรวจสอบและจัดเตรียมเครื่องมือในการขนย้าย ควบคุมในการขนย้าย ทำการตรวจสอบมือเครื่องมือถึงปลายทาง

4.3 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ประสานงานกับรถในการขนย้ายเครื่องมือ และอำนวยความสะดวกเมื่อมีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการขนย้าย และเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

5. คำจำกัดความ

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน

6.1 การจัดเก็บเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

6.1.1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจัดทำบัญชีรายการเครื่องมือทั้งหมดในห้องปฏิบัติการ (F604/01)

6.1.2 การจัดเก็บเครื่องมือวัดมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่แต่ละห้องปฏิบัติการต้องจัดทำประวัติเครื่องมือตามแบบฟอร์ม F604/02 และต้องเก็บไว้ในห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่ทางห้องปฏิบัติการกำหนดและจะต้องจัดเก็บตามขั้นตอนดังนี้

1) เครื่องมือที่ใช้งานปกติให้วางอยู่ในห้องปฏิบัติงานนั้นๆ

2) เครื่องมือที่ครบกำหนดทดสอบให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจัดทำแผนการสอบเทียบ F604/03 และแผนการบำรุงรักษาและประกันคุณภาพ F604/04 และดำเนินการส่งสอบเทียบภายนอก โดยแจ้งผู้จัดการห้องปฏิบัติการดำเนินการส่งสอบเทียบภายในตามระบบราชการ

3) เครื่องมือที่ชำรุดหรือการซ่อมแซมให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการแยกออกต่างหากจากการให้บริการ หรือมีป้ายที่เห็นชัดเจนว่า “ห้ามใช้งาน”

6.1.3 การจัดเก็บเครื่องมือของผู้รับบริการและของห้องปฏิบัติการทั้งก่อนทดสอบและหลังทดสอบให้เก็บไว้ในพื้นที่สะอาดและอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและไม่ทำอันตรายต่อเครื่องมือ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) เมื่อผู้รับบริการนำเครื่องมือมาส่งที่ห้องปฏิบัติการ ให้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นว่าเครื่องมือผู้รับบริการเสียหายหรือไม่ตามแบบฟอร์มรับและการจัดการเครื่องมือ (F704/01) ติดป้ายบ่งชี้ และนำเครื่องวางไว้ในที่ห้องลูกค้าสัมพันธ์ จนกว่าจะทำการออกไปส่งงานเรียบร้อยแล้วจึงนำเครื่องมือพร้อมใบส่งงานเข้าห้องปฏิบัติการ

2) เครื่องมือที่รอการทดสอบ สอบเทียบ ให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวางเครื่องมือในพื้นที่ที่กำหนด โดยวางเครื่องลูกค้าเรียงหลัก First In First Out

3) เครื่องมือที่ทดสอบ สอบเทียบเสร็จให้นำเครื่องพร้อมใบรายงานผลคืนฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์



6.2 การขนย้ายเครื่องมือ

6.2.1 กรณีการขนย้ายเครื่องมือวัดที่มีน้ำหนักมาก หรือจำนวนมาก อนุญาตให้มีการใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์ช่วยในการขนย้าย เช่น รถเข็น หรืออุปกรณ์อื่นๆ

6.2.2 การขนย้ายเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักไม่มาก และจำนวนน้อยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการต้องทำด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์ช่วยในการขนย้าย เพื่อป้องกันการกระแทกกระเทือนอันทำให้เกิดความเสียหายและเกิดความผิดพลาดของผลการวัด

6.2.3 กรณีส่งมอบเทียบภายนอก ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์จะต้องทำการตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยของการบรรจุ หรือหีบห่อให้อยู่ในสภาพปลอดภัย

6.2.4 เครื่องมือวัดที่นำกลับมาจากการทดสอบภายนอกจะต้องได้รับการตรวจสอบความเรียบร้อยของภาชนะหรือหีบห่อว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือไม่โดยฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ในกรณีที่พบความเสียหายของ ภาชนะ หีบห่อ หรือเครื่องมือภายใน ให้ทำการสอบสวนหาสาเหตุของปัญหา ตามกระบวนการควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (QP710)

6.2.5 เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการต้องดำเนินการบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือหลังส่งมอบเทียบ (F604/06) และหากมีการใช้ค่าแก้ ต้องบันทึกค่าแก้ล่าสุดลงไปทุกครั้ง

7. บันทึกและรายงานที่ใช้

7.1 บัญชีรายการเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ (F604/01)

7.2 ประวัติเครื่องมือ (F604/02)

7.3 แผนการสอบเทียบ (F604/03)

7.4 แผนการบำรุงรักษาและประกันคุณภาพ (F604/04)

7.5 F704/01 แบบฟอร์มรับและการจัดการเครื่องมือ

7.6 QP710 การควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด