



กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
88/33 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2149 5680-90 โทรสาร 0 2149 5691

ขั้นตอนการทบทวนคำขอรับบริการ QP-701 แก้ไขครั้งที่ 2 (พฤษภาคม 2568) สำหรับห้องปฏิบัติการ วิศวกรรม การแพทย์

 (นางสาวศศิธร แก้วนพรัตน์) ลูกค้าสัมพันธ์ วันที่ 22 เม.ย. 68	 (นางสาวรณชา ชินภาณุพงศ์) ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ วันที่ 23 เม.ย. 68	 (นายบุญยืน อยู่พิพัฒน์) ผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการ วันที่ 25 เม.ย. 68
--	--	---

การประกาศใช้คู่มือคุณภาพอยู่ภายใต้คำสั่งกองวิศวกรรมการแพทย์ที่ 3/2568 สังกัด ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำและแก้ไขเอกสารอยู่ภายใต้คำสั่งกองวิศวกรรมการแพทย์ที่ 90/2567 สังกัด ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567
คู่มือคุณภาพฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไปหลังจากผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการลงนาม
ห้ามนำคู่มือคุณภาพไปโฆษณาหรือแจกจ่ายโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการ



1. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดวิธีดำเนินการทบทวนคำขอ ข้อตกลงและข้อสัญญาต่างๆ หรือเมื่อเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อกำหนดต่างๆ และวิธีการตรงตามความต้องการของลูกค้า

2. ขอบข่าย

2.1 ใช้สำหรับกรณีที่ลูกค้าแจ้งความต้องการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัด การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมข้อตกลง การสอบเทียบเครื่องมือวัด

2.2 ใช้สำหรับพิจารณาการรับงานเพื่อขยายการให้บริการ

3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์ (QM-17025) 7.1 การทบทวนคำขอ ข้อเสนอ และข้อสัญญา (Reviews of Requests, Tenders and Contracts)

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจัดทำรายการบริการห้องปฏิบัติการ เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติฯ รวบรวมความสามารถในการให้บริการทดสอบ สอบเทียบและให้ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้รับบริการโดยทั่วไปทราบ

4.2 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์รับคำขอความต้องการของผู้รับบริการผ่านระบบ Biz Portal โดยผู้รับบริการต้องกรอกคำขอรับบริการตามใบคำร้องขอรับการบริการสอบเทียบและทบทวนความสามารถห้องปฏิบัติการ (F701/01) ในระบบ Biz Portal ในงานบริการ “การขอรับบริการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน”

4.3 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์รับเรื่องผ่านระบบ Biz Portal และสอบถามเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการทบทวนคำขอรับบริการของผู้รับบริการ

4.4 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แจ้งอัตราค่าบริการและกำหนดวันส่งเครื่องมือผ่านระบบ Biz Portal กรณีไม่ขอรับบริการให้ยกเลิก แล้วส่งกลับมายังห้องปฏิบัติการภายใน 15 วันทำการ

4.5 กรณีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจากผู้ขอรับบริการส่งเรื่องให้ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ทบทวนและบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือข้อตกลงที่เปลี่ยนแปลงลงในแบบฟอร์ม F701/02 และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ประสานงานแจ้งผลกระทบให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

4.6 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แจ้งเตือนกำหนดวันส่งเครื่องมือกับทางผู้รับบริการผ่านทางโทรศัพท์หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ

4.7 ผู้รับบริการนำเครื่องมือพร้อมหนังสือนำส่งเครื่องมือ มาส่งยังกลุ่มห้องปฏิบัติการฯ และปฏิบัติตาม QP704 ขั้นตอนการรับและการจัดการเครื่องมือผู้รับบริการ

4.8 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบซึ่งทำให้เบี่ยงเบนจากข้อตกลง ก่อนหน้านี้ให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการแจ้งฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เป็นผู้แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ เพื่อยอมรับและตกลงในการเปลี่ยนแปลง F701/02 บันทึกไว้เป็นหลักฐานโดยฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

4.9 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อนำเครื่องมือเข้าสู่กระบวนการทดสอบ สอบเทียบต่อไป

4.10 ผู้รับบริการสามารถขอใช้สิทธิเข้าดูหรือเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในงานของผู้รับบริการ โดยการทำหนังสือยื่นต่อกองวิศวกรรมการแพทย์ โดยต้องแจ้งวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการ โดยหัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการฯ เป็นผู้อนุมัติ

หมายเหตุ ผู้ขอเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ เข้าเยี่ยมชมได้เฉพาะพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต และปฏิบัติตามมาตรการการใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการ

5. บันทึกและรายงานที่ใช้

5.1 ใบคำร้องขอรับการบริการสอบเทียบและทบทวนความสามารถห้องปฏิบัติการ (F701/01)

5.2 บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง (F701/02)