



กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
88/33 ซอยสาทรสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2149 5680-90 โทรสาร 0 2149 5691

ขั้นตอนการสร้างความมั่นใจในความใช้ได้ของ ผล QP-707 แก้ไขครั้งที่ 2 (มีนาคม 2569) สำหรับห้องปฏิบัติการ วิศวกรรม การแพทย์

 (นางสาวศิริธร แก้วนพรัตน์) ลูกค้าสัมพันธ์ วันที่ 23 ก.พ. 69	 (นางสาวธนา ชินภาณุพงศ์) ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ วันที่ 26 ก.พ. 69	 (นายบุญยืน อยู่พิพัฒน์) ผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการ วันที่ 27 ก.พ. 69
--	--	--

การประกาศใช้คู่มือคุณภาพอยู่ภายใต้คำสั่งกองวิศวกรรมการแพทย์ที่ 3/2568 สั้ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำและแก้ไขเอกสารอยู่ภายใต้คำสั่งกองวิศวกรรมการแพทย์ที่ 90/2567 สั้ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567
คู่มือคุณภาพฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไปหลังจากผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการลงนาม
ห้ามนำคู่มือคุณภาพไปโฆษณาหรือแจกจ่ายโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการ



1. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดวิธีสร้างความมั่นใจในความใช้ได้ของผล เพื่อเฝ้าระวังความถูกต้องของผล การวัด และบันทึกแนวโน้มความผิดปกติในการทำงานได้ ใช้หลักสถิติในการทบทวนผลการวัด การประกันความถูกต้องของผลการวัด

2. ขอบข่าย

ใช้ในการควบคุมคุณภาพผลการวัดของห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพ

3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์ (QM-17025) –ข้อที่ 7.7 การสร้างความมั่นใจในความใช้ได้ของผล (Ensuring the Validity of Results)

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 ห้องปฏิบัติการดำเนินการเฝ้าระวังความใช้ได้ของผล และมีการเก็บข้อมูลของผลการเฝ้าระวัง โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการดำเนินการอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยสามารถเลือกใช้วิธีใดในการดำเนินการก็ได้

4.1.1 การทำแผนภูมิควบคุม (Control chart)

4.1.2 การตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งาน (Intermediate checks)

4.1.3 การทดสอบหรือสอบเทียบซ้ำโดยใช้วิธีเดิมหรือต่างวิธี

4.1.4 ทบทวนผลที่รายงาน

4.1.5 การเปรียบเทียบภายในห้องปฏิบัติการ (Intralaboratory comparisons)

4.2 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจัดให้มีการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ ในแต่ละกิจกรรมการวัดอย่างน้อยทุก 3 ปี โดยสามารถเลือกกิจกรรมดังต่อไปนี้

4.2.1 เข้าร่วมการทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing) หากเป็นไปได้เลือกจากหน่วยงานที่ได้รับรอง ISO/IEC 17043

4.2.2 เข้าร่วมเปรียบเทียบกับผลของห้องปฏิบัติการอื่น ภายนอกหน่วยงาน (interlaboratory comparison)

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการควบคุมคุณภาพ พบปัญหาที่ต้องแก้ไขให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติการแก้ไข (QP807)