



กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
88/33 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000  
โทรศัพท์ 0 2149 5680-90 โทรสาร 0 2149 5691

# ขั้นตอนการออกใบรายงานผลการวัด QP-708 แก้วไขครั้งที่ 3 (สิงหาคม 2568) สำหรับห้องปฏิบัติการ กองวิศวกรรมการแพทย์

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>(นางสาวศศิธร แก้วนพรัตน์)<br>ลูกค้าสัมพันธ์<br>วันที่ 4 กค. 68 | <br>(นางสาวธนชา ชินภาณพงศ์)<br>ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ<br>วันที่ 14 กค. 68 | <br>(นายบุญยืน อยู่พิพัฒน์)<br>ผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการ<br>วันที่ 21 กค. 68 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

การประกาศใช้คู่มือคุณภาพอยู่ภายใต้คำสั่งกองวิศวกรรมการแพทย์ที่ 3/2568 สัณ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำและแก้ไขเอกสารอยู่ภายใต้คำสั่งกองวิศวกรรมการแพทย์ที่ 90/2567 สัณ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567  
คู่มือคุณภาพฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไปหลังจากผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการลงนาม  
ห้ามนำคู่มือคุณภาพไปโฆษณาหรือแจกจ่ายโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการ



## 1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำใบรายงานผลให้มีความชัดเจนไม่คลุมเครือและสอดคล้องกับวิธีการวัดตามมาตรฐาน และเพื่อเป็นแนวทางในการออกใบรายงานผลทดแทนฉบับที่เปลี่ยนแปลง แก้ไข

## 2. ขอบข่าย

2.1 ใช้ในการจัดทำใบรายงานผลการวัด ที่ห้องปฏิบัติการออกให้กับผู้รับบริการ

2.2 ใช้ในการจัดทำใบรายงานผลการวัดทดแทนฉบับที่เปลี่ยนแปลง แก้ไข

## 3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์ (QM-17025) ข้อที่ 7.8 การรายงานผลการวัด (Reporting Results)

## 4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

### 4.1 การจัดทำใบรายงานผลการวัด

4.1.1 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ทำการบันทึกข้อมูลดิบ ซึ่งรายละเอียดของการบันทึก ประกอบไปด้วย

- 1) รายละเอียดการซึบของตัวอย่าง เช่น ชื่อเครื่องมือ ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขประจำเครื่อง
- 2) สภาวะแวดล้อมขณะทำการวัด เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์
- 3) วันที่เริ่มและสิ้นสุดการวัด
- 4) ผลการวัด พร้อมทั้งหน่วยของผลการวัดนั้น

4.1.2 เมื่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการดำเนินการวัดแล้วเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่ทำการประมวลผล เพื่อกำหนดค่าใบรายงานผลให้กับผู้รับบริการ โดยใบรายงานผลจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้

- 1) หัวเรื่อง เช่น รายงานผลการวัด ใบรายงานผลการวัด
- 2) ชื่อ ที่ตั้งและพื้นที่ของห้องปฏิบัติการ
- 3) การซึบรายงานผลการวัด และในกรณีที่รายงานผลมีหลายหน้า ในแต่ละหน้า นั้นต้องมีการซึบเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลฉบับเดียวกัน

4) ชื่อ และที่อยู่ของผู้รับบริการ

5) วิธีการวัด

6) รายละเอียด ลักษณะ สภาพและการซึบตัวอย่างที่ไม่คลุมเครือของเครื่องมือ

7) วันที่รับตัวอย่าง วันที่เริ่มทดสอบ

8) ผลการวัด พร้อมทั้งหน่วยของผลการวัดนั้น

9)ลายเซ็นผู้ดำเนินการทดสอบ ผู้อนุมัติการออกใบรายงานผล

10) ข้อความที่ระบุว่ารายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับเครื่องมือที่นำมาทดสอบหรือสอบเทียบรวมถึงสภาพแวดล้อม ในวันและในห้องปฏิบัติการเท่านั้น

11) ภาวะแวดล้อมขณะทดสอบ เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความกดอากาศ

12) ข้อความระบุความไม่แน่นอนของการวัด

13) ข้อความแสดงหลักฐานการสอบกลับได้ของผลการวัด



#### 4.1.3 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ทำหน้าที่กำหนดหมายเลขรหัสใบรายงานผลการวัด โดยใช้รหัสบังคับดังนี้

วิธีการกำหนดรหัสใบรายงานผลการวัด

รหัสย่อเครื่องมือวัด เช่น TEM : เครื่องวัดอุณหภูมิ

AA : รหัสแสดงปีงบประมาณที่ทำการวัด

BBBB : ลำดับเอกสาร (0001-9999)

XXX-AA-BBBB

4.1.4 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ดำเนินการวัด ลงลายมือชื่อในใบรายงานผลพร้อมทั้งเซ็นสติกเกอร์ให้กับผู้รับบริการ โดยมีรายละเอียดดังรูป

และทำการตรวจสอบใบรายงานผลการวัด ดังนี้

- 1) ความถูกต้องของตัวอักษร และการพิมพ์
- 2) ความถูกต้องของข้อมูลเมื่อเทียบกับข้อมูลดิบ หรือข้อมูลที่ได้จากการคำนวณของ Software
- 3) ผลการสอบเทียบและทดสอบรวมทั้งค่าความคลาดเคลื่อนหรือค่าแก้
- 4) ผลของค่าความไม่แน่นอนของการวัด ในกรณีที่เป็นการสอบเทียบ เมื่อพบข้อบกพร่องในความถูกต้องของข้อมูลใน

ใบรายงานผล ให้ทำการแก้ไขและจัดทำใหม่

4.1.5 หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามอนุมัติใบรายงานผลการวัด

4.1.6 กรณีแก้ไขข้อมูลในใบรายงานผลการวัด หลังจากที่ได้ออกใบรายงานผลไปแล้ว ข้อ 4.3 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จะต้อง

1) ทำใบรายงานผลทดแทน โดยที่หมายเลขของใบรายงานผลทดแทนยังเป็นหมายเลขเดิมแต่เพิ่มเครื่องหมายทับ “/” ตามด้วยหมายเลขลำดับการแก้ไข ตัวอย่างเช่น XXX-AA-BBBB/C (C หมายถึง ครั้งที่แก้ไขใบรายงานผล)

2) เพิ่มข้อความ “Supplement to Certificate of Calibration number XXX-AA-BBBB” และหมายเหตุความบกพร่องในใบรายงานผลฉบับทดแทน ไว้ที่ใบรายงานผลฉบับทดแทนหน้าสุดท้าย

4.1.7 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์จะเป็นผู้ตรวจสอบใบรายงานผลทั้งหมดในขั้นตอนสุดท้ายและจัดเตรียมใบรายงานผลไว้ให้ผู้รับบริการอย่างถูกต้อง

4.1.8 การขอสำเนารายงานผลการสอบเทียบ/ทดสอบของผู้ใช้บริการ กรณีที่รายงานผลการสอบเทียบ/ทดสอบ สูญหาย

- 1) ผู้ขอทำหนังสือแจ้งกลุ่มห้องปฏิบัติการฯ
- 2) ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ รับใบคำร้องและแจ้งให้หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการฯ พิจารณาคำขอและตัดสินใจในการรับหรือไม่รับคำขอ โดยให้ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับบริการทราบด้วย
- 3) หากรับคำขอ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ดำเนินการให้พิมพ์พร้อมประทับตราสำเนาถูกต้องแล้วนำเสนอหัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการฯ รับรองสำเนาและจ่ายสำเนาแก่ผู้ขอสำเนา

#### 4.2 การส่งผลการทดสอบ สอบเทียบ

4.2.1 กรณีมารับด้วยตนเอง

1) ผู้รับบริการนำหนังสือที่ใช้ติดต่อหรือแบบฟอร์มที่แสดงได้ว่าเป็นผู้รับบริการทดสอบ สอบเทียบ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ กลุ่มห้องปฏิบัติการฯ กองวิศวกรรมการแพทย์

2) ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์จ่ายใบรายงานผลการทดสอบ สอบเทียบ ต้องตรวจสอบเอกสารและจ่ายให้แก่ผู้ขอรับเฉพาะใบรายงานผลการทดสอบ สอบเทียบ ของผู้รับบริการรายนี้เท่านั้น



4.2.2 กรณีส่งทางไปรษณีย์ ห้องปฏิบัติการจัดทำใบรายงานผลการทดสอบ สอบเทียบ ตามรายละเอียดที่ผู้รับบริการได้แจ้งไว้ และนำส่งใบรายงานผลโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป กองวิศวกรรมการแพทย์

#### 4.3 รูปของสติ๊กเกอร์

เมื่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการดำเนินการออกรายงานผลเรียบร้อยแล้วให้ออกสติ๊กเกอร์แสดงสถานะของตัวเครื่อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) หมายเลขรายงานผลของเครื่องนั้น
- 2) หมายเลขเครื่องที่ทำการทดสอบ สอบเทียบ
- 3) วันที่ทำการทดสอบ

พร้อมลงนามกำกับเพื่อให้สามารถสอบย้อนกลับได้ว่าเจ้าหน้าที่ท่านใดเป็นผู้ดำเนินการ ดังรูป



| Medical Engineering Division |  |
|------------------------------|--|
| Certificate Number           |  |
| S/N                          |  |
| Cal. Date                    |  |
| Due Date                     |  |

[illegible]