



กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
88/33 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2149 5680-90 โทรสาร 0 2149 5691

ขั้นตอนการจัดการงานที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อกำหนด
QP-710 แก้ไขครั้งที่ 2 (มีนาคม 2569)
สำหรับห้องปฏิบัติการ วิศวกรรม
การแพทย์

 (นางสาวศศิธร แก้วนพรัตน์) ลูกค้าสัมพันธ์ วันที่ 23 ก.พ. 69	 (นางสาวธนา ชินภาณุพงศ์) ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ วันที่ 26 ก.พ. 69	 (นายบุญยืน อยู่พิพัฒน์) ผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการ วันที่ 27 ก.พ. 69
---	--	--

การประกาศใช้คู่มือคุณภาพอยู่ภายใต้คำสั่งกองวิศวกรรมการแพทย์ที่ 3/2568 สั้ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำและแก้ไขเอกสารอยู่ภายใต้คำสั่งกองวิศวกรรมการแพทย์ที่ 90/2567 สั้ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567
คู่มือคุณภาพฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไปหลังจากผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการลงนาม
ห้ามนำคู่มือคุณภาพไปโฆษณาหรือแจกจ่ายโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการ



1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีแนวทางปฏิบัติเมื่อพบงานหรือผลการวัดที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ และข้อกำหนดที่ตกลงกับผู้รับบริการ

2. ขอบข่าย

ใช้เมื่อพบข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ในขณะที่กำลังดำเนินการอยู่หรือเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3. เอกสารอ้างอิง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.1 คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์ QM-17025 7.10 งานที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
(Nonconforming work)

3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการแก้ไข QP-807

4. นิยาม

งานที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด หมายถึง งานในกระบวนการทดสอบหรือสอบเทียบที่ไม่เป็นไปตามที่ได้กำหนด ซึ่งเกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้ ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ การควบคุมคุณภาพ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือ การสังเกตพบของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ หรือผู้จัดการห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบการรายงานผล การทบทวนการบริหาร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน และการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก

5. ความรับผิดชอบ

5.1 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ มีหน้าที่รับคำร้อง สั่งหยุดงาน ระบุ ชะลอใบรายงานผลการวัด หรือทำซ้ำ ประเมินความสำคัญและผลที่จะเกิดขึ้น ปิดคำร้อง ทำการสรุปผลการดำเนินการเข้าที่ประชุมทบทวนประจำปี

5.2 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ มีหน้าที่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไข

5.3 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จัดบันทึกรายละเอียดงานทดสอบหรือสอบเทียบที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในแบบบันทึก

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน

6.1 เมื่อพบงานที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทำการจัดบันทึกรายละเอียดงานที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในบันทึกการควบคุมงานทดสอบหรือสอบเทียบที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด ยื่นต่อผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

6.2 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งหยุดงาน ชะลอใบรายงานผล เมื่อมีการบ่งชี้ที่ไม่เป็นไปตามกำหนด และพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในการดำเนินการแก้ไข

6.3 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ ประเมินความสำคัญ และผลที่จะเกิดตามมาของงานที่ไม่เป็นไปตามกำหนด

- กรณีไม่มีผลกระทบต่อผลการวัด ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการแก้ไขทันที
- กรณีมีผลกระทบต่อผลการวัด ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ สั่งให้หยุดและยกเลิกการทดสอบหรือสอบเทียบ ก่อนดำเนินการแก้ไขโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย และกรณีที่พบว่าไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันทีจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติการแก้ไข (QP807)

6.4 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบแล้วรายงานผลต่อหัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการฯ

6.5 หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขโดยใช้บริการจากภายนอก หัวหน้าห้องปฏิบัติการฯ เสนอต่อผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์เพื่อดำเนินการต่อไป

6.6 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการมีอำนาจในการอนุมัติ ให้เรียกงานทดสอบหรือสอบเทียบกลับมาทำใหม่ หรือทำงานต่อไปได้อีกครั้ง

6.5 เมื่อปฏิบัติการแก้ไขแล้วเสร็จ ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบประสิทธิภาพการแก้ไขรวมทั้งพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการยอมรับงานสอบเทียบและทดสอบหรือสอบเทียบที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด และถ้าจำเป็นต้องแจ้งผู้รับบริการและเรียกงานกลับมาทำใหม่ กรณีมีผลกระทบต่อรายงานผลการทดสอบหรือสอบเทียบของผู้รับบริการที่ออกไปแล้ว

- กรณีการแก้ไขมีประสิทธิภาพ ลงนามรับรอง
- กรณีการแก้ไขไม่มีประสิทธิภาพให้ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขใหม่อีกครั้ง



6.6 จัดส่งบันทึกการควบคุมงานทดสอบหรือสอบเทียบที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด ยังผู้จัดการห้องปฏิบัติการ เพื่ออนุมัติปิดคำร้อง

6.7 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย บันทึกงานที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในทะเบียนบันทึกการควบคุมงานทดสอบที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด (F710/02) เพื่อเปิดสถานะของงาน

6.8 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการให้ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ ทำการสรุปผลการดำเนินการเข้าที่ประชุมทบทวนบริหารประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาในกรณีที่มีผลกระทบกับระบบคุณภาพ

7. บันทึกและรายงานที่ใช้

- 7.1. F710/01 การควบคุมงานทดสอบหรือสอบเทียบที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
- 7.2. F710/02 ทะเบียนควบคุมบันทึกงานทดสอบหรือสอบเทียบที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด