

Gəmi qazanalizatorları və onların istismarı

1. Cihazın kalibrovkası zamanı qaz balonundan nə vaxt istifadə edilir?

Düzgün cavab: Sensorların dəyişilməsi, nasos sıradan çıxan zaman, texniki xidmət zamanı

2. CO hansı qazdır, insan orqanizminə necə təsir edir?

Düzgün cavab: Karbon oksidi, qırmızı qan hissəciklərinə qarışaraq, hava çatışmamazlığı əmələ gətirir, nəticədə insan huşunu itirir

3. LEL – tüstü qazı hansı qazlara aiddir, onun gəmidə mənbəyi:

Düzgün cavab: İnsan orqanizminə təsir edən zərərli qazdır, mənbəyi baş mühərrik, dizel generatoru, buxarqazan

4. Cihaz sensorunun sınağı nə vaxt yerinə yetirilir?

Düzgün cavab: Sensoru dəyişdirəndə, təzə sensor üçün 5 dəqiqə, işlənmiş sensoru 60 saniyə

5. Cihazı idarə edən düymənin əsas vəzifələri:

Düzgün cavab: Yandırır-söndürmək, rəqəmləri azaldıb-çoxaltmaq, kalibrovkanı yerinə yetirmək, menyuya girmək

6. Əl ilə kalibrovka nə zaman yerinə yetirilir?

Düzgün cavab: Hər dəfə qaz olan obyektə yoxlamağa gedəndə

7. Gəmi yük anbarlarında, tanklarında əmələ gələn qaz növləri:

Düzgün cavab: Kükürd, karbon, metan qazları

8. Cihaza ehtiyat giriş nə üçündür?

Düzgün cavab: İstismar zamanı cihazın yaddaşında yığılan qəza məlumatlarını öyrənmək üçün

9. Cihazın həyacan siqnalları nə vaxt və necə özünü göstərir?

Düzgün cavab: Nasos, datçiklər sıradan çıxanda, rəqəmlər göstərilən hədd normasından fərqli olduqda həm işıq və həm də səs siqnalı kimi özünü göstərir

10. Nasosun həyacan siqnalı nə zaman baş verir?

Düzgün cavab: Nasos işləyən zaman, süzgəcin(filterin) şlanqın və nasosun çirklənməsi zamanı

11. Partlayış təhlükəsi olan atmosferdə oksigenin hansı miqdarında cihazın kalibrovka edilməsi mümkündür?

Düzgün cavab: Oksigenin konsentrasiyası 20, 9% olduqda mümkündür

12. Cihazın əsas işçi elementlərin texniki xidməti zamanı (çirklənən zaman) onun təmizlənməsi üçün hansı vasitələrdən istifadə olunur?

Düzgün cavab: Elementlərin silib təmizlənməsi yalnız içməli su və pambıq parça olmalıdır

13. Cihazın "Ok" düyməsinin əsas funksiyaları hansılardır?

Düzgün cavab: "Ok" düyməsi cihazı aktiv/deaktiv, kalibrovka zamanı, həyacan signalının söndürülməsi zamanı, kodun verilməsi zamanı istifadə edilir

14. Cihazın sensoru çirkləndə hansı şəraitdə öz-özünə təmizlənir?

Düzgün cavab: Sensor 10-30 dəqiqə təmiz havada saxlanıldıqda öz-özünə təmizlənir

15. Gəmilərdə qazölçən cihazlardan əsas etibarilə haralarda istifadə edilir?

Düzgün cavab: Maşın-qazan şöbəsində, maye yanacaq olan yerlərdə, kameron şöbəsində, malyarkada istifadə edilir

16. Cihaz sənaye sahəsində hansı işçi temperaturda işləyə bilər?

Düzgün cavab: Cihazın işçi temperaturu -20 °S-dən +55 °S-yə qədər olur

17. Nümunə götürmək üçün istifadə olunan nasos nə zaman sınaq olunur?

Düzgün cavab: Cihaz aktiv olduğundan sonra əgər displeydə "nasos nasazdır" yazısı gələrsə

18. Oksigenin hansı miqdarında cihazlardan istifadə etmək qadağandır?

Düzgün cavab: 27.6 %

19. Cihaz hansı halda yenidən kalibrovka olunmalıdır?

Düzgün cavab: Yanar qazların konsentrasiyası normadan fərqli olduqda

20. Karbon dioksit qazı ilə zəhərlənmənin əlamətləri və ilk tibbi yardım:

Düzgün cavab: A və B bəndində olduğu kimi, əlavə olaraq yuxuluq, həyacanlıq. Zərərçəkən 24 saat və ya tam sağalana qədər yataq rejiminə riayət etməlidir

21. Qaz həyacan signalı nə zaman sönür?

Düzgün cavab: Qaz mühiti qəbul olunan həddə qayıtdıqda

22. Hansı halda nümunə nasosunun “nasazlıq” həyacan signalı çağırmağa başlayır?

Düzgün cavab: Nasosun kalibrovkası tamamlananda, nasos nasaz olduqda və ya kalibr şlanqı bərkidildikdə, filteri yenisi ilə əvəz etdikdə və kalibr qazı tətbiq edildikdə

23. Displaydə nasosun nasazlığını bildirən xəbərdarlıqdan sonra, nasosun yenidən kalibr olunması nasazlığı aradan qaldırmazsa nə etmək lazımdır?

Düzgün cavab: Nasosu yenisi ilə əvəz etmək lazımdır

24. Cihazın nasosunun filteri tıxanan zaman , filteri hansı üsulla təmizləmək lazımdır?

Düzgün cavab: Yumşaq təmiz fırçadan istifadə edərək, filter təmizlənməli və tam qurudulduqdan sonra yerinə bərkidilməlidir

25. Nasosun filterini yenisi ilə əvəz edərkən hansı ardıcılığa əməl etmək lazımdır?

Düzgün cavab: Detektoru söndürdükdən sonra “Filips” vintaçanla vintləri boşaldıb, filteri yenisi ilə əvəz etdikdən sonra vintləri yenidən bərkitmək lazımdır

26. Dəm qazının hansı konsentrasiyası insan üçün ölüm təhlükəsi yaradır?

Düzgün cavab: 1.1 %

27. Açıq göyərtədə baş verən yanğınlar hansı yanğınsöndürən vasitələrlə söndürülür?

Düzgün cavab: Köpük və ya su ilə (eyni vaxtda olmamaq şərti ilə)

28. Yanan mayeləri hansı odsöndürən vasitələrlə söndürmək olar?

1. Köpüklə
2. Kompakt su ilə
3. Ümumi təyinatlı tozla
4. Karbon qazı ilə

Düzgün cavab: 1,3,4

29. Cihazı söndürmək üçün hansı əməliyyatı yerinə yetirmək lazımdır?
Düzgün cavab: Ok” düyməsini ekranda “OFF” yazısı gələndə sığışdırmaq lazımdır

30. “Ok” düyməsini 2 dəfə sürətlə basmaq hansı əməliyyatlar zamanı yerinə yetirilir?
Düzgün cavab: Hamısı

31. Bəzi üzvi maddələrin buxarı (silikonlar, hallogenli karbohidratlar) cihazın işinə necə təsir göstərir?
Düzgün cavab: Cihazın işini müvəqqəti ləngidir ki, bu da cihazın işinə mənfi təsir göstərir

32. Bəzi üzvi maddələrin buxarı (silikonlar , hallogenli karbohidratlar) cihazın işini müvəqqəti ləngidir ki, hansı əməliyyatdan sonra cihazın normal fəaliyyəti bərpa olunur?
Düzgün cavab: Yenidən kalibrovka edildikdən sonra cihaz öz normal fəaliyyətini bərpa edir

33. Yanar qaz sensoru hər dəfə çirkləndiricinin, zəhərli qazların və ya buxarların təsirinə məruz qaldıqdan sonra hansı əməliyyat aparılmalıdır?
Düzgün cavab: Yanar qaz sensoru mütləq kalibrovka qazı ilə sınaq edilməlidir

34. Hansı halda təkrar kalibrovka etməyə ehtiyac vardır?
Düzgün cavab: Qaz dəyərləri normadan fərqlidirsə

35. Şkalanın istənilən qəfil yüksəlməsi və ya düşməsi (xaotik göstəricisi) zamanı nə başa düşülür?
Düzgün cavab: Qaz konsentrasiyasının olduğunu bildirir ki, bu hal təhlükəli mühitdən xəbər verir

36. Detektorun uzun müddət yanar qaz konsentrasiyası və havanın təsirinə məruz qalması zamanı detektorda hansı dəyişikliklər baş verir?
Düzgün cavab: Detektorun elementləri yüklənir ki, bu hal detektorun iş xarakteristikasına mənfi təsir göstərir

37. Kalibrovka əməliyyatı tamamlanmamış dayandırılındanda ekranda (displaydə) hansı işarə(yazı) yazılır?
Düzgün cavab: CAL ABORTED

38. Cihazın ekranında (displaydə) "CAL DUE" yazısı hansı əməliyyatın aparılmasını tələb edir?

Düzgün cavab: Cihazın Kalibrovka edilməsini

39. Aşağı səviyyəli həyacan siqnallarının əlamətləri hansılardır?

Düzgün cavab: Sürətsiz səs və vizual siqnal, ALARM və müvafiq qaz xətləri(işarəsi) yanıb sönmür , vibro siqnal işə düşür