

Amann Girschbach AG | Herrschaftswiesen 1 | 6842 Koblach | Austria

Kundenname & Anschrift

Koblach, 23.04.2021

Fon +43 5523 62333-260
Fax +43 5523 62333-249

Dringende Sicherheitsinformation zu Zolid FX Multilayer und Zolid gen-x

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei den nachfolgend aufgeführten Produktionschargen von Zolid FX Multilayer und Zolid gen-x besteht die Möglichkeit einer Kontamination der Rohlinge.

Bei diesen Chargen gibt es ein potentielles Risiko von Fremdpartikeln, die im Rahmen des Produktionsprozesses eingebracht wurden und welche die ästhetischen sowie mechanischen Eigenschaften des Endproduktes beeinflussen könnten.

Bis heute wurden uns keine Komplikationen mit Bezug auf den oben beschriebenen Sachverhalt gemeldet. Es handelt sich bei dieser Sicherheitsinformation um eine freiwillige, vorsorgliche Maßnahme, um die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von Amann Girschbach-Produkten sicherzustellen.

Wir bitten Sie daher, die bei Ihnen lagernden Produkte mit den unten erwähnten Chargennummern an die Amann Girschbach AG zurückzusenden.

Bitte tragen Sie in die nachfolgende Tabelle die Anzahl der Rohlinge ein, die Sie retournieren werden.

Artikelnummer	Artikel	Charge/LOT	Anzahl retour
761778	Zolid FX ML 0/A1 98X20N	2103000	
761810	Zolid FX ML D2/D3 98X20N	2103001	
766945	Zolid gen-x D3 98X16	2103000	

Wir haben diesen Mangel bereits intern behoben und sichern Ihnen einwandfreien Ersatz zu.

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns bereits im Voraus.

■■■■■■■■■■, CEO

■■■■■■■■■■, COO

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.