

신 · 구조문대비표

현행	개정안	개정이유
제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 7. (생략) 8. “방사선안전관리자”란 방사성동위원소 및 진단 목적 이외의 <u>방사선 발생 장치에</u> 대한 안전관리업무를 수행하는 자를 말하며, “안전관리책임자”란 진단용 방사선 발생장치의 사용·관리에 대한 안전관리업무를 수행하는 자를 말한다. <신설>	제2조(정의) ----- -----. 1. ~ 7. (현행과 같음) 8. ----- -----<u>방사선발생 장치에</u>----- ----- 말한다. 9. “안전관리책임자”란 <u>진단용 방사선발생장치의 사용·관리에 대한 안전관리업무를 수행하는 자를 말한다.</u>	• 띄어쓰기 정정 • 제2조의 제8호에 2가지 용어를 정의하고 있어 각 용어를 제8호, 제9호로 분리

9. (생략) 10. (생략) 11. (생략) 12. (생략) 13. (생략) 14. (생략)	10. (현행 제9호와 같음) 11. (현행 제10호와 같음) 12. (현행 제11호와 같음) 13. (현행 제12호와 같음) 14. (현행 제13호와 같음) 15. (현행 제14호와 같음)	
제7조(안전관리책임자·방사선안전관리자의 선임 등) ① (생략) 1. (생략) 2. 방사선안전관리자를 선임·해임하는 경우에는 「원자력안전법」 제53조의2에 따라 원자력안전위원회에 30일 이내에 신고하여야 한다. ② ~ ④ (생략) <신설>	제7조(안전관리책임자·방사선안전관리자의 선임 등) ① (현행과 같음) 1. (현행과 같음) 2. ----- -----제53조의3 ----- -----. ② ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 각급 부대의 장은 「원자력안	• 근거 법령 조문번호 오기 수정 • 관련 법령에 따른 방사선안전

전법 시행령」 제82조의5에 따라 당해 부대의 방사선안전관리자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유 발생 즉시 대리자를 지정하여 일시적으로 방사선안전관리자의 직무를 대행하게 하여야 한다. 또한 대리자에 대한 지정서를 「원자력안전법 시행규칙」 별지 제65호의 3 서식에 따라 작성하여 보관한다.

1. 방사선안전관리자가 여행·질병이나 그 밖의 사유로 일시적인 직무를 수행할 수 없는 경우(직무대리기간: 연간30일 이내, 다만 출산휴가로 인한 경우 연간 90일 이내)

관리자 대리자 지정 및 직무대리기한의 구체화

⑤ <u>각급 부대의 장은 안전관리책임자</u>에게 방사선 안전관리에 관한 권한을 위임할 수 있으며, <u>안전관리책임자가</u> 안전관리업무를 성실히 수행하지 아니할 때에는 지체 없이 다른 부대원으로 교체하여야 한다. ⑥. (생략)	<u>2. 방사선안전관리자의 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 방사선 안전관리자가 선임되지 아니한 경우(직무대리기간: 해임 또는 퇴직한 날로부터 30일 이내)</u> ⑥. -----<u>안전관리책임자·</u> <u>방사선안전관리자에게</u> ----- -----, <u>안전관리책임자·</u> <u>방사선안전관리자가</u>----- ----- -----. ⑦. (현행 제⑥항과 같음)	• 항 번호 변경 및 누락된 방사선안전관리 추가 반영
제12조(비진단용 <u>방사선 발생장치</u>와 방사성동위원소의 허가 및 신고) ① ~ ③ (생략)	제12조(비진단용 <u>방사선발생장치</u>와 방사성동위원소의 허가 및 신고) ① ~ ③ (현행과 같음)	• 띄어쓰기 정정

④ 제1항에 따라 사용허가를 받은 부대(이하 “허가부대”라 한다)의 장과 사용신고를 한 부대(이하 “신고부대”라 한다)의 장은 허가증을 발급받은 날부터 1개월 내에 <u>각 군 군수참모부</u>를 경유하여 국방부장관(군수관리관)에게 허가증 사본 또는 신고확인증 사본을 첨부하여 보고하여야 한다. <u><신 설></u>	④ ----- ----- ----- -----<u>각 군 본부</u> ----- ----- -----. ⑤ 제4항의 조치를 한 허가 및 신고부대의 방사선안전관리자는 제반 현황을 국방방사선안전관리체계(DRSMS)에 입력한다.	• 각 군별 방사선 안전관리 업무부서가 상이함으로 군수참모부를 삭제하고 각 군 본부로 명시함. • 「국방방사선안전관리체계(DRSMS)」 적용 근거 마련
제13조(비진단용 <u>방사선 발생장치</u>와 방사성동위원소의 검사 및 정기보고) ① (생략)	제13조 (비진단용 <u>방사선발생장치</u>와 방사성동위원소의 검사 및 정기보고) ① (현행과 같음)	• 띄어쓰기 정정

② 각급 부대의 장은 연1회 군 검사기관으로부터 정기검사를 받아야 한다. <u>다만, 국방과학연구소는 민간 검사기관(한국원자력안전기술원)으로부터 정기검사를 받을 경우 「원자력안전법」이 정하는 시기에 따라 검사를 실시하여야 한다.</u> ③ (생략) ④ 허가부대의 장은 취득·사용·보유·처분현황 및 종사자 개인별 피폭방사선량 등에 대하여 원자력안전위원회에 분기마다 정기 통보를 하여야 한다.	② 각급 부대의 장은 연1회 군 검사기관으로부터 정기검사를 받아야 한다. ③ (현행과 같음) ④ 허가부대의 장은 「원자력안전법 시행규칙」 제127조에 따라 취득·사용·보유·처분현황----- ----- -----.	• 국방과학연구소는 「군 방사선 안전관리 훈령」 적용 대상이 아니므로 삭제 • 허가부대의 장의 분기보고 의무 관련 근거법령 명시
---	---	---

제14조(방사성동위원소등의 처분 및 운반) ① 개인에 대한 연간 피폭방사선량이 10 마이크로시버트 이상이거나 집단에 대한 총 피폭방사선량이 1 맨·시버트 이상이 되는 것으로서 원자력안전위원회가 정하는 핵종별 농도 이상의 방사성폐기물은 자체 처분할 수 없으며 방사성폐기물관리 사업자에게 인도하여야 한다.	제14조(방사성동위원소등의 처분 및 운반) ① 「방사성폐기물 분류 및 자체처분 기준에 관한 규정」에 따라 개인에 대한 연간	• 방사선편해기물 처리 관련 근거 법령 명시
② (생략)	----- ----- ----- ----- ----- -----.	
③ (생략)	② (현행과 같음)	
1. 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 제84조 제4호 및 제5호에 따른 B(U)형 운반물, B(M)형 운반물 및 C형 운반물	③ (현행과 같음) 1. 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 제90조 ----- ----- -----	• 근거 법령 조문번호 오기 수정

2. 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 제84조 제6호에 따른 핵분열성물질운반물	2. 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 제90조 ----	• 근거 법령 조문번호 오기 수정
제15조의2(사용 등의 기술기준) 허가부대의 비진단용 방사선 발생장치 및 방사성동위원소의 사용에 대한 기술기준은 다음 각호와 같다. 1. ~ 5. (생략) 6. 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 정기점검 및 누설 점검을 실시할 것.	제15조의2(사용 등의 기술기준) 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」에 따라 허가부대의 비진단용 방사선발생장치 및 ---- 1. ~ 5. (현행과 같음) 6. -----정기점검을 실시하고 방사성동위원소의 사용이 밀봉선원일 경우 -----.	• 사용에 대한 기술기준 근거 법령 명시 • 띄어쓰기 정정 • 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」에 따라 누설점검대상의 구체적 명시

<u><신 설></u>	제16조의2(위험성평가의 실시) ① 「산업안전보건법」 제36조, 같은 법 시행규칙 제37조에 따라 위험성평가를 실시하여야한다. ② 위험성평가의 세부절차는 「국방 안전 훈령」 제9조 및 제17조, 「국방분야 중대재해 예방을 위한 안전·보건관리 업무수행 지침」, 「국방 위험성평가 지침」에 따른다.	• 관련 법령에 제시된 내용을 추가 반영
제18조(건강진단) (생략) 1. 비진단용 방사선 발생장치를 사용하는 종사자와 수시출입자의 건강진단 시기와 문진 및 검사항목에 대하여는 「원자력안전법 시행규칙」 제121조를 준수한다.	제18조(건강진단) (현행과 같음) 1. 비진단용 방사선발생장치 및 방사선동위원소를 사용하는 종사자와 수시출입자의 ----- ----- -----.	• 띄어쓰기 정정 • 방사성동위원소 추가

제19조(선량한도 초과자에 대한 조치) (생 략) 1 ~ 2 (생 략) 3. 허가부대의 경우 「개인피폭방사선 량의 평가 및 관리에 관한 규정」에 서 정한 기일 내에 한국원자력안전기 술원장에게 통보	제19조(선량한도 초과자에 대한 조치) (현행과 같음) 1 ~ 2 (현행과 같음) 3. 허가부대의 경우 「원자력안전 법 시행규칙」 제122조, 「개인피 폭방사선량의 평가 및 관리에 관한 규정」 제6조에 따라 20일 내에 한국원자력안전기술원장 에게 통보	• 근거 법령 명시, 법령에 따른 구체적 기한 명시
제20조(피폭저감화 조치) <u>허가부대</u>의 장 은 방사선이용시설의 정상운전 및 비정상상태(사고를 제외한다)에서 방 사선이용시설에 종사하는 종사자 및 수시 출입자와 시설주변 주민이 받게 되는 방사선피폭을 최소화하기 위하	제20조(피폭저감화 조치) 「원자력 안전법 시행령」 제134조에 따라 <u>허가부대</u>의 장은----- ----- ----- -----	• 근거 법령 명시

여 원자력안전위원회가 정하는 바에 따라 다음 각호의 조치를 하여야 한다.	----- ----- --.	
제21조(장해방어조치 및 보고) ① <u>허가부대의</u> 장은 방사선이용시설이나 방사성 동위원소등에 위험 및 고장이 발생하였거나 발생할 우려가 있을 때 또는 방사선장해가 발생한 때에는 다음 각호와 같은 안전조치를 하여야 한다.	제21조(장해방어조치 및 보고) ① 「원자력안전법」 제92조, 같은 법 시행령 제136조에 따라 <u>허가부대의</u> 장은 ----- ----- ----- -----.	• 근거 법령 명시
제23조(교육) ① (생 략) ② (생 략) 1. (생 략)	제23조(교육) ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) 1. (현행과 같음)	

2. 비진단용 방사선 <u>작업종사자 교육</u>은 「<u>원자력안전법 시행규칙</u>」 제138조를 따른다.	2. ----- 교육은 「<u>원자력안전법</u>」 제106조, 같은 법 시행령 제149조, 같은 법 시행규칙 제138조에 따르며 별표 8을 참고한다.	• 근거 법령 명시 및 대상별 교육을 별표로 제시
③ 진단용 방사선 발생장치 사용부대의 안전관리책임자는 선임된 날부터 1년 이내에 <u>방사선분야 관련단체가 실시하는 안전관리책임자교육을 이수하여야 한다.</u> 다만, 교육을 받은 후 2년 이내에 선임된 경우에는 그러하지 아니하다.	③ ----- ----- 안전관리책임자 교육을 이수하여야 하며, 그 후에는 3년(선임교육을 이수한 날부터 가산하여 3년이 되는 날이 속하는 해의 1월 1일부터 12월까지를 말한다)마다 보수교육을 받아야 한다.	• 「진단용 방사선 안전관리책임자에 대한 교육 및 교육기관 지정」이 2023.10.30일부로 개정되어 교육 주기가 2년에서 3년으로 변경됨
④ 「<u>원자력안전법</u>」 제84조 제2항에 따른	<삭 제>	• 제4항을 제2항 제2호로 통합

<u>면허를 받은 자는 「원자력안전법」 제 106조 및 같은 법 시행령 제149조에 따라 원자력안전위원회가 실시하는 보수교육을 이수하여야 한다.</u> ⑤ <u>폭발물엑스레이촬영기를 보유한 각 군 EOD반 전원, 국직부대 운용요원</u>은 연 1회 사이버 방사선 안전교육을 이수하여야 한다.	④ <u>각 군 및 국직부대의 폭발물 엑스레이촬영기</u> ----- ----- -----.	조치 • 제5항을 제4항으로 변경 • 교육이수 대상자 명확화
제24조(안전관리기관 지정·운영) ① (생략) 1 ~ 4 (생략) <u><신설></u>	제24조(안전관리기관 지정·운영) ① (현행과 동일) 1 ~ 4 (현행과 동일) <u>5. 삼중수소 통합 허가기관 : 육군 군수사령부</u>	• 원자력안전위원회 제 11-1597-1호 (방사성동위원소사용허가증)에 따라 삼중수소 통합 허가기관 명시

제25조(군 검사기관) ① (생 략) ② 군 검사기관은 원자력안전위원회로부터 위탁, 질병관리청장으로부터 지정을 받아 「원자력안전법」 제56조 및 제75조, 「진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 제4조에 따른 검사를 수행한다.	제25조(군 검사기관) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- 「원자력안전법」 제56조 및 제75조, 같은 법 시행령 제85조 및 제88조, 「진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 제4조에 따른 검사를 수행한다.	• 근거 법령 명시
제27조(안전관리장비의 교정) ① 각급부대의 장은 보유하고 있는 방사선안전관리 장비 중 정밀측정장비를 최적의 상태로 유지하기 위하여 안전관리장비 교정기관의 장에게 해당 장비의 <u>검·교정</u>을 요청할 수 있다.	제27조(안전관리장비의 교정) ① ----- ----- ----- ----- <u>교정</u>-----.	• 국가표준기본법에 따른 용어 수정

② 안전관리장비 교정기관의 장은 제1항에 따라 <u>검·교정</u>을 요청받은 경우에는 「3군공통군수지원 훈령」에 따라 이를 지원하여야 한다.	② ----- ----- <u>교정</u>----- -- 「3군 공통군수지원 훈령」 -- -----.	• 띄어쓰기 정정
제29조(사용중지 명령 등) ① <u>국방부장관</u>은 제26조 제2항에 따른 검사기관의 장으로부터 보고받은 경우 당해 피검부대의 장에게 해당 장비 및 시설의 사용중지를 명할 수 있다.	제29조(사용중지 명령 등) ① <u>국방부장관 및 군 검사기관</u>은 제26조 제2항에 따른 ----- ----- ----- ----- --.	• 안전성 확보를 위해 군 검사기관을 추가
제30조(실태조사) ① (생략)	제30조(실태조사) ① (현행과 같음)	
② 국방부장관은 제19조 제5호 및 제	② -----	• 의미 명확화

21조 제2항에 따라 보고를 받은 경우 해당부대에 <u>주의통보를 하거나 실태조사를 실시하거나 명할 수 있다.</u>	----- -----<u>대한 실태조사를 실시</u> <u>하거나, 각 군 본부 및 군 검사</u> <u>기관에 실태조사를 명할 수 있</u> <u>다.</u>	
제31조(보고) ① ~ ③ (생략)	제31조(보고) ① ~ ③ (현행과 같음)	
④ 각 군 본부 및 국직부대는 진단용 방사선 장비(동물진단용 방사선 장비 포함), <u>비진단용 방사선 장비현황과 종사자 현황 및 건강진단 결과는 각</u> 호에 따라 종합하여 매년 1월 31일까지 <u>국방부장관(보건복지관 및 군수관</u> <u>리관)</u>에게 보고하여야 한다.	④ ----- ----- -- <u>및 종사자 현황과</u> ----- <u>결과를</u> ----- ----- <u>국방부장관(보건복지관)</u> ----- -----.	• 비진단용 방사선 분야는 국방 방사선안전관리체계(DRSMS) 구축으로 별도 현황 보고 불필요

⑤ (신 설)	⑤ <u>각군 및 국직부대(허가부대, 신고부대)는 비진단용 방사선 관련 각종 현황(등록, 인원, 장비, 시설, 피폭관리, 교육, 방사성물자, 방사성폐기물, 삼중수소 등)을 변동사유 발생 시 최대한시간 내 국방방사선안전관리 체계(DRSMS)에 입력하여 최신화한다.</u>	• 비진단용 방사선 분야는 국방 방사선안전관리체계(DRSMS) 구축으로 시스템상 작성 근거 마련
제34조(안전사고예방의 일반원칙) ① ~ ③ (생략) ④ <u>용기 내부를 들여다보지 말며, 신체부분을 노출시키지 말아야 한다.</u>	제34조(안전사고예방의 일반원칙) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ <u>삼중수소 내장 장비·물자를 취급하면서 파손에 주의하여야 한다.</u>	• 안전사고 예방 관련 내용 현실화
제36조(포장 및 운반)	제36조(포장 및 운반)	

① (생 략) ② 포장지는 <u>원자력안전법에 따른 제 1종 백색운반물</u> 표지를 부착하고, UN2911(방사선운반물 국제연합기준 표시)에 의한 취급간 주의 사항을 부착한다. 별표 7을 참고한다.	① (현행과 같음) ② ----- 「<u>방사선안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙</u>」 제106조에 따라 -----, ----- ----- -----.	• 근거 법령 명시
제39조(우발상황 발생 시 조치) ① ~ ③ (생 략) ④ (생 략) 1. (생 략) 2. 최근접 <u>화생방신속대응팀</u>의 지원을 받아 방사능 오염 여부를 탐지하여 오염된 인원은 후송치료 한다.	제39조(우발상황 발생 시 조치) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ (현행과 같음) 1. (현행과 같음) 2. --- <u>대화생방테러작전부대</u> ----- -----.	• 화생방신속대응팀이 속한 임무수행 부대명 명시

제42조(재검토기한) 국방부장관은 이 훈령에 대하여 2021년 4월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 3월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제42조(재검토기한) ----- ----- 2024년 4월 1일을 ----- ----- ----- ----- -----.	• 재검토기한 3년 연장																																																																								
별표 목차 <table><thead><tr><th>번호</th><th>제 목</th><th>조항</th><th>면수</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>방사선발생장치의 구분</td><td>제2조제2호</td><td>27</td></tr><tr><td>2</td><td>핵종별 규제면제 관련 수량 및 농도</td><td>제2조제3호</td><td>29</td></tr><tr><td>3</td><td>선량한도</td><td>제2조제6호</td><td>35</td></tr><tr><td>4</td><td>방사선 관리구역</td><td>제2조제7호</td><td>36</td></tr><tr><td>5</td><td>안전관리책임자의 자격</td><td>제7조제3항</td><td>37</td></tr><tr><td>6</td><td>신고대상 비진단용방사선발생장치</td><td>제12조제1항</td><td>38</td></tr><tr><td>7</td><td>제1종 백색운반물 표지 및 취급간 주의사항</td><td>제37조제2항</td><td>39</td></tr><tr><td colspan="4"><신 설></td></tr></tbody></table>	번호	제 목	조항	면수	1	방사선발생장치의 구분	제2조제2호	27	2	핵종별 규제면제 관련 수량 및 농도	제2조제3호	29	3	선량한도	제2조제6호	35	4	방사선 관리구역	제2조제7호	36	5	안전관리책임자의 자격	제7조제3항	37	6	신고대상 비진단용방사선발생장치	제12조제1항	38	7	제1종 백색운반물 표지 및 취급간 주의사항	제37조제2항	39	<신 설>				별표 목차 <table><thead><tr><th>번호</th><th>제 목</th><th>조항</th><th>면수</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>방사선발생장치의 구분</td><td>제2조제2호</td><td>30</td></tr><tr><td>2</td><td>핵종별 규제면제 관련 수량 및 농도</td><td>제2조제3호</td><td>31</td></tr><tr><td>3</td><td>선량한도</td><td>제2조제6호</td><td>37</td></tr><tr><td>4</td><td>방사선 관리구역</td><td>제2조제7호</td><td>38</td></tr><tr><td>5</td><td>안전관리책임자의 자격</td><td>제7조제3항</td><td>39</td></tr><tr><td>6</td><td>신고대상 비진단용방사선발생장치</td><td>제12조제1항</td><td>40</td></tr><tr><td>7</td><td>제1종 백색운반물 표지 및 취급간 주의사항</td><td>제37조제2항</td><td>41</td></tr><tr><td>8</td><td>비진단용 방사성 안전교육의 과정 및 시간</td><td>제23조제2항</td><td>42</td></tr></tbody></table>	번호	제 목	조항	면수	1	방사선발생장치의 구분	제2조제2호	30	2	핵종별 규제면제 관련 수량 및 농도	제2조제3호	31	3	선량한도	제2조제6호	37	4	방사선 관리구역	제2조제7호	38	5	안전관리책임자의 자격	제7조제3항	39	6	신고대상 비진단용방사선발생장치	제12조제1항	40	7	제1종 백색운반물 표지 및 취급간 주의사항	제37조제2항	41	8	비진단용 방사성 안전교육의 과정 및 시간	제23조제2항	42	• 별표8 신설 • 면수 변경
번호	제 목	조항	면수																																																																							
1	방사선발생장치의 구분	제2조제2호	27																																																																							
2	핵종별 규제면제 관련 수량 및 농도	제2조제3호	29																																																																							
3	선량한도	제2조제6호	35																																																																							
4	방사선 관리구역	제2조제7호	36																																																																							
5	안전관리책임자의 자격	제7조제3항	37																																																																							
6	신고대상 비진단용방사선발생장치	제12조제1항	38																																																																							
7	제1종 백색운반물 표지 및 취급간 주의사항	제37조제2항	39																																																																							
<신 설>																																																																										
번호	제 목	조항	면수																																																																							
1	방사선발생장치의 구분	제2조제2호	30																																																																							
2	핵종별 규제면제 관련 수량 및 농도	제2조제3호	31																																																																							
3	선량한도	제2조제6호	37																																																																							
4	방사선 관리구역	제2조제7호	38																																																																							
5	안전관리책임자의 자격	제7조제3항	39																																																																							
6	신고대상 비진단용방사선발생장치	제12조제1항	40																																																																							
7	제1종 백색운반물 표지 및 취급간 주의사항	제37조제2항	41																																																																							
8	비진단용 방사성 안전교육의 과정 및 시간	제23조제2항	42																																																																							

【별표 4】

방사선관리구역(제2조제7호관련)

진단용방사선발생장치	비진단용방사선발생장치 및 방사성동위원소
외부방사선량이 1주당 0.3mSv 이상인 곳	다음 각호에서 정한 값을 초과할 우려가 있는 곳 1. 외부방사선량률 : 1주당 400마이크로시버트 2. 공기중의 방사성동위원소의 농도 : <u>유도공기중농도</u> 3. 물체표면의 오염도 : <u>허용표면오염도</u>

(신 설)

【별표 4】

방사선관리구역(제2조 제7호 관련)

진단용방사선 발생장치	비진단용방사선발생장치 및 방사성동위원소
외부방사선량 이 1주당 0.3mSv 이상인 곳으로서, 벽, 방어칸막이 등의 구획물로 구분되어진 곳	다음 각호에서 정한 값을 초과할 우려가 있는 곳 1. 외부방사선량률 : 1주당 400마이크로시버트 2. 공기중의 방사성동위원소의 농도 : <u>유도공기중농도</u>¹⁾ 3. 물체표면의 오염도 : <u>허용표면오염도</u>²⁾

1) 허용원자력안전위원회 고시

「방사선방호 등에 관한 기준」 제8조(유도공기중농도)에서 정하는 값

2) 허용표면오염도는 그 오염을

제거할 수 있는 경우로 알파선을 방출하는 방사성물질에 대하여는 0.4 Bq/cm², 알파선을 방출하지 아니하는 방사성물질에 대하여는 4 Bq/cm²와 같다.

• 「진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 제2조 5항에 따라 진단용 방사선관리구역 설명 추가

• 방사선방호 등에 관한 기준 (원자력안전고시 2019-10호)에 따른 방사선관리구역의 구체화

【별 표5】

안전관리책임자·방사선안전관리자의
자격(제7조제3항관련)

구 분	부 대	선 임 자 격
진단용 방사선 발생장치 사용부대	군 병원	1. 영상의학과 전문의, 의사 또는 치과의사(치과병원만 해당) 2. 이공계(물리, <u>이공</u> , 전자, 전기) 석사 학위소지자로서 진단용방사선분야의 실무경력이 1년 이상인 자 3. 방사선사로서 진단용방사선분야의 실무 경력이 3년 이상인 자
	군 병원 외의 부대	의사, 치과의사 또는 방사선사, <u>수의사</u> (다만, 동물 진단용 방사선 발생장치에 대해서는 「원자력안전법」 제84조제2항제5호에 따른 방사성동위원소취급자 일반면허 또는 같은항 제7호에 따른 방사선취급감독자 면허를 받은 자를 포함)
비진단용 방사선 발생장치 및 방사성 동위원소 사용부대	허가부대	(생 략)
	신고부대	(생 략)

【별 표5】

안전관리책임자·방사선안전관리자의
의 자격(제7조제3항관련)

구 분	부 대	선 임 자 격
진단용 방사선 발생장치 사용부대	군 병원	1. 영상의학과 전문의, 의사 또는 치과의사(치과병원만 해당) 2. 이공계(물리, <u>의공</u> , 전자, 전기, <u>방사선</u>) 석사 학위소지자로서 진단용방사선분야의 실무경력이 1년 이상인 자 3. 방사선사로서 진단용방사선분야의 실무 경력이 3년 이상인 자
	군 병원 외의 부대	의사, 치과의사 또는 방사선사 (다만, 동물 진단용 방사선 발생장치에 대해서는 <u>수의사</u> , 「원자력안전법」 제84조제2항제5호에 따른 방사성동위원소취급자 일반면허 또는 같은항 제7호에 따른 방사선취급감독자 면허를 받은 자를 포함)
비진단용 방사선 발생장치 및 방사성 동위원소 사용부대	허가부대	(현행과 같음)
	신고부대	(현행과 같음)

- 진단용 안전관리책임자
자격 요건 수정
- 진단용 방사선 발생장치의
안전관리에 관한 규칙
[별표 6] 진단용 방사선
안전관리책임자의 자격기준
- 동물진단용 방사선 발생
장치의 안전관리에 관한
규칙 제10조 1항

【별표 6】

신고대상 비진단용방사선발생장치 및
방사성동위원소(제12조제1항관련)

비진단용 방사선 발생장치	용도	1. 엑스선 형광분석용 2. 엑스선 회절분석용 3. 가속이온주입용 4. 수화물 검색용 5. 휴대형 폭발물 처리 또는 테러방지 검사용 6. 그 밖에 원자력안전위원회위원장이 정하여 고시하는 것
	용량	자체 차폐된 방사선발생장치로서 가속관의 최대 전압이 170킬로볼트 이하이고, 표면방사선량률이 시간당 10마이크로시버트 이하일 것
방사성 동위원소	용도	1. 엑스선 형광분석용 2. 엑스선 회절분석용 3. 가스 크로마토그래피중 전자 포획용 (신 설) 4. 그 밖에 원자력안전위원회위원장이 정하여 고시하는 것
	수량	1. 교정용 장치에 방사성동위원소가 내장된 경우 에는 방사성동위원소의 수량이 40메가베크렐 이하이고, 사용중인 경우에는 표면방사선량률이 시간당 500마이크로시버트 이하이며, 사용하지 아니하는 경우에는 표면방사선량률이 시간당 1마이크로시버트 이하일 것 2. 1목외의 용기 또는 장치에 내장된 경우에는 방사성동위원소의 수량은 원자력안전위원회 위원장이 정하는 값 이하이고, 표면방사선량률은 시간당 10마이크로시버트 이하로서 방사성동위 원소의 접촉을 방지하는 일체형 장치일 것

【별표 6】

신고대상 비진단용방사선발생장치 및
방사성동위원소(제12조제1항관련)

비진단용 방사선 발생장치	용도	1. 엑스선 형광분석용 2. 엑스선 회절분석용 3. 가속이온주입용 4. 수화물 검색용 5. 휴대형 폭발물 처리 또는 테러방지 검사용 6. 그 밖에 원자력안전위원회위원장이 정하여 고시하는 것
	용량	자체 차폐된 방사선발생장치로서 가속관의 최대 전압이 170킬로볼트 이하이고, 표면방사선량률이 시간당 10마이크로시버트 이하일 것
방사성 동위원소	용도	1. 엑스선 형광분석용 2. 엑스선 회절분석용 3. 가스 크로마토그래피중 전자 포획용 4. 휴대형 소화기용량측정용, 휴대형 재료성분분석 용, 밀봉선원 100 μ Ci이하의 휴대형 밀도함수량 측정용 5. 그 밖에 원자력안전위원회위원장이 정하여 고시하는 것
	수량	1. 교정용 장치에 방사성동위원소가 내장된 경우 에는 방사성동위원소의 수량이 40메가베크렐 이하이고, 사용중인 경우에는 표면방사선량률이 시간당 500마이크로시버트 이하이며, 사용하지 아니하는 경우에는 표면방사선량률이 시간당 1마이크로시버트 이하일 것 2. 1목외의 용기 또는 장치에 내장된 경우에는 방사성동위원소의 수량은 원자력안전위원회 위원장이 정하는 값 이하이고, 표면방사선량률은 시간당 10마이크로시버트 이하로서 방사성동위 원소의 접촉을 방지하는 일체형 장치일 것

- 방사선방호 등에 관한 기준
(원자력안전고시 2019-10호)
에 따라 고시된 방사성동위원
소의 용도 추가

(신 설)

【별표 8】

비진단용 방사선 안전교육의 과정
및 시간(제23조 제2항 제2호관련)

교육 과정	신규교육 시간		정기교육 시간			
	기본 교육	직장 교육	기본교육			직장 교육
			1.방사선 안전 관리자	2.방사선 안전관리자 의의 방사선작업 종사자	3.수시 출입자	
일반 분야	8시 간 이상	4시 간 이상	매년 3시간 이상	매년 3시간 이상	매년 3시간 이상	매년 3시간 이상

1. 「산업안전보건법」 제29조 제1항에 따른 안전보건교육(같은 법 시행규칙 별표 5 제1호라목의 33에 해당하는 작업에 종사하는 근로자를 대상으로 하는 교육으로 한정한다)을 받은 사람에 대해서는 해당 교육 시간만큼 해당연도 정기교육 중 직장교육을 받은 것으로 본다.
2. 「산업안전보건법」 제29조 제3항에 따른 안전보건교육(같은 법 시행규칙 별표 5 제1호 라목의 33에 해당하는 작업에 종사하는 근로자를 대상으로 하는 교육으로 한정한다)을 작업 종사 전에 받은 사람에 대해서는 해당 교육 시간만큼 신규교육 중 직장교육을 받은 것으로 본다.

• 별표8 교육의 과정 및 시간
추가