

식품의약품안전처 및 그 소속기관 시험·검사장비 운용·관리 규정

식품의약품안전처 예규 제2018-108호(2018.5.23., 제정)

식품의약품안전처 예규 제2021-168호(2021.8.11., 개정)

식품의약품안전처 예규 제2024-214호(2024.12.16., 개정)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 식품의약품안전처 및 그 소속기관의 시험·검사장비를 효율적이고 적절하게 운용·관리하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "시험·검사장비(이하 '장비'라 한다)"는 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제2조에 따른 시험·검사의 용도로 운용되는 기계적, 전기적 기능을 가진 내구성 물품을 말한다.
2. "물품관리관"은 「식품의약품안전처와 그 소속기관 회계직공무원 업무관리규정」(식품의약품안전처 훈령, 이하 같다) 제10조에 따라 물품관리 사무를 위임받은 공무원을 말한다.
3. "물품출납공무원"은 「식품의약품안전처와 그 소속기관 회계직공무원 업무관리규정」 제11조에 따라 물품의 출납과 보관 사무를 위임받은 공무원을 말한다.
4. "물품운용관"은 「식품의약품안전처와 그 소속기관 회계직공무원 업무관리규정」 제12조에 따라 물품사용 사무를 위임받은 공무원을 말한다.
5. "사업부서장"은 식품·의약품등 안전에 관한 업무를 수행하는데 필요한

장비 운영·관리 예산을 확보하여 장비의 취득, 임차, 정기예방 점검·보수, 밸리데이션 사업을 수행하는 부서의 장을 말한다.

6. "정기예방 점검·보수"는 운용중인 장비의 업무 중단방지, 기기 성능의 최적유지 등을 위한 사전예방조치로서 정기점검·보수 및 긴급 점검·보수를 수행하는 것을 말한다.

7. "밸리데이션(Validation)"은 운용 중인 장비의 시험 결과가 판정기준에 맞게 도출되는 것을 검증하기 위하여 주기적으로 적격성 평가, 시험 또는 교정 등을 수행하고 이를 문서화 하는 것을 말한다.

8. "수시수리"는 정기예방점검·보수 대상 이외의 장비가 고장발생, 운용 환경 변화 등 정상 가동이 어려운 경우 수리 및 보수 조치 등으로 정상 운용 상태로 복구시켜주는 것을 말한다.

9. "시험장비종합관리시스템(이하, '장비관리시스템'이라 한다)"은 장비의 취득에서 사용, 사후관리(정기예방점검·보수, 밸리데이션 및 수시수리를 말한다. 이하 같다) 및 처분에 이르는 정보를 효율적으로 관리할 수 있는 전산시스템을 말한다.

제3조(적용범위) 이 규정은 장비의 취득, 임차, 사용, 사후관리 및 처분과 관련한 업무에 적용한다.

제4조(다른 법령과의 관계) 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 「물품관리법」 등 관계 법령에 따른다.

제5조(업무 범위) ① 시험검사정책과장은 장비의 취득, 임차, 사용, 사후관리 및 처분(제6조제2항제2호 및 제27조제2항으로 한정한다) 등 장비의 운영·관리를 총괄한다.

- ② 시험검사정책과장, 물품관리관 및 물품운용관은 장비의 취득, 임차, 사용, 사후관리 및 처분에 관한 사항을 협조하여 운용·관리한다.
- ③ 물품운용관은 장비 운용에 관한 업무를 보좌하는 장비 담당자 1인 이상을 별도로 지정하여 운용·관리하여야 한다.

제2장 장비관리심의단 구성 및 운영

제6조(심의단) ① 식품의약품안전처 및 그 소속기관의 장비를 효율적으로 관리하기 위하여 소비자위해예방국장 소속으로 장비관리심의단(이하 ‘심의단’이라 한다)을 둔다.

② 심의단은 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 장비의 취득, 정기예방 점검·보수 및 밸리데이션 계획의 수립 및 변경에 관한 사항(심의 안건당 추정가격 1억원 이상의 예산이 소요되는 경우로 한정하며, 「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침(과학기술정보통신부 고시)」 제4조에 따라 국가연구시설장비심의위원회에서 사전 심의된 사항은 제외)
2. 「물품관리법 시행령」 제40조제1항에 따른 불용의 결정에 관한 사항.
3. 「물품관리법 시행령」 제26조에 따른 중앙관서 간의 관리전환 타당성에 관한 사항
4. 물품관리관이 식품의약품안전처 및 그 소속기관 간의 관리전환의 타당성에 대해 심의 요청한 사항
5. 물품관리관이 사용전환의 타당성에 대해 심의 요청한 사항
6. 기타 장비의 효율적인 관리를 위하여 단장이 필요하다고 인정하는 사항

제7조(심의단 구성) ① 심의단은 단장을 포함하여 15인 이내의 단원으로 구성한다.

② 단장은 소비자위해예방국장으로 하며, 심의단을 대표하고 운영업무를 총괄한다.

③ 단원은 다음 각 호에 해당하는 자로 한다.

1. 시험검사정책과장

2. 식품의약품안전평가원 식품위해평가과장, 의약품연구과장, 독성연구과장, 첨단분석과장

3. 지방식품의약품안전청 유해물질분석과장

4. 그 밖에 단장이 필요하다고 인정하여 위촉하는 외부전문가 등

④ 단장이 부득이한 사유로 인하여 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 단장이 지정하는 단원이 그 직무를 대행한다.

⑤ 심의단의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두되, 간사는 시험검사정책과 장비담당 사무관(또는 연구관)으로 한다.

제8조(심의단 회의) ① 회의는 재적단원 1/3 이상의 소집 요구가 있을 때 또는 단장이 필요하다고 인정할 때 단장이 소집하며, 대면 회의 또는 서면 회의로 진행할 수 있다.

② 회의는 재적단원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석단원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ 심의단은 장비 취득 심의 시 별표 2의 취득장비 심의평가 자체진단서에 따라 시험·검사장비의 취득 타당성을 검토하여야 한다.

제9조(회의록) ① 간사는 회의 개최 시 회의록을 작성하여 보관한다.

② 회의록에는 심의단의 의사경과 및 결과를 기록하고, 단장이 최종 결재한다.

제10조(수당) 회의에 참석한 외부 전문가 등에 대하여는 예산의 범위 내에서 수당을 지급할 수 있다.

제3장 장비의 취득

제11조(장비선정 기준) ① 물품운용관은 다음 각 호의 장비선정 기준에 따라 필요한 장비를 사업부서장에게 요청하여야 한다.

1. 직무수행목적 적합 여부
2. 중복 취득 여부
3. 공동 사용 가능 여부
4. 취득 후 활용도, 사용기간 및 설치 조건 확보 여부 등
5. 취득 목적의 적합성·필수성

② 물품운용관이 제1항에 따라 필요한 장비를 요청할 경우 다음 각 호의 서류를 사업부서장에게 제출하여야 한다.

1. 품목명세서
2. 구매규격서
3. 규격적합 조사표(외자장비에 한해 규격적합 조사표를 제출하지 못하는 특별한 사정이 있는 경우에는 외국산 기자재 구매규격·시장조사서로 갈음할 수 있음)
4. 공통규격 확인서
5. 장비 취득 전 검토조서

6. 그 밖에 사업부서장이 취득 계획 수립에 필요하다고 인정하는 사양서, 견적서 등의 서류

제12조(계획의 수립) ① 사업부서장은 장비 취득을 위한 계획을 수립 시 시험검사정책과장과 사전협의를 거쳐 추진한다.

② 계획에는 다음 각 호 내용을 포함한다.

1. 목적 및 규모
2. 세부 사업내역
3. 절차 및 일정
4. 제11조제2항 각 호의 서류

제13조(규격 작성) ① 물품운용관은 제11조제2항제2호의 구매규격서 작성 시, 2개 이상의 대비모델을 경쟁성과 시장성 등이 확보될 수 있도록 작성하여야 한다.

② 시험검사정책과장은 장비 경쟁성 등 확보를 위하여 물품운용관이 제시한 규격 등을 확인·조정할 수 있다.

③ 장비 구매계약 특수조건에 다음 각 호의 내용을 포함할 수 있다.

1. 무상하자보증 기간은 설치 후 2년 이상의 기간이 되도록 설정
2. 제19조제1항에 따른 밸리데이션 대상 장비는 총 2회(설치 시 및 1년 후 각 1회) 이상의 밸리데이션을 실시하도록 설정
3. 계약상대자가 외자장비의 설치 후 내용연수 종료시점까지 부품 및 전용 시약 등을 공급하도록 공급 의무 명시

제14조(심의요청) 장비를 취득하고자 하는 부서는 다음 각 호의 서류를 구비하여 시험검사정책과장에게 장비관리 심의를 요청하여야 한다.

1. 시험장비 취득계획
2. 제11조제2항에 따른 서류
3. 별표 2의 취득장비 심의평가 자체진단서

제15조(검사·검수) ① 물품운용관은 취득한 장비의 계약사항 이행을 확인한 날로부터 14일 이내에 별지 제1호서식 또는 별지 제2호서식의 검사·검수조서를 작성하여 사업부서장에게 제출하여야 한다. (단, 본부에서 예산을 집행하는 소속기관의 장비의 검수는 운용기관 물품출납공무원이 한다.)

② 물품운용관은 취득한 장비의 검사·검수결과 계약조건에 부적합한 경우 즉시 사업부서장과 물품관리관에게 문서로 통보하여야 한다.

제16조(구성품명세서 관리) ① 물품운용관은 여러 개의 구성품을 결합하여 운용하는 장비에 대해 별지 제3호서식의 구성품명세서를 부착하고 물품관리관에게 통보하여야 한다.

② 물품관리관은 제1항의 구성품명세서를 물품관리대장(「국고금 관리법 시행령」 제10조제2항에 따른 디지털예산·회계시스템)에 등재하여 전자적으로 관리하여야 한다.

제17조(임차) ① 사업부서장은 장비의 긴급한 수요의 대응과 단기간 사용에 필요한 경우 임차할 수 있다.

② 물품운용관은 임차 요청 목록과 규격을 2개 이상의 대비모델로 작성하여 사업부서장에게 제출하여야 한다. 다만, 「국가계약법 시행령」 제26조에 따른 특별한 사정이 있는 경우는 제외할 수 있다.

③ 물품운용관은 설치된 장비의 계약사항 이행을 확인한 날로부터 14일 이내에 별지 제4호서식의 설치확인서를 사업부서장에게 제출하여야 한다.

제4장 장비의 사용 및 사후관리

제18조(장비의 사용) ① 물품운용관은 장비를 항상 사용 가능하도록 유지·관리하여야 한다.

② 물품운용관은 다음 각 호의 장비에 대해 장비관리시스템 또는 수기로 사용·점검일지를 작성·보관하여야 한다.

1. 제19조에 따른 정기예방점검·보수 사업 대상 장비(사용·점검일지)
2. 제20조에 따른 밸리데이션 사업 대상 장비(점검일지)
3. 기타 물품운용관이 사용내역 또는 정기적인 점검에 대한 기록관리가 필요하다고 판단하는 장비

③ 사용·점검일지에는 장비명, 장비코드, 사용·점검일, 사용·점검내용, 사용자 등이 포함되어야 한다.

④ 물품운용관과 물품관리관은 구성품의 변동이 발생한 경우 구성품 명세서를 현행화하고 제16조에 따라 관리하여야 한다.

제19조(정기예방점검·보수) ① 시험검사정책과장은 장비의 적정운용을 위하여 물품운용관이 요청한 장비의 우선순위에 따라 정기예방점검·보수 계획을 조정·수립한다.

② 물품운용관은 제1항의 계획에 포함되지 않은 장비에 대하여 자체적으로 점검·보수 계획을 수립·시행한다.

③ 물품운용관은 정기예방점검·보수 완료 후 별지 제5호서식의 검사·검수조서를 작성하여 시험검사정책과장에게 제출한다.

제20조(밸리데이션) ① 시험검사정책과장은 시험결과의 신뢰성 확보를 위하

여 물품운용관이 요청한 장비의 우선순위에 따라 밸리데이션 계획을 조정
• 수립한다.

② 물품운용관은 밸리데이션 실시 후 그 절차의 적절성, 수행내용 및 결과 보고서를 검토하고 별지 제6호서식에 따라 검사·검수조서를 작성하여 시험검사정책과장에게 제출한다.

제21조(수시수리) ① 물품운용관은 수리가능 여부, 잔여 내용연수 등을 고려하여 물품관리관에게 수시수리 요청을 하여야 하며, 장비수리가 완료되면 물품관리관에게 검사·검수 내용을 통보하여야 한다.

② 물품관리관은 「정부물품정비관리규정」(조달청 고시) 제13조, 제14조, 제15조 및 「내용연수」(조달청 고시) 제2호에서 정한 바에 따라 장비의 수리여부를 결정한다.

③ 물품운용관은 고장 등의 사유로 장비부속품을 교체하는 경우, 발생한 폐부속품 내역을 기록관리 하여야 한다.

제22조(내용연수 초과 장비 운용) 물품운용관은 장비의 내용연수가 초과되어 있어도 「물품관리법 시행규칙」 제51조에 따른 불용 사유가 발생할 때까지 지속적으로 운용·관리를 하여야 한다.

제23조(반출·반입) 장비 수시수리 등을 목적으로 각 기관에서 외부로 장비를 반출하거나 반출된 장비를 반입 하고자 하는 경우 다음 각 호에 따라 진행한다.

1. 물품운용관은 장비 반출 시 물품관리관 및 물품출납공무원에게 별지 제7호서식에 따라 반출 요청·승인을 받아 반출하여야 한다.

2. 물품운용관은 반출된 장비의 수리완료 후 반입 시 물품관리관 및 물품출

납공무원에게 별지 제8호서식에 따라 반입사실을 확인 받아야 한다.

제24조(지도·점검) 시험검사정책과장은 장비의 효율적 운용관리를 위하여 소속기관에 대한 지도·점검을 실시할 수 있다.

제25조(통계의 관리) 물품관리관은 매년 12월31일을 기준으로 정기재물 조사를 실시하고, 다음연도 1월 31일까지 보유 장비 목록을 작성하여 시험검사정책과장에게 제출하여야 한다.

제5장 장비의 처분 등

제26조(불용요청) ① 물품운용관은 장비를 불용요청 하는 경우 물품관리관에게 「물품관리법 시행규칙」 별지 제12호서식의 반납 및 인수증 또는 디지털 예산·회계시스템을 이용하여 문서로 통보하여야 한다.

② 물품운용관은 불용요청 장비의 상태를 「물품관리법 시행규칙」 제27조 제4항 별표 1의 물품상태 분류기준에 따라 신품, 중고품, 정비 필요품, 폐품으로 구분하여야 한다.

제27조(불용결정) ① 물품관리관은 물품운용관의 불용요청 장비에 대하여 물품상태를 분류하고 「물품관리법 시행규칙」 제54조와 「불용품 처분지침」(조달청 고시) 제3호나목 및 다목에 따라 불용을 결정한다.

② 물품관리관은 「물품관리법 시행령」 제40조제1항에 따른 장비의 불용에 대하여는 장비관리심의단의 심의를 거쳐 불용을 결정한다.

③ 물품관리관은 불용요청 받은 장비에 대해서, 1개월 이내에 불용 여부를 결정하고, 그 결과를 불용요청한 물품운용관과 시험검사정책과장에게 통보하여야 한다.

제28조(처분결과 통보) ① 물품운용관 및 물품관리관은 「물품관리법」 및 「불용품 처분지침」(조달청 고시) 등 관련 규정에 따라 처분을 진행하여야 한다.

② 물품관리관은 불용장비의 처분이 완료된 경우, 즉시 물품관리대장에 기록하고 장비를 불용요청한 물품운용관과 시험검사정책과장에게 처분내역을 통보하여야 한다.

제29조(장비관리시스템 운영 등) ① 시험검사정책과장은 효율적인 장비 운용을 위하여 장비관리시스템을 운영한다.

② 시험검사정책과장은 소속기관에서 취득한 장비를 장비별로 별표 1의 장비 코드를 부여하고 장비관리시스템에 등재하여 관리하여야 한다.

③ 물품운영관은 장비관리시스템의 장비 정보를 수시로 확인하고 사후관리 등의 정보를 입력하는 등 현행화하여야 한다.

④ 시험검사정책과장은 제25조, 제27조제3항 및 제28조제2항에 따라 통보받은 사항을 장비관리시스템에 반영하여 관리하여야 한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

시험·검사장비 코드

○ 장비코드 구성: 고유코드-표준코드-일련번호

- 고유코드 : 소속(부/센터/청)코드-부서코드

* 표시된 코드는 소속 및 부서명 변경 전 식품의약품안전처 및 그 소속기관 시험·검사장비 운용관리 규정(식품의약품안전처예규 제108호, 2018.5.23.)에 따라 부여받은 코드를 적용

- 일련번호 : 표준코드별 소관 전체에 대하여 누적되어 연속되게 부여

1. 고유코드

기관	소속(부/센터/청)		고유코드
식품의약품 안전평가원 (E)	식품위해평가부(EF)	식품위해평가과(RA)	EF-RA
		잔류물질과(VR)	EF-VR
		오염물질과(CM)	EF-CM
		미생물과(MB)	EF-MB
		첨가물포장과(AP)	EF-AP
		영양기능연구과(NF)	EF-NF
		신종유해물질과(NH)	EF-NH
		신소재식품과(NI)	EF-NI
	바이오생약심사부(EB)	백신검정과(NV)	E-NV*
		혈액제제검정과(BD)	E-BD*
	의료제품연구부(ED)	의약품연구과(PS)	ED-PS
		바이오의약품연구과(BR)	ED-BR
		첨단바이오융복합연구과(BP)	ED-BP
		생약연구과(HM)	ED-HM
		화장품연구과(CR)	ED-CR
		의료기기연구과(MD)	ED-MD
	독성평가연구부(ET)	독성연구과(TR)	ET-TR
		약리마약연구과(PR)	ET-PR*
		임상연구과(CR)	ET-CR
		비임상자원연구과(LA)	ET-LA*
		첨단분석과(AA)	ET-AA*
지방청 (R)	서울지방식약청(RS)	유해물질분석과(L1)	RS-L1
		강릉수입식품검사소(L2)	RS-L2
		식품기준분석과(L3)	RS-L3
	부산지방식약청(RB)	시험분석센터(L1)	RB-L1
		통영수입식품검사소(L2)	RB-L2
	경인지방식약청(RI)	시험분석센터(LB)	RI-LB
	대구지방식약청(RD)	유해물질분석과(LB)	RD-LB
	광주지방식약청(RG)	유해물질분석과(L1)	RG-L1
	대전지방식약청(RT)	유해물질분석과(LB)	RT-LB

2. 표준코드

No	표준 코드	표준분류장비명	
		국문명	영문명
1	ARST	가변저항기	Adjustable Resistor, Variable Resistor, Varister
2	HTB	가열기(가열블럭)	Heating Block
3	PTR	각도기	Protractor, Graduator
4	LPM	검광기(광측정기)	Light Power Meter
5	SLPT	경사시험기(경사대)	Slope Tester
6	TDLT	경위의	Theodolite, Altazimuth, Transit
7	HPTLC	고성능박층크로마토그래피	HPTLC, High Performance Thin Layer Chromatography
8	ACV	고압멸균기	Autoclave
9	PSL	광자극발광검출기	PSL, Photostimulated Luminescence Detection System
10	OWA	광파장측정기	OWA, Optical Wavelength Analyzer
11	DENTH	근관길이측정기	Dental Treatment Headpiece w/ electronic canal measuring capability
12	FTNIR	근적외선분광기 (푸리에변환-근적외선분광기)	FT-NIR Spectroscopy
13	METD	금속검출기	Metal Detector
14	BM	기압계	Barometer
15	GASD	기체검출기	Gas Detector
16	GFA	기체분석기	Gas Flow Analyzer
17	GC	기체크로마토그래피	GC, Gas Chromatography
18	GCIRMS	기체크로마토그래피/동위원소비율 질량분석기	GC/IRMS, Gas Chromatography/Isotope-Ratio Mass Spectrometry
19	GCMS	기체크로마토그래피/질량분석기 (GC/MS)	GC/MS, GC/Mass Spectrometry
20	GCTMS	기체크로마토그래피/질량분석기 (GC/MS/MS)	GC/MS/MS - including GC/HR/MS etc.
21	GCTOFMS	기체크로마토그래피/TOF질량분석 기	GC/TOF/MS
22	GPT	기체투과도시험기	Gas Permeability Tester, Gas Transmission rate Tester
23	GS	기체표본채집기	Gas Sampler, Air Sampler
24	ENDOA	내독소분석기	Endotoxin Analyzer
25	WVT	내전압시험기	Withstanding Voltage Tester
26	RFG	냉장고/냉동고(냉장/냉동, 초저온냉동기 등)	Refrigerator, Freezer, Deep Freezer etc.
27	LT	누설시험기(기밀시험기)	Leakage Tester

No	표준 코드	표준분류장비명	
		국문명	영문명
28	LCT	누설전류측정기(누전시험기)	Leakage Current Tester
29	RFRM	당도계	Refractometer, Saccharometer
30	TKG	두께측정기	Thickness Gauge
31	RSPC	라만분광기	Raman Spectroscopy
32	LSM	레이저주사현미경	Laser Scanning Microscope
33	LENSM	렌즈미터	Lensmeter
34	MMT	마이크로미터	Micrometer
35	MWV	마이크로웨이브오븐	Microwave Oven
36	MCT	마이크로톰	Microtome
37	UMM	만능측장기	Universal Measuring Machine
38	MM	멀티미터	Multimeter
39	EIA	면역형광측정장치	Electrochemiluminescence Immunoassay Analyzer
40	CE	모세관전기영동장치	Capillary Electrophoresis
41	CLB	무균대	Clean Bench
42	STP	무균시험기	Steritest Eqinox Pump
43	MPC	미립자계수기	Micro-Particle Counter
44	MID	미생물분석기	Microorganism Identification System
45	DM	밀도측정기	Density Meter
46	DOSM	방사능피폭선량계	Dosimeter
47	GMC	방사능측정기	Gamma Counter, HPGe Spectrometer
48	RAD	방사선측정기	Radioactivity Detector
49	INC	배양기(일반 인큐베이터)	Incubator
50	BOD	배양기(BOD)	BOD Incubator
51	VCP	버니어캘리퍼스	Vernier Calipers
52	VTRNS	변압기	Voltage Transformer
53	PWAN	복합전기분석기	Power Analyzer
54	AIRT	부유균측정기	Air Testing System
55	SPC	분광광도계	UV/VIS Spectrophotometer
56	BAL	분석저울	Analytical Balance
57	FRCL	분액수집기	Fraction Collector
58	DCET	분진효율측정기	Dust Collection Efficiency Tester
59	PIM	불용성이물시험기(모래검사장치)	Particulate Inspection Machine

No	표준 코드	표준분류장비명	
		국문명	영문명
60	DIT	붕해시험기	Disintegration Tester
61	SGM	비중계	Specific gravity meter
62	POM	산소포화도측정기	Pulse-Oximeter
63	AMN	산염기분석기(아미노산분석기)	Amino Acid Analyzer
64	OPM	삼투압측정기	Osmotic Pressure Meter, Osmometer
65	COLRM	색도계(비색계, 색채분석기)	Colorimeter, Colorimetric Analyzer
66	BSC	생물학적안전캐비닛	Biological Safety Cabinet
67	BSG	생체신호처리장치	Biosignal Processing System
68	CINC	세포 및 조직 배양기	Cell/Tissue Culture Incubator
69	ACSS	세포모음장치	ACSS, Automatic Cell Separation System
70	CA	세포분석기	Cell Analyzer
71	SLM	소음계	Sound Level Meter
72	MCA	수분측정기	Moisture Content Analyzer
73	PHM	수소이온농도측정기	pH-meter
74	MER	수은분석기	Mercury Analyzer
75	SAMR	시료채취기	Sampler
76	SG	신호발생기	Signal Generator
77	SIGA	신호분석기	Signal Analyzer
78	QPCR	실시간유전자증폭기	RT-PCR, Quantitative PCR
79	ASPL	실험실용주입기, 자동시료주입기	Autosampler
80	AMNA	암모니아측정기	Ammonia Meter
81	PG	압력계	Pressure Gauge, Manometer
82	LSC	액체섬광계수기	Liquid Scintillation Counter
83	HPLC	액체크로마토그래피	HPLC, High Performance Liquid Chromatography
84	LCICPMS	액체크로마토그래피/유도결합플라즈마분광계/질량분석기	LC/ICP/MS, LC/ICP/Mass Spectrometry
85	LCMS	액체크로마토그래피/질량분석기 (LC/MS)	LC/MS, LC/Mass Spectrometry
86	LCTMS	액체크로마토그래피/질량분석기 (LC/MS/MS)	LC/MS/MS
87	LCTOFMS	액체크로마토그래피/TOF질량분석기	LC/TOF/MS
88	XRG	엑스선발생기, 엑스선 조사장치	X-ray Generator, X-ray Radiation System
89	XRD	엑스선회절기	X-ray Diffractometer
90	PPMP	연동펌프	Peristaltic Pump

No	표준 코드	표준분류장비명	
		국문명	영문명
91	TL	열발광검지장치	TL, Thermoluminescence Detection System
92	TCD	열전도도검출기	Thermal Conductivity Detector
93	TGDTA	열중량 및 시차열분석기	TG/DTA, Thermogravimetric/Differential Thermal Analyzer, DSC
94	FLMPT	염광광도계	Flame Photometer
95	OVN	오븐	Oven
96	OSC	오실로스코프	Oscilloscope
97	OZA	오존분석기	Ozone Analyzer
98	THR	온도측정기	Thermometer, Pyrometer, Temperature Recorder etc.
99	THM	온습도측정기	Thermo-Hygrometer
100	LCR	용액순환기	Liquid Circulator
101	DST	용출시험기	Dissolution Tester
102	ELMA	원소분석기	Elemental Analyzer
103	CCS	원심농축기	Centrifugal Concentration System, Centrifugal Gel Dryer System
104	CFG	원심분리기	Centrifuge
105	AAS	원자흡수분광광도계	AAS, Atomic Absorption Spectrometer
106	TOC	유기탄소측정기	TOC Analyzer, Total Organic Carbon Analyzer
107	ICP	유도결합플라즈마분광계	ICP-OES, ICP-AES, Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry
108	ICPTMS	유도결합플라즈마분광계/질량분석기	ICP/MS/MS
109	ICPMS	유도결합플라즈마분광계 /질량분석기(ICP/MS)	ICP/MS
110	FM	유량계	Flowmeter
111	FACS	유세포측정기	Fluorescence Activated Cell Sorting
112	MGT	유전자검출기	Multiplex Genotyping & Gene Expression System
113	PCR	유전자증폭기	PCR, Polymerase Chain Reaction Detection System
114	HZGC	유해가스중화장치	Hazardous Gas Clean System
115	MPM	융점측정기(녹는점측정기)	Melting Point Meter
116	CO2	이산화탄소배양기	CO2 Incubator
117	SO2	이산화황분석기	Sample Preparation System for SO2
118	IC	이온크로마토그래피	IC, Ion Chromatography
119	ICMS	이온크로마토그래피/질량분석기	IC/MS, Ion Chromatography/Mass Spectrometry
120	CCA	임상화학분석기	Clinical Chemistry Analyzer

No	표준 코드	표준분류장비명	
		국문명	영문명
121	PC	입자측정기(공기청정기 시험기)	Particle Counter
122	MAG	자력계	MAG, Magnetometer
123	GAUM	자속계	Gauss Meter
124	UVBX	자외선작업함	Ultraviolet Box
125	LTINC	저온배양기	Low Temperature Incubator
126	OHM	저항계	Ohmmeter
127	FTIR	적외선분광기(푸리에 변환 적외선 분광기)	FT-IR Spectroscopy, Fourier Transform-Infrared Spectroscopy
128	FUR	전기로	Electric Furnace
129	ECRG	전기심전계	Electrocardiograph
130	EPS	전기영동장치	Electrophoresis System
131	CM	전도도측정기	Conductivity Measurer
132	PWM	전력측정기	Power Meter
133	CRNT	전류계	Current Tester
134	SLD	전압조정기(슬라이덱스)	Power Trans, Slidacs
135	PWS	전원공급기	Power Supplier
136	KFS	전위차적정기	Karl-Fischer Titrator
137	EMAG	전자기장측정기	Electro-Magnetometer
138	ESR	전자스핀공명기	ESR, Electron Spin Resonance Spectroscopy
139	ELPT	전자제품검사장치	Electrical Product Tester
140	INST	절연시험기	Insulation Tester(Insulation Resistance Tester)
141	VISC	점도계(점도측정기)	Viscometer
142	ERT	접지저항측정기	Earth Resistance Tester
143	IPA	정량주입펌프분석기	Infusion Pump Analyzer
144	ILL	조도계(광도계)	Illuminometer, Photometer, Lux-meter, Light-meter
145	TTI	조직처리장치	Tissue Treatment Instrument
146	AHM	주정분측정기(알콜함량측정기)	Alcohol hydrometer
147	FC	주파수카운터	Frequency Counter
148	IECF	중성자검사장치	Inertial-Electrostatic Confinement Fusion Device
149	DISTIL	증류기, 증류장치(보존료 분석용 증류장치포함)	Distiller, Distillation Unit
150	SOXH	지방추출장치	Soxhlet Extractor
151	VPUM	진공펌프	Vacuum Pump

No	표준 코드	표준분류장비명	
		국문명	영문명
152	VMS	진동성검사기	Vibration Measuring System
153	SHK	진탕기(왕복식, 회전식, 소용돌이식 등 포함)	Shaker
154	SHKINC	진탕배양기(저온진탕배양기 포함)	Shaking Incubator - including Low Temp. Shaking Incubator
155	NEVR	질소농축기(질소증발기)	Nitrogen Evaporator
156	KDL	질소측정장치(단백질분석기, 킬달 질소분해장치 및 측정기구 포함)	Kjeldahl Nitrogen Analyzer
157	DPRV	차동프로브	Differential Probe
158	AUDM	청력계	Audiometer, Sonometer, Acumeter
159	TMPC	체온조절장치	Temperature Control Device, Thermal Regulation System
160	UHPLC	초고성능액체크로마토그래피	UHPLC, UPLC, Ultra-High Performance Liquid Chromatography
161	SONI	초음파세척기	Sonicator
162	IMPT	충격시험기	Impact Tester
163	CAPT	콘덴서시험기	Capacitor Tester
164	COLC	콜로니카운터(미생물계수기)	Colony Counter
165	TURBM	탁도계	Turbidometer, Turbidity meter
166	UVR	태양복사열지표측정기	UV Radiometer
167	TG	토크게이지	Torque Gauge
168	PLM	편광계	Polarimeter
169	RMS	폐활량계	Respirator Monitor System
170	AVM	풍속계	Air Velocity Meter, Anemometer
171	IFA	피로시험기	Implant Fatigue Apparatus
172	FAWG	함수/임의파형발생기	Function / Arbitrary Waveform Generator
173	WB	항온수조	Water Bath
174	CTHC	항온항습챔버	Constant Temperature & Humidity Chamber
175	NAE	핵산추출기(DNA/RNA 추출기)	Nucleic Acid Extractor
176	NMR	핵자기공명기	NMR/FT-NMR, Nuclear magnetic resonance Spectroscopy
177	VTs	행동분석장치	Video Tracking System
178	MSC	현미경(미세주입현미경 등 포함)	Microscope - including Microinjector Inverted Microscope
179	HCM	혈구계산기	Hemocytometer
180	BPM	혈압측정기	Blood Pressure Meter
181	BA	혈액분석기	Blood Analyzer

No	표준 코드	표준분류장비명	
		국문명	영문명
182	BC	혈액응고분석기	Blood Coagulate System
183	MLC	형광분광분석기	Multilabel Counter
184	LUM	형광사검출기	Luminescence Reader
185	IMG	화상분석기(겔다큐멘테이션 시스템)	Image Analyzer, Zone Sizer System, Gel Documentation System
186	TCM	회전속도측정기	Tachometer
187	ELISA	효소분석기(마이크로플레이트리더)	ELISA, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, Enzyme Analyzer, Micro-plate Reader
188	HOOD	흡후드(암후드 등 포함)	Fume Hood - including Arm Hood etc.
189	ANTH	흡입마취기	Anesthesia System
190	DIL	희석기	Diluter
191	PCRW	PCR 전처리장치	PCR Workstation
192	AGRMS	자동그람염색기	Automated Gram Staining System
193	VMIX	소용돌이믹서	Vortex Mixer
194	LHRW	액체자동분주기	Liquid Handling & Robotic Workstation
195	LGWM	초자세척기	Lab Glassware Washing Machine
196	RGS	시약장(장비, 환기식 시약장 등 포함)	Reagent Storage (Instrument)
197	OTS	수술용 장치(소동물용수술장치)	Operation Table System
198	MFC	셀가스공급장치(유도결합플라즈마/질량분석기용)	Mass Flow Controller(MFC) for ICP/MS Cell
199	FZDRY	동결건조기	Freeze Dryer
200	UVIS	자외선 투과 영상기	UV Illuminator System
201	HBD	교잡반응기	Hybridizer, Hybrid Reactor, Hybridization Station
202	ICEMK	제빙기, 덩어리얼음제조기	Ice Maker
203	TLM	압력트랜스미터	Telemetry System
204	WPS	초순수제조장치(통상여과기 등 포함)	Water Purification System
205	EXTR	추출기	Extractor
206	MPLC	마이크로플레이트세척기	Microplate Cleaner
207	SKNBX	스키너상자(협응동작반응검사기)	Skinner Box
208	DNAEPS	유전자 전기주입기	DNA Electroporator System
209	HSTRLZ	손소독기(장비)	Hand Sterilizer(Instrument)
210	TDFDS	총식이섬유측정장치	Total Dietary Fiber Determination System

No	표준 코드	표준분류장비명	
		국문명	영문명
211	PHNT	인체모형, 인체팬텀	Rando Phantom
212	EMPT	데시케이터	Desiccator
213	CHILL	냉각기	Cooler, Chiller
214	MARS	극초단파가속반응기	Microwave Accelerated Reaction System
215	AED	자동제세동기(심장충격기)	AED, Automated External Defibrillator
216	OJTL	대물렌즈	Objective Lens
217	LSRG	레이저발생기	Laser Generator
218	GBURN	실험실용 가스버너	Gas Burnner (Laboratory Use)
219	PUMP	펌프(연동펌프, 진공펌프, 일반실험용 펌프 등)	Pump - including Peristaltic Pump, Vacuum Pump, etc.
220	STRR	교반기(자력교반기, 교반가열판 등 포함)	Stirrer - including Magnetic Stirrer, Stirrer & Hot Plate etc.
221	HMG	균질화기기	Homogenizer
222	GRD	분쇄기(미분쇄기 등 포함)	Grinder, Mill, Crusher, Shredder
223	PHYR	생리현상기록계	Physiological Recorder
224	GG	기체발생기	Gas Generator
225	EVR	감압농축기(감압증발기)	Evaporator
226	EPOR	전기충격장치, 전기충격천공장치	Electroporation System
227	SALM	염도계	Salinometer
228	VPTS	기체포집 장치	Vapour Trap System
229	SCRB	가스세정장치, 질소분해기 중화장치	Scrubber Unit
230	CRAD	엑스선 분석기	Computed Radiography
231	SMKM	자동흡연장치, 담배연기분석기	Smoking Machine, Smoke Analyzer
232	MSTS	미생물 유전형 분류기	Microbial Strain Typing System
233	DNAIMG	유전자 영상분석기	DNA Image Analyzer
234	DNASQ	유전자서열 분석기	Genetic analyzer
235	PBIA	단백질 영상분석기	Protein Blot Image Analyzer
236	RFGG	냉장고/냉동고(실험실 일반물품)	Refrigerator/Freezer(General use)
237	LABS	가정용개수대	.
238	MTLD	금속탐지기	Metal Detector
239	HANDC	냉난방기(냉방기, 난방기 및 냉난방기 포함)	Heater and Chiller(Cooler, Air Conditioner)
240	UPS	무정전전원장치	UPS, Uninterruptible Power Supply

No	표준 코드	표준분류장비명	
		국문명	영문명
241	MIXER	혼합기(일반 믹서기 등)	Mixer
242	BARCD	바코드프린터(실험실용)	Barcode Printer(Lab. use)
243	RGNCAB	시약장(가구)	Reagent Cabinet (furniture)
244	LABTAB	실험대	Testing Bench, Experiment Stand, Lab Station
245	LABCH	실험실용의자(작업용의자)	Lab Chair
246	DRYRK	초자보관 및 건조대(저장용랙 또는 선반 포함)	Glassware Dry-rack - including Storage Rack
247	COBALT	코발트, 방사선 전원	Co, Irradiation Source
248	PPET	피펫	Pipette
249	UVLMP	자외선등	Ultraviolet Light
250	THMRK	열 전사마킹기	.
251	PIPCLN	피펫세척기	Pipette Cleaner
252	FLMCLN	필름세척기	Film Cleaner
253	LNST	액체질소 저장탱크	Liquid Nitrogen Storage Tank
254	DPS	데이터 프로세스 시스템(장비용 컴퓨터)	Data Process System (Computer for Instrument)
255	ROTR	원심분리기 로터	Centrifuge Rotor
256	ROKDR	착암기	Rock Drill
257	HSATZ	손소독기(실험실용품)	Hand Sanitizer(for Lab Use)
258	STOV	스토브	Stove
259	HEAT	히터	Heater
260	COMPS	공기압축기(컴프레서)	Compressor
261	STRLZ	살균기	Sterilizer
262	EHEAT	전기온풍기	Electric Heater
263	GSTNK	기체저장 탱크 또는 실린더	Gas Tank, Gas Cylinder
264	THHYG	항온항습기	Thermo-Hygrostat
265	DSPNS	디스펜서	Dispenser
266	CLNB	무균함	Clean Box
267	WTBIL	보일러 유통시험장치	.
268	CAGE	동물용우리(동물사)	Animal Cage
269	LABSUR	수술관련물품	Surgery-related items
270	LABS	압력/증기청소기	.
271	LABS	약탕기	.
272	LABS	오염제거기	.
273	LABS	옵티컬마운트	.
274	LABS	엑스선장치용관구	.

No	표준 코드	표준분류장비명	
		국문명	영문명
275	LABS	저역필터	.
276	LABS	전모기(소형동물용)	.
277	LABS	소방기	.
278	LABS	수반	.
279	LABS	시간기록계	Time Recorder
280	LABS	예취기	.
281	LABS	온수기	.
282	LABS	정형용견인장치	.
283	LABS	현상용기기작업대	.
284	LABS	가축해부고정기	.
285	LABS	고정저항기	.
286	LABS	마취기(동물용)	.
287	LABS	기타 실험실용 가구	Other Furniture
288	LABS	기타 실험실용 물품	Othe Laboratory Supply(ies)
289	LABS	환축상태감시기	.
290	GASRG	기체조절기(가스조절기)	Gas Regulator
291	SFHP	유해물 질안전보관장치	Safekeeping Equipment for Hamful Pollutant
292	ATBCHK	항생물질검사기	antibiotics checker
293	ISOMS	원소분석기/동위원소비율질량분석기	Isotop MS
294	PATP	휴대용ATP측정기	portable ATP Counter
295	LABVC	압력/증기청소기	Vaccum Cleaner
296	MDITOF	질량분석기, MALDI TOF MS	MALDI TOF MS
297	ABTM	마모시험기	Abrasion testing machine
298	MASS	질량분석기,single MS	Single Quadrupole Mass Spectrometer
299	LCD	크로마토그래피디텍터	liquid chromatography detector
300	SATZ	소독기	Sterilizer
301	LABF	기타 실험실용 가구	Other Furniture
302	SONIM	초음파분쇄기	Sonicator
303	UA	뇨분석기	Urine Analyzer

[별표 2]

장비취득 심의평가 자체진단서(제8조의제3항 관련)

직무수행목적 적합 여부, 중복 취득 및 공동 사용 가능 여부, 취득 후 활용도 및 설치 조건 확보 여부, 취득 장비의 적합성 등 총 4개 평가항목 고려, 시험·검사장비 취득 타당성을 검토

평가항목	평가내용	결과
직무수행목적 적합 여부	○ 취득하고자 하는 시험장비가 사업(연구)에 부합하는가?	
	○ 사업(연구) 수행에 꼭 필요한 장비인가?	
중복 취득 및 공동 사용 가능 여부	○ 보유·운용 중인 동일 장비가 있는가?	
	○ 보유·운용 중인 동일 장비가 있는 경우, 신규 취득이 필요한 사유가 있는가?	
	○ 취득 후 기관(부서) 내 공동활용이 가능한 장비인가?	
취득 후 활용도 및 설치 조건 확보 여부	○ 사업(연구) 내에서 활용도가 높은 장비인가?	
	○ 장비 설치를 위한 공간과 시설(배관, 가스, 공조, 하중안전 등)을 확보하였는가?	
취득 장비의 적합성	○ 사업(연구) 목적 달성을 위해 적합한 구성(사양, 수량) 및 성능을 보유한 장비인가?	
	○ 장비 취득에 소요되는 비용이 과다하게 책정되지는 않았는가?	
	○ 외자장비 구매요청 시, 사전에 내자장비 구매를 검토하였는가?	

검토 의견			
검토자	소속(부서)	성명	(서명 · 인)

[별지 제1호 서식]

검사·검수조서(외자)

◦계약번호 ◦P.R. No ◦Item No	◦품 명(영문·국문) ◦규격(제작국-생산회사-모델) ◦밸리데이션 실시여부 - 실시완료일자 - 증빙서류 : 불임	수량·단위 (set)	금액 (외자공급분 + 내자공급분)	하자이행보험증권 현황		◦계약업체명 ◦물품분류번호 (8자리) ◦물품식별번호 (8자리)
				◦보험회사 ◦증권번호	◦보험기간 ◦보험요율	

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조 및 관련규정에 의하여 (조달)계약물품에 대한 검수·검사결과를 다음과 같이 확인합니다.

(☐ 계약조건에 적합 / ☐ 계약조건에 부적합)

-
- 납품기한(국내 공급분)
 - 납품일(인수일)
 - 밸리데이션 완료일
 - 하자보증보험증권 제출일
 - 검사·검수 요청일
 - 검사·검수 개시일
 - 검사·검수 보완 통보일
 - 보완조치 사항
 - 검사·검수 완료일
 - 검사·검수 조서 제출일
 - 지체일수(사유)
-

검사자(물품운용담당자) 소속(부서)	성명	(서명·인)
검수자(물품출납공무원) 소속(부서)	성명	(서명·인)
확인자(물품운용관) 소속(부서)	성명	(서명·인)

[별지 제2호 서식]

검사·검수조서(내자)

◦계약번호	◦품 명(국문) ◦규격 (제작국-생산회사-모델)	수량 · 단위 (set)	계약금액 (원)	하자이행보험증권 현황		◦계약업체명
				◦보험회사 ◦증권번호	◦보험기간 ◦보험요율	◦물품분류번호 (8자리) ◦물품식별번호 (8자리)

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조 및 관련규정에 의하여 (조달)계약물품에 대한 검수·검사결과를 다음과 같이 확인합니다.

(☐ 계약조건에 적합 / ☐ 계약조건에 부적합)

-
- 납품기한
 - 납 품 일(인수일)
 - 밸리데이션 완료일
 - 하자보증보험증권 제출일
 - 검사·검수 요구일
 - 검사·검수 개시일
 - － 검사·검수 보완 통보일
 - － 보완조치 사항
 - 검사·검수 완료일
 - 검사·검수 조서 제출일
 - 지체일수(사유)
-

검사자(물품운용담당자) 소속(부서)	성명	(서명·인)
검수자(물품출납공무원) 소속(부서)	성명	(서명·인)
확인자(물품운용관) 소속(부서)	성명	(서명·인)

[별지 제3호 서식]

구성품명세서

주장비의 RFID Tag	장비 코드				
	계약번호 및 관리업체				
사진정보					
구성품 내역					
구성품	모델명(형식)	제조사	제조번호(라이선스번호)	자산번호	장비코드
추가 부대 자산					
관리이력 변경 내용					

[별지 제4호 서식]

임차 시험·검사장비 납품·설치 확인서

계 약 명			
장비명(국문)			
장비명(영문)			
모델/제조사		수량(점)	
계 약 기 간			
납품/설치일		지체일(일)	

☐ 기타 특이사항

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조 및 관련 규정에 의하여
단기임차 시험·검사장비에 대한 검수·검사결과 계약조건에 적합함

년 월 일

검사자(담당자) 소속(부서)

성명

인

검수자(부서장) 소속(부서)

성명

인

[별지 제5호 서식]

검사·검수조서(정기예방점검·보수)

No	장비명	장비코드	자산번호	PM	점검·보수 내용		검사·검수 일자	수행업체	비고
					정기	긴급			

붙임: 증빙자료(정기예방점검·보수 / 긴급 점검·보수 확인서)

0000년 00월 00일

00000부/센터/청 00000과(팀)

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조 및 관련규정에 의하여 ○○
○○년 ○/○차 정기예방점검·보수에 대한 검수·검사결과 계약조건에 적합함

검사자(담당자) 소속(부서)성명인

검수자(부서장) 소속(부서)성명인

[별지 제6호 서식]

검사·검수조서(밸리데이션)

No	장비현황				운용부서		구분				수행업체	검사검수일자 (승인일자)	비고
	장비명	장비코드	자산 번호	그룹	기관	부서	IQ	OQ	PQ	TC			

※ 증빙자료(표준서식 결과 보고서 및 시험·교정 사본)는 시험장비 종합관리 시스템에 업로드

0000년 00월 00일

000000부/센터/청 000000과(팀)

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조 및 관련규정에 의하여 ○○
○○년 밸리데이션에 대한 검수·검사결과 계약조건에 적합함

검사자(담당자) 소속(부서) 성명 인

검수자(부서장) 소속(부서) 성명 인

[별지 제7호 서식]

시험·검사장비 반출 요청·승인서

■ 반출 대상 시험·검사장비			
운용부서		자산번호	
품명			
규격			
취득일자		취득금액(원)	

■ 반출지			
업체·기관명		업체·기관 담당자	(인)
반출지(주소)		전화번호	

■ 반출사유 및 기타사항	
반출사유	
반입예정일	
기타사항	
첨부	

상기 시험·검사장비의 반출 승인을 요청 합니다.
년 월 일

물품운용관 (서명·인)

■ 반출 승인	
상기 시험·검사장비의 반출을 승인 합니다. 년 월 일	
물품관리관	(서명·인)
물품출납공무원	(서명·인)

[별지 제8호 서식]

시험 · 검사장비 반입 확인서

☐ 반입 대상 시험·검사장비			
운용부서		자산번호	
품명			
규격			
취득일자		취득금액(원)	

■ 반출지			
업체 · 기관명		업체 · 기관 담당자	(인)
반출지(주소)		전화번호	

■ 반출사유 및 기타사항	
반 출 사 유	반 출 일
조 치 내 용	
기 타 사 항	
첨 부	

상기 시험·검사장비가 정히 반입되었음을 통보 합니다.

일월년

물품은용관

(서명 · 인)

☐ 반입 확인	상기 시험·검사장비의 반입을 정히 확인 합니다. 년 월 일
물품관리관:	(서명·인)
물품출납공무원:	(서명·인)