

「목재제품 규격·품질 검사기관의 세부 지정·인정 기준」

제1조(목적) 이 고시는 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행령」 제19조의5제4항에 따라 목재제품 규격·품질 검사기관 지정기준 등에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 목재제품 등에 대한 검사업무의 효율성 도모를 목적으로 한다.

제2조(검사기관 지정신청) 목재제품 규격·품질 검사기관(이하 "검사기관"이라 한다)으로 지정받고자 하는 기관(이하 "신청기관"이라 한다)은 별지 제1호서식에 따른 목재제품 규격·품질 검사기관 지정 신청서(전자문서로 된 신청서 포함)에 다음 각호의 서류(전자문서 포함)를 첨부하여 국립산림과학원장에게 제출하여야 한다.

1. 일반현황(기능, 연혁, 조직 등)
2. 검사 실적(지정받고자 하는 품목의 최근 3년간 검사실적, 실적이 있는 기관에 한함)
3. 주요 실험장비 현황(별표 1 참조)
4. 시설 현황(별표 2 참조)
5. 검사인력 현황(검사원 숙련 기간 포함)
6. 해당 신청기관이 국제검사능력 검증 프로그램에 참여하여 검사능력을 평가받았을 때 해당 증빙서류 사본
7. 검사업무 규정 및 관련 서식(신청기관에서 발급하는 서류)

제3조(검사기관 지정 심사 및 절차) ① 국립산림과학원장은 검사기관 지정 신청을 받으면 소속 공무원 또는 필요한 경우에 관련 목재제품의 품질 검사에 전문성이 있는 자를 심사위원으로 지명하여 2인 이상 심사단을 편성하여야 한다.

② 심사단은 제2조에 따라 제출된 신청서 및 구비서류를 검토하여 신청기관이 별표4 목재제품 규격·품질 검사기관 지정 적합 기준의 서류심사 항목에 적합한지 심사하여야 한다.

③ 심사단은 서류심사를 통과한 신청기관에 대해 제출된 서류의 사실 여부와 검사능력을 확인하기 위하여 별표 3의 목재제품 규격·품질 검사기관 현장조사 평가표에 따라 현장조사를 시행하여야 한다. 다만, 서류심사 결과 제2조제6호에 따라 신청기관이 국제검사능력 검증 프로그램에 참여하여 검사능력을 평가받은 증빙서류가 있고 검사시설 및 검사능력 등이 충분하다고 인정되는 경우에는 현장조사를 생략할 수 있다.

④ 심사단은 제3항에 따른 현장 조사 시 신청기관이 검사시설 및 분석기술 등의 신뢰성 및 정확성을 확보하고 있는지 확인하기 위하여 표준시료를 사용한 검사능력 현장 평가를 병행할 수 있다.

⑤ 제3항에 따라 현장 조사를 할 때는 현장 조사 1개월 전까지 조사 일자, 조사자, 조사내용 등을 신청기관에게 통보하여야 한다. 다만, 긴급하거나 부득이한 사유가 있는 경우에는 현장 조사 7일 전까지 통보할 수 있다.

⑥ 국립산림과학원장은 현장조사 등의 결과를 검토한 후 신청기관이 별표

4 목재제품 규격·품질 검사기관 지정 적합 기준의 현장조사 항목에 적합한 경우에는 별지 제2호서식에 따라 검사기관 지정서를 교부하고, 다음 사항을 홈페이지에 공고하여야 한다.

1. 기관명

2. 주소

3. 대표자

4. 검사품목

⑦ 국립산림과학원장은 신청기관이 검사기관 지정기준에 부적합한 경우에는 부적합 사유와 개선 사항을 신청기관에 통보하여야 하며, 신청기관은 통보받은 날부터 3개월 이내 개선·조치내용을 제출하여 재심사를 요청할 수 있다.

⑧ 제7항에 따른 개선기한까지 신청기관이 재심사를 요청하지 아니하거나 재심사 결과 부적합 사항이 개선되지 아니한 것으로 인정되는 경우에는 부적합으로 판정한다.

제4조(검사기관 지도·점검) 국립산림과학원장은 검사기관이 별표 4 목재제품 규격·품질 검사기관 지정 적합 기준을 준수하고 있는지, 「목재제품의 규격과 품질기준」에 따라 규격·품질 검사가 적합하게 이루어지고 있는지 등을 확인하기 위하여 필요한 경우 관계 공무원에게 지정한 검사기관의 사무소·검사장소 또는 그 밖에 이와 유사한 장소에 출입하여 시설 및 검사원 검사나 해당 검사를 하게 하거나 관련된 검사일지 및 기록서를 포함한 장

부나 서류 등을 열람하게 할 수 있다.

제5조(재검토기한) 국립산림과학원장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙<제2019-1호, 2019. 1. 31.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2021-4호, 2021. 9. 30.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2025-5호, 2025. 10. 24.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

【별표 1】

목재제품 품목별 품질시험기 및 분석 장비(제2조 관련)

대상제품	품질시험기 및 분석장비	최소수량	비 고
제재목	강도등급기	1	등급구분기계 또는 만능재료시험기(10t)
	고압연화기	1	
	광학현미경	1	배율 x40~x400
	데시케이터	5	
	버니어캘리퍼스	1	
	마이크로톰	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	저울	1	최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하
방부목재	버니어캘리퍼스	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP)	1	KS M ISO 16968
	저울		최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
	가스 크로마토그래프 질량분석계(GC-MS) 또는 액체 크로마토그래프 질량분석계(LC-MS)	1	KS F 2155
난연목재	가스유해성시험장치	1	KS F 2271
	가열기	1	
	데시케이터	3	
	버니어캘리퍼스	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.001 g 이하

대상제 품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
	콘칼로리미터	1	KS F ISO 5660-1
	항온항습챔버	2	KS M 1998
목재 플라스틱 복합재	굴곡크리프시험기	1	KS M ISO 899-2
	길이선열팽창계수시험기	1	KS M ISO 11359-2
	낙하충격시험기	1	KS F 2221
	내후성시험기	1	KS M 4892-2
	테시케이터	10	
	만능재료시험기	1	20 t 이상
	미끄럼저항시험기	1	KS M 3510
	방염성시험기 맥켈버너형	1	KS F 2819
	버니어캘리퍼스	1	
	유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP)	1	KS I ISO 11885
	비중시험기	1	KS M ISO 1183-1
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.001 g 이하
	증류수(또는 초순수) 제조장비	1	
	진탕기	1	
	초저온냉동고	1	사용온도 $-30\pm 2^{\circ}\text{C}$
	충격강도시험기	1	KS M ISO 179-1
	항온수조	1	사용온도 최고 100°C
	항온항습챔버	2	KS M 1998
	자외선분광기(UV-VIS)	1	KS M 1998
집성재	고압연화기	1	

대상제 품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
	광학현미경	1	배율 x40~x400
	데시케이터	10	
	만능재료시험기	1	10 t 이상
	버니어캘리퍼스	1	
	슬라이딩 마이크로톱	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	저울	1	최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하
	증류수(또는 초순수) 제조장비	1	
	항온수조	1	사용환경 20~100℃
	항온항습챔버	2	일정 조건 하에서 지정 온· 습도를 유지 가능하여야 함
	자외선분광기(UV-VIS)	1	KS M 1998
합 판	데시케이터	10	
	만능재료시험기	1	1 t 이상
	버니어캘리퍼스	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	저울	1	최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하
	증류수(또는 초순수) 제조장비	1	
	항온수조	1	사용환경 20~100℃
	항온항습챔버	2	KS M 1998
	휨강성 변형량 측정대	1	
	자외선분광기(UV-VIS)	1	KS M 1998
파티클	데시케이터	10	

대상제 품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
보드/ 섬유판/ 배향성 스트랜 드보드	만능재료시험기	1	1 t 이상
	버니어캘리퍼스	1	
	실험용 건조기		KS F 2199
	저울	1	최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하
	증류수(또는 초순수) 제조장비	1	
	항온수조	1	사용환경 20~100℃
	항온항습챔버	2	KS M 1998
	자외선분광기(UV-VIS)	1	KS M 1998
목질바 닥재	경도시험기	1	
	깊이 측정기(depth gauge)	1	최소눈금 0.01 mm 이하
	테시케이터	10	
	마모시험기	1	
	만능재료시험기	1	1 t 이상
	버니어캘리퍼스	1	
	변퇴색 시험기	1	
	부착력 시험기	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	저울	1	최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하
	증류수(또는 초순수) 제조장비	1	
	항온수조	1	사용환경 20~100℃
	항온항습챔버	2	KS M 1998
	자외선분광기(UV-VIS)	1	KS M 1998

대상제 품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
목재펠 릿	겉보기밀도 측정용기	1	KS M ISO 17828
	내구성시험기	1	KS M ISO 17831-1
	데시케이터	1	
	버니어캘리퍼스	1	
	분쇄기	1	시료제조용
	시료분급장치	1	KS M ISO 14780
	실험용 건조기	1	KS M ISO 18134-1
	열량계	1	KS M ISO 18125
	원소분석기	1	KS M ISO 16948
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP)	1	KS M ISO 16968
	이온 크로마토그래피(IC)	1	KS M ISO 16994
	저울	1	정확도 ± 25 g
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
	전처리 장비	1	KS M ISO 14780, KS M ISO 16559
	체	1	ISO 3310-2
	회분 융점 측정기	1	KS M ISO 21404
	회화로	1	KS M ISO 18122
목재칩	겉보기밀도 측정용기	1	KS M ISO 17828
	데시케이터	1	
	목재칩 시료채취도구	1	KS M ISO 18135
	분쇄기	1	시료 제조
	시료분급장치	1	KS M ISO 14780
	버니어캘리퍼스	1	
	실험용 건조기	1	KS M ISO 18134-1

대상제 품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
	열량계	1	KS M ISO 18125
	원소분석기	1	KS M ISO 16948
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP)	1	KS M ISO 16968
	이온 크로마토그래피(IC)	1	KS M ISO 16994
	저울	1	정확도 ± 25 g
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
	전처리 장비	1	KS M ISO 14780, KS M ISO 16559
	진동체 선별기 또는 로타리 스크린	1	KS M ISO 17827-1, KS M ISO 17827-2
	회분 융점 측정기	1	KS M ISO 21404
	회화로	1	KS M ISO 18122
목재브 리켓	데시케이터	1	
	밀도측정장치	1	KS M ISO 18847
	버니어캘리퍼스	1	
	분쇄기	1	시료제조용
	실험용 건조기	1	KS M ISO 18134-1
	열량계	1	KS M ISO 18125
	원소분석기	1	KS M ISO 16948
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP)	1	KS M ISO 16968
	이온 크로마토그래피(IC)	1	KS M ISO 16994
	저울	1	정확도 ± 25 g
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하

대상제 품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
	전처리 장비	1	KS M ISO 14780, KS M ISO 16559
	회화로	1	KS M ISO 18122
성형숯	데시케이터	1	
	버니어캘리퍼스	1	
	분쇄기	1	시료제조용
	실험용 건조기	1	KS M ISO 18134-1
	열량계	1	KS M ISO 18125
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP)	1	KS M ISO 16968
	이온 크로마토그래피(IC)	1	KS M ISO 16994
	저울	1	정확도 ± 25 g
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
	화덕	1	
	회화로	1	KS M ISO 18122
숯	데시케이터	1	
	분쇄기	1	시료제조용
	실험용 건조기	1	KS M ISO 18134-1
	열량계	1	KS M ISO 18125
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP)	1	KS M ISO 16968
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
	체	1	ISO 3310-2
	회화로	1	KS M ISO 18122

【별표 2】

검사실 표준 환경조건 및 기준(제3조 관련)

분 류	표준 환경조건 및 기준		비 고
물리 시험 검사실	환경조건	20±2℃, 66±5% RH	· KS F 2201(목재의 시험방법 통칙)에 따른 표준상태 환경조건 기준 · 폐기물 별도 보관·처리
	검사실 필수설비 및 장비	항온항습설비, 환기 시설, (별표 1)의 품목별 품질시험 기 및 분석 장비	· 실험대재 시험 등 일부 품목 별도장소에서 실시 가능 · 천칭실 별도구획 분리
화학 시험 검사실	환경조건	20±2℃, 66±5% RH	· KS F 2201(목재의 시험방법 통칙)에 따른 표준상태 환경조건 기준
	검사실 필수설비 및 장비	항온항습설비, 흡후드, 화 재안전시설, 환기 시설, (별표 1)의 품목별 품질시험 기 및 분석 장비	· 전처리실, 기기분석실, 폼 알데하이드 방출량 분석 실 분리 · 폐기물 별도 보관·처리

※ 검사실의 표준 환경조건 및 기준을 충족하지 않더라도 해당 목재제품의 특성, 현장 여
건 및 규모 등을 고려하여 그 사유를 소명하고 심사단이 평가에 지장이 없다고 인정
하는 경우 점수 부여

【별표 3】

목재제품 규격·품질 검사기관 현장 조사 평가표(제3조 관련)

현장 조사 점검 사항	배점	점수	비고
총 점	100		
I. 설비 및 인력 등 일반현황	50		
1. 일반현황에 관한 사항	25		
가. 검사실, 장비 등 기타 설비 등의 배치도 보유 여부	(5)		
나. 검사실의 물리적인 분리 여부	적/부		필수
다. 시설에 관한 사항(별표 2의 검사실 표준 조건 및 기준에 따름) - 환기, 배수 및 폐수 등 시설의 적정성 여부 - 검사실 환경 관리의 적정성 여부 - 검사실 출입 및 그 절차 등의 적절성 여부	(5)		
라. 시료 보관에 관한 사항 - 적절한 보관 조건 유지 및 관리 여부 - 시료 접수 및 폐기 절차의 적정성 및 관리 여부 - 부적합 시료 보관의 적절성 여부(별도장소 지정 여부 포함)	(5)		
마. 검사실 안전관리에 관한 사항 - 검사실 실험에 사용된 폐기물의 분리배출 준수 여부 - 측정 장비에 연결된 가스용기의 안전관리 여부 - 검사인력 보호 장구의 구비 여부 등	(10)		
2. 시설 및 장비에 관한 사항	10		
가. 규격·품질 검사에 필요한 장비의 현황 및 보유 여부 (품목별 필요 장비는 별표 1에 따름)	적/부		필수
나. 장비의 유지 및 관리 현황 - 시험 장비의 유지 및 관리에 관한 규정의 보유 여부 - 유지 및 관리 절차의 적절성 여부 - 해당 시험 장비의 검/교정 준수 여부	(10)		
3. 규격·품질 검사업무 수행 인력에 관한 사항	15		
가. 검사업무 수행에 적절한 인력의 보유 여부	적/부		필수
나. 검사업무 수행 인력의 관리 여부 - 전담 조직 구성 여부 - 수행 인력의 관리 여부(조직도 및 업무분장 등)	(5)		

현장 조사 점검 사항	배점	점수	비고
다. 검사업무 수행 인력의 교육 등 인력 관리 사항 - 업무분장에 따른 검사인력의 검사업무 참여 여부 - 검사인력의 적정한 검사능력 보유를 위한 인력 관리 여부(자격증, 교육훈련 및 경력사항, 교육계획서, 교육 관련 자료 등)	(10)		
Ⅱ. 규격·품질 검사업무 규정 등의 검사업무 관리	50		
1. 규격·품질 검사업무 규정의 적절성에 관한 사항	40		
가. 문서 작성 및 관리에 관한 사항 - 검사기관 업무 규정의 보유 여부 - 검사와 관련된 문서의 보유 여부 (품목별 필요 장비 보유 현황 및 관리 사항, 품목별 품질기준 및 시험방법, 시험 결과, 검사인력 현황 등의 사항)	(20)		
나. 규격·품질 검사인력에 관한 사항 - 업무 규정 내에 검사인력의 위법행위 예방을 위한 준수사항 명문화 여부 - 관련 준수사항의 교육 여부	(10)		
다. 검사와 관련된 문서의 적절한 유지 여부 - 문서 보유 여부 (품목별 품질기준, 시험방법, 시험 결과, 시험일지 등) - 검사성적서의 작성 및 보관 여부	(5)		
라. 검사 결과의 보고에 관한 사항	(5)		
2. 검사업무에 관한 사항	10		
가. 분석항목별 표준작업지침서의 구비 및 내용의 적절성 여부	(5)		
나. 분석 장비에 관한 표준작업지침서의 구비 및 내용의 적절성 여부 - 장비 관련 대장의 구비 및 작성 등 관리 여부 - 표준품 인수·보관·처리에 관한 사항의 적절성 및 관리 여부	(5)		

【별표 4】

목재제품 규격·품질 검사기관 지정 적합 기준(제3조 관련)

구분	적합 기준	비고
서류심사	- 시설 및 장비 현황 : 별표 1과 별표 2 충족 - 검사인력 : 임산가공 관련 분야 석사학위 이상 학위 소지자 또는 ‘국가기술자격법’에 따른 임산가공기사 이상 자격 소지자로서 목재제품 품질 시험기 및 분석 장비를 운용할 수 있는 사람 1명 이상(목재이용법 시행령 별표 1의7) - 검사업무 규정 및 관련 서식 : 「목재제품의 규격과 품질기준」의 검사 방법과 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행규칙」의 검사 결과 통지 내용 등을 충족	
현장조사	별표 3의 필수항목 모두 적합 및 배점 항목 총점 70점 이상	
	검사능력 현장 평가 : 「목재제품의 규격과 품질기준」의 검사 방법 충족	필요시 진행

※ 진행된 심사 항목이 모두 적합 기준을 충족시 검사기관 지정

목재제품 규격·품질 검사기관 지정 신청서

※ []에는 해당하는 곳에 √ 표를 하고, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일	처리 일자	처리 기간 60일
신 청 인			전 화 번 호
기관명칭			FAX
주 소			
검사범위	1. 제재목 []	9. 배향성 스트랜드보드 []	
	2. 방부목재 []	10. 목질바닥재 []	
	3. 난연목재 []	11. 목재펠릿 []	
	4. 목재 플라스틱복합재 []	12. 목재칩 []	
	5. 집성재 []	13. 목재브리켓 []	
	6. 합판 []	14. 성형숯 []	
	7. 파티클보드 []	15. 숯 []	
	8. 섬유판 []		

「목재제품 규격·품질 검사기관 지정기준」 제2조에 따라 목재제품 규격·품질 검사기관 지정을 신청합니다.

년 월 일


신청인

(서명 또는 인)

국 립 산 림 과 학 원 장 귀 하

첨부서류	1. 일반현황(기능, 연혁, 조직 등)	수수료 없음
	2. 검사실적(지정받고자 하는 품목의 최근 3년간 검사실적)	
	3. 주요 실험장비 현황(규격, 수량 등)	
	4. 시설현황	
	5. 검사인력 현황(검사원 숙련 기간 포함)	
	6. 검사능력평가 등에 참여한 경우 관련 증빙서류 사본	
	7. 검사업무 규정 및 관련 서식(신청기관에서 발급하는 서류)	

처리 절차



* 처리기관 : 국립산림과학원 관계부서

제 호

목재제품 규격·품질 검사기관 지정서

1. 기 관 명 :
2. 대 표 자 :
3. 주 소 :
4. 검사품목 :

「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행령」 제19조의5제4항에 따라
위 기관을 목재제품 규격·품질 검사기관으로 지정합니다.

년 월 일

국립산림과학원장

직인