

「목재제품 규격·품질 자체검사사업장의 세부 지정기준」

제1조(목적) 이 기준은 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행령」 제20조제4항에 따라 목재제품의 규격·품질검사를 자체적으로 할 수 있는 사업장의 세부 지정기준 등에 관하여 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "자체검사"라 함은 목재제품의 효율적인 검사를 위하여 규격·품질검사를 자체적으로 수행함을 말한다.
2. "목재제품의 규격·품질검사를 자체적으로 할 수 있는 사업장"(이하 "자체검사사업장"이라 한다)이라 함은 자체검사를 할 수 있도록 지정받은 사업장을 말한다.

제3조(지정신청 등) 자체검사사업장으로 지정받으려는 자는 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행규칙」 제16조제1항에 의거 다음 각 호의 서류를 한국임업진흥원장(이하 "진흥원장"이라 한다)에게 제출하여야 한다.

1. 별지 제1호서식에 따른 자체검사사업장 지정 신청서
2. 목재생산업등록증 사본
3. 제4조의 지정기준을 증명하는 서류로서 별지 제2호서식, 별지 제3호서

식, 별지 제4호서식에 따라 작성한 서류

제4조(지정 기준) ① 자체검사사업장의 지정기준은 영 제20조제1항에 따른다.

② 영 제20조제1항제1호 각 목의 세부 지정기준은 다음과 같다.

1. 목재제품 품질시험기 및 분석장비 : 별표의 목재제품 품목별 품질시험기 및 분석장비
2. 검사실 : 제1호의 목재제품 품질시험기 및 분석장비를 운영할 수 있는 공간과 시설
3. 1호의 품질시험기 및 분석장비를 운영할 수 있는 임산가공 관련 분야 석사학위 이상 학위 소지자 또는 국가기술자격법에 따른 임산가공기사 이상 자격 소지자 1명 이상

③ 2항에도 불구하고 영 제20조제1항제2호 각 목의 세부 지정기준은 다음과 같다.

1. 제재목 및 집성재를 육안(맨눈) 및 검사장비로 검사할 수 있는 목재등급평가사 1명 이상
2. 별표의 제재목 및 집성재에 해당하는 품질시험기 및 분석장비

제5조(지정 심사 절차 등) ① 진흥원장은 심사 일정을 신청인에게 안내하여야 하며, 지정 기준에 적합여부를 심사 및 심의 하여야 한다.

② 심사는 현장을 방문하여 지정기준에 적합한지에 대해 평가하여야 한다.

③ 심의는 자체검사사업장 지정 심의위원회를 통해 평가하여야 하며, 자체 검사사업장 지정이 적합하다고 심의한 경우에 진흥원장은 자체검사사업장 지정서를 발급하여야 한다.

④ 자체검사사업장 지정에 대하여 이의신청을 하고자 하는 자는 증빙서류 등 관련 자료를 첨부하여 이의를 제기할 수 있다.

제6조(재검토기한) 국립산림과학원장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙<제2019-4호, 2019. 1. 31.>

이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

부 칙<제2025-4호, 2025. 10. 24.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

[별표]

목재제품 품목별 품질시험기 및 분석장비

대상제품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
제재목	강도등급기 ¹⁾	1	등급구분기계 또는 만능재료시험기(10t) (기계등급구조재에 한함)
	고압연화기 ^{1), 2)}	1	
	광학현미경 ^{1), 2)}	1	배율 x40~x400
	데시케이터	5	
	버니어캘리퍼스	1	
	마이크로톰 ^{1), 2)}	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	저울	1	최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하
방부목재	버니어캘리퍼스	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP) ¹⁾	1	KS M ISO 16968
	저울		최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
	Gas Chromatography-Mass Spectrometer(GC-MS) 또는 Liquid Chromatography-Mass Spectrometer(LC-MS) ¹⁾	1	KS F 2155
난연목재	가스유해성시험장치 ¹⁾	1	KS F 2271
	가열기	1	
	데시케이터	3	KS M 1998
	버니어캘리퍼스	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.001 g 이하
	콘칼로리미터 ¹⁾	1	KS F ISO 5660-1
	항온항습챔버	2	KS M 1998
목재 플라스틱 복합재	굴곡크리프시험기	1	KS M ISO 899-2
	길이선열팽창계수시험기 ¹⁾	1	KS M ISO 11359-2

대상제품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
	낙하충격시험기 ¹⁾	1	KS F 2221
	내후성시험기 ¹⁾	1	KS M 4892-2
	데시케이터	10	KS M 1998
	만능재료시험기 ¹⁾	1	20 t 이상
	미끄럼저항시험기 ¹⁾	1	KS M 3510
	방염성시험기 맥켈버너형 ¹⁾	1	KS F 2819
	버니어캘리퍼스	1	
	비중시험기	1	KS M 3016
	유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP) ¹⁾	1	KS I ISO 11885
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.001 g 이하
	진탕기	1	
	초저온냉동고	1	사용온도 -30±2℃
	충격강도시험기 ¹⁾	1	KS M ISO 179-1
	항온수조	1	
	항온항습챔버	2	KS M 1998
	자외선분광기(Ultraviolet-visible spectrophotometer(UV-VIS)) ¹⁾	1	KS M 1998
집성재	고압연화기 ^{1), 2)}	1	
	광학현미경 ^{1), 2)}	1	배율 x40~x400
	데시케이터	10	KS M 1998
	만능재료시험기 ¹⁾	1	10 t 이상
	버니어캘리퍼스	1	
	마이크로톰 ^{1), 2)}	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	저울	1	최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하
	항온수조	1	사용환경 (20~100℃)
	항온항습챔버	2	KS M 1998
	자외선분광기(Ultraviolet-visible spectrophotometer(UV-VIS)) ¹⁾	1	KS M 1998
합판	데시케이터	10	KS M 1998
	만능재료시험기 ¹⁾	1	1 t 이상
	버니어캘리퍼스	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	저울	1	최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하

대상제품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
		1	사용환경 20~100℃
	항온수조	1	사용환경 (20~100℃)
	항온항습챔버	2	KS M 1998
	힘강성 변형량 측정대	1	
	자외선분광기(Ultraviolet-visible spectrophotometer(UV-VIS)) ¹⁾		KS M 1998
파티클보드 / 섬유판/ 배향성스트 랜드보드	데시케이터	10	KS M 1998
	만능재료시험기 ¹⁾	1	1 t 이상
	버니어캘리퍼스	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	저울	1	최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하
	항온수조	1	사용환경 (20~100℃)
	항온항습챔버	2	KS M 1998
	자외선분광기(Ultraviolet-visible spectrophotometer(UV-VIS)) ¹⁾	1	KS M 1998
목질바닥재	경도시험기	1	
	깊이 측정기(depth gauge)	1	최소눈금 0.01 mm 이하
	데시케이터	10	KS M 1998
	마모시험기	1	
	만능재료시험기 ¹⁾	1	1 t 이상
	버니어캘리퍼스	1	
	변퇴색 시험기	1	
	부착력 시험기	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	저울	1	최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하
	항온수조	1	
	항온항습챔버	2	KS M 1998
	자외선분광기(Ultraviolet-visible spectrophotometer(UV-VIS)) ¹⁾	1	KS M 1998
목재펠릿	겉보기밀도 측정용기	1	KS M ISO 17828
	내구성시험기	1	KS M ISO 17831-1
	데시케이터	1	
	버니어캘리퍼스	1	
	분쇄기	1	시료제조용
	시료분급장치	1	KS M ISO 14780

대상제품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
	실험용 건조기	1	KS M ISO 18134-1
	열량계 ¹⁾	1	KS M ISO 18125
	원소분석기 ¹⁾	1	KS M ISO 16948
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP) ¹⁾	1	KS M ISO 16968
	이온 크로마토그래피(IC) ¹⁾	1	KS M ISO 16994
	저울	1	정확도 ± 25 g
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
	전처리 장비	1	KS M ISO 14780, KS M ISO 16559
	체	1	ISO 3310-2
	회분 용점 측정기 ¹⁾	1	KS M ISO 21404
	회화로	1	KS M ISO 18122
목재칩	겉보기밀도 측정용기	1	KS M ISO 17828
	데시케이터	1	
	목재칩 시료채취도구	1	KS M ISO 18135
	분쇄기	1	시료 제조
	시료분급장치	1	KS M ISO 14780
	실험용 건조기	1	KS M ISO 18134-1
	열량계 ¹⁾	1	KS M ISO 18125
	원소분석기 ¹⁾	1	KS M ISO 16948
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP) ¹⁾	1	KS M ISO 16968
	이온 크로마토그래피(IC) ¹⁾	1	KS M ISO 16994
	저울	1	정확도 ± 25 g
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
	전처리 장비	1	KS M ISO 14780, KS M ISO 16559
	진동체 선별기 또는 로타리 스크린	1	KS M ISO 17827-1, KS M ISO 17827-2
	회화로	1	KS M ISO 18122
목재브리켓	데시케이터	1	

대상제품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
	밀도측정장치	1	EN 15150 참고
	버니어캘리퍼스	1	
	분쇄기	1	시료제조용
	시료분급장치	1	KS M ISO 14780
	실험용 건조기	1	KS M ISO 18134-1
	열량계 ¹⁾	1	KS M ISO 18125
	원소분석기 ¹⁾	1	KS M ISO 16948
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP) ¹⁾	1	KS M ISO 16968
	이온 크로마토그래피(IC) ¹⁾	1	KS M ISO 16994
	저울	1	정확도 ± 25 g
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
	전처리 장비	1	KS M ISO 14780, KS M ISO 16559
	체	1	ISO 3310-2
	회화로	1	KS M ISO 18122
성형숯	데시케이터	1	
	버니어캘리퍼스	1	
	분쇄기	1	시료제조용
	실험용 건조기	1	KS M ISO 18134-1
	열량계 ¹⁾	1	KS M ISO 18125
	유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP) ¹⁾	1	KS I ISO 11885
	저울	1	정확도 ± 25 g
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
	체	1	ISO 3310-2
	화덕	1	(구멍 탄착 화 용 성형숯에 한함)
	회화로	1	KS M ISO 18122
숯	데시케이터	1	
	분쇄기	1	시료제조용

대상제품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
	실험용 건조기	1	KS M ISO 18134-1
	열량계 ¹⁾	1	KS M ISO 18125
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP) ¹⁾	1	KS M ISO 16968
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
	체	1	ISO 3310-2
	회화로	1	KS M ISO 18122

1) 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행령」 제19조의5에 따라 지정된 ‘목재제품 규격·품질 검사기관’ 또는 ‘국제공인된’ 연구기관 및 시험기관 등의 해당 품질시험기 및 분석 장비 활용 가능(단, 품질시험기 및 분석 장비 활용이 가능여부는 임대 또는 위탁 계약서 등으로 확인한다.)

2) 목재등급평가사에 의해 육안으로 검사가 가능하거나 ‘목재제품 규격·품질 검사기관’에 의뢰할 경우 제외 가능

※ 표에서 제시한 시험분석 기기·장비는 같은 기능을 수행할 수 있는 기기·장비로 대체 가능

자체검사사업장 지정 신청서

☐ 신규
☐ 갱신

접수번호	접수일	처리기간 30일
------	-----	----------

신청인	목재생산업 등록번호	목재생산업 종류
	상호	대표자 성명
	본사 주소	전화번호/Fax
	사업장 주소	전화번호/Fax

신청내용	목재제품의 종류
	연간 생산·수입 가능량
	연간 검사 가능량
	연간 판매량

「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 제20조, 같은 법 시행령 제20조제2항 및 같은 법 시행규칙 제16조제1항에 따라 목재제품 자체검사사업장으로 지정을 받기 위하여 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

한국임업진흥원의 장 귀하

첨부서류	1. 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행령」 제20조제1항에 따른 지정기준을 갖추었음을 증명하는 서류 2. 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행규칙」 제22조제2항에 따른 목재생산업 등록증 사본	수수료 없음
------	--	--------

처리절차

신청서 작성 신청인	➔	접 수 한국임업진흥원	➔	검토·확인 한국임업진흥원	➔	심의·결정 한국임업진흥원	➔	지정서 발급 한국임업진흥원
---------------	---	----------------	---	------------------	---	------------------	---	-------------------

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

품질시험기 및 분석장치 명세서

1. 품목명

2. 품질시험기 및 분석장치 명세

품질시험기(분석장치)	제원	수량	성능	비고

※ 제원에 제작사 등 포함

3. 특기사항

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

검사실 명세서

1. 검사실 면적 : m^3

2. 검사실 도면

3. 특기사항

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

210mm×297mm 백상지(80g/㎡)