

1. 개정이유 및 주요내용

국민의 일상적인 언어생활에 맞도록 알기 쉬운 규정으로 정비하여 이 고시의 활용 편의성을 높이는 한편, 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 재검토기한을 연장하는 등 현행 제도의 운영상 미비점을 개선·보완하기 위함.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 기타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 행정예고(2023. 11. 7. ~ 11. 27.) 결과, 특기할 사항
없음

3) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 이견 없음
- 규제 신설·폐지 등 없음

지진해일 관측장비의 성능·규격 일부개정고시

지진해일 관측장비의 성능·규격 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "같은 법 시행령 제4조제2항에 따른"을 "같은 법 시행령 제4조제2항에서 기상청장에게 위임한"으로, "규정함"을 "정함"으로 한다.

제2조 각 호 외의 부분 중 "정의는 다음 각 호와"를 "뜻은 다음과"로 하고, 같은 조 제6호 중 "송·수신하기"를 "송수신하기"로 한다.

제3조 중 "지진·지진해일"을 "「지진·화산재해대책법」 제9조에 따른 지진·지진해일"로, "관측기관협의회(이하 "협의회"라고 한다)의 관측기관이 운용하는 지진해일 관측장비와 협의회에서"를 "관측기관협의회의 관측기관이 운용하거나"로 한다.

제4조 각 호 외의 부분 중 "최소한 고려하여야"를 "고려해야"로 한다.

제5조제1항 중 "기본적으로 관측"을 "관측"으로 한다.

제7조제1항 각 호 외의 부분 중 "만족하여야"를 "만족해야"로 하고, 같은 항 제1호부터 제3호까지 중 "한다"를 각각 "할 것"으로 하며, 같은 항 제4호 중 "가능하여야 한다"를 "가능해야 할 것"으로 한다.

제9조제2항 중 "외부"를 "전원공급장치는 외부"로 한다.

제10조제1항 중 "하여야 하며"를 "갖춰야 하며"로 하고, 같은 조 제2항 중 "통신선에"를 "통신선에는"으로, "보호 조치를 하여야"를 "보호되도록

록 해야"로 한다.

제12조 중 "2021년 1월 1일"을 "2024년 1월 1일"로, "하여야"를 "해야"로 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제1조(목적) 이 고시는 「지진·화산재해대책법」 제5조제4항과 같은 법 시행령 제4조제2항에 따른 지진해일 관측장비의 성능·규격에 관한 사항에 대하여 <u>규정함</u> 을 목적으로 한다.		제1조(목적)	-----	-----
			-----	-----
			같은 법 시행령 제4조제2항에서	-----
			<u>기상청장에게 위임한</u>	-----
			-----	-----
			<u>정함</u> -----.	-----
제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 <u>정의는 다음 각 호와 같다</u> .		제2조(정의)	-----	-----
			-----	<u>뜻은 다음과</u> -----
			-----	-----.
1. ~ 5. (생략)		1. ~ 5. (현행과 같음)		
6. "자료구조"란 지진해일 관측 자료를 저장 및 <u>송·수신하기</u> 위해 설정된 자료의 구조를 말한다.		6. -----		----- <u>송수신하기</u> -----
			-----	-----.
제3조(적용대상) 이 고시는 <u>지진·지진해일 및 화산활동 관측기관 협의회(이하 "협의회"라고 한다)의 관측기관이 운용하는 지진해일 관측장비와 협의회에서 지정한 지진해일 관측장비에 적용한다</u> .		제3조(적용대상)	-----	「지진·화산재해대책법」 제9조에 따른 지진·지진해일 --- 관측기관협의회의 관측기관이 운용하거나 -----
			-----	-----.
제4조(적용 기준) 지진해일 관측장비의 성능·규격은 다음 각 호의 사항을 <u>최소한 고려하여야</u>		제4조(적용 기준)	-----	-----
			-----	----- <u>고려해야</u> -----

한다.

1. ~ 5. (생략)

제5조(관측요소) ① 지진해일 관측장비는 관측시각 및 해수면 높이를 기본적으로 관측(감시)할 수 있어야 한다.

② (생략)

제7조(지진해일 관측자료 수집 및 처리장치) ① 지진해일 관측자료 수집 및 처리장치는 다음 각 호의 조건을 만족하여야 한다.

1. 실시간으로 관측자료를 수집, 처리, 저장 및 전송할 수 있어야 한다.

2. 사용자가 설정한 시간 간격으로 자료를 전송할 수 있어야 하며, 사용자가 원격으로 시간 간격을 변경할 수 있어야 한다.

3. 사이클 방식에 의해 최신 자료로 갱신하면서 저장할 수 있어야 한다.

4. 소프트웨어 및 펌웨어의 개선 변경이 가능하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

제9조(전원공급장치) ① (생략)

1. ~ 5. (현행과 같음)

제5조(관측요소) ① -----

----- 관측-----
-----.

② (현행과 같음)

제7조(지진해일 관측자료 수집 및 처리장치) ① -----

----- 만족해야 -----.

1. -----

-- 할 것

2. -----

-- 할 것

3. -----

----- 할 것

4. -----
----- 가능해야 할 것

② ~ ④ (현행과 같음)

제9조(전원공급장치) ① (현행과

② <u>외부</u> 전원 차단 시에도 7일 이상 지진해일 관측장비가 가동될 수 있도록 배터리 등 비상전원공급장치를 구비하여야 한다. 제10조(낙뢰보호설비) ① 육상에 설치된 지진해일 관측장비는 낙뢰로부터 지진해일 관측장비 보호 및 관측자료의 품질 향상 등을 위하여 관측장비 및 부대장비에 적절한 접지 시설을 <u>하여야 하며</u>, 이때 접지 루프가 형성되지 않도록 하여야 한다. ② 외부에서 입력되는 전기 및 통신선에 낙뢰보호기(surge protector)를 설치하여 낙뢰로부터 보호 조치를 <u>하여야</u> 한다. 제12조(재검토기한) 기상청장은 이 고시에 대하여 <u>2021년 1월 1일</u> 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 <u>하여야</u> 한다.	같음) ② <u>전원공급장치는 외부</u> ----- ----- -----. 제10조(낙뢰보호설비) ① ----- ----- ----- ----- ----- <u>갖춰</u> <u>야 하며</u>----- -----. ② ----- <u>통신선에는</u> ----- ----- <u>보호되도록 해야</u> -----. 제12조(재검토기한) ----- ----- <u>2024년 1월 1</u> <u>일</u> ----- ----- ----- ----- <u>해야</u> ----- -----.
---	--