

1. 개정이유

「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령」 개정(대통령령 제34457호, 2024. 4. 30. 공포, 2024. 5. 1. 시행)에 따라 고시에서 인용하는 근거 조항의 변경 사항 등을 반영하고자 함

2. 주요내용

가. 시행령 개정에 따른 근거 조항 및 용어 정비(안 제2조 등)

나. 용어 정비(안 제12조 등)

3. 주요토의과제

없 음

4. 참고사항

- 관계법령 : 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 및 같은 법 시행령, 시행규칙
- 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 합 의 : 부처 협의 완료
- 기 타 : 1) 신·구조문대비표
2) 행정예고(2024. 9. 20.~10. 10.) 결과, 특기할 사항 없음
3) 행정규제 : 규제 신설·폐지 등 없음

연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침 일부개정고 시안

연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1항제6호 중 "별표 4"를 "별표 3"으로 한다.

제5조제1항제3호 중 "별표 4"를 "별표 3"으로 한다.

제6조제1항 전단 중 "별표3"을 "별표 4"로 한다.

제7조제1항가목 중 "별표3"을 "별표 4"로 하고, 같은 조 제2항제1호 중 "별표 4"를 "별표 3"으로 한다.

제8조제1항 중 "별표4"를 "별표 3"으로 한다.

제12조제1항제2호 중 "미스트, 흠"을 "미스트(mist : 공기 중에 떠다니는 작은 액체방울), 흠(fume : 열이나 화학반응에 의하여 형성된 고체 증기가 응축되어 생긴 미세입자)"으로 한다.

제17조제1항을 제목 외의 부분으로 한다.

제18조 중 "2021년 7월 1일"을 "2025년 1월 1일"로, "매3년"을 "매 3년"으로, "6월 30일"을 "12월 31일"로 한다.

별표 2 화공안전의 점검 내용란 중 "정상별"을 "성질 및 상태별"로, 기호(*) 중 "상기"를 "위"로 한다.

별표 3 화공안전의 점검항목란 중 "정상별"을 "성질 및 상태별"로, 산업위생의 점검항목란 중 "조도수준"을 "조도(밝기) 수준"으로 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제2조(정의) ① 이 지침에서 사용	제2조(정의) ① -----			
하는 용어의 정의는 다음과 같	-----			
다.	-.			
1. ~ 5. (생 략)	1. ~ 5. (현행과 같음)			
6. “실시자” 라 함은 「연구	6			.
실 안전환경 조성에 관한 법	-----			
률」 제17조에 따라 등록된	-----			
안전점검 또는 정밀안전진단	-----			
대행기관, 같은 법 시행령 <u>별</u>	-----			<u>별</u>
<u>표 4</u> 및 <u>별표 5</u> 에 따른 안전	<u>표 3</u> -----			
점검 또는 정밀안전진단의 직	-----			
접 실시 요건을 갖춘 연구주	-----			
체의 장을 말한다.	-----.			
② (생 략)	② (현행과 같음)			
제5조(실시자의 의무 등) ① 실시	제5조(실시자의 의무 등) ① ----			
자는 연구실 안전점검 및 정밀	-----			
안전진단을 실시할 때에는 다음	-----			
각 호의 사항을 준수하여야 한	-----			
다.	-.			
1. · 2. (생 략)	1. · 2. (현행과 같음)			
3. 영 <u>별표 4</u> (자체점검 시),	3. -- <u>별표 3</u> -----			
영 <u>별표 5</u> (자체진단 시), 영	-----			
<u>별표 6</u> (위탁점검 시), 영 <u>별</u>	-----			
<u>표 7</u> (위탁진단 시)에 따라 분	-----			

야별 기술인력과 장비를 갖추
것

4. · 5. (생략)

② · ③ (생략)

제6조(일상점검) ① 연구실책임
자는 연구활동종사자가 매일
(영 별표3에 따른 저위험연구실
은 매주 1회 이상) 연구활동 시
작 전 일상점검을 실시하고 그
결과를 기록·유지하도록 하여
야 한다. 이 때, 연구실책임자
는 법 제9조제2항에 따라 연구
실안전관리담당자를 지정하여
점검을 하도록 할 수 있다.

② ~ ④ (생략)

제7조(정기점검) ① 연구주체의
장은 안전점검 장비를 이용하여
매년 1회 이상 정기적으로 소관
연구실에 대해 점검을 실시하여
야 한다. 다만 영 제10조제1항
제2호에 따라 다음 각 목의 어
느 하나에 해당하는 연구실의
경우에는 정기점검을 면제한
다.

가. 영 별표3에 따른 저위험
연구실

-

4. · 5. (현행과 같음)

② · ③ (현행과 같음)

제6조(일상점검) ① -----

-- 별표 4-----

-----.

-----.

② ~ ④ (현행과 같음)

제7조(정기점검) ① -----

-----.

-----.

가. -- 별표 4-----

나. (생 략)

② 실시자는 연구실 내의 모든 인적·물적인 면에서 물리화학적·기능적 결함 등이 있는지 여부를 다음 각 호에 따라 점검하여야 한다.

1. 영 별표 4(자체점검 시) 또는 영 별표 6(위탁점검 시)의 기술인력과 점검장비를 갖추어 점검을 실시하고 그 측정값을 점검결과에 기입한다.

2.·3. (생 략)

③ (생 략)

제8조(특별안전점검) ① 연구주체의 장은 폭발사고·화재사고 등 연구활동종사자의 안전에 치명적인 위험을 일으킬 가능성이 있는 경우 영 별표4(자체점검 시) 또는 영 별표6(위탁점검 시)의 분야별 기술인력과 장비를 갖추어 특별안전점검을 실시하여야 한다.

② (생 략)

제12조(유해인자별 노출도평가)

① 연구주체의 장은 정밀안전진단 실시 대상 연구실에 대하여

나. (현행과 같음)

② -----

-----.

1. -- 별표 3-----

-----.

2.·3. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

제8조(특별안전점검) ① -----

----- 별표 3-----

-----.

② (현행과 같음)

제12조(유해인자별 노출도평가)

① -----

노출도평가 실시계획을 수립하
여야 하며, 노출도평가 대상 연
구실 선정기준은 다음과 같다.

1. (생 략)

2. 연구활동종사자(연구실책임
자를 포함한다)가 연구활동을
수행하는 중에 CMR물질(발암
성 물질, 생식세포 변이원성
물질, 생식독성 물질), 가스,
증기, 미스트, 흠, 분진, 소
음, 고온 등 유해인자를 인지
하여 노출도평가를 요청할 경
우

3. ~ 5. (생 략)

② ~ ⑦ (생 략)

제17조(서류의 보존) ① (생 략)

제18조(재검토 기한) 과학기술정
보통신부장관은 「행정규제기
본법」 및 「훈령·예규 등의
발령 및 관리에 관한 규정」에
따라 이 고시에 대하여 2021년
7월 1일을 기준으로 매3년이 되
는 시점(매 3년째의 6월 30일까
지를 말한다)마다 그 타당성을

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----

----- 미스트(mist : 공기 중
에 떠다니는 작은 액체방울),
흠(fume : 열이나 화학반응에
의하여 형성된 고체증기가 응
축되어 생긴 미세입자)-----

3. ~ 5. (현행과 같음)

② ~ ⑦ (현행과 같음)

제17조(서류의 보존) (현행 제1항
과 같음)

제18조(재검토 기한) -----

----- 2025년
1월 1일----- 매 3년-----
----- 12월 31일-----

검토하여 개선 등의 조치를 하
여야 한다.

-----.