

1. 개정이유

WMO 측정선도센터 전환 및 표준기상관측소 활성화 계획에 따른 표준기상관측소 지정 및 관리·운영에 관한 분장 사무를 반영하여 표준기상관측소 운영에 관한 규정을 이 훈령에서 삭제하고 국립기상과학원에서 별도의 기준을 마련하도록 하는 등 현행 제도의 운영상에 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 표준기상관측소의 기능(안 제2조)

나. 표준기상관측소의 지정 및 관리(안 제3조)

다. 표준기상관측소의 지정 해제(안 제4조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 기 타 : 1) 전부개정 전문, 별첨

2) 행정예고(2023. 8. 18. ~ 9. 7.) 결과, 이견없음

3) 행정규제: 규제개혁위원회와 협의 결과, 협의 전

표준기상관측소 관리규정 전부개정훈령안

표준기상관측소 관리규정 전부를 다음과 같이 개정한다.

표준기상관측소 관리규정

제1조(목적) 이 훈령은 「기상관측표준화법」 제4조, 같은 법 제13조제6항에 따른 기상관측의 표준화 추진 및 현장시험관측을 지원하기 위하여 표준기상관측소의 지정·해제 등 관리에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(기능) 표준기상관측소는 다음 각 호의 기능을 수행한다.

1. 현장시험관측: 「기상관측표준화법」 제13조에 따른 기상측기의 제작등을 업으로 하는 자가 기상측기의 성능을 시험하거나 개발·개선하기 위하여 표준기상관측소에 기상측기를 설치하고 관측하는 것
2. 실험관측: 기상청 소관의 법인, 대기과학 관련 대학 또는 연구기관 등에서 기상측기의 개발 및 성능개선을 연구하기 위하여 표준기상관측소에 기상측기를 설치하고 관측하는 것
3. 시험 및 교정: 기상측기의 성능시험 및 교정을 위하여 실험실 또는 관측장소에서 측정하고 자료를 산출하는 일련의 행위를 하는 것

제3조(지정 및 관리) ① 기상청장은 다음 각 호의 지정요건을 갖춘 기상관서 등을 표준기상관측소로 지정할 수 있다.

1. 관측환경기준

가. 관측장소로부터 200 m 이내에 장애물이 없어야 할 것

나. 건물 또는 나무로부터 멀리 떨어진 개활지에 위치하고, 건물 높이로부터 최소 10배, 숲 높이의 최소 20배 이상 떨어진 곳

다. 관측소의 면적은 10,000 m² 이상일 것

2. 인적 및 시설 기준

가. 25 m × 25 m 이상의 관측장소를 2곳 이상 조성

나. 1명 이상의 전담 운영자가 관측소에 상근으로 근무할 것

다. 관측장소를 외부와 구분하고 보호할 수 있는 개방형 울타리가 있어야 할 것

라. 현장시험관측 또는 실험관측을 수행하는 자를 위한 편의시설을 구비할 것

② 국립기상과학원장은 기상청장에게 제1항 각 호의 지정요건을 갖춘 기상관서 등을 표준기상관측소로 지정해 줄 것을 요청할 수 있다.

③ 기상청장은 표준기상관측소의 효율적인 운영을 위하여 국립기상과학원장으로 하여금 표준기상관측소의 운영을 담당하게 할 수 있다. 이 경우 국립기상과학원장은 표준기상관측소 운영에 대하여 별도의 기준을 마련해야 한다.

제4조(지정 해제) 기상청장은 표준기상관측소 관측환경, 행정여건 등을

종합적으로 검토하여 표준기상관측소 지정을 해제할 수 있다.

제5조(재검토기한) 기상청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.