

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 수출목적의 동물용의료기기 및 동물용 체외진단의료기기 제조 및 품질 관리 기준

◇ 제 · 개정 이유

「의료기기법」 제6조제4항·제7항 및 「체외진단의료기기법」 제5조제5항·제8항 및 「동물용 의약품등 취급규칙」 제13조의2제2항·제4항에 따라 수출만을 목적으로 하는 동물용의료기기 및 동물용체외진단의료기기(이하 "동물용의료기기등"이라 한다)를 제조함에 있어 수출 상대국의 요구로 제조 및 품질관리 기준을 적용받으려는 경우 준수하여야 하는 세부사항을 정하고자 함

◇ 주요내용

- 가. (목적) 「동물용의약품등취급규칙」 제 13조의2제2항 및 별표6의2 I. 3호에 따라 수출만을 목적으로 하는 동물용의료기기 및 체외진단의료기기를 제조함에 있어 수출 상대국의 요구에 따른 제조 및 품질관리 기준을 적용해야 하는 경우 준수하여야 하는 세부사항 규정
- 나. (적용범위) 동물용의료기기등을 수출만을 목적으로 제조 및 품질관리 기준을 적용하려는 자, 적합성인정 및 정기심사를 받고자 하는 동물용의료기기등의 제조업자(국내판매를 목적으로 하는 경우에는 적용하지 아니함)
- 다. (적합성인정등 기준) 동물용의료기기등의 제조 및 품질관리기준에 대한 적합성평가기준 및 평가표 설정

- 라. (적합성인정등 구분) 제조소가 기준에 적합함을 인정받기 위해 최초로 받아야 하는 심사, 제조소별로 다른 품목군 추가에 따른 심사, 제조소의 소재지 변경에 따른 변경 심사 등으로 구분
- 마. (적합성인정등 심사) 적합성인정등 심사는 제조소의 품목군별로 서류검토와 현장조사를 실시, 모든 제조공정을 위탁 시에도 제조의뢰자-제조자 각각 서류검토와 현장조사를 실시
- 바. (적합성인정등 절차) 신청인이 신청한 날부터 10일 이내에 현장조사 여부 등을 결정하여 신청인에게 통보하고, 결과를 신청인에게 30일 이내에 문서로 통보
- 사. (적합성인정서 유효기간) 최초 심사에 따른 적합인정서의 유효기간은 적합인정서 발행일로부터 3년으로 함
- 아. (적합성인정등 표시) 동물용의료기기등 제조업자는 적합성인정등을 받은 제조소의 동일 품목군에 속하는 동물용의료기기등에 대하여 적합인정서등 표시할 수 있음