

「국의 목재제품 규격·품질 검사기관의 세부 지정·인정 기준」

제1조(목적) 이 고시는 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 제20조제2항제3호의 "외국의 기관"(이하 "국외 검사기관"이라 한다)에 대하여 같은법 시행령 제19조의5제4항에 따른 국외 목재제품 규격·품질 검사기관 지정기준 등에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 목재제품 등에 대한 검사업무의 효율성 증진을 목적으로 한다.

제2조(국외 검사기관 지정신청) 국외 검사기관으로 지정받고자 하는 기관(이하 "신청기관"이라 한다)은 별지 제1호서식에 따른 국외 목재제품 규격·품질 검사기관 지정신청서(전자문서로 된 신청서 포함)에 다음 각 호의 서류(전자문서 포함)를 첨부하여 국립산림과학원장에게 제출하여야 한다. 이 경우 신청서는 신청기관의 정부를 경유하거나, 직접 제출할 수 있다.

1. 일반현황(기능, 연혁, 조직 등)
2. 검사실적(지정받고자 하는 품목의 최근 3년간 검사실적, 검사실적이 있는 기관에 한함).
3. 주요 시험장비 현황(별표 1, 단, 시험장비의 소유자가 신청기관이 아닌 경우 장비 임대 계약 서류 등 관련 증빙서류 사본)
4. 시설현황(별표 2)
5. 검사인력 현황(검사원 숙련기간 포함)

6. 해당 신청기관의 정부가 검사능력을 평가하거나, 국제검사능력 검증 프로그램에 참여하여 검사능력을 평가받은 경우 해당 증빙서류 사본
7. 검사 업무규정 및 관련서식(신청기관에서 발급하는 서류)

제3조(국외 검사기관 지정 심사 및 절차) ① 국립산림과학원장은 국외 검사기관 지정신청을 받으면 소속 공무원 또는 필요한 경우 관련 목재제품의 품질검사에 전문성이 있는 자를 심사위원으로 지명하여 2인 이상 심사단을 편성하여야 한다.

② 심사단은 제2조에 따라 제출된 신청서 및 구비서류를 검토하여 신청기관이 별표4 국외 목재제품 규격·품질 검사기관 지정 적합 기준의 서류심사항목에 적합한지 심사하여야 한다.

③ 심사단은 서류심사를 통과한 신청기관에 대해 제출된 서류의 사실 여부와 검사능력을 확인하기 위하여 별표 3의 국외 목재제품 규격·품질 검사기관 현장조사 평가표에 따라 현장조사를 시행하여야 한다. 다만, 서류심사결과 제2조제6호에 따라 신청기관이 국제검사능력 검증 프로그램에 참여하여 검사능력을 평가받은 증빙서류가 있고 검사시설 및 검사능력 등이 충분하다고 인정되는 경우에는 현장조사를 생략할 수 있다.

④ 심사단은 제3항에 따른 현장조사 시 신청기관에 대하여 검사능력 현장평가를 병행할 수 있다.

⑤ 제3항에 따라 현장조사를 할 때는 현장조사 1개월 전까지 조사일자, 조사자, 조사내용 등을 국외 신청기관에 통보하여야 한다. 다만, 긴급하

거나 부득이한 사유가 있는 경우에는 현장조사 7일 전까지 통보할 수 있다.

⑥ 국립산림과학원장은 현장조사 등의 결과를 검토한 후 신청기관이 별표 4 국외 목재제품 규격·품질 검사기관 지정 적합 기준의 현장조사 항목에 적합한 경우에는 별지 제2호서식에 따라 검사기관 지정서를 교부하고, 다음 사항을 홈페이지에 공고하여야 한다.

1. 기관명
2. 주소
3. 대표자
4. 검사품목

⑦ 국립산림과학원장은 신청기관이 국외 검사기관 지정기준에 부적합한 경우에는 부적합 사유와 개선 사항을 신청기관에 통보하여야 하며, 신청기관은 통보받은 날부터 3개월 이내 개선·조치내용을 제출하여 재심사를 요청할 수 있다.

⑧ 제7항에 따른 개선기한까지 신청기관이 재심사를 요청하지 아니하거나 재심사 결과 부적합 사항이 개선되지 아니한 것으로 인정되는 경우에는 부적합으로 판정한다.

제4조(국외 검사기관 지도·점검) ① 국립산림과학원장은 검사기관이 별표 4 목재제품 규격·품질 검사기관 지정 적합 기준을 준수하고 있는지, 「목재제품의 규격과 품질기준」에 따라 규격·품질 검사가 적합하게 이루어지

고 있는지 등을 확인하기 위하여 필요한 경우 관계 공무원에게 지정한 검사기관의 사무소·검사장소 또는 그 밖에 이와 유사한 장소에 출입하여 시설 및 검사원 검사나 해당 검사를 하게 하거나 관련된 검사일지 및 기록서를 포함한 장부나 서류 등을 열람하게 할 수 있다.

② 국립산림과학원장은 제3조제6항에 따라 검사기관을 지정한 경우 검사기관 지정일로부터 3년마다 1회 이상 현장조사를 실시하여 검사시설 및 분석기술 등에 대한 검사능력을 평가할 수 있다. 다만, 현장조사가 불가능한 경우 해당 검사기관이 최근 1년 이내 국제검사능력 검증 프로그램에 참여하여 검사능력을 평가받은 서류를 제출받아 현장조사를 서류조사로 대체할 수 있다.

③ 제1항에 따라 현장조사를 할 경우에는 현장조사 1개월 전까지 조사일자, 조사자, 조사내용 등을 해당 검사기관에 통보하여야 한다. 다만, 긴급하거나 부득이한 사유가 있는 경우에는 현장조사 7일 전까지 통보할 수 있다.

제5조(재검토기한) 국립산림과학원장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2025-6호, 2025. 10. 24.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

【별표 1】

목재제품 품목별 주요 품질시험기 및 분석 장비(제2조 관련)

대상제품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
제재목	강도등급기	1	등급구분기계 또는 만능재료시험기(10t)
	고압연화기	1	
	광학현미경	1	배율 x40~x400
	데시케이터	5	
	마이크로톰	1	
	버니어캘리퍼스	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	저울	1	최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하
방부목재	가스 크로마토그래프 질량분석계 (GC-MS) 또는 액체 크로마토그래프 질량분석계(LC- MS)	1	KS F 2155
	버니어캘리퍼스	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP)	1	KS M ISO 16968
	저울		최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
난연목재	가스유해성시험장치	1	KS F 2271
	가열기	1	
	데시케이터	3	
	버니어캘리퍼스	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.001 g 이하
	콘칼로리미터	1	KS F ISO 5660-1

대상제품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
	항온항습챔버	2	KS M 1998
목재 플라스틱 복합재	굴곡크리프시험기	1	KS M ISO 899-2
	길이선열팽창계수시험기	1	KS M ISO 11359-2
	낙하충격시험기	1	KS F 2221
	내후성시험기	1	KS M 4892-2
	데시케이터	10	
	만능재료시험기	1	20 t 이상
	미끄럼저항시험기	1	KS M 3510
	방염성시험기 맥켈버너형	1	KS F 2819
	버니어캘리퍼스	1	
	유도결합플라즈마 분광 분석기(I CP)	1	KS I ISO 11885
	비중시험기	1	KS M ISO 1183-1
	자외선분광기(UV-VIS)	1	KS M 1998
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.001 g 이하
	증류수(또는 초순수) 제조장비	1	
	진탕기	1	
	초저온냉동고	1	사용온도 $-30\pm 2^{\circ}\text{C}$
	충격강도시험기	1	KS M ISO 179-1
	항온수조	1	사용온도 최고 100°C
	항온항습챔버	2	KS M 1998
집성재	고압연화기	1	
	광학현미경	1	배율 x40~x400
	데시케이터	10	
	만능재료시험기	1	10 t 이상
	버니어캘리퍼스	1	

대상제품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
	슬라이딩 마이크로톰	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	자외선분광기(UV-VIS)	1	KS M 1998
	저울	1	최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하
	증류수(또는 초순수) 제조장비	1	
	항온수조	1	사용환경 20~100℃
	항온항습챔버	2	일정 조건 하에서 지정 온·습도를 유지 가능하여야 함
합 판	데시케이터	10	
	만능재료시험기	1	1 t 이상
	버니어캘리퍼스	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	자외선분광기(UV-VIS)	1	KS M 1998
	저울	1	최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하
	증류수(또는 초순수) 제조장비	1	
	항온수조	1	사용환경 20~100℃
	항온항습챔버	2	KS M 1998
	휨강성 변형량 측정대	1	
파티클보드 / 섬유판/ 배향성스트 랜드보드	데시케이터	10	
	만능재료시험기	1	1 t 이상
	버니어캘리퍼스	1	
	실험용 건조기		KS F 2199
	자외선분광기(UV-VIS)	1	KS M 1998
	저울	1	최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하

대상제품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
	증류수(또는 초순수) 제조장비	1	
	항온수조	1	사용환경 20~100℃
	항온항습챔버	2	KS M 1998
목질바닥재	경도시험기	1	
	깊이 측정기(depth gauge)	1	최소눈금 0.01 mm 이하
	데시케이터	10	
	마모시험기	1	
	만능재료시험기	1	1 t 이상
	버니어캘리퍼스	1	
	변퇴색 시험기	1	
	부착력 시험기	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	자외선분광기(UV-VIS)	1	KS M 1998
	저울	1	최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하
	증류수(또는 초순수) 제조장비	1	
	항온수조	1	사용환경 20~100℃
	항온항습챔버	2	KS M 1998
목재펠릿	겉보기밀도 측정용기	1	KS M ISO 17828
	내구성시험기	1	KS M ISO 17831-1
	데시케이터	1	
	버니어캘리퍼스	1	
	분쇄기	1	시료제조용
	시료분급장치	1	KS M ISO 14780
	실험용 건조기	1	KS M ISO 18134-1

대상제품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
	열량계	1	KS M ISO 18125
	원소분석기	1	KS M ISO 16948
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP)	1	KS M ISO 16968
	이온 크로마토그래피(IC)	1	KS M ISO 16994
	저울	1	정확도 ± 25 g
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
	전처리 장비	1	KS M ISO 14780, KS M ISO 16559
	체	1	ISO 3310-2
	회분 융점 측정기	1	KS M ISO 21404
	회화로	1	KS M ISO 18122
목재칩	겉보기밀도 측정용기	1	KS M ISO 17828
	데시케이터	1	
	목재칩 시료채취도구	1	KS M ISO 18135
	분쇄기	1	시료 제조
	시료분급장치	1	KS M ISO 14780
	버니어캘리퍼스	1	
	실험용 건조기	1	KS M ISO 18134-1
	열량계	1	KS M ISO 18125
	원소분석기	1	KS M ISO 16948
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP)	1	KS M ISO 16968
	이온 크로마토그래피(IC)	1	KS M ISO 16994
	저울	1	정확도 ± 25 g
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g

대상제품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
			이하
	전처리 장비	1	KS M ISO 14780, KS M ISO 16559
	진동체 선별기 또는 로타리 스크린	1	KS M ISO 17827-1, KS M ISO 17827-2
	회분 용점 측정기	1	KS M ISO 21404
	회화로	1	KS M ISO 18122
목재브리켓	데시케이터	1	
	밀도측정장치	1	KS M ISO 18847
	버니어캘리퍼스	1	
	분쇄기	1	시료제조용
	실험용 건조기	1	KS M ISO 18134-1
	열량계	1	KS M ISO 18125
	원소분석기	1	KS M ISO 16948
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP)	1	KS M ISO 16968
	이온 크로마토그래피(IC)	1	KS M ISO 16994
	저울	1	정확도 ± 25 g
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
	전처리 장비	1	KS M ISO 14780, KS M ISO 16559
	회화로	1	KS M ISO 18122
성형숯	데시케이터	1	
	버니어캘리퍼스	1	
	분쇄기	1	시료제조용
	실험용 건조기	1	KS M ISO 18134-1

대상제품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
	열량계	1	KS M ISO 18125
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP)	1	KS M ISO 16968
	이온 크로마토그래피(IC)	1	KS M ISO 16994
	저울	1	정확도 ± 25 g
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
	화덕	1	
	회화로	1	KS M ISO 18122
숯	데시케이터	1	
	분쇄기	1	시료제조용
	실험용 건조기	1	KS M ISO 18134-1
	열량계	1	KS M ISO 18125
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP)	1	KS M ISO 16968
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
	체	1	ISO 3310-2
	회화로	1	KS M ISO 18122

※ 검사기관은 반드시 장비의 소유자일 필요는 없다. 장비를 빌리거나(borrowed), 대여하거나(rented), 임차하거나(hired) 또 다른 당사자(장비의 제조자 또는 설치자)에 의해 제공받을 수 있다. 그러나 검사에 사용되는 장비의 적합성에 대한 책임은 소유권과 관계없이 전적으로 검사기관의 책임이다.

검사실 표준 환경조건 및 기준(제2조 관련)

분 류	표준 환경조건 및 기준		비 고
물리시험 검사실	환경조건	20±2℃, 66±5% RH	· KS F 2201(목재의 시험방법 통칙)에 따른 표준상태 환경조건 기준
	검사실 필수설비 및 장비	항온항습설비, 환기시설, (별표 1)의 품목별 품질시험기 및 분석장비	· 폐기물 별도 보관·처리 · 실대재시험 등 일부품목 별도장소에서 실시가능 · 천칭실 별도구획 분리
화학시험 검사실	환경조건	20±2℃, 66±5% RH	· KS F 2201(목재의 시험방법 통칙)에 따른 표준상태 환경조건 기준
	검사실 필수설비 및 장비	항온항습설비, 흡후드, 화재 안전시설, 환기시설, (별표 1)의 품목별 품질시험기 및 분석장비	· 전처리실, 기기분석실, 폼알데하이드방출량 분 석실 분리 · 폐기물 별도 보관·처리

* 비고 : 검사실의 표준 환경조건 및 기준을 충족하지 않더라도 해당 목재제품의 특성, 현
장여건 및 규모 등을 감안하여 그 사유를 소명하고 평가단이 평가에 지장이 없
다고 인정하는 경우 점수 부여

[별표 3]

국의 목재제품 규격·품질 검사기관 현장조사 평가표(제3조 관련)

현장조사 점검사항	배점	점수	비고
총 점	100		
I. 설비 및 인력 등 일반현황	50		
1. 일반 현황에 관한 사항	25		
가. 검사실, 장비 등 기타 설비 등의 배치도 보유 여부	(5)		
나. 검사실의 유무 및 적합성	적/부		필수
다. 시설에 관한 사항(별표 2의 검사실 조건 및 기준에 따름) - 환기, 배수 및 폐수 등 시설의 적정성 여부 - 검사실 환경 관리의 적정성 여부 - 검사실 출입 및 그 절차 등의 적절성 여부	(5)		
라. 시료 보관에 관한 사항 - 적절한 보관 조건 유지 및 관리 여부 - 시료 접수 및 폐기 절차의 적정성 및 관리 여부 - 부적합 시료 보관의 적절성 여부(별도 장소 지정 여부 포함)	(5)		
마. 검사실 안전관리에 관한 사항 - 검사실 시험에 사용된 폐기물의 분리배출 준수 여부 - 측정 장비에 연결된 가스용기의 안전 관리 여부 - 검사 인력 보호 장구의 구비 여부 등	(10)		
2. 시설 및 장비에 관한 사항	10		
가. 규격·품질검사에 필요한 장비의 현황 및 보유 여부 (품목별 필요 장비는 별표 1에 따름)	적/ 부		필수
나. 장비의 유지 및 관리 현황 - 시험장비의 유지 및 관리에 관한 규정의 보유 여부 - 유지 및 관리 절차의 적절성 여부 - 해당 시험장비의 검/교정 준수 여부	(10)		
3. 규격·품질검사업무 수행 인력에 관한 사항	15		
가. 검사업무 수행에 적절한 인력의 보유 여부	적/ 부		필수
나. 검사업무 수행 인력의 관리 여부 - 전담 조직 구성 여부 - 수행 인력의 관리 여부(조직도 및 업무 분장 등)	(5)		

현장조사 점검사항	배점	점수	비고
다. 검사업무 수행 인력의 교육 등 인력관리 사항 - 업무 분장에 따른 검사 인력의 검사업무 참여 여부 - 검사 인력의 적절한 검사능력 보유를 위한 인력 관리 여부 (자격증, 교육훈련 및 경력사항, 교육계획서, 교육관련 자료 등)	(10)		
Ⅱ. 규격·품질검사 업무규정 등의 검사업무의 관리	50		
1. 규격·품질검사 업무규정의 적절성에 관한 사항	40		
가. 문서 작성 및 관리에 관한 사항 - 국외 검사기관 업무규정의 보유 여부 - 검사와 관련된 문서의 보유 여부 (품목별 필요 장비 보유 현황 및 관리 사항, 품목별 품질기준 및 시험방법, 시험결과, 검사인력 현황 등의 사항)	(20)		
나. 규격·품질검사 인력에 관한 사항 - 업무 규정 내에 검사 인력의 위법행위 예방을 위한 준수사항 명문화 여부 - 관련 준수사항의 교육 여부	(10)		
다. 검사와 관련된 문서의 적절한 유지 여부 - 문서 보유 여부 (품목별 품질기준, 시험방법, 시험결과, 시험일지 등) - 검사결과 통지서의 작성 및 보관 여부	(5)		
라. 검사결과의 보고에 관한 사항	(5)		
2. 검사업무에 관한 사항	10		
가. 분석항목별 표준작업지침서의 구비 및 내용의 적절성 여부	(5)		
나. 분석장비에 관한 표준작업지침서의 구비 및 내용의 적절성 여부 - 장비관련 대장의 구비 및 작성 등 관리여부 - 표준품 인수·보관·처리에 관한 사항의 적절성 및 관리여부	(5)		

【별표 4】

국외 목재제품 규격·품질 검사기관 지정적합 평가기준(제3조 관련)

구분	적합 기준	비고
서류심사	- 시설 및 장비 현황 : 별표 1과 별표 2 충족 - 검사 인력 : 목재제품 품질시험기 및 분석장비를 운영할 수 있는 경력 또는 자격을 갖춘 사람 1명 이상(목재이용법 시행령 별표 1의7 관련) - 검사 업무규정 및 관련서식 : 「목재제품의 규격과 품질기준」의 검사방법과 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행규칙」의 검사결과 통지 내용 등을 충족	
현장조사	별표 3의 필수항목 모두 적합 및 배점항목 총점 70점 이상	
	검사능력 현장평가 : 「목재제품의 규격과 품질기준」의 검사방법 충족	필요시 진행

* 진행된 심사 항목이 모두 적합 기준을 충족시 검사기관 지정

국외 목재제품 규격·품질 검사기관 지정 신청서

Application for designation of a foreign inspection agency

※ Please mark on the relevant blank

접수번호 Receipt number	접수일 Reception date	처리일자 Processing date	처리기간 90일 Processing period 90 days
신청인 Applicant			전화번호(e-mail) Phone number
기관명칭 Name of agency			FAX
주소 Address			
검사범위 Inspecting items	1. 제재목 Sawn timber() 2. 방부목재 Preservative treated wood() 3. 난연목재 Fire retardant treated wood() 4. 목재 플라스틱복합재 Wood Plastic Composites() 5. 집성재 Glued Laminated Timber() 6. 합판 Plywood() 7. 파티클보드 Particleboard() 8. 섬유판 Fiberboard() 9. 배향성 스트랜드보드 Oriented Strand Board() 10. 목질바닥재 Wood Flooring() 11. 목재펠릿 Wood Pellets() 12. 목재칩 Wood Chips() 13. 목재브리켓 Wood Briquettes() 14. 성형숯 Agglomerated wood charcoal() 15. 숯 Charcoal()		

「국외 목재제품 규격·품질 검사기관 세부 지정·인정 기준」 제2조에 따라 국외 목재제품 규격·품질 검사기관 지정을 신청합니다.

I hereby apply for designation of a foreign inspection agency in accordance with the article 2 of provisions on the criteria of detailed designation of a foreign inspection agency.

년 월 일
year month day


신청인
Applicant

(서명 또는 인)
Signature or seal

국립산림과학원장 귀하
Director of National Institute of Forest Science

첨부서류 Documents required for application	1. 일반현황(기능, 연혁, 조직 등) General Information (functions, history of the institute, organizational charts, etc.) 2. 검사실적(지정받고자 하는 품목의 최근 3년간 검사 실적) Test Performance (Inspection history for the last three years for the item you are seeking designation for) 3. 주요 시험장비 현황(영문명, 규격, 수량, 장비계약서류 등) Test Equipment Status(English name, specifications, quantity, equipment contract documents, etc.) 4. 시설현황(시설계약서류 등) Facility Status (facility contract documents, etc.) 5. 검사인력 현황(검사원 숙련기간 포함) Inspection History (including inspector experience) 6. 정부 또는 국제검사능력 검증 프로그램에서 검사능력을 인증(평가)받은 서류 Documentation of Certification of testing capabilities by a government or international testing capability program. 7. 검사 업무규정 및 관련서식(신청기관에서 발급하는 서류) Inspection work rules and related documents (documents issued by the applicant organization)	수수료 없음 Fee-free
--	--	-----------------------

처리절차



* 처리기관 : 국립산림과학원 관계부서

210mm×297mm [백상지 (80g/㎡) 또는 중질지 (80g/㎡)]

제 호

국외 목재제품 규격·품질 검사기관 지정서 Designation of a foreign inspection agency

1. 기 관 명 :
Name of agency
2. 대 표 자 :
Representative
3. 주 소 :
Address
4. 검사품목 :
Inspecting items

「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행령」 제19조의5제3항에 따라 위 기관을 국외 목재제품 규격·품질 검사기관으로 지정합니다.

"Pursuant to Article 19 (5) (3) of the 「Enforcement Decree of the Act on the Sustainable Use of Wood」, the above agencies are designated as overseas wood product standards and quality inspection agencies.

년 월 일
year month day

국립산림과학원장
Director of National Institute of Forest Science

직인
seal