

1. 개정이유

오늘날의 혈액관리업무 현장과 관계법령에 따라 혈액원이 준수해야 하는 혈액관리업무 세부절차 관련 규정 및 용어 정비

2. 주요내용

가. 혈액관리업무 세부절차 관련 규정 정비

- 혈액원의 품질관리체계에 포함해야 할 항목과 품질관리체계 유지를 위해 구비해야하는 장비 등을 오늘날 현장에 맞도록 현행화하고, 혈액관리업무의 채혈·검사·보관 단계별 준수사항 구체화 등 정비

나. 관계법령에 따른 규정 및 기타 용어 정비

- 혈액관리법 및 같은법 시행규칙 등 관계법령에서 규정한 사항을 반영하고, 오기 등으로 정정이 필요한 용어 정비

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음 또는 직접 작성 또는 별첨

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음 또는 X년 예산에 X억원 반영되었음

다. 합 의 : 해당기관 없음 또는 0부, 0실과 합의되었음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

혈액관리업무 표준업무규정 일부개정고시안

혈액관리업무 표준업무규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제4호 중 "검사로 에이엘티검사, 비(B)형간염검사, 씨(C)형간염검사, 매독검사, 후천성면역결핍증검사, 인체티(T)림프영양성바이러스검사 및 기타 보건복지부장관이 정하는"을 "검사 및 혈액형 확인 등을 위한"으로 하고, 같은 조 제7호 중 "한국연구재단에 등록된 전문학회"를 "전문학회"로 한다.

제5조제2항제8호를 제12호로 하고, 같은 항에 제8호부터 제11호까지 및 제13호를 각각 다음과 같이 신설한다.

8. 구매절차 관리(공급혈액원)

9. 밸리데이션

10. 혈액관리업무별 절차

가. 헌혈자 선별 및 채혈

나. 헌혈혈액 선별검사

다. 혈액제제의 제조

라. 혈액제제의 보존 및 공급

마. 품질관리시험

11. 오류 및 사고 관리

13. 위기대응체계

제8조제2항 각 호 외의 부분 중 "품질관리체계"를 "제조품목의 품질관리 체계"로 하고, 같은 항 제1호를 다음과 같이 하며, 같은 항에 제4호부터 제6호까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

1. 혈구분석기
4. 혈액응고인자 측정장비
5. 잔여백혈구 측정용 장비 또는 기구
6. 잔여단백 측정용 장비 또는 기구

제10조제1항 본문 중 "한국연구재단에 등록되어 있는 전문학회"를 "전문 학회"로 한다.

제11조제2항제3호 중 "별지 제4호의2서식"을 "별지 제4호의4서식"으로 "통보기록"을 "통보서"로 하고, 같은 항에 제5호를 다음과 같이 신설하며, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

5. 별지 제8호서식에 의한 특정수혈부작용발생신고기록

③ 혈액원은 혈액관리법 제9조 및 같은 법 시행규칙 제12조제3호에 따라 혈액제제 공급 시 작성한 별지 제7호서식에 따른 혈액제제 운송 및 수령확인서를 3년간 보관하여야 한다.

제12조제1항 중 "식품의약품안전청"을 "식품의약품안전처장"으로 한다.

제14조 앞에 장 번호 및 제목을 다음과 같이 신설한다.

제3장 헌혈자 선별과 채혈

제15조 앞의 "제3장 헌혈자 선별과 채혈"을 삭제한다.

제15조제4항 중 "지득한"을 "알게된"으로 한다.

제16조제1항에 제4호 및 제5호를 각각 다음과 같이 신설하고, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

4. 채혈시 헌혈 혈액이 안전하고 유효성이 보장되는 방법으로 채혈하여야 한다.

5. 헌혈 현장에는 안전사고 예방을 위한 시설 및 환경을 구비하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 혈액원장이 채혈단계의 혈액관리업무에서 준수해야 하는 구체적인 사항은 국립장기조직혈액관리원장이 정한다.

제17조제2항 중 "정상혈액"을 "검사가 완료된 적격 혈액"으로, "제1항의 검사항목 중 하나 이상의 검사에서 비정상적으로 판정된 혈액은 다른 혈액과"를 "제1항 각 호 검사 결과 이상이 있는 혈액은 즉시"로 하고, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 혈액원은 선별검사가 완료된 검체에 대하여 결과의 오류가 발생할 경우 원인 규명 등을 위한 목적으로 일정 기간 기준에 맞게 보관 관리하여야 한다.

제19조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 혈액원장이 헌혈혈액 검체보관 단계에서 준수해야 하는 구체적인 사항은 국립장기조직혈액관리원장이 정한다.

제21조제1항에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 입고된 혈액의 외관 및 혈액관리번호 등의 표시사항을 확인하고, 청

결하고 안전하게 보관하여야 한다.

제22조제1항 및 제2항 중 "식품의약품안전청"을 각각 "식품의약품안전처장"으로 한다.

제23조제3항 및 제4항 중 "식품의약품안전청 고시"를 각각 "식품의약품안전처장이 고시한"으로 한다.

제24조제1항 중 "식품의약품안전청"을 "식품의약품안전처장"으로 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제3조 (용어정의) 이 규정에서 사용하는 용어는 다음 각 호와 같다.	제3조 (용어정의) ----- ----- --.
1. ~ 3. (생 략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
4. “헌혈혈액 선별검사”란 혈액관리법 제8조 및 동법 시행규칙 제8조제1항의 규정에 의하여 혈액의 적격여부를 확인하기 위한 <u>검사로 에이엘티검사, 비(B)형간염검사, 씨(C)형간염검사, 매독검사, 후천성면역결핍증검사, 인체티(T)림프영양성바이러스검사 및 기타 보건복지부장관이 정하는 검사</u> 를 말한다.	4. ----- ----- ----- ----- <u>검사 및 혈액형 확인</u> <u>등을 위한</u> ----- ----- ----- ----- -----.
5. · 6. (생 략)	5. · 6. (현행과 같음)
7. “외부정도관리”란 국립장기조직혈액관리원장이 인정하는 전문기관 및 <u>한국연구재단에 등록된 전문학회</u> 가 운영하는 외부정도관리프로그램에 참여하여 정도관리를 시행하는 것을 말한다.	7. ----- ----- ----- <u>전문학회</u> ----- ----- ----- -----.
8. ~ 10. (생 략)	8. ~ 10. (현행과 같음)

제5조 (일반원칙) ① (생 략)

② 혈액관리법 시행규칙 제12조 제4호의 규정에 의한 혈액원 품질관리업무를 위해 혈액원 품질관리체계에 포함되어야 하는 항목은 다음 각 호와 같다.

1. ~ 7. (생 략)

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

8. (생 략)

<신 설>

제8조 (시설 및 장비) ① (생 략)

② 혈액원은 품질관리체계를 유지하기 위해 필수적인 다음의 장비 및 기구들을 구비해야 하며, 이들의 성능 점검 및 유지·보수를 하여야 한다.

제5조 (일반원칙) ① (현행과 같음)

② -----

-----.

1. ~ 7. (현행과 같음)

8. 구매절차 관리(공급혈액원)

9. 밸리데이션

10. 혈액관리업무별 절차

가. 헌혈자 선별 및 채혈

나. 헌혈혈액 선별검사

다. 혈액제제의 제조

라. 혈액제제의 보존 및 공급

마. 품질관리시험

11. 오류 및 사고 관리

12. (현행 제8호와 같음)

13. 위기대응체계

제8조 (시설 및 장비) ① (현행과 같음)

② ----- 제조품목의 품질관리체계-----

-----.

1. 혈구계산기

2. · 3. (생략)

<신설>

<신설>

<신설>

제10조 (내·외부 정도관리) ①

헌혈혈액 선별검사항목에 대해서는 내부정도관리를 실시하여야 하며, 국립장기조직혈액관리원장이 인정하는 전문기관 및 한국연구재단에 등록되어 있는 전문학회가 운영하는 외부정도관리프로그램에 연 1회 이상 참여하여야 하고 그 결과를 기록으로 남겨야 한다. 단, 외부정도관리프로그램에 참여하지 않는 항목은 검사실간 비교 등을 통하여 외부정도관리를 실시하여야 한다.

② (생략)

제11조 (문서 및 기록) ① (생략)

② 혈액원은 혈액관리법 제12조 및 같은 법 시행규칙 제14조에

1. 혈구분석기

2. · 3. (현행과 같음)

4. 혈액응고인자 측정장비

5. 잔여백혈구 측정용 장비 또는 기구

6. 잔여단백 측정용 장비 또는 기구

제10조 (내·외부 정도관리) ①

전문학회-----

-----.

② (현행과 같음)

제11조 (문서 및 기록) ① (현행과 같음)

② -----

따라 다음 각 호의 기록(전자문서 포함)을 작성·비치하고 10년간 보관하여야 한다.

1.·2. (생략)

3. 별지 제4호의2서식에 의한 헌혈자 혈액정보 통보기록

4. (생략)

<신 설>

<신 설>

제12조 (물품 및 시약) ① 공급혈액원은 채혈·검사·제조·공급업무 관련 중요물품 납품 시 품질의 이상 유무 등에 대한 검수 및 관련물품들에 대해 식품의약품안전청의 허가 또는 신고 여부 등을 확인하여야 한다.

② (생략)

<신 설>

제3장 헌혈자 선별과 채혈

제15조 (헌혈자 관련 정보의 관

-----.

1.·2. (현행과 같음)

3. 별지 제4호의4서식-----
----- 통보서

4. (현행과 같음)

5. 별지 제8호서식에 의한 특정수혈부작용발생신고기록

③ 혈액원은 혈액관리법 제9조 및 같은 법 시행규칙 제12조제3호에 따라 혈액제제 공급 시 작성한 별지 제7호서식에 따른 혈액제제 운송 및 수령확인서를 3년간 보관하여야 한다.

제12조 (물품 및 시약) ① -----

----- 식품의약품안전처장-----
-----.

② (현행과 같음)

제3장 헌혈자 선별과 채혈

<삭 제>

제15조 (헌혈자 관련 정보의 관

리) ① ~ ③ (생략)

④ 혈액원은 혈액관리업무에 종사하는 자가 건강진단, 채혈, 검사 등 업무상 지득한 타인의 비밀을 누설하지 말아야 한다.

제16조 (채혈) ① 혈액원은 헌혈자와 수혈자의 건강보호를 위하여 채혈과정에서 감염의 최소화와 채혈부작용 예방을 위하여 다음 각 호의 기준을 준수하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

<신설>

<신설>

② (생략)

<신설>

제17조 (헌혈혈액의 적격여부 등 검사) ① (생략)

리) ① ~ ③ (현행과 같음)

④ -----

----- 알게된 -----
-----.

제16조 (채혈) ① -----

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. 채혈시 헌혈 혈액이 안전하고 유효성이 보장되는 방법으로 채혈하여야 한다.

5. 헌혈 현장에는 안전사고 예방을 위한 시설 및 환경을 구비하여야 한다.

② (현행과 같음)

③ 제1항 및 제2항에 따라 혈액원장이 채혈단계의 혈액관리업무에서 준수해야 하는 구체적인 사항은 국립장기조직혈액관리원장이 정한다.

제17조 (헌혈혈액의 적격여부 등 검사) ① (현행과 같음)

② 혈액원은 검사가 완료되지 않은 혈액이 출고되지 않도록 정상혈액과 분리하여 보관하여야 하며, 제1항의 검사항목 중 하나 이상의 검사에서 비정상으로 판정된 혈액은 다른 혈액과 격리 및 폐기하여야 한다.

<신 설>

제19조 (보관검체 관리 등) ① ·

② (생 략)

<신 설>

제21조 (혈액의 입고, 재고, 출고)

① 혈액원은 혈액의 입고, 재고, 출고 등에 대해 다음 각 호와 같은 업무를 준수하여야 한다.

1. · 2. (생 략)

<신 설>

② -----

검사가 완료된 적격 혈액-----
----- 제1항 각 호 검사 결과
이상이 있는 혈액은 즉시 -----
-----.

③ 혈액원은 선별검사가 완료된 검체에 대하여 결과의 오류가 발생할 경우 원인 규명 등을 위한 목적으로 일정 기간 기준에 맞게 보관 관리하여야 한다.

제19조 (보관검체 관리 등) ① ·

② (현행과 같음)

③ 제1항 및 제2항에 따라 혈액원장이 헌혈혈액 검체보관 단계에서 준수해야 하는 구체적인 사항은 국립장기조직혈액관리원장이 정한다.

제21조 (혈액의 입고, 재고, 출고)

① -----

-----.

1. · 2. (현행과 같음)

3. 입고된 혈액의 외관 및 혈액 관리번호 등의 표시사항을 확

② (생 략)

제22조 (혈액제제의 제조) ① 혈액원은 안전하고 적절하게 혈액 성분을 분리하는 장비와 시설을 갖추어야 하며 보건위생상 위험이 없는 환경에서 혈액제제를 제조하고 식품의약품안전청이 고시한 「생물학적제제 기준 및 시험방법」을 준수하여 품질관리 하여야 한다.

② 혈액원장 또는 제조관리자는 혈액제제의 제조방법 및 시험기준, 완제의약품에 대한 품질관리 기준, 저장방법과 유효기간 및 그 밖의 기타사항은 식품의약품안전청이 고시한 「생물학적제제 기준 및 시험방법」에 따라 시행하여야 한다.

제23조 (혈액제제의 품질관리) ①

· ② (생 략)

③ 혈액원은 최소한 식품의약품안전청 고시 「생물학적제제 기준 및 시험방법」에 따라 모든 혈액제제에 대한 품질관리를 시

인하고, 청결하고 안전하게 보관하여야 한다.

② (현행과 같음)

제22조 (혈액제제의 제조) ① ---

 ----- 식품의약품안전처장-----

 -----.

② -----

 ----- 식품의약품안전처장-----

 -----.

제23조 (혈액제제의 품질관리) ①

· ② (현행과 같음)

③ ----- 식품의약품안전처장이 고시한 -----

행하여야 한다. ④ 혈액원은 <u>식품의약품안전청 고시</u> 「생물학적제제 기준 및 시험방법」에 나타나 있는 품질 관리 시험항목(총 혈구 수 등)에 대해 정기적으로 내·외부정도관리를 실시하여야 한다. 제24조 (혈액제제의 표지 부착) ① 혈액제제의 표지에 기재되어야 하는 내용은 <u>식품의약품안전청</u>이 고시한 「생물학적제제 기준 및 시험방법」에 따른다. ② (생 략)	-----. ④ ----- <u>식품의약품안전처장</u>이 고시한 ----- ----- ----- ----- ----- -----. 제24조 (혈액제제의 표지 부착) ① ----- ----- <u>식품의약품안전처장</u>----- -----. ② (현행과 같음)
---	--