

식품의약품안전평가원 연구실 안전관리규정 일부개정

1. 개정 이유

연구실 내 배터리 사용장비 안전사고 예방을 위하여 연구실 안전관리
수칙 내 배터리 안전관리 수칙을 추가하고자 함.

2. 주요 내용

- 연구실 안전관리 수칙 내 배터리 안전관리 수칙 신설(안 별표 4)

3. 기타 참고사항

- 가. 관계법령 : 연구실 안전환경 조성에 관한 법률, 같은 법 시행령 및 시행규칙
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 해당 없음

식품의약품안전평가원 연구실 안전관리규정 일부개정

식품의약품안전평가원 연구실 안전관리규정 일부를 다음과 같이 개정한다.
제32조를 삭제한다.
별표 4를 별지와 같이 한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

연구실 안전관리 수칙(제28조 관련)

1~8. (현행과 같음)

9. 배터리 안전관리 수칙

(1) 배터리 사고(화재, 폭발) 시 소화방법

- 배터리 내부에서 전해액 또는 화염분출 시에는 주변에 접근하지 않고, 화염이 멈출 때 까지 기다린 후 소화기(하론, 분말소화기)로 초기 소화 및 119 신고

(2) 배터리 충전시 주의사항

1) 다음과 같은 현상 발생시 바로 충전을 중지 한다.

- ① 충전 중 연기가 발생하는 경우
- ② 배터리 내부에 액체가 흐르거나, 냄새가 나는 경우
- ③ 배터리 또는 배터리팩이 팽창, 변형, 변색된 경우
- ④ 배터리 또는 배터리팩이 비정상적으로 뜨거운 경우

2) 배터리 충전시에는 전용 충전기만을 사용하여야 한다.

3) 충전시, 과충전(과전류, 과전압)에 의한 발열반응에 주의하여야 한다.

4) 배터리 충전은 실온상태의 실내에서 이루어져야 한다.

5) 배터리는 장기간 충전기에 장착한 상태로 보관하면 안 된다.

(3) 취급·사용시 주의사항

1) 다음과 같은 현상 발생시 바로 취급·사용을 중지하여야 한다.

- ① 배터리 외부에 손상이 있거나, 내부손상이 의심되는 경우
- ② 배터리 또는 배터리팩의 외부 커버가 손상되었을 경우

2) 내부에 적절한 보호기능이 있는 배터리 제품만을 사용하여야 한다.

3) 배터리를 해체하여 열거나, 자르는 등 임의로 개조하여 사용하면 안된다.

4) 배터리를 열이나 화기에 노출시키면 안 된다.

5) 종류 및 형식이 다른 배터리(일차전지와 이차전지, 또는 리튬이온배터리와 니켈-금속 배터리 등), 서로 다른 크기의 배터리를 혼용하여 사용하면 안 된다.

6) 배터리가 물에 젖었을 경우, 사용하면 안 된다.

7) 정전기가 발생하는 장소에서는 배터리를 사용하면 안 된다.

8) 날카로운 물건으로 배터리를 치거나, 구멍을 내는 행위 등을 하여서는 안 된다.

9) 만약 배터리 내부의 액체가 흘러나와 피부 또는 눈에 묻을 시, 즉시 흐르는 물에 충분히 씻은 후 의사와 상담하여야 한다.

10) 배터리 사용 시에는 (+), (-) 단자를 확인하고 올바르게 사용하여야 한다.

11) 배터리의 (+), (-) 단자가 오염되었으면 깨끗한 마른 천으로 닦아야 한다.

12) 만약, 배터리의 사용시간이 현저히 감소하였다고 판단될 경우에는 새 것으로 교체하여야 한다.

(4) 보관시 주의사항

1) 배터리를 보관할 경우에는, 아래의 내용에 주의하여야 한다.

- ① 가연성물질, 생물체(특히 동물)와 떨어진 곳에 보관한다.
- ② 건조한 실온조건에서 보관하며, 냉장·냉동고에 보관하면 안 된다.

2) 배터리를 보호조치 없이 주머니, 가방 등에 단독으로 보관하면 안 된다.

- ① 배터리가 동전, 키, 클립 등과 같은 금속재질과 접촉 시 화재, 폭발이 발생할 수 있다.

3) 직사광선을 받는 곳에 배터리를 보관하여서는 안 된다.

- ① 60도 이상의 온도에서 배터리를 보관할 경우, 화재 또는 손상을 유발할 수 있다.

4) 배터리 또는 배터리팩을 사용하기 전까지는 본래의 포장을 제거하지 않고 보관한다.

5) 제품을 수 개월 이상 사용하지 않을 계획일 경우, 배터리와 배터리팩은 제품에서 분리하여 보관한다.

6) 배터리를 장기간 제품에 장착한 상태로 보관할 경우 누액 등의 문제가 발생할 수 있다.

7) 배터리를 장기간 보관 후 재사용할 경우, 충전하기 전에 전압을 확인한다.

- ① 배터리의 전압이 2.5 V/cell 이하일 경우, 배터리 또는 배터리팩을 충전하거나 사용하지 않아야 한다.
- ② 또한, 장기간 사용하지 않은 배터리의 최대 성능을 얻기 위해서는 몇 차례 방전 및 충전할 필요가 있다.

(5) 폐기시 주의사항

1) 배터리를 폐기할 경우에는, 아래의 내용에 주의하여야 한다.

- ① 배터리는 반드시 방전시킨 후 폐기하여야 한다.
- ② 배터리를 폐기할 때에는 서로 다른 전기화학 시스템을 가진 배터리와 서로 격리한다.
- 2) 배터리를 쓰레기와 함께 보관하거나 일반 쓰레기통에 버리면 안 된다.
- 3) 폐기 시, 다른 배터리 또는 금속과의 접촉을 예방하기 위하여 (+), (-) 단자를 테이프로 밀봉하여야 한다.
- 4) 사용이 완료된 배터리를 가방, 서랍 박스 등 다른 물품과 함께 쌓아서 방치하면 안 된다.
- ① 사용 완료된 배터리도 일부 충전상태일 수 있으며, 이러한 배터리를 다른 물품(특히 금속 등)과함께 보관할 경우 화재가 발생할 수 있다.
- 5) 배터리는 소각하거나 불 속에 폐기하면 안 된다.
- 6) 이차전지(리튬이온배터리)는 전문업체를 이용하여 폐기하여야 한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제32조(재검토기한) 식품의약품안전 평가원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2022년 1월 1일 기 준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년 째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제32조(재검토기한) <삭 제>