

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

「측량기기 성능검사 규정」

◇ 제 · 개정 이유

GPS 수신기 성능검사의 편의성 확대 및 「공간정보관리법 시행규칙」 [별지 제87호서식]과 「측량기기 성능검사 규정」 제9조 간의 불일치를 해소하고, 현행 규정 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하고자 함.

◇ 주요내용

가. GPS 수신기 성능검사를 위해 사용하던 검기선장을 지정된 통합기준점 50개에서 국토지리정보원에서 관리하는 통합기준점 전체로 확대하여, 성능검사에 편의성 개선(안 제4조의2, 별표 3)

나. 「공간정보관리법 시행규칙」과 현행 규정의 불일치를 해소하기 위해 기선벡터의 해석에서 궤도요소를 삭제, 기지점과 관측점 사이의 거리를 50km 이내로 제한하고, 기존 조항의 중복 사항을 통합·정리(안 제9조)

다. 관로탐지기 검사시설에 대해 월 1회 이상 유지·관리 실시 및 기록·보관 사항 추가(안 제16조제8항)

라. 기타 자구 수정(안 제2조, 제3조, 제4조, 제6조, 제7조, 제11조제1항)