

수산물 병성감정 실시기관 지정 및 운영에 관한 고시

제1조(목적) 이 고시는 「수산물품질관리법」 제10조제4항 및 제5항, 같은 법 시행령 제19조제2항제6호, 같은 법 시행규칙 제14조의2에 따라 수산물 병성감정실시기관의 지정 및 운영에 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "수산물 병성감정 실시기관(이하 "병성감정실시기관"이라 한다)"이란 수산물에 대하여 수산물품질관리법 제2조제5호에서 규정한 수산물전염병을 시행규칙 제14조의2제1항에 따른 병성감정 실시방법으로 진단할 수 있는 시설과 능력을 갖추어 국립수산물품질관리원장으로부터 지정받은 기관을 말한다.
2. "병성감정업무담당자(이하 "업무담당자"라 한다)"란 병성감정업무를 수행하는 병성감정책임자, 병성감정담당자를 말한다.

제3조(지정신청 등 접수) ① 국립수산물품질관리원장(이하 "원장"이라 한다)은 시행규칙 제14조의2제3항에 따라 병성감정실시기관 지정신청을 받은 경우에는 신청서류를 검토하고 신청서류에 보완이 필요한 경우에는 보완기간 및 사유를 명시하여 신청인에게 보완을 요청할 수 있다. ② 원장은 병성감정실시기관 지정신청을 받은 날로부터 15일 이내에 현지조사 일정 등 계획서를 작성하여 신청인에게 알려야 한다. 다만, 변경 신청인 경우는 7일 이내에 실시해야 한다.

제4조(현지조사) ① 원장은 병성감정실시기관 지정을 신청한 자에 대해 소속 직원으로 하여금 시행규칙 별표 1과 이 고시 별표의 요건을 갖추었는지 현지조사해야 한다.

② 제1항에 따른 현지조사를 한 경우에는 별지 서식의 조사 결과를 기록관리해야 한다.

③ 제1항 및 제4항에 따른 현지조사한 결과 시행규칙 별표 1의 요건 중 인력, 시설, 장비구비가 요건 기준에 미비한 경우에는 시행규칙 제14조의2제2항 지정기준에 미달한 것으로 본다.

④ 원장은 시행규칙 제14조의2제6항에 따라 병성감정실시기관의 변경사항 확인을 위해 소속 직원으로 하여금 현지조사를 할 수 있다.

제5조(평가) ① 원장은 병성감정실시기관 지정을 신청한 자에 대해 제4조에 따라 실시한 현지조사 결과를 종합하여 병성감정 업무의 수행이 가능한지를 평가해야 한다.

② 제1항에 따라 평가한 결과 기준에 미흡하여 병성감정실시기관으로 지정이 불가한 경우에는 그 사유를 통보하고, 미흡한 사유를 개선하여 재신청하여도 현지조사 등 재평가를 받아야 함을 알려야 한다.

제6조(업무정지 및 재개) ① 원장은 제4조제4항에 따라 실시한 현지조사 결과 병성감정실시기관 변경 사항이 시행규칙 별표 1의 요건을 충족하지 못하여 지정기준에 미달하는 경우 법 제10조제5항에 따라 6개월 이내의 기간내 업무를 정지를 명해야 하며, 지정기준에 부합하는 것이 확인된 경우는 업무정지 기간 만료 후 병성감정 업무를 수행할 수 있음을

알려야 한다.

② 병성감정실시기관이 지정서를 반납하고 지정을 취소해 줄 것을 서면 등의 방법으로 요청하는 경우에는 특별한 사유가 없으면 그 지정을 취소하고 그 처리결과를 알려주어야 한다.

제7조(협조 등) ① 원장은 수산생물질병의 방역을 위해 필요한 경우 병성감정실시기관장에게 수산생물병성감정 접수 경위, 수산생물전염병 진단결과, 조치사항 등에 대한 관련자료를 제출하도록 요구할 수 있다.

② 원장은 수산생물질병의 긴급 방역을 위해 필요한 경우에는 병성감정실시기관의 업무담당자 등을 대상으로 긴급 방역교육을 실시할 수 있다.

제8조(재검토기한) 원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 변경 등의 조치를 해야 한다.

부 칙 <제2024-○호, 2024.○.○>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표] 수산생물 병성감정 실시기관 장비 규격(제4조제1항관련)

장비명	보유수량	규격
유전자증폭기(DNA amplification system)	1대 이상	Ramping rate: 1.5℃/sec 용량: 24홀×0.2 mL
자외-가시선 분광광도계 (UV-Vis spectrophotometer)	1대 이상	파장범위: 190~900 nm 가능 파장정밀도: ±1 nm 이상 파장재현성: ± -0.5 이상
탁상형 원심분리기(Benchtop centrifuge)	1대 이상	회전속도: 0~13,000 rpm 가능
탁상형 냉장원심분리기(Refrigerated benchtop centrifuge)	1대 이상	회전속도: 0~15,000 rpm 가능 온도조절범위: 0℃~40℃ 가능 용량: 24홀×1.5/2.0 mL
가열기(Block heater)	1대 이상	용량: 12홀×1.5/2.0 mL 온도범위: 0℃~100℃ 가능
전기영동장치 (Agarose gel electrophoresis)	1대 이상	구분: Gel 기반의 수동(Agarose gel) 또는 자동(카트리지) 방식의 장치
겔분석시스템(Gel document system) 또는 자외선 작업함(UV illuminator)	1대 이상	○ 겔분석시스템 - UV Transilluminator - 카메라: 디지털 CCD - 해상도: 1080×720 이상 ※ 전기영동장치가 자동 방식인 경우 분석 소프트웨어를 겔분석시스템으로 같음 ○ 자외선 작업함 - UV Transilluminator - UV Blocking safety
저온배양기(Low temperature incubator)	1대 이상	온도범위: 4~50℃ 가능
고압멸균기(Autoclave)	1대 이상	압력: 2.4 PSI 온도범위: 110℃~123℃ 가능
교반가열기 (Stirring hotplates)	1대 이상	회전수: 60~1,100 rpm 가능 온도범위: 25~300℃ 가능
건식멸균기 (Dry heat sterilizer)	1대 이상	온도범위: 40~200℃ 가능
광학현미경(Microscope)	1대 이상	접안렌즈: ×10 대물렌즈: 최소 ×10, ×20(또는 25), ×40, ×100

장비명	보유수량	규격
초저온냉동고(Ultra-low temperature freezers)	1대 이상	온도범위: 최대 -70℃
냉동고(Freezer)	2대 이상	온도범위: 최대 -18℃
냉장고(Refrigerator)	2대 이상	온도범위: 0℃~4℃ 가능
무균대(Clean bench)	1대 이상	순수성: Class 100 필터: HEPA, 0.3 micron 99.7% 풍속: 0.3~0.6 m/s UV램프: 장착
증류수제조기 (Water distillation system)	1대 이상	필터: RO membrane 제조량: 최소 4 L/h
조직분쇄기 (Crushers or pulverisers)	1대 이상	○ 구분: 블렌더 방식 또는 Bid 방식 - 블렌더: 핸드타입, 0~20,000 rpm 속도 조절 Dispersing tool 교체식 - Bid: 24×2.0 mL, 3000 RPM
분석용 전자저울 (Analytical balance)	1대 이상	표시방식: 디지털, 소수점 아래 2자리 측정범위: 100~2,000g 가능
분석용 미량전자저울 (Analytical Microbalance)	1대 이상	표시방식: 디지털, 소수점 아래 3자리 측정범위: 0.1~200g 가능

[별지 서식]

병성감정실시기관 현지조사 결과(제4조관련)

□ 조사개요

1. 점검대상

기관명(법인명)		연 락 처	
대표자명		입회자명	
주 소			
조사유형	☐ 최초점검 ☐ 변경확인		

2. 점검일시 및 점검자

점검일시	20 년 월 일					
점 검 자	소속		직급		성명	
	소속		직급		성명	
	소속		직급		성명	

□ 세부 조사결과

1. 인력구성

구분	인원	성명	직급	경력기간	결과 (적합/부적합)
병성감정책임자					
병성감정담당자					

2. 시설 및 장비

가. 시설

시설	규격	결과 (적합/부적합)
임상검사실		
정밀검사실		

나. 장비

번호	장비명	기준			결과 (적합/부적합)
		보유수량 (대)	규격 (적합/부적합)	작동여부 (○/×)	
1	유전자증폭기				
2	자외-가시선 분광광도계				
3	탁상형 원심분리기				
4	탁상형 냉장원심분리기				
5	가열기				
6	전기영동장치				
7	겔분석시스템 또는 자외선 작업함				
8	저온배양기				
9	고압멸균기				
10	교반가열기				
11	건식멸균기				
12	광학현미경				
13	초저온냉동고				

번호	장비명	기준			결과 (적합/부적합)
		보유수량 (대)	규격 (적합/부적합)	작동여부 (○/×)	
14	냉동고				
15	냉장고				
16	무균대				
17	증류수제조기				
18	조직분쇄기				
19	분석용 전자저울				
20	분석용 미량전자저울				

※ 제시된 규격(사양)과 동등하거나 그 이상의 장비일 경우 적합으로 판정

3. 종합 결과

구분	세부기준	적합(개)	부적합(개)	부적합 사유
인력	책임자			
	담당자			
시설	임상검사실			
	정밀검사실			
장비	20종			
종합판정				

○ 판정기준

- 인력구성, 시설 및 장비기준에 모두 적합해야한다.