

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETRÔNICA/INFORMÁTICA  
CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

GEORGEA DANIELEWICZ  
GEOVANE VINICIUS FERREIRA

**AVALIAÇÃO DE REDES NEURAIS NO RECONHECIMENTO DE  
COMPLEXO QRS EM SINAIS DE ELETROCARDIOGRAFIA**

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

CURITIBA

2013

GEORGEA DANIELEWICZ  
GEOVANE VINICIUS FERREIRA

**AVALIAÇÃO DE REDES NEURAIS NO RECONHECIMENTO DE  
COMPLEXO QRS EM SINAIS DE ELETROCARDIOGRAFIA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento Acadêmico de Eletrônica/Informática como requisito parcial para obtenção do grau de Engenheiro no Curso Superior de Engenharia de Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Orientador: Professor Miguel Sovierzoski

**CURITIBA**

**2013**

## **AGRADECIMENTOS**

Nossos sinceros agradecimentos ao Professor Miguel Antonio Sovierzoski, por ter orientado este trabalho com grande dedicação, estando sempre presente.

Agradecemos de coração a todos os nossos familiares, pois sem eles esta realização jamais teria sido possível. E também a nossos amigos e colegas, pelos incentivos e pelo apoio.

”The human heart is not unchanging (nay, changes almost out of recognition in the twinkling of an eye) ...”

(C.S. Lewis)

”O coração humano não é imutável (ou melhor, muda quase que irreconhecivelmente no piscar de um olho) ...”

(C.S. Lewis)

## RESUMO

DANIELEWICZ, Georgea e FERREIRA, Geovane Vinicius. Avaliação de Redes Neurais no Reconhecimento de Complexo QRS em Sinais de Eletrocardiografia. 70 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso Superior de Engenharia de Computação, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2013.

De acordo com (ZHANG; LIAN, 2007), os exames eletrocardiográficos são considerados uma ferramenta bastante importante no diagnóstico de problemas cardíacos. Para avaliar adequadamente a situação de um coração, é necessário detectar corretamente o complexo QRS durante a análise do sinal de Eletrocardiografia (ECG), muitas vezes corrompido por ruídos. Este fato dificulta a rotina dos profissionais que analisam este tipo de exame. Em virtude disto, são necessárias ferramentas que busquem otimizar esta leitura e busca pelo padrão QRS. O objetivo deste projeto é desenvolver um sistema computacional para reconhecimento do complexo QRS em sinais de ECG. A metodologia adotada foi composta pelas etapas de projeto, desenvolvimento e testes. As etapas de desenvolvimento e testes utilizaram uma base de dados de exames de ECG de domínio público. A etapa de testes foi realizada pela própria equipe, por meio de um módulo do sistema específico para este fim. O sistema desenvolvido é composto por cinco módulos: visualização do sinal de ECG, marcação de eventos, extração de características, reconhecimento de padrões e avaliação de resultados. O módulo de extração de características aplica a função de correlação entre o padrão escolhido e o sinal de ECG, produzindo um novo sinal que funciona como entrada para o módulo de reconhecimento de padrões. Os eventos detectados por este módulo de reconhecimento são exibidos graficamente na tela. Por fim, o módulo de avaliação compara os resultados obtidos e os esperados, e os classifica como verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo ou falso negativo. Com base nesta avaliação, foram realizadas as análises de sensibilidade e especificidade, permitindo a representação da Curva ROC do sistema classificador. Os resultados do projeto consistem, portanto, no próprio sistema e sua aplicação prática.

**Palavras-chave:** eletrocardiografia, complexo QRS, análise de sinal, reconhecimento de padrões

## ABSTRACT

DANIELEWICZ, Georgea e FERREIRA, Geovane Vinicius. Neural Networks Evaluation in QRS Complex Classification in Electrocardiographical Signals . 70 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso Superior de Engenharia de Computação, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2013.

According to (ZHANG; LIAN, 2007), electrocardiographic recordings are considered to be a highly important tool in the diagnosis of cardiac disease. So as to make a proper evaluation of the heart condition, one must accurately detect the QRS-complex during the analysis of the electrocardiographic (ECG) signal, often corrupted by noise. Such fact hinders the routines of the professionals who analyze this type of medical recording. In consequence, tools that improve the QRS-complex detection are required. The aim of this project is the development of a computing system for QRS-complex identification in ECG signals. The methodology employed in this project comprises the stages of project, development and tests. The development and tests stages have used an ECG database available in the public domain. The tests stage was performed by the team responsible for this project by using a tool built in the system for this specific purpose. The system is composed of the following modules: ECG signal visualizing, event marking, characteristic extraction, pattern classification and results evaluation. The characteristic extraction module correlates a pattern and the ECG signal, producing a new signal, which works as input for the pattern classification module. The events detected by this pattern classification module are graphically exhibited on the computer screen. Finally, the evaluation module compares the results obtained from the system with the annotations from the database, and classify them as true positive, false positive, true negative or false negative. Based on this evaluation, both sensibility and specificity analysis were calculated, which allows the plot of a ROC graph. The achievements of this project, therefore, consist of the system itself and its practical usage.

**Keywords:** electrocardiography, QRS-complex, signal analysis, pattern classification

## LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – ANATOMIA DO CORAÇÃO HUMANO .....	14
FIGURA 2 – DIAGRAMA DE BLOCOS DO FLUXO SANGUÍNEO .....	14
FIGURA 3 – FIBRAS MUSCULARES CARDÍACAS .....	15
FIGURA 4 – DERIVAÇÕES CARDÍACAS .....	18
FIGURA 5 – ONDAS, SEGMENTOS E INTERVALOS DOS SINAIS DE ECG ....	20
FIGURA 6 – EXEMPLO DE APLICAÇÃO DA OPERAÇÃO CORRELAÇÃO ....	21
FIGURA 7 – ESTRUTURA DE UM NEURÔNIO ARTIFICIAL .....	22
FIGURA 8 – FUNÇÕES DE ATIVAÇÃO .....	23
FIGURA 9 – TOPOLOGIA DA REDE NEURAL PERCEPTRON MULTICAMADAS	24
FIGURA 10 – RELAÇÃO ENTRE O ERRO MÉDIO QUADRÁTICO E TREINAMENTO	24
FIGURA 11 – TOPOLOGIA DA REDE NEURAL MAPA DE KOHONEN .....	26
FIGURA 12 – MAPA DE KOHONEN INICIALIZADO COM CORES ALEATÓRIAS	28
FIGURA 13 – MAPA DE KOHONEN APÓS O TREINAMENTO NÃO SUPERVISIO- NADO .....	28
FIGURA 14 – EXEMPLO DE SINAL DE ECG E PADRÃO DE CLASSIFICAÇÃO CONSIDERANDO O NÍVEL DE DECISÃO .....	30
FIGURA 15 – COMPORTAMENTO DA SENSIBILIDADE E DA ESPECIFICIDADE EM FUNÇÃO DO <i>THRESHOLD</i> .....	31
FIGURA 16 – ESTRUTURA E REPRESENTAÇÃO DA CURVA ROC .....	32
FIGURA 17 – ÉPOCA DO ARQUIVO 105 DA BASE DE ECG DA BASE DE DADOS <i>MIT-BIH ARRHYTHMIA DATABASE</i> .....	35
FIGURA 18 – TELA DE OPÇÕES DO <i>PHYSIOBANK ATM</i> .....	36
FIGURA 19 – DIAGRAMA UML DA BIBLIOTECA <i>BRAINNET LIBRARY</i> .....	37
FIGURA 20 – FLUXOGRAMA DO TREINAMENTO NÃO SUPERVISIONADO DO MAPA DE KOHONEN .....	39
FIGURA 21 – FLUXOGRAMA DO TREINAMENTO SUPERVISIONADO DA REDE PERCEPTRON MULTICAMADAS .....	40
FIGURA 22 – FLUXOGRAMA DA EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS VIA OPERAÇÃO DE CORRELAÇÃO E DO TREINAMENTO SUPERVISIONADO DA REDE PERCEPTRON MULTICAMADAS .....	41
FIGURA 23 – TELA DE SELEÇÃO DE CANAIS DO SISTEMA .....	42
FIGURA 24 – TELA DE VISUALIZAÇÃO DO SINAL DE ECG NO SISTEMA ....	43
FIGURA 25 – OPÇÃO DE MARCAR EVENTOS NO SINAL DE ECG .....	43
FIGURA 26 – MARCAÇÕES DE EVENTOS NO SINAL DE ECG .....	44
FIGURA 27 – EDITOR DE MARCAÇÃO DE EVENTO .....	45
FIGURA 28 – TELA DA EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS VIA CORRELAÇÃO	46
FIGURA 29 – FUNÇÃO CORRELAÇÃO NO SISTEMA .....	46
FIGURA 30 – EXEMPLO DE MAPA DE KOHONEN INICIALIZADO ALEATORIA-	

MENTE COM O SINAL DE ECG .....	47	
FIGURA 31 – EXEMPLO DE MAPA DE KOHONEN APÓS O TREINAMENTO NÃO		
SUPERVISIONADO .....	48	
FIGURA 32 – TELA DE CONFIGURAÇÃO DO MAPA DE KOHONEN .....	48	
FIGURA 33 – TELA DE RESULTADOS DO MAPA DE KOHONEN .....	49	
FIGURA 34 – TELA DE RESULTADOS DA REDE MULTICAMADAS .....	50	
FIGURA 35 – EXEMPLO DE AVALIAÇÃO DE ACERTOS E ERROS DE CLASSIFICAÇÃO .....	51	
FIGURA 36 – DIAGRAMA DE CLASSES DO SISTEMA .....	53	
FIGURA 37 – DOIS TIPOS DE EVENTOS MARCADOS .....	56	
FIGURA 38 – CURVA ROC DOS RESULTADOS DA REDE PERCEPTRON MULTI-		
CAMADAS .....	59	
FIGURA 39 – CURVA ROC DOS RESULTADOS DA REDE PERCEPTRON MULTI-		
CAMADAS COM CORRELAÇÃO .....	60	
FIGURA 40 – CRONOGRAMA PLANEJADO EM TRABALHO DE CONCLUSÃO DE		
CURSO 1 .....	64	
FIGURA 41 – QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS .....	66	



## LISTA DE TABELAS

TABELA 1	– TABELA DE CONTINGÊNCIA 2X2 .....	29
TABELA 2	– PRINCIPAIS INTERFACES DA <i>BRAINNET LIBRARY</i> .....	38
TABELA 3	– PRINCIPAIS CLASSES DA <i>BRAINNET LIBRARY</i> .....	38
TABELA 4	– CLASSES DO SISTEMA .....	54
TABELA 5	– RESULTADOS OBTIDOS COM MAPA DE KOHONEN .....	57
TABELA 6	– RESULTADOS COM MARCAÇÕES NO ECG .....	58
TABELA 7	– TABELA DE RESULTADOS APÓS CORRELAÇÃO .....	58
TABELA 8	– COMPARAÇÃO DE MÉTODOS .....	61
TABELA 9	– ANÁLISE DE RISCOS .....	63
TABELA 10	– TABELA COM A LISTA DE TAREFAS E HORAS DE TRABALHO .....	65

## LISTA DE SIGLAS

ECG	Eletrocardiografia
GPS	<i>Global Positioning System</i>
DNA	<i>Deoxyribonucleic Acid</i>
MLP	<i>Multilayer Perceptron</i>
BMU	<i>Best Matching Unit</i>
VP	Verdadeiro Positivo
FP	Falso positivo
FN	Falso negativo
VN	Verdadeiro negativo
MLP	<i>Multilayer Perceptron</i>
ROC	<i>Receiving Operating Characteristic</i>
DER	<i>Detection Error Rate</i>
UML	<i>Unified Modeling Language</i>
CONEP	Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
MIT	<i>Massachusetts Institute of Technology</i>
EDF	<i>European Data Format</i>
WFDB	<i>WaveForm DataBase</i>
ATM	<i>Automated Teller Machine</i>
XML	<i>eXtensible Markup Language</i>
CPOL	<i>The Code Project Open License</i>
EEG	Eletroencefalografia

## SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>11</b>
1.1	MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA	11
1.2	OBJETIVOS	11
1.3	ESTRUTURA DO TRABALHO	12
<b>2</b>	<b>FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA</b>	<b>13</b>
2.1	FISIOLOGIA DO CORAÇÃO	13
2.2	FORMAÇÃO DO SINAL DE ELETROCARDIOGRAFIA	15
2.3	EXAME DE ELETROCARDIOGRAFIA	16
2.4	SISTEMA DE DERIVAÇÕES	17
2.5	ONDAS, SEGMENTOS E INTERVALOS	19
2.6	OPERAÇÃO CORRELAÇÃO	20
2.7	REDES NEURAIS ARTIFICIAIS	21
2.7.1	Rede Neural Perceptron Multicamadas	23
2.7.2	Estratégia de Treinamento para Rede Multicamadas	24
2.7.3	Validação Cruzada	25
2.7.4	Rede Neural Mapa de Kohonen	25
2.8	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SISTEMAS CLASSIFICADORES	28
2.8.1	Tabela de Contingência	28
2.8.2	Sensibilidade e Especificidade	30
2.8.3	Curva ROC	31
2.8.4	Outros Índices Estatísticos	32
2.9	CONSIDERAÇÕES	33
<b>3</b>	<b>MATERIAIS E MÉTODOS</b>	<b>34</b>
3.1	BASE DE SINAIS DE ELETROCARDIOGRAFIA	34
3.2	PADRÃO <i>EUROPEAN DATA FORMAT</i>	35
3.3	BIBLIOTECAS UTILIZADAS	36
3.3.1	Biblioteca <i>NeuroLoopGain</i>	36
3.3.2	Biblioteca <i>BrainNet Library</i>	37
3.4	SISTEMA	38
3.4.1	Visão Geral do Sistema	38
3.4.2	Módulo de Visualização do Sinal	41
3.4.3	Módulo de Marcação de Eventos	43
3.4.4	Módulo de Extração de Características através de correlação	45
3.4.5	Módulos de Reconhecimento de padrões	46
3.4.6	Módulo de Reconhecimento de Padrões com Mapa de Kohonen	47
3.4.7	Módulo de Reconhecimento de Padrões com Rede Perceptron Multicamadas	49
3.4.8	Módulo de Avaliação de Desempenho das Redes Neurais	51
3.5	MODELAGEM UML	52
3.6	METODOLOGIA DE TESTES	55
3.6.1	Geração dos Dados de Treinamento	55
3.7	CONSIDERAÇÕES	56

<b>4</b>	<b>RESULTADOS OBTIDOS .....</b>	<b>57</b>
4.1	RESULTADOS COM MAPA DE KOHONEN .....	57
4.2	RESULTADOS COM REDE MULTICAMADAS .....	57
4.3	CONSIDERAÇÕES .....	60
<b>5</b>	<b>GESTÃO DO PROJETO .....</b>	<b>62</b>
5.1	RECURSOS DE HARDWARE .....	62
5.2	RECURSOS DE SOFTWARE .....	62
5.3	ANÁLISE DE RISCOS .....	63
5.4	CRONOGRAMA .....	64
5.5	HORAS DE TRABALHO .....	65
<b>6</b>	<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>67</b>
	<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>69</b>

# 1 INTRODUÇÃO

Esta monografia de conclusão de curso apresenta os estudos, o desenvolvimento e a avaliação das redes neurais Mapas de Kohonen e Perceptron Multicamadas aplicadas no reconhecimento do complexo QRS no sinal de Eletrocardiografia (ECG).

## 1.1 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA

Os exames de Eletrocardiografia (ECG) atuam como uma ferramenta de grande auxílio no diagnóstico de problemas cardíacos. Os sinais de ECG se encontram, muitas vezes, corrompidos pelo ruído causado por contrações musculares ou interferências na linha de energia e desvio da linha de base devido à respiração e artefatos motores (ZHANG; LIAN, 2007). Tais fatores podem dificultar a análise do sinal.

Considerando que a detecção do complexo QRS é essencial para se avaliar adequadamente a situação de um coração, surge a necessidade de pesquisas que busquem continuamente automatizar e aprimorar esta tarefa. Por muitas décadas, a detecção do complexo QRS nos sinais de ECG tem sido tema de pesquisas, pois fornece uma visão geral do funcionamento de algoritmos e técnicas para reconhecimento (ZHANG; LIAN, 2007).

## 1.2 OBJETIVOS

O objetivo geral deste projeto é avaliar técnicas de redes neurais no reconhecimento do complexo QRS em sinais biomédicos de Eletrocardiografia (ECG). Para melhor definição do escopo, separamos nos seguintes objetivos específicos:

- Desenvolvimento de um ambiente para visualizar sinais de ECG armazenados em arquivos digitais;
- Implementar no ambiente a funcionalidade de marcar eventos no sinal e salvá-los para uso futuro;

- Reconhecimento do complexo QRS;
- Avaliar os resultados obtidos pelo sistema.

### 1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este documento foi estruturado na forma de capítulos, e cada capítulo, por sua vez, é dividido em seções.

O capítulo seguinte a este capítulo introdutório corresponde a 2 Fundamentação Teórica, em que são apresentados e devidamente referenciados os princípios teóricos envolvidos no desenvolvimento do trabalho. Em seguida, o capítulo 3 Materiais e Métodos descreve os recursos e metodologias empregados no projeto, cujos resultados observados na etapa de testes são apresentados e representados em gráficos no capítulo 4 Resultados Obtidos. O capítulo 5 Gestão do Projeto descreve aspectos relacionados à gestão do projeto, tais como as principais tarefas realizadas, dificuldades encontradas e a abordagem para a resolução, finalizando com uma avaliação quantitativa envolvendo o cronograma planejado e executado. Por fim, a conclusão sobre todas as informações apresentadas nos capítulos anteriores corresponde ao capítulo 6 Considerações Finais.

## 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA


A Fundamentação Teórica tem como objetivo apresentar os conceitos envolvidos no desenvolvimento do projeto. Inicialmente, serão abordados temas relativos ao coração humano e à geração do sinal de Eletrocardiografia (ECG), englobando as seções 2.1 Fisiologia do Coração, 2.2 Formação do Sinal de Eletrocardiografia, 2.3 Exame de Eletrocardiografia, 2.4 Sistema de Derivações e 2.5 Ondas, Segmentos e Intervalos. Em seguida, as seções 2.6 Função Correlação e 2.7 Redes Neurais Artificiais abordam a operação da correlação e redes neurais, respectivamente. A seção 2.8 Avaliação de Desempenho de Sistemas Classificadores trata de assuntos relativos à análise dos resultados do sistema. E o capítulo é finalizado com a seção 2.9 Considerações.

### 2.1 FISILOGIA DO CORAÇÃO

O coração humano possui paredes compostas por músculos cardíacos estriados, chamados de miocárdio, e forma quatro compartimentos: o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. A figura 1 mostra o coração com indicações dos respectivos átrios e ventrículos (MALMIVUO; PLONSEY, 1995).

O coração possui ainda quatro válvulas. Entre o átrio direito e o ventrículo direito se encontra a válvula tricúspide, e entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo fica a válvula mitral. A válvula pulmonar fica entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, enquanto a válvula aorta está no trato de saída do ventrículo esquerdo, e controla o fluxo para a aorta (MALMIVUO; PLONSEY, 1995).

Para retornar da circulação sistêmica, o sangue chega ao átrio direito e dele segue pela válvula tricúspide para o ventrículo direito. Então o sangue é ejetado do ventrículo direito para os pulmões, pela válvula pulmonar. Dos pulmões, o sangue oxigenado retorna para o átrio esquerdo, e passa pela válvula mitral até o ventrículo esquerdo. Finalmente, é bombeado pela válvula aorta para a aorta e para a circulação sistêmica. A contração ventricular necessária para o esvaziamento do ventrículo é conhecida como sístole. O relaxamento ventricular é conhe-




**Figura 1: Anatomia do coração humano**

**Fonte: (MALMIVUO; PLONSEY, 1995)**

cido como diástole, e é nessa fase que os ventrículos recebem sangue do átrio (MALMIVUO; PLONSEY, 1995).

A figura 2 mostra o diagrama de blocos do coração evidenciando o sentido em que o sangue circula.




**Figura 2: Diagrama de blocos do fluxo sanguíneo**

**Fonte: Autoria própria**

A fibra muscular que forma o coração é orientada em espiral. O fato das células musculares cardíacas permanecerem tangencialmente e radialmente, como mostra a figura 3, e a resistência



do músculo ser mais baixa em direção as fibras são importantes na área da eletrocardiografia, pois a atividade elétrica se propaga de uma célula para outra em qualquer direção. Como resultado disso, as formas de onda de ativação são bastante complexas (MALMIVUO; PLONSEY, 1995).



**Figura 3: Fibras musculares cardíacas**

**Fonte: (MALMIVUO; PLONSEY, 1995)**

## 2.2 FORMAÇÃO DO SINAL DE ELETROCARDIOGRAFIA

O músculo cardíaco, miocárdio, é composto por células geradoras de potencial elétricas denominadas cardiomiócitos. Durante o processo de diástole, o miocárdio está relaxado e não produz atividade elétrica. Suas células permanecem polarizadas na membrana com um potencial elétrico de aproximadamente -90 mV. No entanto, a contração ocasionada pela sístole reverte o potencial elétrico das células miocárdiais, caracterizando a fase de despolarização (GACEK; PREDY CZ, 2011).

Logo após a despolarização, ocorre a fase de repolarização, e o músculo retorna a seu estado de relaxamento anterior (diástole). Durante a repolarização, o músculo cardíaco é incapaz de ser

estimulado, o que o protege de alguma eventual estimulação prematura (GACEK; PREDYCZ, 2011), evitando danos ao sistema cardíaco.

Estas mudanças no potencial elétrico durante os processos de despolarização e repolarização das fibras do miocárdio são registradas com a colocação de eletrodos posicionados na superfície do peito e nas derivações dos membros, e constituem os sinais de Eletrocardiografia (ECG). A forma de onda do ECG pode ser impressa em papel ou mostrada na tela do computador (GACEK; PREDYCZ, 2011).

### 2.3 EXAME DE ELETROCARDIOGRAFIA

Dentre as vantagens dos exames de Eletrocardiografia (ECG), podem ser citadas seu baixo custo, facilidade de implementação, o fato de ser um procedimento não invasivo e a obtenção imediata dos resultados (GACEK; PREDYCZ, 2011).

Os exames de ECG podem auxiliar em diagnósticos cardiológicos tais como (MALMI-VUO; PLONSEY, 1995):

1. Eixo elétrico do coração
2. Monitoramento de frequência cardíaca
3. Arritmias
  - (a) Arritmias supraventriculares
  - (b) Arritmias ventriculares
4. Desordens na sequência de ativação
  - (a) Defeitos na condução atrioventricular
  - (b) Bloqueio atrioventricular de primeiro grau
  - (c) Síndrome de Wolff-Parkinson-White
5. Aumento da espessura das paredes ou do tamanho dos átrios e ventrículos
  - (a) Hipertrofia atrial
  - (b) Hipertrofia ventricular
6. Isquemia e infarto do miocárdio
  - (a) Isquemia

- (b) Infarto
- 7. Efeito de drogas
- 8. Desequilíbrio eletrolítico
  - (a) Potássio
  - (b) Cálcio
- 9. Cardite
  - (a) Pericardite
  - (b) Miocardite
- 10. Monitoramento de marca-passo

Os possíveis artefatos em sinais biomédicos são os instrumentais, como os de eletrodo e fisiológicos ou biológicos, que incluem os movimentos musculares, respiratórios entre outros (ANGHINAH et al., 2006).

## 2.4 SISTEMA DE DERIVAÇÕES

A configuração mais comum em exames ambulatoriais de Eletrocardiografia (ECG) é o sistema 12 derivações, que consiste nas seguintes derivações (MALMIVUO; PLONSEY, 1995):

- Derivações dos membros (*Limb leads*): I, II, III;
- Derivações aumentadas ou de Goldberger (*Goldberger Augmented Leads*):  $aV_R$ ,  $aV_L$ ;
- Derivações Precordiais (*Precordial leads*):  $V_1$ ,  $V_2$ ,  $V_3$ ,  $V_4$ ,  $V_5$  e  $V_6$ .

As seis primeiras derivações, I, II, III,  $aV_R$ ,  $aV_L$  e  $aV_F$  são derivadas dos mesmos três pontos de medição. Por isso, qualquer par dentre este grupo fornece a mesma informações que os quatro restantes (MALMIVUO; PLONSEY, 1995). A localização das derivações é ilustrada na figura 4.

Mais de 90% da atividade elétrica cardíaca pode ser explicada com a medição de três componentes independentes. A princípio, duas das derivações límbicas I II III devem ser suficiente para descrever completamente o vetor elétrico cardíaco. A principal razão para que sejam gravadas as 12 derivações é porque enriquece o reconhecimento dos padrões. Esta combinação de



## 2.5 ONDAS, SEGMENTOS E INTERVALOS

Além das ondas, os elementos existentes na forma de onda do Eletrocardiografia (ECG) são (GACEK; PREDYCZ, 2011):

- Linha isoeétrica: a linha horizontal quando não há atividade elétrica no ECG;
- Segmentos: a duração da linha isoeétrica entre as ondas;
- Intervalos: o tempo entre dois segmentos de ondas adjacentes.

A onda P é a primeira deflexão do sinal de ECG e ocorre durante a despolarização ventricular. É positiva na maioria das derivações, mesmo sendo pouco evidente. Sua amplitude não excede 0,15 mV e 0,25 mV nas derivações precordiais, e dura no máximo 0,12 segundos (GACEK; PREDYCZ, 2011).


A onda T, por sua vez, representa a repolarização ventricular, a restauração do repouso no potencial da membrana. As ondas T se diferenciam das ondas P, por seguirem o complexo QRS após cerca de 0,2 segundos. Após a onda T, ocorre a onda U, com a mesma polaridade da onda T que a precede. Ondas U invertidas podem aparecer na presença de hipertrofia do ventrículo esquerdo ou isquemia (GACEK; PREDYCZ, 2011).

O segmento PQ expressa o tempo decorrido entre a despolarização atrial e o começo da despolarização ventricular, durando entre 0,12 e 0,2 segundos. O intervalo ventricular ST-T coincide com a repolarização do músculo ventricular. O intervalo QT corresponde à duração do potencial de ação ventricular e da repolarização. O intervalo TP é o período em que os átrios e ventrículos estão na diástole. O intervalo RR corresponde um ciclo cardíaco e é utilizado para o cálculo da frequência cardíaca (GACEK; PREDYCZ, 2011).

A identificação do complexo QRS não apresenta grandes dificuldades, uma vez que possui forma de onda característica e amplitude dominante. Esta amplitude mede cerca de 1 mV em um coração normal, mas pode ser muito maior em uma hipertrofia ventricular. O complexo QRS é o maior grupo de ondas no ECG e corresponde à despolarização ventricular. A primeira deflexão negativa é a onda Q. Seguida de uma deflexão positiva, a onda R, sendo finalizada com uma última deflexão negativa denominada de onda S, completando um complexo QRS (GACEK; PREDYCZ, 2011).

A duração normal do QRS fica entre 0,08 e 0,09 segundos. Durações maiores são geralmente devidas à despolarização assíncrona dos dois ventrículos. Isto ocorre em casos de

bloqueio atrioventricular de primeiro grau, síndromes de pré-excitação ou contração ventricular prematura. Nestas situações, um ventrículo é despolarizado mais cedo que o outro, fazendo com que o complexo QRS apresente uma onda R seguida de outra onda R. Estas ondas correspondem à despolarização dos dois ventrículos (GACEK; PREDYCZ, 2011). A figura 5 mostra as formas de onda características de um ciclo cardíaco.



**Figura 5: Ondas, segmentos e intervalos dos sinais de ECG**


**Fonte: (GACEK; PREDYCZ, 2011)**

## 2.6 OPERAÇÃO CORRELAÇÃO

O conceito de correlação surgiu na antiguidade onde se comparavam padrões fazendo-os deslizar um sobre o outro. E é deste modo que funciona a correlação. A operação correlação permite detectar a presença de um sinal conhecido no ruído. Entre alguns exemplos de aplicação, é possível detectar a presença de um rosto em uma multidão, comparar impressões digitais ou padrões de vasos sanguíneos da retina para identificar pessoas, ou ainda determinar que arma disparou um projétil mesmo que ele esteja amassado ou parcialmente derretido. É utilizada também em radares, no sistema GPS e na análise de DNA (BLOCH, 2004).

A operação correlação cruzada utiliza dois conjuntos de dados, e calcula uma medida da semelhança entre eles. Podem ser utilizados um sinal recebido e um padrão armazenado. À medida que o padrão se desloca pelo sinal recebido, o produto de superposição é calculado e plotado para cada deslocamento. Quando atinge seu valor máximo, 1, há uma coincidência perfeita (BLOCH, 2004). Um exemplo de aplicação da operação correlação é ilustrada na figura 6.

No domínio discreto de dados a operação correlação pode ser calculada pela equação (1), onde o índice  $r$  refere-se ao sinal recebido e o índice  $a$  se refere ao padrão armazenado. O fator



**Figura 6: Exemplo de aplicação da operação correlação**

**Fonte: Modificado de (SMITH, 1997)**

de normalização  $K$  é igual à soma dos quadrados dos valores do padrão armazenado (BLOCH, 2004).

$$R_{r,a}(\tau) = \frac{1}{K} \sum_{n=0}^{N-1} f_r(n) f_s(\tau + n) \quad (1)$$

O padrão de sinal armazenado para comparação pode não ser realmente ao sinal que se pretende identificar, pode ser uma estimativa do sinal original, ou uma réplica. Pode ser utilizado um conjunto de padrões de sinais similares ao que se deseja buscar. É com base neste tipo de estimativas que operam astrônomos, peritos em criptografia e especialistas em supervisão eletrônica (BLOCH, 2004).

## 2.7 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

O cérebro humano funciona de modo completamente diferente dos computadores digitais convencionais. O cérebro pode ser considerado um computador extremamente complexo, não linear com paralelismo. As unidades básicas que constituem o cérebro, chamadas neurônios, têm a capacidade de organizarem-se para desempenhar tarefas tais como reconhecimento de padrões, percepção e controle motor (HAYKIN, 2011).


De certa forma, as redes neurais artificiais foram criadas para realizar atividades mimetizando o cérebro humano. As redes neurais artificiais são modelos matemáticos que podem ser implementadas com componentes eletrônicos ou simuladas em software (HAYKIN, 2011).

As unidades básicas de processamento de uma rede neural artificial são chamadas de neurônios,

analogamente ao cérebro humano. Os neurônios formam entre si grandes conexões caracterizadas por pesos sinápticos (HAYKIN, 2011).

As redes neurais artificiais passam por um processo de aprendizado, também conhecido como algoritmo de aprendizado. Neste processo, são modificados os pesos sinápticos dos neurônios de maneira ordenada visando alcançar um determinado estado objetivo (HAYKIN, 2011).

Um sinal  $x_j$  na entrada da sinapse  $j$  conectada ao neurônio  $k$ , é multiplicada pelo peso sináptico  $w_{kj}$ . Constitui também a rede neural artificial um somador, para somar os sinais da entrada ponderados pelas respectivas conexões do neurônio (estas operações constituem uma combinação linear). Uma função de ativação é empregada para limitar a amplitude da saída de um neurônio a um determinado intervalo numérico, usualmente este intervalo corresponde a  $[0,1]$  ou  $[-1,1]$ . A figura 7 ilustra a estrutura básica de uma rede neural artificial (HAYKIN, 2011).



**Figura 7: Estrutura de um neurônio artificial**


**Fonte: (HAYKIN, 2011)**

A função de ativação que limita a saída de um neurônio pode ser de três tipos básicos:

- Função de limiar ou *threshold*;
- Função *Piecewise* – contínua;
- Função Sigmóide.

A figura 8 representa os gráficos dos três tipos de função de ativação.






**Figura 8: Funções de ativação**

**Fonte: (HAYKIN, 2011)**

### 2.7.1 Rede Neural Perceptron Multicamadas

Dentre os tipos de redes neurais artificiais existentes, cabe destacar as redes Perceptron Multicamadas (*Multilayer Perceptron* – MLP). Estas redes são formadas por uma camada de entrada, uma ou mais camadas de nós intermediárias escondidas e uma camada de nós de saída. A figura 9 mostra a estrutura de uma rede neural com múltiplas camadas (HAYKIN, 2011).

Os neurônios formam conexões representadas pelos pesos sinápticos e ao processo de modificação destes pesos dá-se o nome de algoritmo de aprendizado. As redes Perceptron multicamadas podem ser treinadas por meio do algoritmo de aprendizado de retropropagação (*backpropagation*). Em termos gerais, um sinal de erro é originado na saída da rede, e propa-




**Figura 9: Topologia da rede neural Perceptron Multicamadas**

**Fonte: (HAYKIN, 2011)**

gado de frente para trás (*backwards*) de camada em camada, relacionando os dados de entrada e saída (HAYKIN, 2011).

### 2.7.2 Estratégia de Treinamento para Rede Multicamadas

A rede multicamadas é treinada com o algoritmo *backpropagation*, em estágios, produzindo funções de mapeamento complexas. Observa-se que o erro médio quadrático diminui com o aumento do número de épocas durante um treinamento. No início apresenta um valor elevado, diminui rapidamente, e então começa a diminuir lentamente até o valor do mínimo local na superfície de erro (HAYKIN, 2011). A figura 10 mostra a relação entre o erro médio quadrático e as épocas de treinamento.



**Figura 10: Relação entre o erro médio quadrático e treinamento**

**Fonte: Modificado de (HAYKIN, 2011)**

É possível, portanto, treinar a rede em excesso, se o treinamento não for interrompido no instante certo. Para identificar este instante, a cada período de treinamento, a rede é testada e o erro médio quadrático monitorado. A este procedimento dá-se o nome de método de treinamento de parada antecipada. O menor erro médio indica qual a melhor época de treinamento, com base nos testes (HAYKIN, 2011).

### 2.7.3 Validação Cruzada

Partindo do princípio de que as redes neurais artificiais do tipo MLP passam por um processo de treinamento, é necessário um conjunto de dados para a realização desta etapa. Além disso é necessário testar o funcionamento da rede. Considerada um padrão pela estatística, a validação cruzada soluciona esta questão ao dividir a base de dados inicial em dois conjuntos (HAYKIN, 2011). São eles:

- Conjunto de dados de treinamento;
- Conjunto de dados de testes.

Além destas duas divisões, o conjunto de dados de treinamento pode ser dividido em dados para estimativa e dados para validação (HAYKIN, 2011). Contudo, o estudo aprofundado deste tema não faz parte do escopo deste projeto.


### 2.7.4 Rede Neural Mapa de Kohonen

Existe um tipo especial de redes neurais artificiais auto organizáveis conhecidas como Mapas Auto Organizáveis ou Mapas de Kohonen. Nos Mapas de Kohonen, os neurônios, ou nós, são dispostos em nós em uma estrutura bidimensional e passam por um processo de aprendizado competitivo utilizando padrões de entrada. Os neurônios são então ordenados uns em relação aos outros. O Mapa de Kohonen forma, portanto, um mapa topográfico dos padrões de entrada, no qual as coordenadas dos neurônios indicam características dos padrões de entrada (HAYKIN, 2011).

Cabe explicitar que o aprendizado dos Mapas de Kohonen é do tipo não supervisionado, isso significa que não é necessário um conjunto de dados de treinamento para que a rede aprenda a classificar padrões (GUTHIKONDA, 2005).

Inicialmente no mapa, cada nó é conectado a todos os nós de entrada, mas não são conectados entre si, como ilustra a figura 11. Cada nó possui um vetor de pesos, e também uma

coordenada única  $(i,j)$ . Esta coordenada auxilia a identificar o nó, além de ser importante para os cálculos do algoritmo do Mapa de Kohonen (GUTHIKONDA, 2005).



**Figura 11: Topologia da rede neural Mapa de Kohonen**

**Fonte: (GUTHIKONDA, 2005)**

As redes devem ser formadas por nós, sendo que cada um deles deverá possuir um vetor de pesos de dimensão  $n$ . Para que o algoritmo funcione adequadamente, os nós de entrada também deverão apresentar vetores de entrada com dimensão  $n$ . E, considerando que os neurônios não possuem nenhuma conexão com os neurônios em sua vizinhança, não podem conhecer o valor dos pesos deles. Para serem organizados, os dados passam pelo algoritmo do Mapa de Kohonen. Este algoritmo que agrupa os padrões de entrada é descrito a seguir (GUTHIKONDA, 2005).

1. Os pesos de cada nó são inicializados com valores aleatórios numa faixa reduzida;
2. Um vetor é escolhido (*input vector*) aleatoriamente dos dados de entrada e apresentado a rede;
3. Cada nó da rede é analisado em busca do nó que apresenta pesos mais similares ao nó escolhido (*input vector*). Este nó é conhecido como *Best Matching Unit* (BMU). O BMU é encontrado com o cálculo da distância dado pela equação (2), em que  $I$  se refere ao vetor escolhido,  $W$  ao vetor de pesos do nó e  $n$  à dimensão do vetor.

$$DistFromInput^2 = \sum_{i=1}^n (I_i - W_i)^2 \quad (2)$$

4. Calcula-se o raio da vizinhança do BMU de acordo com a equação (3). Este valor deve ser inicialmente grande, mas diminui a cada iteração do algoritmo. Os termos da equação  $t$ ,  $\sigma_0$  e  $\lambda$  correspondem a iteração atual, número de iterações sobre o raio do mapa e raio do mapa, respectivamente.

$$\sigma(t) = \sigma_0 e^{(-t/\lambda)} \quad (3)$$

5. Os nós encontrados dentro do raio do BMU tem seus pesos alterados de modo a se assemelharem aos pesos do BMU, conforme as equações (4), (5) e (6). O termo  $L_0$  é o coeficiente de aprendizado, configurado durante a fase de testes.

$$W(t+1) = W(t) + \Theta(t)L(t)(I(t) - W(t)) \quad (4)$$

$$L(t) = L_0 e^{(-t/\lambda)} \quad (5)$$

$$\Theta = e^{(-DistFromBMU^2/2\sigma^2(t))} \quad (6)$$

6. Repetir o passo 2 por N iterações.


Um exemplo clássico de implementação de Mapas de Kohonen é a clusterização de cores. A figura 12 mostra uma rede inicializada com um conjunto de dados. Cada pixel é um nó da rede e os vetores de peso são representados pela tripla (R,G,B), que caracteriza a cor do nó.

A aplicação do algoritmo do Mapa de Kohonen deve resultar no mapa mostrado pela figura 13. Percebe-se que as cores foram agrupadas de acordo com a semelhança entre elas.



**Figura 12: Mapa de Kohonen inicializado com cores aleatórias**

**Fonte: (GUTHIKONDA, 2005)**



**Figura 13: Mapa de Kohonen após o treinamento não supervisionado**

**Fonte: (GUTHIKONDA, 2005)**

## 2.8 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SISTEMAS CLASSIFICADORES

Nesta seção vamos nos concentrar em formas de avaliar o desempenho de sistemas classificadores por meio das seções: 2.8.1 Tabela de Contingência, 2.8.2 Sensibilidade e Especificidade, 2.8.3 Curva ROC e 2.8.4 Outros Índices Estatísticos.

### 2.8.1 Tabela de Contingência

A tabela de contingência, também denominada tabela de confusão, é descrita pela medicina e áreas da saúde como uma ferramenta capaz de representar, dentro de uma população, os

indivíduos doentes, indivíduos sadios, indivíduos com teste positivo e indivíduos com teste negativo (MASSAD; ORTEGA; SILVEIRA, 2004), como mostrado na tabela 1.

**Tabela 1: Tabela de Contingência 2x2**

		indivíduos		
		doentes	sadios	
indicação do exame (para a doença)	positivo	verdadeiro positivo (VP)	falso positivo (FP)	total de positivos (VP + FP)
	negativo	falso negativo (FN)	verdadeiro negativo (VN)	total de negativos (FN + VN)
		total dos doentes (VP + FN)	total dos sadios (FP + VN)	total (VP + VN + FP + FN)


**Fonte: (SOVIERZOSKI, 2009)**

A partir da tabela de contingência, podem ser observados os seguintes índices:

- VP (Verdadeiro positivo): doente com resultado positivo no exame;
- FP (Falso positivo): sadio com resultado positivo no exame;
- FN (Falso negativo): doente com resultado negativo no exame;
- VN (Verdadeiro negativo): sadio com resultado negativo no exame.

Como este projeto pretende obter a identificação do complexo QRS em exames de Eletrocardiografia (ECG), a etapa de testes trata como verdadeiro positivo o complexo QRS indicado como positivo, falso positivo como padrão diferente do complexo QRS indicado como positivo, falso negativo como um complexo QRS não identificado e verdadeiro negativo como um padrão diferente do complexo QRS não identificado (SARAIVA, 2012). A lógica desta avaliação é apresentada pela figura 14.

Os índices da tabela de contingência são utilizados para o cálculo de outros índices, tais como sensibilidade, especificidade, eficiência, índice DER, entre muitos outros.



**Figura 14: Exemplo de sinal de ECG e padrão de classificação considerando o nível de decisão**

**Fonte: (SARAIVA, 2012)**

### 2.8.2 Sensibilidade e Especificidade

A sensibilidade pode ser descrita como a medida da capacidade de um sistema em identificar indivíduos com exame positivo entre os indivíduos verdadeiramente doentes, levando em conta outros indivíduos doentes com exames negativos, como evidencia a equação (7). Logo, quanto maior a sensibilidade de um sistema, menor o número de falsos negativos (MASSAD; ORTEGA; SILVEIRA, 2004).


$$sensibilidade = \frac{VP}{VP + FN} \quad (7)$$

Especificidade mede a capacidade do sistema em identificar os indivíduos negativos entre os verdadeiramente não doentes, representada pela equação (8). Assim, quanto menor o número de falsos positivos identificados pelo sistema, maior será sua especificidade (MASSAD; ORTEGA; SILVEIRA, 2004).

$$especificidade = \frac{VN}{VN + FP} \quad (8)$$

A sensibilidade e especificidade costumam retornar diferentes valores de acordo com a variação em algum atributo do sistema, geralmente o limiar de decisão da rede neural (SOVI-ERZOSKI, 2009). A figura 15 mostra o comportamento dos índices de sensibilidade e especificidade em função do limiar de decisão de uma rede neural do tipo Perceptron Multicamadas (*Multilayer Perceptron* – MLP).





**Figura 15: Comportamento da Sensibilidade e da Especificidade em função do *threshold***

**Fonte: (SARAIVA, 2012)**

### 2.8.3 Curva ROC


A Curva ROC (*Receiving Operating Characteristic*) é útil para visualizar o desempenho de classificadores. Seu uso vem crescendo em pesquisas nas áreas de *machine learning* e *data mining* (FAWCETT, 2006).

Os valores de sensibilidade e especificidade são organizados em pares ordenados, e dispostos no primeiro quadrante de um plano cartesiano. Com algum método de interpolação, são interligados desde a origem (sensibilidade = 0 e especificidade = 1), até o extremo oposto do gráfico (sensibilidade = 1 e especificidade = 0), dando origem a curva ROC (MASSAD; ORTEGA; SILVEIRA, 2004), conforme ilustra a figura 16.

Cada ponto da curva ROC equivale a um valor diferente do limiar de decisão da rede neural, dessa forma, construindo a relação entre sensibilidade e especificidade (SOVIERZOSKI, 2009).

No eixo das ordenadas da curva ROC pode ser observada a fração dos verdadeiros positivos (sensibilidade). E no eixo das abscissas, a fração dos falsos positivos, correspondente ao complemento da especificidade ( $1 - \text{especificidade}$ ) (MASSAD; ORTEGA; SILVEIRA, 2004).

A linha tracejada (diagonal secundária) representa um sistema classificador incapaz de dis-



**Figura 16: Estrutura e Representação da Curva ROC**

**Fonte: (SOVIERZOSKI, 2009)**

criminar, em outras palavras, um sistema que apresenta o mesmo percentual de verdadeiros positivos e de falsos positivos. Quanto mais afastada da linha tracejada estiver a curva ROC (de modo semelhante à figura 16), melhor é o desempenho do sistema. O classificador ideal possui sensibilidade = 1 e especificidade = 1 (BROWN; DAVIS, 2006).

#### 2.8.4 Outros Índices Estatísticos

Além de inúmeros outros métodos para medição do desempenho de sistemas classificadores, existem o índice DER e a eficiência.

O índice DER (*Detection Error Rate*), dado na equação (9) (ZHANG; LIAN, 2007), relaciona o número de erros do sistema, soma dos falsos positivos e falsos negativos, com o número total de eventos do sistema.

$$DER = \frac{FP + FN}{\text{Total de eventos QRS}} \quad (9)$$

Eficiência (*accuracy*) corresponde a capacidade de um sistema em identificar os verdadeiros doentes e sadios (SOVIERZOSKI, 2009). A fórmula para o cálculo da eficiência é dada na equação (10).

$$accuracy = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN} \quad (10)$$

## 2.9 CONSIDERAÇÕES

O capítulo de Fundamentação Teórica forneceu esclarecimento acerca de diversos conhecimentos necessários durante a implementação do projeto. Entre eles, cabe destacar os conceitos abordados pelas seções 2.6 Função Correlação, 2.7 Redes Neurais Artificiais e 2.8 Avaliação de Sistemas Classificadores. O entendimento destes conceitos em particular é essencial para uma leitura proveitosa dos próximos capítulos desta monografia.

O próximo capítulo, 3 Materiais e Métodos, explica a maneira como todos estes conhecimentos foram aplicados de modo prático, e também os recursos utilizados ao longo do desenvolvimento deste projeto.

### 3 MATERIAIS E MÉTODOS

Este capítulo aborda os recursos e metodologias utilizadas no desenvolvimento deste trabalho. O capítulo foi dividido em seções: 3.1 Base de Dados de Sinais de Eletrocardiografia, 3.2 *European Data Format*, 3.3 Bibliotecas Utilizadas, 3.4 Sistema, 3.5 Modelagem UML, 3.6 Metodologia de Testes e por fim, a seção 3.7 Considerações.


#### 3.1 BASE DE SINAIS DE ELETROCARDIOGRAFIA

De acordo com informações disponibilizadas pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP, 2011), “as pesquisas envolvendo apenas dados de domínio público que não identifiquem os participantes da pesquisa, ou apenas revisão bibliográfica, sem envolvimento de seres humanos, não necessitam aprovação por parte do Sistema CEP – CONEP.” Por esta razão, a equipe optou por utilizar a base de dados pública *MIT-BIH Arrhythmia Database*.

A *MIT-BIH Arrhythmia Database* foi desenvolvida pelo Beth Israel Hospital de Boston em parceria com o MIT durante uma pesquisa sobre arritmia e temas correlatos. Tem sido utilizada como um conjunto de dados padrão para testes e avaliação para sistemas detectores de arritmias e pesquisa em dinâmica cardíaca (MOODY; MARK, 1990).

Os dados correspondem à 48 gravações de sinais de ECG com duração de meia hora cada uma. São apresentados dois sinais, *modified limb lead II* (MLII) e *lead V1* (podendo ser ocasionalmente V2, V5 ou V4), ambos obtidos com os eletrodos colocados no peito. Esta é a configuração padrão utilizada pelo *BIH Arrhythmia Laboratory*. Pode-se observar maior proeminência dos complexos QRS no sinal superior (GOLDBERGER et al., 2000). A figura 17 mostra parte da gravação do exame 105.

Os exames foram realizados com 47 pacientes acompanhados pelo *BIH Arrhythmia Laboratory* entre os anos de 1975 e 1979. Vinte e três gravações foram selecionadas aleatoriamente de um conjunto de 4000 exames ambulatoriais de ECG com duração de 24 horas coletadas de pacientes internos (cerca de 60%) e pacientes ambulatoriais (cerca de 40%) do Boston's Beth



**Figura 17:** Época do arquivo 105 da base de ECG da base de dados *MIT-BIH Arrhythmia Database*

**Fonte:** Autoria própria

Israel Hospital. Os outros 25 exames foram selecionados do mesmo conjunto para incluir arritmias clinicamente incomuns (MOODY; MARK, 1990).

Uma equipe com dois cardiologistas realizou anotações dos batimentos em cada uma das gravações, resultando em aproximadamente 110 mil marcações de eventos, entre eles o complexo QRS. Estas foram incluídas na base de dados. A base completa tem sido disponibilizada gratuitamente desde 2005 (MOODY; MARK, 1990).

Para a etapa de testes deste projeto, foi selecionado apenas o arquivo 105 por apresentar maior dificuldade na detecção do complexo QRS (SARAIVA, 2012).

### 3.2 PADRÃO *EUROPEAN DATA FORMAT*

A existência de diferentes fabricantes de equipamentos para aquisição de sinais biomédicos implica em diferentes formatos de arquivo para salvar estes dados. Para solucionar este problema, foi criado o *European data format* (EDF), um formato padrão para armazenamento de dados polissonográficos e eletroencefalográficos amplamente aceito. O EDF é o único formato digital que se tornou aceito tanto comercialmente nos equipamentos disponíveis como em pesquisas científicas (KEMP; OLIVAN, 2003).

Um arquivo EDF padrão consiste em um cabeçalho seguido dos dados amostrados. O cabeçalho identifica o paciente e especifica características técnicas do sinal gravado. Os dados apresentam épocas consecutivas, com duração fixa, a partir do sinal gravado (KEMP; OLIVAN, 2003).

*Physiobank Automated Teller Machine* (ATM) é uma ferramenta *open-source* que permite explorar as bases de dados disponibilizadas pelo *Physiobank* por meio do navegador de *internet*. Esta *toolbox* oferece opções para importar anotações das formas de onda e histogramas, converter sinais em formato padrão do *Physionet* (*WaveForm DataBase – WFDB*) para texto, CSV, EDF, ou .mat files (para utilização nos programas *Matlab* ou *Octave*), entre outras funcionalidades (GOLDBERGER et al., 2000).

A figura 18 mostra a tela de opções da ferramenta *Physiobank ATM*.

The screenshot displays the Physiobank ATM web interface, which is divided into three main sections: Input, Output, and Toolbox. The Input section on the left includes dropdown menus for 'Database' (set to MIT-BIH Arrhythmia Database), 'Record' (set to 105), 'Signals' (set to all), and 'Annotations' (set to reference beat, rhythm, and signal quality annotations). The Output section below it features radio buttons for 'Length' (10 sec, 1 min, 1 hour, 12 hours, and 'to end' which is selected), 'Time format' (time/date, elapsed time, hours, minutes, seconds, and samples, with time/date selected), and 'Data format' (standard, high precision, and raw ADC units, with high precision selected). The Toolbox section on the right includes a dropdown for 'Export signals as EDF', a 'Navigation' area with buttons for navigating between records (including first, previous, next, last, and search), and buttons for 'Previous record', 'Next record', 'Help', and 'About ATM'.

**Figura 18:** Tela de opções do *Physiobank ATM*

**Fonte:** Autoria própria

Esta ferramenta foi utilizada para obtenção dos arquivos de sinal em formato EDF e anotações em arquivo de texto.

### 3.3 BIBLIOTECAS UTILIZADAS

O projeto utilizou as bibliotecas *NeuroLoopGain* e *BrainNet Library* para trabalhar com arquivos em formato EDF e redes neurais artificiais respectivamente.

#### 3.3.1 Biblioteca *NeuroLoopGain*

A biblioteca *NeuroLoopGain* (NEUROLOOPGAIN, 2012) foi implementada para análise de arquivos em formato EDF. O texto da licença Apache 2.0 (The Apache Software Foundation, 2004) mostra que seu código é aplicável a distribuição pretendida do software: “[...] concede licença perpétua, mundial, não exclusiva, gratuita, isenta de *royalties* e irrevogável para reproduzir, preparar Obras Derivadas, de exibição pública, execução pública, sublicenciamento e distribuição do Trabalho e tais Obras Derivadas, na forma de Código Fonte ou Objeto. ”

Além disso, o texto da licença também atesta que: “[...] concede licença perpétua, mundial, não-exclusiva, gratuita, isenta de *royalties* e irrevogável [...] de licença de patente para


fazer, mandar fazer, usar, oferecer para venda, vender, importar e transferir o trabalho. ”

### 3.3.2 Biblioteca *BrainNet Library*

A biblioteca *BrainNet Library*, em sua maior parte desenvolvida na plataforma .NET seguindo os preceitos do paradigma de orientação à objetos, permite criar, treinar e executar redes neurais. Um parte da biblioteca, chamada Neural XML, foi implementada em linguagem de programação XML (MADHUDSUDANAN, 2006). Está sujeita aos termos da licença *The Code Project Open License* ( CPOL) 1.02. De maneira geral, os termos da licença (PROJECT, 2008) atestam os seguintes pontos:

- Código fonte e arquivos executáveis podem ser utilizados em aplicações comerciais;
- Código fonte e arquivos executáveis podem ser redistribuídos;
- Código fonte pode ser modificado para criação de obras derivativas.

A figura 19 apresenta o diagrama UML da biblioteca.



**Figura 19: Diagrama UML da Biblioteca *BrainNet Library***

Fonte: (MADHUDSUDANAN, 2006)

As principais interfaces disponibilizadas pela biblioteca *BrainNet Library* estão resumidas na tabela 2.

**Tabela 2: Principais interfaces da *BrainNet Library***

<b>INetworkFactory</b>	Interface que define a estrutura da rede
<b>INeuron</b>	Interface que define o neurônio
<b>INeuronStrategy</b>	Interface que define estratégias do neurônio
<b>INeuralNetwork</b>	Interface que define a rede neural

Fonte: (MADHUDSUDANAN, 2006)

As principais classes disponibilizadas pela biblioteca *BrainNet Library* estão resumidas na tabela 3.

**Tabela 3: Principais classes da *BrainNet Library***

<b>BackPropNeuronStrategy</b>	Estratégia <i>backpropagation</i>
<b>NetworkHelper</b>	Inicializa e treina a rede
<b>NeuralNetwork</b>	Rede neural genérica
<b>NeuralNetworkCollection</b>	Coleção do tipo NeuralNetwork
<b>Neuron</b>	Implementação de INeuron
<b>NeuronCollection</b>	Coleção do tipo Neuron
<b>NeuronConnections</b>	Registro das conexões entre neurônios e pesos sinápticos

Fonte: (MADHUDSUDANAN, 2006)

### 3.4 SISTEMA

Esta seção pretende fornecer um entendimento amplo do sistema desenvolvido a partir da subseção 3.4.1 Visão Geral do Sistema, e também uma visão detalhada por meio das subseções: 3.4.2 Módulo de Visualização do Sinal, 3.4.3 Módulo de Marcação de Eventos, 3.4.4 Módulo de Extração de Características, 3.4.5 Módulos de Reconhecimento de Padrões, 3.4.6 Módulo de Reconhecimento de Padrões com Mapa de Kohonen, 3.4.7 Módulo de Reconhecimento de Padrões com Rede Perceptron Multicamadas e 3.4.8 Módulo de Avaliação de Resultados.


#### 3.4.1 Visão Geral do Sistema

O sistema desenvolvido neste trabalho oferece duas técnicas diferentes para o reconhecimento de padrões: utilizando mapa de Kohonen e utilizando rede Perceptron Multicamadas . Esta subseção dará uma visão geral sobre o funcionamento delas.

A figura 20 mostra o processo com a técnica de mapa de Kohonen.

Primeiramente, o arquivo com o sinal de ECG é carregado na memória e exibido na tela (Visualização do sinal), em seguida, é feito o reconhecimento de padrões (Reconhecimento de





**Figura 20: Fluxograma do treinamento não supervisionado do mapa de Kohonen**

**Fonte: Autoria própria**


Padrões), e os resultados são exibidos na tela. Um conjunto de marcações pertencente a base de dados (Marcações da base de dados) é utilizado como parâmetro de comparação com os resultados obtidos pelo sistema (Avaliação dos Resultados).

Com a utilização da rede multicamadas, o treinamento pode ser realizado de suas maneiras. A primeira, e mais simples delas, utiliza diretamente o sinal de Eletrocardiografia (ECG). A figura 21 mostra todo este processo.

Assim como no mapa de Kohonen, o arquivo com o sinal de ECG é carregado na memória e exibido na tela (Visualização do sinal), em seguida, são marcados eventos no sinal (Marcação de eventos). Com o conjunto de dados gerada nesta etapa, a rede neural é treinada (Treinamento da rede neural). É então feito o reconhecimento de padrões (Reconhecimento de Padrões) no sinal de ECG original, e os resultados são exibidos na tela. Um conjunto de marcações pertencente a base de dados (Marcações da base de dados) é utilizado como parâmetro de comparação com os resultados obtidos pelo sistema (Avaliação dos Resultados).

A segunda maneira de treinar a rede neural é mais complexa, e pode ser observada no fluxograma da figura 22.


Depois que o arquivo com sinal de ECG é carregado e exibido na tela (Visualização do



**Figura 21: Fluxograma do treinamento supervisionado da rede Perceptron Multicamadas**

**Fonte: Autoria própria**

sinal), são feitas marcações diretamente no sinal de ECG (Marcar eventos). Estas marcações do complexo QRS (Marcações direto no sinal) passam por um processo (Extração de características) em conjunto com o sinal original (Sinal de ECG). Este processo é detalhado na subseção 3.4.4 Módulo de Extração de Características. São feitas novas marcações (Nova marcação de eventos) gerando um novo conjunto de dados (Marcações após correlação). A rede neural é treinada com estes dados (Treinamento da rede neural artificial). O sinal resultante (Sinal resultante) passa pelo reconhecimento de padrões (Reconhecimento de Padrões), e exibe na tela onde são detectadas ocorrências do complexo QRS. Por fim é realizada a etapa de avaliação (Avaliação dos Resultados), que compara os resultados obtidos com os resultados esperados proveniente das marcações da base de dados original (Marcações da base de dados).




**Figura 22: Fluxograma da extração de características via operação de correlação e do treinamento supervisionado da rede Perceptron Multicamadas**

**Fonte: Autoria própria**

### 3.4.2 Módulo de Visualização do Sinal

O primeiro módulo do sistema a ser descrito é o módulo de visualização do sinal. Na figura 23 pode ser observada a tela em que o usuário seleciona quais canais (ou derivações) do sinal deseja visualizar. No caso, as derivações do sinal são *modified limb lead II* (MLII) e *lead V1*.

Sobre a tela de seleção do sistema, é possível fazer a montagem dos sinais selecionados por meio do botão Montagem. Basicamente, são associados em pares, o primeiro e o segundo canais, terceiro e o quarto e assim por diante. Então é realizada a subtração. Esta funcionalidade deve ser configurada pelo médico, é muito utilizada para exibir na tela determinadas




**Figura 23: Tela de seleção de canais do sistema**

**Fonte: Autoria Própria**

configurações de sinais de Eletroencefalografia (EEG). No entanto, esta funcionalidade não é utilizada na análise de sinais de Eletrocardiografia (ECG).

A figura 24 mostra a impressão no sinal na tela do sistema. Além dos sinais, a tela também apresenta opções para alterar a frequência e amplitude do sinal e opções para que o sinal possa ser visualizado em janelas de 5 ou 10 segundos.




**Figura 24: Tela de visualização do sinal de ECG no sistema**

**Fonte: Autoria Própria**

### 3.4.3 Módulo de Marcação de Eventos

Uma vez que a tela do sistema exibe o sinal de Eletrocardiografia (ECG), o usuário pode realizar as marcações de eventos. Ao selecionar o botão evidenciado pela flecha azul na figura 25, o usuário tem acesso a um menu de marcações.




**Figura 25: Opção de marcar eventos no sinal de ECG**

**Fonte: Autoria Própria**

O usuário pode selecionar uma cor disponível no menu do lado esquerdo, e em seguida


marcar fragmentos no sinal, determinando assim o início e o fim do evento. Estas marcações são salvas em disco utilizando arquivos de texto, podendo ser recuperadas em algum uso futuro. A figura 26 mostra a tela com opção de marcação de eventos. Na figura, a cor selecionada foi o verde (correspondente ao complexo QRS), exibindo duas marcações deste evento no sinal. Também é possível adicionar comentários, através do Menu Ferramentas, Habilitar Comentários. Assim, quando um evento é marcado, automaticamente é exibida uma tela para o usuário digitar o comentário desejado, e este também é adicionado na tela principal do sinal, dentro da área marcada.



**Figura 26: Marcações de eventos no sinal de ECG**

**Fonte: Autoria Própria**

Após a realização de algumas marcações, o usuário pode editá-las por meio do Editor de marcações, mostrado na figura 27. Para acessá-lo, basta clicar em Menu Ferramentas, e em seguida, em Editor de Eventos. Este editor permite que o usuário navegue pelos tipos de padrão e visualize as marcações já salvas. O usuário tem a opção de editar os pontos de início, fim e referência do sinal, e também pode excluir a marcação.



**Figura 27: Editor de marcação de evento**

**Fonte: Autoria Própria**

#### 3.4.4 Módulo de Extração de Características através de correlação

O módulo de extração de características produz um novo sinal, que pode ser utilizado como entrada do módulo de reconhecimento de padrões. A função correlação pode ser aplicada sucessivas vezes em um evento salvo (do tipo que se quer buscar, no caso o complexo QRS) e o sinal de Eletrocardiografia (ECG). O resultado pode ser observado na figura 28, o primeiro sinal corresponde ao sinal original de ECG, e o segundo foi produzido pela extração de características. O acesso desta tela pode ser obtido ao selecionar Menu Ferramentas e Técnicas de Reconhecimento.


A extração de características é o processo pelo qual o sinal de Eletrocardiografia (ECG) pode ser submetido antes do processo de reconhecimento de padrões. A função correlação, descrita na seção 2.6 do capítulo de Fundamentação Teórica 2, é aplicada sucessivas vezes (no caso apenas duas) em uma marcação arbitrária que represente bem o complexo QRS e no sinal de ECG produzindo um novo sinal como mostrado na figura 29.

Como se pode perceber, os picos do sinal resultante correspondem aos instantes em que ocorrem o complexo QRS. Este novo sinal pode ser utilizado como entrada para o módulo de reconhecimento de padrões, a ser visto com mais detalhes na próxima seção.



**Figura 28: Tela da extração de características via correlação**

**Fonte: Autoria Própria**



**Figura 29: Função correlação no sistema**

**Fonte: Autoria Própria**

### 3.4.5 Módulos de Reconhecimento de padrões

O módulo de reconhecimento de padrões oferece duas técnicas distintas: mapa de Kohonen e rede neural artificial Perceptron multicamadas. A rede neural Perceptron multicamadas pode ser treinada com dois tipos de dados diferentes: eventos marcados diretamente no sinal de Eletrocardiografia (ECG), ou eventos marcados no sinal resultante da extração de características (aplicação da correlação). A próxima subseção descreve o processo com a utilização do mapa de Kohonen. A subseção seguinte descreve o reconhecimento de padrões utilizando a rede Perceptron multicamadas.




### 3.4.6 Módulo de Reconhecimento de Padrões com Mapa de Kohonen

Como foi explicado no capítulo de Fundamentação Teórica, o Mapa de Kohonen agrupa nós com características similares em localizações próximas. No exemplo da clusterização de cores, os nós de cor azul foram agrupados em uma determinada localização. Da mesma forma, o Mapa de Kohonen agrupa fragmentos de sinais com características similares.

O Mapa de Kohonen foi utilizado com o objetivo de identificar ocorrências do complexo QRS em meio ao sinal de Eletrocardiografia (ECG). Considerando que o sinal de ECG utilizado pode ser dividido em fragmentos com diferentes características, alguns poderão apresentar o complexo QRS inteiro ou partes dele, outros poderão apresentar outras formas de onda como a onda P, T ou U, arritmias cardíacas ou apenas ruído.

O mapa é inicializado com fragmentos, ou janelas, obtidos do sinal. Inicialmente, foram realizados testes percorrendo o sinal todo e captando fragmentos deslocando o sinal ponto por ponto. Contudo, isso gerava fragmentos redundantes e aumentava o tempo de duração da etapa de reconhecimento de padrões. Em vista disso, foi decidido deslocar o sinal de cinco em cinco amostras para obtenção de cada janela. Outro aspecto relevante é que para particionar o sinal de ECG sem extração de características, são usadas 50 amostras. No particionamento do sinal de ECG após a extração de características é necessário utilizar 200 amostras.

A figura 31 mostra um exemplo simplificado de como seria uma mapa inicializado. As estrelas azuis representam nós onde existem fragmentos com o complexo QRS, e as bolas vermelhas representam fragmentos de sinal que não apresentam esta forma de onda.




**Figura 30: Exemplo de mapa de Kohonen inicializado aleatoriamente com o sinal de ECG**

**Fonte: Autoria Própria**

Após a aplicação do treinamento não supervisionado, o mapa deverá se assemelhar ao mapa da figura 31. Neste exemplo, os sinais com características do complexo QRS formam um grupo,

e os sinais com quaisquer outras características formam o outro grupo.




**Figura 31: Exemplo de mapa de Kohonen após o treinamento não supervisionado**

**Fonte: Autoria Própria**

O tamanho do Mapa é variável, contudo, manteve-se um tamanho padrão de 10 por 10 nós para os testes. Nós contendo fragmentos do sinal com características do complexo QRS tenderam a se localizar nas regiões em que as coordenadas  $x$  e  $y$  se aproximam de 0. Para separar a região onde se concentra o complexo QRS do restante do mapa, determinam-se valores de corte do  $x$  e  $y$ . Por exemplo, os nós com os valores de  $x$  e  $y$  entre 0 e 2 representam o grupo de padrões que se deseja buscar.

O algoritmo do Mapa de Kohonen segue a lógica detalhada no artigo de (GUTHIKONDA, 2005).


Para acessar a opção de reconhecimento de padrões com mapa de Kohonen, basta selecionar na tela de Técnicas de Reconhecimento a opção Técnicas e em seguida Kohonen. Será exibida uma tela da figura 32, que permite configurar o mapa, tais como tamanho, uso da correlação (extração de características) e tamanho das amostras, por padrão definido como 50.



**Figura 32: Tela de configuração do mapa de Kohonen**

**Fonte: Autoria Própria**

A figura 33 mostra a tela em que são exibidos os resultados após a execução da etapa de reconhecimento de padrões. O sinal em laranja apresenta amplitude elevada nas detecções do padrão.



**Figura 33: Tela de resultados do mapa de Kohonen**

**Fonte: Autoria Própria**

### 3.4.7 Módulo de Reconhecimento de Padrões com Rede Perceptron Multicamadas

A rede neural artificial foi implementada com três camadas. A camada de entrada, uma camada escondida e a camada de saída. Devido ao fato de o sinal apresentar 250 amostras por segundo, e o tamanho médio de um complexo QRS no sinal ser de 50 amostras, na camada de entrada número de neurônios é 50. No entanto, este valor pode ser alterado, conforme as necessidades do usuário.

Também foi utilizado o ajuste de referência do editor de eventos. Para que as janelas de sinal apresentadas corretamente à rede, e não deslocadas, evitando erros no treinamento.

Na segunda camada da rede, foi utilizada a raiz do número de neurônios da camada de entrada. Ou seja, acima da raiz de 50. Este valor é alterado conforme se altera o tamanho da camada de entrada. A topologia da rede, portanto, pode ser representada como 50:8:1.

Finalmente, a última camada tem somente uma saída, que varia de 0 a 1. A equação (11) define a função de *threshold* utilizada.


$$\varphi(z) = \frac{1}{1 + e^{-z\alpha}} \quad (11)$$

Outro fator que influenciou a análise, foram os pesos aleatórios iniciais, que variam entre -0.2 e +0.2. Estas são portanto, as configurações da rede neural multicamadas deste projeto.

A mesma rede multicamadas foi treinada com dois conjuntos de dados distintos. O primeiro formado por eventos marcados diretamente no sinal. Os testes para a rede treinada com este conjunto de dados são feitos com sinal de ECG original.

O segundo utiliza eventos marcados no sinal resultante da extração de características por correlação. Obviamente, a rede treinada com este conjunto de dados, também realiza o reconhecimento de padrões no sinal resultante da extração de características. Mais informações sobre estes conjuntos de dados se encontram na subseção 37 Geração de Dados de Treinamento.

Na figura 34 pode ser visualizada a tela de resultados após a conclusão do treinamento da rede e do processo de reconhecimento de padrões.



**Figura 34: Tela de resultados da rede multicamadas**


**Fonte: Autoria Própria**

Na tela de resultados das técnicas de reconhecimento, após a utilização da rede multicamadas ou mapa de Kohonen, caso o usuário feche a tela, o aplicativo pergunta se deseja salvar os resultados. Em caso afirmativo, estes dados são salvos em um arquivo no mesmo diretório e com mesmo nome do arquivo do sinal (.edf), porém com uma extensão, e ficam disponíveis para uso

futuro. Caso o usuário deseje visualizar os dados salvos na tela principal é necessário em Ferramentas e Resultados e automaticamente os resultados são carregados. Da mesma forma quando o arquivo do sinal é aberto o aplicativo verifica se já existe algum arquivo com resultados já salvo, e verifica se o usuário deseja carregá-los na tela.

### 3.4.8 Módulo de Avaliação de Desempenho das Redes Neurais

Com a conclusão da etapa de reconhecimento de padrões, podem ser gerados dados estatísticos para avaliar o desempenho do sistema. Os resultados obtidos são comparados às marcações provenientes da base de dados, que indicam existência do complexo QRS no sinal. A partir disso, é gerada de modo automático a tabela de contingência. Ou seja, a quantidade verdadeiros positivos (VP), falsos positivos (FP), verdadeiros negativos (VN) e falsos negativos (FN), como foi discutido na seção 2.8.1 Tabela de Contingência do capítulo 2 Fundamentação Teórica. A figura 35 mostra ideias básicas para auxiliar a compreensão deste procedimento.



**Figura 35: Exemplo de avaliação de acertos e erros de classificação**

**Fonte: Autoria Própria**

O processo de avaliação é feito conforme a seguinte lógica:

1. São enviadas como parâmetro no construtor da classe Avaliador duas listas: a de lista de resultados (sistema) e a lista de marcações (referência), que enviam a posição x de cada evento em relação ao vetor de todos os pontos do sinal;

2. As duas listas são recriadas, utilizando outras estruturas que possibilitam o uso de *flags* e outras variáveis. Os itens da lista de resultados armazenam então apenas o horário de ocorrência. E os itens da lista de marcações tem seu horário transformado em um intervalo com início e fim, ao sofrerem uma expansão de tamanho variável  $x$  para a esquerda e para a direita (no caso 50 amostras);
3. Percorre-se a lista de marcações, verificando, se cada um dos resultados está dentro do intervalo de alguma marcação. Caso esteja, ocorreu um verdadeiro positivo (VP) e as *flags* de detecção do resultado e da marcação são ativadas. Caso contrário, ou seja, se o resultado está fora da faixa de qualquer uma das marcações, caracteriza-se como falso positivo (FP);
4. Novamente, percorre-se a lista de marcações, verificando quais marcações não foram detectadas, pois não apresentam resultado correspondente. Estas ocorrências são classificadas como falso negativo (FN), pois o sistema deveria detectá-las, mas não conseguiu;
5. Por fim, o avaliador considera como verdadeiro negativo (VN) o intervalo entre duas marcações consecutivas (entre o fim de uma e início da seguinte) em que não ocorreu nenhum falso positivo (FP).

### 3.5 MODELAGEM UML

Para proporcionar um entendimento da arquitetura do sistema, esta seção apresenta o diagrama de classes resumido na figura 36.

O sistema foi desenvolvido na linguagem C#. Na classe Program é iniciado o sistema por meio da janela FormPrincipal. Outras janelas podem ser exibidas de acordo com as interações do usuário, tais como, FormEditorDeEventos, FormEditarNomePadrao, InfoEDF, FormSite e FormResultados. Há também outras classes auxiliares do sistema. Mais detalhes sobre cada uma delas estão resumidos na tabela 4.



**Tabela 4: Classes do sistema**

<b>Avaliador</b>	Gera tabela de contingência: VP, FP, VN e FN
<b>AV_Marcacao</b>	Gerencia marcações da base de dados na avaliação
<b>AV_Resultado</b>	Gerencia resultados do sistema na avaliação
<b>GerenArquivos</b>	Gerencia arquivos (sinal e marcações)
<b>Correlacao</b>	Aplica função correlação no sinal
<b>Annotations_Chart</b>	Carrega a lista de eventos marcados ou resultados
<b>atualiza_sinal</b>	Carrega eventos marcados do sinal caso elas já existam
<b>AtualizarRefInChart</b>	Atualiza o ponto de referência de um evento
<b>Program</b>	Classe que inicializa o sistema
<b>Licenca</b>	Gerencia licença do sistema
<b>Form_Site</b>	Carrega e exibe o website do projeto
<b>FormCarregar_EDF</b>	Janela para selecionar arquivo contendo o sinal
<b>FormEditarNomePadrao</b>	Janela de edição do nome do padrão
<b>FormEditorDeEventos</b>	Janela de editor de eventos
<b>FormPrincipal</b>	Janela principal do sistema, onde é exibido o sinal e realizada as marcações
<b>FormResultados</b>	Janela onde é mostrado canal por canal e a saída da correlação e as redes neurais quando executadas
<b>InfoEDF</b>	Exibe informações sobre o EDF, como nome do paciente, data
<b>MDIPrincipalForm</b>	Tela inicial, onde pode-se abrir várias telas do FormPrincipal
<b>RedesNeurais</b>	Realiza o reconhecimento de padrões

**Fonte: Autoria Própria**



### 3.6 METODOLOGIA DE TESTES

Esta seção visa explicar a metodologia utilizada na etapa de testes. É composta por apenas uma seção: 37 Geração dos Dados de Treinamento.

#### 3.6.1 Geração dos Dados de Treinamento


Para determinar se de fato ocorre um complexo QRS no sinal, foram tomadas como referência as marcações de complexo QRS provenientes da base de dados *MIT-BIH Arrhythmia Database*. O arquivo de texto contendo as marcações do sinal de Eletrocardiografia (ECG) 105, apresenta 2691 eventos. Destes 2691 eventos, apenas 2572 são relevantes para os testes neste projeto, que correspondem às marcações de *Normal beat* (2526 ocorrências), *Premature ventricular contraction* (41 ocorrências) e *Unclassifiable beat* (5 ocorrências).

Logo, o sinal inteiro apresenta 2572 ocorrências do complexo QRS. No entanto, apenas os 14 minutos iniciais da gravação são utilizados. O que corresponde a 306900 amostras, e 1182 ocorrências de QRS. Este conjunto de dados inteiro funciona como dados de entrada para o mapa de Kohonen. Os dados são então agrupados, e o grupo do complexo QRS é separado dos demais, como explicado na subseção 4.1 Módulo de Reconhecimento de Padrões com Mapa de Kohonen.

Para o treinamento da rede Perceptron multicamadas, podem ser usados dois conjuntos de dados. O primeiro deles é constituído de eventos marcados diretamente no sinal de ECG. Para gerar este conjunto de dados, foram marcados os complexos QRS dos dois terços iniciais do sinal, que apresentam cerca de 200 mil amostras. Foi gerado então um conjunto de dados formado por 700 marcações do complexo QRS salva em arquivo texto. Em seguida, foram devidamente ajustados os pontos de referência (no pico) para cada marcação.

O segundo conjunto de dados, foi obtido após aplicação da função correlação de um complexo QRS com o sinal inteiro (original) de ECG. Também foram utilizadas as primeiras 200 mil amostras do sinal (dois terços), gerando 700 marcações.

A figura 37 mostra os dois tipos de eventos marcados que podem ser utilizados para treinar a rede.



**Figura 37: Dois tipos de eventos marcados**

**Fonte: Autoria Própria**

### 3.7 CONSIDERAÇÕES

Ao fim deste capítulo de Materiais e Métodos, espera-se que o leitor tenha compreendido como opera o sistema de acordo com as duas metodologias descritas: utilizando sinal de Eletrocardiografia (ECG) puro ou sinal após extração de características.

O sistema foi explicado sob diferentes ângulos, desde a análise dos componentes básicos como bibliotecas e formato de arquivo utilizados, até uma análise global, envolvendo diagramas de blocos, apresentação de telas do sistema e Modelagem UML.

O próximo capítulo, 4 Resultados Obtidos, pretende explorar o desempenho do sistema, conforme a metodologia de avaliação apresentada neste capítulo, na seção 3.4.8 Módulo de Avaliação de Desempenho das Redes Neurais.

## 4 RESULTADOS OBTIDOS

Conforme foi explicado na subseção 3.4.1 Visão Geral da seção 3.4 Sistema, o reconhecimento de padrões pode ser realizado de três maneiras distintas. A primeira delas utiliza Mapa de Kohonen, as outras duas utilizam redes neurais artificiais multicamadas. As redes multicamadas são treinadas com dois conjuntos de dados diferentes: marcações feitas diretamente no sinal de Eletrocardiografia (ECG), e marcações feitas no sinal resultante do processo de extração de características. Os resultados obtidos com cada tipo de reconhecimento são descritos nas seções 4.1 Resultados com Mapa de Kohonen e 4.2 Resultados com Rede Multicamadas, respectivamente. Este capítulo termina com a seção 4.3 Considerações.

### 4.1 RESULTADOS COM MAPA DE KOHONEN

Os testes realizados utilizando Mapa de Kohonen para reconhecimento de padrões obtiveram os resultados apresentados na tabela 5. De acordo com as marcações provenientes da base de dados, há 1182 ocorrências do complexo QRS no fragmento do sinal analisado. Como visto anteriormente, eventos do tipo complexo QRS se concentraram nas regiões do mapa em que a coordenada  $x$  tem o valor 0 e a coordenada  $y$  varia de 0 a 2. O coeficiente de aprendizado foi configurado com o valor 0.0001.

**Tabela 5: Resultados Obtidos com Mapa de Kohonen**

VP	VN	FP	FN	Sensibilidade	Especificidade	Eficiência	DER
1177	1180	1	5	0,995769882	0,99915326	0,997460855	0,002332815

**Fonte: Autoria Própria**

### 4.2 RESULTADOS COM REDE MULTICAMADAS

A tabela 7 mostra os resultados obtidos com uma rede MLP treinada com eventos marcados diretamente no sinal de ECG. Os dados analisados correspondem aos 14 primeiros minutos do sinal do arquivo 105, o que equivale a 1182 ocorrências do complexo QRS. Na tabela são

apresentados os totais de verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos obtidos pela etapa de reconhecimento de padrões. E também os índices estatísticos sensibilidade, especificidade, eficiência e *Detection Error Rate* (DER) considerando a variação do *threshold*.

**Tabela 6: Resultados com marcações no ECG**

<i>Threshold</i>	VP	VN	FP	FN	Sensibilidade	Especificidade	Eficiência	DER
1	1171	1181	0	11	0,990693739	1	0,9953	0,0042
0,9	1173	1181	0	9	0,992385787	1	0,9961	0,0034
0,8	1175	1181	0	7	0,994077834	1	0,9970	0,0027
0,7	1176	1181	0	6	0,994923858	1	0,9974	0,0023
0,6	1176	1180	1	6	0,994923858	0,99915326	0,9970	0,0027
0,5	1176	1180	1	6	0,994923858	0,99915326	0,9970	0,0027
0,4	1176	1180	1	6	0,994923858	0,99915326	0,9970	0,0027
0,3	1177	1179	2	5	0,995769882	0,99830652	0,9970	0,0027
0,2	1177	1179	3	5	0,995769882	0,99830652	0,9970	0,0027
0,1	1177	1179	3	5	0,995769882	0,99830652	0,9970	0,0027

**Fonte: Autoria Própria**


A curva ROC do processo utilizando eventos marcados diretamente no sinal de ECG é mostrada na figura 38.

A tabela 7 mostra os resultados obtidos com a base de eventos gerada após o processo de extração de características (correlação). Do mesmo modo que a seção anterior, o conjunto de testes considera os primeiros 14 minutos do sinal de ECG do arquivo 105, correspondendo a 1182 ocorrências do complexo QRS. São apresentadas as quantidades de verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos, e os índices estatísticos sensibilidade, especificidade, eficiência e *Detection Error Rate* (DER) obtidos com variação do *threshold*.

**Tabela 7: Tabela de Resultados após correlação**

<i>Threshold</i>	VP	VN	FP	FN	Sensibilidade	Especificidade	Eficiência	DER
1	1143	1095	86	39	0,967005076	0,927180356	0,947101143	0,0486
0,9	1143	1093	88	39	0,967005076	0,925486876	0,946254761	0,0493
0,8	1144	1089	92	38	0,9678511	0,922099915	0,944985188	0,0505
0,7	1144	1089	92	38	0,9678511	0,922099915	0,944985188	0,0505
0,6	1144	1084	97	38	0,9678511	0,922099915	0,942869234	0,0524
0,5	1144	1084	97	38	0,9678511	0,922099915	0,942869234	0,0524
0,4	1145	1083	98	37	0,968697124	0,917019475	0,942869234	0,0524
0,3	1145	1082	99	37	0,968697124	0,916172735	0,942446043	0,0528
0,2	1145	1081	100	37	0,968697124	0,915325995	0,942022852	0,0532
0,1	1145	1081	100	37	0,968697124	0,915325995	0,942022852	0,0532


**Fonte: Autoria Própria**



**Figura 38: Curva ROC dos resultados da rede Perceptron multicamadas**

**Fonte: Autoria própria**

A curva ROC do processo utilizando a base gerada após a extração de características é mostrada na figura 39.



**Figura 39: Curva ROC dos resultados da rede Perceptron multicamadas com correlação**

**Fonte: Autoria própria**

#### 4.3 CONSIDERAÇÕES

Com base nos testes realizados, os três métodos de reconhecimento de padrões implementados podem ser considerados sistemas classificadores. A forma do gráfico da curva ROC da rede multicamadas, com ambas as bases de eventos, caracteriza o sistema como classificador, como foi explicado na subseção 2.8.3 Curva ROC.

O mesmo pode se afirmar por meio da observação dos dados estatísticos. Os valores da sensibilidade variaram entre 0,967005076 (rede multicamadas treinada com extração de características e *threshold* 0,1) e 0,995769882 (Mapa de Kohonen). Já os valores mínimo e máximo da especificidade variaram entre 0,915325995 (rede multicamadas treinada com extração de características e *threshold* 0,1) e 1 (rede multicamadas treinada com eventos marcados diretamente no sinal). E a eficiência apresentou como valor máximo 0,997460855 (Mapa de Kohonen) e valor mínimo 0,942022852 (rede multicamadas treinada com extração de características e *threshold* 0,1).

Os resultados obtidos com a utilização do Mapa de Kohonen superaram em muito qualquer expectativa, dada a facilidade de sua implementação e o fato de realizar aprendizado não supervisionado. Em relação a rede multicamadas, o Mapa de Kohonen mostrou melhor desempenho, ao menos para o fragmento do sinal testado. Nas poucas partes em que o sinal apresentou muito

ruído, a rede multicamadas foi mais eficiente.

Na tabela 8, podem ser observados resultados obtidos a partir da aplicação de diferentes métodos na mesma base de dados utilizada neste trabalho. E possibilita a comparação dos valores observados do índice *Detection Error Rate* (DER) entre eles.

**Tabela 8: Comparação dos métodos utilizados para detecção do QRS oriunda da tabela de (ZHANG; LIAN, 2007) acrescido das quatro últimas linhas com resultados obtidos no trabalho de (SARAIVA, 2012)**

Método	QRS	FP	FN	DER
Algoritmos genéticos	2572	86	5	3,54
Filtro passa banda	2572	67	22	3,46
Wavelet denoising	2572	78	5	3,23
Bancos de filtragem	2139	53	16	3,22
BPF/search-back	2564	53	22	2,95
Filtro adaptativo linear	2572	40	22	2,40
Filtragem otimizada	2572	35	21	2,18
Topological mapping	2572	41	4	1,75
Transformada wavelet	2572	15	12	1,09
Filtro adaptativo e rede neural	2572	10	4	0,5
Morfologia 1M	2572	49	10	2,29
Morfologia 2M	2572	27	9	1,40
Morfologia 3M	2572	19	7	1,01
Morfologia 1M	2690	40	2	1,56
Morfologia 2M	2690	41	2	1,60
Morfologia 3M	2690	40	0	1,49
Morfologia 4M	2690	39	0	1,45

**Fonte: Modificada de (SARAIVA, 2012)**

Cabe destacar, no entanto, que os resultados apresentados na tabela 8 são relativos ao uso do sinal inteiro, em que as marcações da base de dados acusam entre 2572 e 2690 ocorrências do complexo QRS. Enquanto este projeto realizou testes com metade do mesmo sinal, apresentando 1182 ocorrências do complexo QRS.

No entanto, o menor valor do índice *Detection Error Rate* (DER) obtido pelos outros trabalhos foi 0,5 (filtro adaptativo e rede neural). E o presente trabalho teve como valor mínimo do índice DER 0,002332815 (aplicação do Mapa de Kohonen), valor inferior ao obtido por qualquer dos outros trabalhos. O valor máximo do índice DER observado nos testes deste projeto foi 0,053265941 (rede multicamadas com extração de características e *threshold* 0,1).

## 5 GESTÃO DO PROJETO

Inicialmente, este projeto pretendia utilizar uma base de dados de exames de Eletroencefalografia (EEG), obtida em um Hospital, mediante autorização do Comitê de Ética da Instituição. A metodologia de testes seria realizada por um médico neurologista, que avaliaria os resultados do sistema, classificando-os como verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo ou falso negativo.

Contudo, dada a limitação de tempo para a conclusão deste trabalho, e a escassez de bases de dados de EEG públicas adequadas (o que dispenderia menor tempo, por não necessitar de autorização do Comitê de Ética), a equipe alterou o escopo do projeto, passando a utilizar uma base de dados pública de Eletrocardiografia (ECG).

Esta mudança trouxe alguns benefícios, dentre eles a possibilidade de a própria equipe realizar os testes, uma vez que a base de dados já possui marcações dos eventos, bastando apenas compará-las aos eventos identificados pelo sistema.

Este capítulo apresenta as seções 5.1 Recursos de Hardware, 5.2 Recursos de Software, 5.3 Análise de Riscos, 5.4 Cronogramas e 5.5 Horas de Trabalho.

### 5.1 RECURSOS DE HARDWARE

Os recursos de *Hardware* correspondem às duas máquinas utilizadas pelos membros da equipe durante o desenvolvimento do projeto: *Macbook Pro* 13 polegadas, início de 2011, com processador Intel Core i7 de 2.7 GHz, memória de 16 GB e HD com 1TB e um *notebook* Dell Inspiron 14R-3440 com processador Intel Core i5, memória RAM de 6GB e HD com 1TB.

### 5.2 RECURSOS DE SOFTWARE

Os recursos de *Software* utilizados neste projeto correspondem ao seguintes itens:

- *Visual Studio* 2012;



- Plataforma *Microsoft .NET* versão 4.5;
- Biblioteca *NeuroLoopGain*;
- Biblioteca *BrainNet Library*.

Para obter gratuitamente a licença do ambiente de desenvolvimento *Visual Studio*, a equipe se associou ao programa DreamSpark, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Os demais recursos utilizados são gratuitos.

### 5.3 ANÁLISE DE RISCOS

No início do projeto, durante a disciplina e Trabalho de Conclusão de Curso 1, a equipe elaborou uma análise de riscos, de modo a avaliar qualquer risco que pudesse vir a ocorrer. O impacto e a probabilidade de cada risco foram classificados como: baixo (1), médio/baixo (2), médio (3), médio/alto (4) ou alto (5). A tabela 9 mostra o impacto, probabilidade, e a ocorrência de cada risco.

**Tabela 9: Análise de Riscos**

Risco	Impacto	Probabilidade	Ocorreu
Desistência ou incapacitação de um dos membros da equipe	alto (5)	média/baixa (2)	Não
Falha de comunicação e integração entre a equipe	médio/alto (4)	média (3)	Não
Escolha da técnica inadequada de reconhecimento de padrão para sinais	alto (5)	média (3)	Não
Utilização de tecnologias não eficientes para o propósito esperado	médio/baixo (2)	baixa (1)	Não
Modificação no escopo do projeto	médio (3)	média/baixa (2)	Sim
Análise do sistema realizada de modo inadequado	médio/alto (4)	média/baixa (2)	Não
Resultado final com baixo desempenho	alto (5)	média/baixa (2)	Não
Tempo de processamento muito elevado para a etapa de reconhecimento de padrões dos sinais	médio (3)	baixa (1)	Não

**Fonte: Autoria Própria**

Dentre todos os riscos avaliados e contingenciados, apenas um de fato ocorreu: a modificação no escopo do projeto. O escopo do projeto precisou ser modificado, adaptando o sistema a uma base de dados de sinais de Eletrocardiografia (ECG), no lugar da base de sinais eletroencefalográficos inicialmente planejada.

## 5.4 CRONOGRAMA

A figura 40 mostra o cronograma planejado pela equipe na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 1. Como se pode perceber houve um atraso de quase um ano na conclusão pretendida do projeto.




Figura 40: Cronograma Planejado em Trabalho de Conclusão de Curso 1

Fonte: Autoria própria

## 5.5 HORAS DE TRABALHO


A tabela 10 mostra de modo resumido as tarefas envolvidas no projeto, e as respectivas quantidades de horas planejadas e efetivamente executadas.

**Tabela 10: Tabela com a lista de tarefas e horas de trabalho**

Tarefas	Horas planejadas	Horas executadas
Plano de Projeto	90	100
Pesquisa da base de dados	0	30
Estudo da base de dados	0	10
Ajustes na base de dados	0	10
Estudo de tecnologias	20	30
Módulo de visualização do sinal	40	45
Módulo de marcação de eventos	50	100
Módulo de extração de características	50	20
Módulo de reconhecimento de padrões	50	100
Módulo de avaliação	50	40
Testes	30	50
Elaboração do relatório	50	70
Reuniões	30	60
Total	460	655

**Fonte: Autoria Própria**

A figura 41 mostra o comparativo entre as horas esperadas e as horas realmente dedicadas ao projeto.



**Figura 41: Quantidade de Horas Trabalhadas**

**Fonte: Autoria própria**

## 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os objetivos inicialmente definidos foram alcançados plenamente. O projeto concluiu o desenvolvimento de um sistema computacional, capaz visualizar sinais de ECG armazenados em arquivos digitais, apresentando ainda as funcionalidades de marcar e salvar eventos do sinal, e reconhecer padrões. Além disso, foi implementada uma técnica a mais do que inicialmente planejado. Ao todo, o sistema apresenta três técnicas diferentes para o reconhecimento de padrões: mapa de Kohonen, rede multicamadas treinada com eventos marcados diretamente no sinal e rede multicamadas treinada com eventos obtidos após a extração de características por meio da correlação.

Cada uma das técnicas de reconhecimento de padrões implementada foi testada com o mesmo arquivo de sinal. A rede neural mapa de Kohonen apresentou os valores 0,995769882, 0,99915326 e 0,997460855 para sensibilidade, especificidade e eficiência.

A rede neural Perceptron multicamadas foi testada com o *threshold* (limiar de decisão) variando de 0,1 a 1, e os valores máximos alcançados para sensibilidade, especificidade e eficiência foram 0,995769882, 1 e 0,9970. Os valores mínimos de sensibilidade, especificidade e eficiência foram 0,990693739, 0,99830652 e 0,9953. Nos testes com a rede Perceptron multicamadas com extração de características, a sensibilidade variou de 0,967005076 (valor mínimo) a 0,968697124 (valor máximo). A especificidade variou de 0,915325995 a 0,927180356, e a eficiência de 0,942022852 a 0,947101143.

Todas as técnicas apresentaram valores acima de 0,91 para os índices estatísticos de eficiência, especificidade e sensibilidade. Os valores mínimos da sensibilidade e da especificidade, considerando todas as técnicas, foram 0,967005076 (rede multicamadas treinada com extração de características e *threshold* 0,1) e 0,915325995 (rede multicamadas treinada com extração de características e *threshold* 0,1), respectivamente. A eficiência apresentou o valor mínimo 0,942022852 (rede multicamadas treinada com extração de características e *threshold* 0,1).

Em relação a utilização da base de dados obtida com extração de características, esperava-se que os testes apresentassem melhores resultados. Todavia, o Mapa de Kohonen mostrou-se

extremamente eficiente como sistema classificador.

O desenvolvimento deste trabalho dispendeu 655 horas, que foram dedicadas tanto ao estudo da fundamentação teórica, quanto ao desenvolvimento do projeto propriamente dito. A principal dificuldade encontrada foi devido à necessidade de modificação do escopo do projeto. Em virtude do prazo para a conclusão do sistema, a equipe e o professor orientador decidiram trocar a base de sinais eletroencefalográficos a ser utilizada inicialmente por uma base de sinais eletrocardiográficos, pelo fato de ser pública e possuir marcações dos eventos que se pretendia detectar.

Esta questão relativa à adoção de uma nova base de dados e adequação do sistema atrasou o desenvolvimento do projeto em torno de três meses. Contudo, após a tomada de decisão que levou a esta reestruturação, os módulos de reconhecimento de padrões e de avaliação do sistema, a etapa de testes e o relatório puderam ser concluídos durante os meses de julho, agosto e setembro de 2013.

Como trabalhos futuros, propõe-se o uso de outras bases de dados contendo outros tipos de sinal, como sinais de Eletroencefalografia (EEG), por exemplo. Seria interessante observar o comportamento dos métodos de reconhecimento implementados atuando sobre outros tipos de dados, com formas de onda menos definidas.

## REFERÊNCIAS

ANGHINAH, R. et al. Artefatos bioógicos no EEG quantitativo. **Arquivos de Neuro – Psiquiatria**, 2006.

BLOCH, S. **Excel para engenheiros e cientistas**. [S.l.]: Livros Técnicos e Científicos, 2004.

BROWN, C. D.; DAVIS, H. T. Receiver operating characteristics curves and related decision measures: A tutorial. **Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems**, v. 80, n. 1, p. 24 – 38, 2006. ISSN 0169-7439. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169743905000766>>.

CONEP. **Perguntas e Respostas Frequentes**. 2011. Disponível em: <[http://conselho.saude.gov.br/Web\\_comissoes/conep/index.html](http://conselho.saude.gov.br/Web_comissoes/conep/index.html)>. Acesso em: 25 de agosto de 2013.

FAWCETT, T. **An introduction to ROC analysis**. New York, NY, USA: Elsevier Science Inc., jun. 2006. 861–874 p. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.patrec.2005.10.010>>.

GACEK, A.; PREDYCZ, W. **ECG Signal Processing, Classification and Interpretation: A Comprehensive Framework of Computational Intelligence**. [S.l.]: Springer, 2011.

GOLDBERGER, A. L. et al. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals. **Circulation**, v. 101, n. 23, p. e215–e220, 2000. Circulation Electronic Pages: <http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/101/23/e215> PMID:1085218; doi: 10.1161/01.CIR.101.23.e215.

GUTHIKONDA, S. M. **Kohonen Self Organizing Maps**. 2005. Disponível em: <[http://shy.am/writings/Kohonen\\_SOMs.pdf](http://shy.am/writings/Kohonen_SOMs.pdf)>. Acesso em: 18 de setembro de 2013.

HAYKIN, S. **Neural Networks: A Comprehensive Foundation**. 2nd. ed. [S.l.]: Pearson Prentice Hall, 2011. 823 p.

KEMP, B.; OLIVAN, J. European data format 'plus' (edf+), an {EDF} alike standard format for the exchange of physiological data. **Clinical Neurophysiology**, v. 114, n. 9, p. 1755 – 1761, 2003.

MADHUDSUDANAN, A. **Neural Networks**. 2006. Disponível em: <<http://www.amazedsaint.com/2008/01/neural-networks-part-iii-nxml-xml-based.html>>. Acesso em: 09 de setembro de 2013.

MALMIVUO, J.; PLONSEY, R. **Bioelectromagnetism - Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields**. New York: Oxford University Press, 1995. Disponível em: <<http://www.bem.fi/book/>>.

MASSAD, E.; ORTEGA, N.; SILVEIRA, P. **Métodos quantitativos em medicina**. [S.l.: s.n.], 2004.

MOODY, G.; MARK, R. **The MIT-BIH Arrhythmia Database on CD-ROM and software for use with it**. 1990. 185-188 p.

NEUROLOOPGAIN. **NeuroLoopGain**. 2012. Disponível em: <<http://code.google.com/p/neuroloopgain/>>. Acesso em: 09 de setembro de 2013.

PROJECT, C. **The Code Project Open License (CPOL) 1.02**. 2008. Disponível em: <<http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx>>. Acesso em: 09 de setembro de 2013.

SARAIVA, A. A. **Detecção do Complexo QRS através de Morfologia Matemática Multi-escalar**. Dissertação (Mestrado) — Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica – UTFPR, 2012.

SMITH, S. W. **The scientist and engineer's guide to digital signal processing**. San Diego, CA, USA: California Technical Publishing, 1997. ISBN 0-9660176-3-3.

SOVIERZOSKI, M. **Avaliação de Descritores Morfológicos na Identificação de Eventos Epileptiformes**. Tese (Doutorado) — Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica – UFSC, 2009.

The Apache Software Foundation. **Apache License, Version 2.0**. 2004. Disponível em: <<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>>. Acesso em: 09 de setembro de 2013.

ZHANG, F.; LIAN, Y. Electrocardiogram qrs detection using multiscale filtering based on mathematical morphology. In: **Engineering in Medicine and Biology Society, 2007. EMBS 2007. 29th Annual International Conference of the IEEE**. [S.l.: s.n.], 2007. p. 3196–3199. ISSN 1557-170X.