



# 校准证书

CERTIFICATE OF CALIBRATION

证书编号: 校LX-2026051564

Certificate No.



26AX004580001

委托方 呼和浩特宏钰医院有限责任公司  
Client  
地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区赛马场北路城市维也纳小区15号楼  
Address  
样品名称 离心机  
Name of Sample  
制造厂/商 盐城市凯特实验仪器有限公司  
Manufacturer  
型号/规格 TD5Z  
Type/Specification  
出厂编号 184060  
Ex-Factory No.  
管理/资产编号 /  
MGT NO./Asset NO.

签发人员 苗浩攀 签发日期 2026 年 05 月 27 日  
Issued by Issue Date Year Month Day  
审核人员 司春雨  
Checked by  
校准人员 穆昊天  
Calibrated by



防伪码



校准日期 2026 年 05 月 26 日  
Calibration Date Year Month Day  
样品接收日期 2026 年 05 月 26 日  
Received Date Year Month Day





依据的技术文件:

Reference Documents

JJF(蒙)039-2019 实验室用离心机校准规范

主要标准器具:

Main Standards Equipment

| 名称<br>Name | 编号<br>No.   | 测量范围<br>Measuring range | 不确定度或准确度等级或最大<br>允许误差<br>Uncertainty/accuracy<br>class/maximum permissible<br>error | 溯源机构名称及证书编<br>号<br>Traceability Institution<br>and Certificate No. | 有效期至<br>Valid Date To |
|------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 转速表        | N1135835    | (0 ~ 20000)r/min        | 0.5级                                                                                | 中国测试技术研究院<br>检定字第<br>202601100363号                                 | 2027-01-05            |
| 声级计        | 391116      | 40dBA ~ 130dBA          | $\pm 1.0\text{dB}$                                                                  | 中国测试技术研究院<br>检定字第<br>202510101096号                                 | 2026-10-15            |
| 电子秒表       | T22778-2008 | (0 ~ 3600) s            | $U = (0.01 \sim 0.02) \text{ s}, k=2$                                               | 华准计量检测股份有限<br>公司<br>校DX-2026040022                                 | 2027-04-22            |

校准环境条件:

Environmental Conditions In The Calibration

地点: 委托方现场

Location

环境温度: (22.5~23.2) °C

Ambient Temperature

相对湿度: (29~34) %

Relative Humidity

其它: /

Others

其它说明:

Remarks

- 注: 1.本证书编号具有唯一性, 后缀带有“G1”的证书为替换证书, 自发出后原证书即刻作废。  
2.本单位仅对加盖“华准计量检测股份有限公司检测校准专用章”的完整证书负责。  
3.本证书仅对本次校准样品有效。  
4.本证书无校准、审核、签发人员签字无效, 证书涂改、缺页无效。  
5.本次校准使用标准器具均可溯源至中国国家计量基准或社会公用计量标准。

## 校准数据/结果

Data/Results Of Calibration

1. 外观检查: 正常

2. 噪声、升/降速:

| 校准项目                | 升速时间/s           | 降速时间/s           | 噪声/dB             |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 校准结果                | 19.3             | 22.5             | 61.2              |
| 扩展不确定度<br>( $k=2$ ) | $U=0.5\text{ s}$ | $U=0.5\text{ s}$ | $U=1.8\text{ dB}$ |

3. 转速示值校准:

| 标称值 (r/min) | 实际值 (r/min) | 示值误差   | 重复性   | 扩展不确定度<br>( $k=2$ )     |
|-------------|-------------|--------|-------|-------------------------|
| 1000        | 1002.0      | -0.20% | /     | $U_{\text{rel}}=0.30\%$ |
| 2000        | 2004.3      | -0.21% | /     |                         |
| 3000        | 3010.3      | -0.34% | /     |                         |
| 4000        | 4014.0      | -0.35% | 0.08% |                         |

备注: 1、不确定度依据JJF 1059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》评定。

2、以上校准结果符合JJF (蒙) 039-2019 《实验室用离心机校准规范》中计量性能的要求。

3、建议复校时间间隔为12个月。

本栏以下空白