

Lista Strumenti Campione Secondari assegnati al cantiere ISAB SUD

STATO CERTIFICATI

● Attivi: 25

● In Scadenza: 2

● Scaduti: 4

● Senza Scadenza *: 0

● Guasti: 0

UBICAZIONE

🏢 UFFICIO STRU: 24

🏢 UFFICIO CAPO CANTIERE: 0

🔧 OFFICINA STRU: 2

🏠 SEDE: 2

👤 ASSEGNATO AL TECNICO: 3

✖ ASSENTE: 0

Prossime tarature:

• Entro 30gg: 2

• 31-60gg: 0

• 61-90gg: 0

• Oltre 90gg: 25

Totale Strumenti

31

⚠ Picco prossime tarature:

30/03 - 04/04/2027 (5 tarature)

ID-COEMI	Certificato	Modello / Tipo	Costruttore	Matricola	Range Strumento	Err %	Emissione	Scadenza	Stato	Ubicazione	Annotazioni
CAT01367	049-26	MANOMETRO DIGITALE	AEP Trasducer	700742	0 ÷ 100 Bar	0,2%	04/05/2026	04/05/2027	☑ Attivo (336gg rim.)	UFFICIO STRU	
» 098-25							16/04/2025	16/04/2026	STORICO		
CAT01527	060-26	MANOMETRO DIGITALE	WIKA	2331023	0 ÷ 60 bar	0,25%	07/05/2026	07/05/2027	☑ Attivo (339gg rim.)	UFFICIO STRU	
» 103-21							10/08/2021	10/08/2022	STORICO		
CAT01563	058-26	MANOMETRO DIGITALE	WIKA	2331023	15 PSI		14/04/2026	14/04/2027	☑ Attivo (316gg rim.)	UFFICIO STRU	
»							NaT	NaT	STORICO		
CAT01647	051-26	MANOMETRO DIGITALE	AEP Trasducer	916886	0 ÷ 100 Bar	0,2%	04/05/2026	04/05/2027	☑ Attivo (336gg rim.)	UFFICIO STRU	
» 099-25							16/04/2025	16/04/2026	STORICO		
CAT01674	080-16	CALIBRATORE MULTIFUNZIONE PASCAL ET/IS	SCANDURA	5540	vari		21/05/2016	21/05/2017	✖ Scaduto (3299gg fa)	SEDE	
»							NaT	NaT	STORICO		
CAT01902	050-26	MANOMETRO DIGITALE	CONTROL PROCES	160123-9	0 ÷ 300 Bar	0,2%	04/05/2026	04/05/2027	☑ Attivo (336gg rim.)	UFFICIO STRU	
» 157-24							23/05/2024	23/05/2025	STORICO		
» 065-23							10/05/2023	10/05/2024	STORICO		
» 111-22							09/05/2022	09/05/2023	STORICO		

Lista Strumenti Campione Secondari assegnati al cantiere ISAB SUD

STATO CERTIFICATI

● Attivi: 25

● In Scadenza: 2

● Scaduti: 4

● Senza Scadenza *: 0

● Guasti: 0

UBICAZIONE

UFFICIO STRU: 24

UFFICIO CAPO CANTIERE: 0

OFFICINA STRU: 2

SEDE: 2

ASSEGNATO AL TECNICO: 3

ASSENTE: 0

Prossime tarature:

Entro 30gg: 2

31-60gg: 0

61-90gg: 0

Oltre 90gg: 25

Totale Strumenti

31

⚠ Picco prossime tarature:

30/03 - 04/04/2027 (5 tarature)

ID-COEMI	Certificato	Modello / Tipo	Costruttore	Matricola	Range Strumento	Err %	Emissione	Scadenza	Stato	Ubicazione	Annotazioni
CAT01905	022-26	MANOMETRO DIGITALE	CONTROL PROCES	160123-6	0 ÷ 30 Bar	0,2%	30/03/2026	30/03/2027	☑ Attivo (301gg rim.)	UFFICIO STRU	
	» 152-24						21/05/2024	21/05/2025	STORICO		
	» 058-23						12/05/2023	12/05/2024	STORICO		
	» 104-22						09/05/2022	09/05/2023	STORICO		
CAT01906	010-26	MANOMETRO DIGITALE	CONTROL PROCES	160123-7	0 ÷ 30 Bar	0,2%	11/02/2026	11/02/2027	☑ Attivo (254gg rim.)	OFFICINA STRU	TEST PENUM. 3-15 PSI
	» 150-24						21/05/2024	21/05/2025	STORICO		
	» 060-23						12/05/2023	12/05/2024	STORICO		
	» 106-22						09/05/2022	09/05/2023	STORICO		
CAT01944	080-16	MODULO DI PRESSIONE ESTERNO PSP-1/IS	WIKA	6925	0 ÷ 200 Bar		21/05/2016	21/05/2017	✗ Scaduto (3299gg fa)	SEDE	
	»						NaT	NaT	STORICO		
CAT03500	009-26	MANOMETRO DIGITALE	FLUKE	5030195	0 ÷ 20 Bar	0,05%	11/02/2026	11/02/2027	☑ Attivo (254gg rim.)	UFFICIO STRU	
	» 177-24						02/08/2024	02/08/2025	STORICO		
	» 102-23						03/08/2023	03/08/2024	STORICO		

Lista Strumenti Campione Secondari assegnati al cantiere ISAB SUD

STATO CERTIFICATI

● Attivi: 25

● In Scadenza: 2

● Scaduti: 4

● Senza Scadenza *: 0

● Guasti: 0

UBICAZIONE

UFFICIO STRU: 24

UFFICIO CAPO CANTIERE: 0

OFFICINA STRU: 2

SEDE: 2

ASSEGNATO AL TECNICO: 3

ASSENTE: 0

Prossime tarature:

Entro 30gg: 2

31-60gg: 0

61-90gg: 0

Oltre 90gg: 25

Totale Strumenti

31

⚠ Picco prossime tarature:

30/03 - 04/04/2027 (5 tarature)

ID-COEMI	Certificato	Modello / Tipo	Costruttore	Matricola	Range Strumento	Err %	Emissione	Scadenza	Stato	Ubicazione	Annotazioni
CAT03501	008-26	MANOMETRO DIGITALE	FLUKE	5030184	0 ÷ 20 Bar	0,05%	11/02/2026	11/02/2027	☒ Attivo (254gg rim.)	UFFICIO STRU	
	» 178-24						02/08/2024	02/08/2025	STORICO		
	» 103-23						03/08/2023	03/08/2024	STORICO		
CAT03502	062-26	MANOMETRO DIGITALE	FLUKE	4877344	0 ÷ 140 Bar	0,05%	13/05/2026	13/05/2027	☒ Attivo (345gg rim.)	UFFICIO STRU	
	» 130-25						07/05/2025	07/05/2026	STORICO		
	» 123-24						03/05/2024	03/05/2025	STORICO		
	» 032-23						14/04/2023	14/04/2024	STORICO		
	» 024-22						15/03/2022	15/03/2023	STORICO		
CAT03503	061-26	MANOMETRO DIGITALE	FLUKE	4877347	0 ÷ 140 Bar	0,05%	13/05/2026	13/05/2027	☒ Attivo (345gg rim.)	OFFICINA STRU	
	» 131-25						07/05/2025	07/05/2026	STORICO		
	» 122-24						03/05/2024	03/05/2025	STORICO		
	» 031-23						14/04/2023	14/04/2024	STORICO		
	» 025-22						15/03/2022	15/03/2023	STORICO		
CAT03950	024-26	CALIBR. TEMPERATURA	FLUKE	5821414	-4000 ÷ +20000 mV	0,02%	30/03/2026	30/03/2027	☒ Attivo (301gg rim.)	UFFICIO STRU	
	» 162-24						07/06/2024	07/06/2025	STORICO		
	» 089-23						07/06/2023	07/06/2024	STORICO		

Lista Strumenti Campione Secondari assegnati al cantiere ISAB SUD

STATO CERTIFICATI

● Attivi: 25

● In Scadenza: 2

● Scaduti: 4

● Senza Scadenza *: 0

● Guasti: 0

UBICAZIONE

🏢 UFFICIO STRU: 24

📅 UFFICIO CAPO CANTIERE: 0

🔧 OFFICINA STRU: 2

🏠 SEDE: 2

👤 ASSEGNATO AL TECNICO: 3

✖ ASSENTE: 0

Prossime tarature:

• Entro 30gg: 2

• 31-60gg: 0

• 61-90gg: 0

• Oltre 90gg: 25

Totale Strumenti

31

⚠ Picco prossime tarature:

30/03 - 04/04/2027 (5 tarature)

ID-COEMI	Certificato	Modello / Tipo	Costruttore	Matricola	Range Strumento	Err %	Emissione	Scadenza	Stato	Ubicazione	Annotazioni
CAT03951	161-25	CALIBR. TEMPERATURA	FLUKE	5821417	-4000 ÷ +20000 mV	0,02%	13/06/2025	13/06/2026	In scadenza 11 giorni rimanenti	UFFICIO STRU	
	» 161-24						07/06/2024	07/06/2025	STORICO		
	» 088-23						07/06/2023	07/06/2024	STORICO		
CAT04119	011-26	MANOMETRO DIGITALE	WIKA	1A00G6NNYJ6	0 ÷ 400 Bar	0,1%	11/02/2026	11/02/2027	☒ Attivo (254gg rim.)	UFFICIO STRU	
	» 158-24						23/05/2024	23/05/2025	STORICO		
	» 066-23						10/05/2023	10/05/2024	STORICO		
	» 112-22						09/05/2022	09/05/2023	STORICO		
CAT04120	064-26	MANOMETRO DIGITALE	WIKA	1A00G6KKH2I	-1 ÷ 3 Bar	0,05%	13/05/2026	13/05/2027	☒ Attivo (345gg rim.)	UFFICIO STRU	
	» 109-25						06/05/2025	06/05/2026	STORICO		
	» 115-24						03/05/2024	03/05/2025	STORICO		
	» 035-23						17/04/2023	17/04/2024	STORICO		
	» 047-22						14/04/2022	14/04/2023	STORICO		

Lista Strumenti Campione Secondari assegnati al cantiere ISAB SUD

STATO CERTIFICATI

● Attivi: 25

● In Scadenza: 2

● Scaduti: 4

● Senza Scadenza *: 0

● Guasti: 0

UBICAZIONE

🏢 UFFICIO STRU: 24

📄 UFFICIO CAPO CANTIERE: 0

🔧 OFFICINA STRU: 2

🏠 SEDE: 2

👤 ASSEGNATO AL TECNICO: 3

✖ ASSENTE: 0

Prossime tarature:

• Entro 30gg: 2

• 31-60gg: 0

• 61-90gg: 0

• Oltre 90gg: 25

Totale Strumenti

31

⚠ Picco prossime tarature:

30/03 - 04/04/2027 (5 tarature)

ID-COEMI	Certificato	Modello / Tipo	Costruttore	Matricola	Range Strumento	Err %	Emissione	Scadenza	Stato	Ubicazione	Annotazioni
CAT04123	065-26	MANOMETRO DIGITALE	WIKA	1A00G6NEDIC	0 ÷ 6 Bar	0,05%	13/05/2026	13/05/2027	☑ Attivo (345gg rim.)	UFFICIO STRU	
	» 112-25						06/05/2025	06/05/2026	STORICO		
	» 119-24						03/05/2024	03/05/2025	STORICO		
	» 037-23						17/04/2023	17/04/2024	STORICO		
	» 049-22						14/04/2022	14/04/2023	STORICO		
CAT04129	063-26	TERMOCOPPIA CAMPIONE	CTC TERMOFAS	K-CTC-TERMOFAS	-270 ÷ +1370 °C	0,5%	13/05/2026	13/05/2027	☑ Attivo (345gg rim.)	UFFICIO STRU	
	» 134-25						08/05/2025	08/05/2026	STORICO		
	» 144-24						05/05/2024	05/05/2025	STORICO		
	» 050-23						04/05/2023	04/05/2024	STORICO		
	» 053-22						28/04/2022	28/04/2023	STORICO		
CAT04130	067-26	TERMOCOPPIA CAMPIONE	CTC TERMOFAS	J-CTC-TERMOFAS	-210 ÷ +1200 °C	0,5%	14/04/2026	14/04/2027	☑ Attivo (316gg rim.)	UFFICIO STRU	
	» 133-25						20/05/2025	20/05/2026	STORICO		
	» 142-24						17/05/2024	17/05/2025	STORICO		
	» 047-23						04/05/2023	04/05/2024	STORICO		
	» 053-22						28/04/2022	28/04/2023	STORICO		

Lista Strumenti Campione Secondari assegnati al cantiere ISAB SUD

STATO CERTIFICATI

● Attivi: 25

● In Scadenza: 2

● Scaduti: 4

● Senza Scadenza *: 0

● Guasti: 0

UBICAZIONE

🏢 UFFICIO STRU: 24

📄 UFFICIO CAPO CANTIERE: 0

🔧 OFFICINA STRU: 2

🏠 SEDE: 2

👤 ASSEGNATO AL TECNICO: 3

✖ ASSENTE: 0

Prossime tarature:

• Entro 30gg: 2

• 31-60gg: 0

• 61-90gg: 0

• Oltre 90gg: 25

Totale Strumenti

31

⚠ Picco prossime tarature:

30/03 - 04/04/2027 (5 tarature)

ID-COEMI	Certificato	Modello / Tipo	Costruttore	Matricola	Range Strumento	Err %	Emissione	Scadenza	Stato	Ubicazione	Annotazioni
CAT04131	068-26	TERMOCOPPIA CAMPIONE	CTC TERMOFAS	T-CTC-TERMOFAS	-270 ÷ +400 °C	0,5%			☒ Attivo (316gg rim.)	UFFICIO STRU	
CAT09190	025-26	MULTIMETRO DIGITALE	FLUKE	62820823WS	vari	varie			☒ Attivo (301gg rim.)	ASSEGNATO AL TECNICO	GUARINO RICCARDO
CAT09191	026-26	MULTIMETRO DIGITALE	FLUKE	62820779WS	vari	varie			☒ Attivo (301gg rim.)	ASSEGNATO AL TECNICO	TARASCIO BENITO
CAT09194	052-26	CALIBRATORE DI LOOP	FLUKE	6283041	vari	± (0,015% RDG + 2 DGT)			☒ Attivo (317gg rim.)	ASSEGNATO AL TECNICO	MILLO FRANCESCO

Lista Strumenti Campione Secondari assegnati al cantiere ISAB SUD

STATO CERTIFICATI

● Attivi: 25

● In Scadenza: 2

● Scaduti: 4

● Senza Scadenza *: 0

● Guasti: 0

UBICAZIONE

🏢 UFFICIO STRU: 24

📄 UFFICIO CAPO CANTIERE: 0

🔧 OFFICINA STRU: 2

🏠 SEDE: 2

👤 ASSEGNATO AL TECNICO: 3

✖ ASSENTE: 0

Prossime tarature:

• Entro 30gg: 2

• 31-60gg: 0

• 61-90gg: 0

• Oltre 90gg: 25

Totale Strumenti

31

⚠ Picco prossime tarature:

30/03 - 04/04/2027 (5 tarature)

ID-COEMI	Certificato	Modello / Tipo	Costruttore	Matricola	Range Strumento	Err %	Emissione	Scadenza	Stato	Ubicazione	Annotazioni
CAT09195	023-26	CALIBRATORE DI LOOP	FLUKE	6367032	4 ÷ 20 mA	0,07%	30/03/2026	30/03/2027	☑ Attivo (301gg rim.)	UFFICIO STRU	
	» 045-25						13/02/2025	13/02/2026	STORICO		
	» LAT 042 00853/24						02/02/2024	02/02/2025	STORICO		
CAT09250	047-26	MANOMETRO DIGITALE	WIKA	1A03124901I	0 ÷ 10 Bar	0,1%	18/02/2026	18/02/2027	☑ Attivo (261gg rim.)	UFFICIO STRU	
	» 100-25						30/04/2025	30/04/2026	STORICO		
	» 088-24						21/03/2024	21/03/2025	STORICO		
CAT09251	048-26	MANOMETRO DIGITALE	WIKA	1A031247L1D	0 ÷ 10 Bar	0,1%	18/02/2026	18/02/2027	☑ Attivo (261gg rim.)	UFFICIO STRU	
	» 101-25						17/04/2025	17/04/2026	STORICO		
	» 089-24						21/03/2024	21/03/2025	STORICO		
CAT09252	046-26	MANOMETRO DIGITALE	WIKA	1A031248U1N	0 ÷ 10 Bar	0,1%	18/02/2026	18/02/2027	☑ Attivo (261gg rim.)	UFFICIO STRU	
	» 102-25						17/04/2025	17/04/2026	STORICO		
	» 090-24						21/03/2024	21/03/2025	STORICO		
CAT09380	171-25	CALIBRATORE DI LOOP	WIKA	3053150	4 ÷ 20 mA	0,07%	17/06/2025	17/06/2026	In scadenza 15 giorni rimanenti	UFFICIO STRU	
CAT09381	159-25	CALIBRATORE DI LOOP	WIKA	3407130	4 ÷ 20 mA	0,07%	30/05/2025	30/05/2026	GUASTO	UFFICIO STRU	⚠ GUASTO: Data: 29/05/2026 Tipo: Danno fisico Note: Caduta accidentale da una colonna presso l'impianto ISAB Sud. Strumento gravemente danneggiato e del tutto irrecuperabile. Foto documentali inviate via email al laboratorio strumenti.

Lista Strumenti Campione Secondari assegnati al cantiere ISAB SUD

STATO CERTIFICATI

- Attivi: 25
- In Scadenza: 2
- Scaduti: 4
- Senza Scadenza *: 0
- Guasti: 0

UBICAZIONE

- UFFICIO STRU: 24
- UFFICIO CAPO CANTIERE: 0
- OFFICINA STRU: 2
- SEDE: 2
- ASSEGNATO AL TECNICO: 3
- ASSENTE: 0

Prossime tarature:

- Entro 30gg: 2
- 31-60gg: 0
- 61-90gg: 0
- Oltre 90gg: 25

Totale Strumenti

31

Picco prossime tarature:
30/03 - 04/04/2027 (5 tarature)

ID-COEMI	Certificato	Modello / Tipo	Costruttore	Matricola	Range Strumento	Err %	Emissione	Scadenza	Stato	Ubicazione	Annotazioni
CAT09382	160-25	CALIBRATORE DI LOOP	WIKA	3407131	4 ÷ 20 mA	0,07%	30/05/2025	30/05/2026	X Scaduto (3gg fa)	UFFICIO STRU	