

Lista Strumenti Campione Secondari assegnati al cantiere ISAB SUD

CERTIFICATI

● Attivi: 13

● In Scadenza: 22

● Scaduti: 17

● Senza Scadenza: 3

● Guasti: 0

UBICAZIONE

🏢 Ufficio STRU: 21

📅 Ufficio Capo Cantiere: 0

🔧 Officina: 2

👤 Assegnati ai Tecnici: 3

✖ Assenti: 29

Totale Strumenti
55

ID-COEMI	Certificato	Modello / Tipo	Costruttore	Matricola	Range Strumento	Err %	Emissione	Scadenza	Stato	Ubicazione	Annotazioni
CAT01367	098-25	MANOMETRO DIGITALE	AEP Trasducer	700742	0 ÷ 100 Bar	0,2%	16/04/2025	16/04/2026	Scaduto da 9 giorni	UFFICIO STRU	
CAT01527	103-21	MANOMETRO DIGITALE	WIKA		0 ÷ 60 bar	0,25%	10/08/2021	10/08/2022	Scaduto da 1354 giorni	UFFICIO STRU	
CAT01563		MANOMETRO DIGITALE	WIKA	2331023	15 PSI				N/D	UFFICIO STRU	
CAT01647	099-25	MANOMETRO DIGITALE	AEP Trasducer	916886	0 ÷ 100 Bar	0,2%	16/04/2025	16/04/2026	Scaduto da 9 giorni	UFFICIO STRU	
CAT01674		CALIBRATORE MULTIFUNZIONE PASCAL ET/IS	SCANDURA	5540	vari				N/D	ASSENTE	
CAT01846	106-25	MULTIMETRO DIGITALE	FLUKE	32950260	vari	varie	30/04/2025	30/04/2026	In scadenza 5 giorni rimanenti	ASSENTE	
	» 113-24						26/04/2024	26/04/2025	STORICO		
	» 041-23						21/04/2023	21/04/2024	STORICO		
	» 113-22						21/04/2022	21/04/2023	STORICO		
CAT01847	107-25	MULTIMETRO DIGITALE	FLUKE	32960081	vari	varie	30/04/2025	30/04/2026	In scadenza 5 giorni rimanenti	ASSENTE	
	» 112-24						26/04/2024	26/04/2025	STORICO		
	» 042-23						21/04/2023	21/04/2024	STORICO		
	» 114-22						21/04/2022	21/04/2023	STORICO		

Lista Strumenti Campione Secondari assegnati al cantiere ISAB SUD

CERTIFICATI

- Attivi: 13
- In Scadenza: 22
- Scaduti: 17
- Senza Scadenza: 3
- Guasti: 0

UBICAZIONE

- 🏢 Ufficio STRU: 21
- 📅 Ufficio Capo Cantiere: 0
- 🔧 Officina: 2
- 👤 Assegnati ai Tecnici: 3
- ✖ Assenti: 29

Totale Strumenti
55

ID-COEMI	Certificato	Modello / Tipo	Costruttore	Matricola	Range Strumento	Err %	Emissione	Scadenza	Stato	Ubicazione	Annotazioni
CAT01848	108-25	MULTIMETRO DIGITALE	FLUKE	32950307	vari	varie	30/04/2025	30/04/2026	In scadenza 5 giorni rimanenti	ASSENTE	
	» 114-24						26/04/2024	26/04/2025	STORICO		
	» 046-23						21/04/2023	21/04/2024	STORICO		
	» 115-22						21/04/2022	21/04/2023	STORICO		
CAT01899	154-24	MANOMETRO DIGITALE	CONTROL PROCES	160123-12	0 ÷ 300 Bar	0,2%	23/05/2024	23/05/2025	Scaduto da 337 giorni	ASSENTE	
	» 062-23						10/05/2023	10/05/2024	STORICO		
	» 108-22						09/05/2022	09/05/2023	STORICO		
	» 055-21						23/04/2021	23/04/2022	STORICO		
CAT01900	155-24	MANOMETRO DIGITALE	CONTROL PROCES	160123-11	0 ÷ 300 Bar	0,2%	23/05/2024	23/05/2025	Scaduto da 337 giorni	ASSENTE	
	» 063-23						10/05/2023	10/05/2024	STORICO		
	» 109-22						09/05/2022	09/05/2023	STORICO		
CAT01901	156-24	MANOMETRO DIGITALE	CONTROL PROCES	160123-10	0 ÷ 300 Bar	0,2%	23/05/2024	23/05/2025	Scaduto da 337 giorni	ASSENTE	
	» 064-23						10/05/2023	10/05/2024	STORICO		
	» 110-22						09/05/2022	09/05/2023	STORICO		

Lista Strumenti Campione Secondari assegnati al cantiere ISAB SUD

CERTIFICATI

- Attivi: 13
- In Scadenza: 22
- Scaduti: 17
- Senza Scadenza: 3
- Guasti: 0

UBICAZIONE

- 🏢 Ufficio STRU: 21
- 📅 Ufficio Capo Cantiere: 0
- 🔧 Officina: 2
- 👤 Assegnati ai Tecnici: 3
- ✖ Assenti: 29

Totale Strumenti
55

ID-COEMI	Certificato	Modello / Tipo	Costruttore	Matricola	Range Strumento	Err %	Emissione	Scadenza	Stato	Ubicazione	Annotazioni
CAT01902	157-24	MANOMETRO DIGITALE	CONTROL PROCES	160123-9	0 ÷ 300 Bar	0,2%	23/05/2024	23/05/2025	Scaduto da 337 giorni	UFFICIO STRU	
	» 065-23						10/05/2023	10/05/2024	STORICO		
	» 111-22						09/05/2022	09/05/2023	STORICO		
CAT01903	151-24	MANOMETRO DIGITALE	CONTROL PROCES	160123-5	0 ÷ 30 Bar	0,2%	21/05/2024	21/05/2025	Scaduto da 339 giorni	ASSENTE	
	» 059-23						12/05/2022	12/05/2023	STORICO		
	» 105-22						09/05/2022	09/05/2023	STORICO		
CAT01905	022-26	MANOMETRO DIGITALE	CONTROL PROCES	160123-6	0 ÷ 30 Bar	0,2%	30/03/2026	30/03/2027	Attivo per 339 giorni	ASSENTE	
	» 152-24						21/05/2024	21/05/2025	STORICO		
	» 058-23						12/05/2023	12/05/2024	STORICO		
	» 104-22						09/05/2022	09/05/2023	STORICO		
CAT01906	010-26	MANOMETRO DIGITALE	CONTROL PROCES	160123-7	0 ÷ 30 Bar	0,2%	11/02/2026	11/02/2027	Attivo per 292 giorni	OFFICINA	TEST PENUM. 3-15 PSI
	» 150-24						21/05/2024	21/05/2025	STORICO		
	» 060-23						12/05/2023	12/05/2024	STORICO		
	» 106-22						09/05/2022	09/05/2023	STORICO		

Lista Strumenti Campione Secondari assegnati al cantiere ISAB SUD

CERTIFICATI

● Attivi: 13

● In Scadenza: 22

● Scaduti: 17

● Senza Scadenza: 3

● Guasti: 0

UBICAZIONE

🏢 Ufficio STRU: 21

📅 Ufficio Capo Cantiere: 0

🔧 Officina: 2

👤 Assegnati ai Tecnici: 3

✖ Assenti: 29

Totale Strumenti
55

ID-COEMI	Certificato	Modello / Tipo	Costruttore	Matricola	Range Strumento	Err %	Emissione	Scadenza	Stato	Ubicazione	Annotazioni
CAT01907	147-24	MANOMETRO DIGITALE	CONTROL PROCES	160123-3	0 ÷ 10 Bar	0,2%	20/05/2024	20/05/2025	Scaduto da 340 giorni	ASSENTE	
	» 057-23						11/05/2023	11/05/2024	STORICO		
	» 103-22						09/05/2022	09/05/2023	STORICO		
CAT01908	149-24	MANOMETRO DIGITALE	CONTROL PROCES	160123-4	0 ÷ 10 Bar	0,2%	20/05/2024	20/05/2025	Scaduto da 340 giorni	ASSENTE	
	» 055-23						11/05/2023	11/05/2024	STORICO		
	» 101-22						09/05/2022	09/05/2023	STORICO		
CAT01909	148-24	MANOMETRO DIGITALE	CONTROL PROCES	160123-2	0 ÷ 10 Bar	0,2%	20/05/2024	20/05/2025	Scaduto da 340 giorni	ASSENTE	
	» 056-23						11/05/2023	11/05/2024	STORICO		
	» 102-22						09/05/2022	09/05/2023	STORICO		
CAT01944		MODULO DI PRESSIONE ESTERNO PSP-1/IS	WIKA	6925	0 ÷ 200 Bar				N/D	ASSENTE	
CAT02003	153-24	MANOMETRO DIGITALE	WIKA	1A00G6NKAIF	0 ÷ 100 Bar	0,1% FS	21/05/2024	21/05/2025	Scaduto da 339 giorni	ASSENTE	
	» 061-23						10/05/2023	10/05/2024	STORICO		
	» 107-22						09/05/2022	09/05/2023	STORICO		

Lista Strumenti Campione Secondari assegnati al cantiere ISAB SUD

CERTIFICATI

- Attivi: 13
- In Scadenza: 22
- Scaduti: 17
- Senza Scadenza: 3
- Guasti: 0

UBICAZIONE

- 🏢 Ufficio STRU: 21
- 📄 Ufficio Capo Cantiere: 0
- 🔧 Officina: 2
- 👤 Assegnati ai Tecnici: 3
- ✖ Assenti: 29

Totale Strumenti
55

ID-COEMI	Certificato	Modello / Tipo	Costruttore	Matricola	Range Strumento	Err %	Emissione	Scadenza	Stato	Ubicazione	Annotazioni
CAT03500	009-26	MANOMETRO DIGITALE	FLUKE	5030195	0 ÷ 20 Bar	0,05%	11/02/2026	11/02/2027	Attivo per 292 giorni	UFFICIO STRU	
	» 177-24						02/08/2024	02/08/2025	STORICO		
	» 102-23						03/08/2023	03/08/2024	STORICO		
CAT03501	008-26	MANOMETRO DIGITALE	FLUKE	5030184	0 ÷ 20 Bar	0,05%	11/02/2026	11/02/2027	Attivo per 292 giorni	UFFICIO STRU	
	» 178-24						02/08/2024	02/08/2025	STORICO		
	» 103-23						03/08/2023	03/08/2024	STORICO		
CAT03502	130-25	MANOMETRO DIGITALE	FLUKE	4877344	0 ÷ 140 Bar	0,05%	07/05/2025	07/05/2026	In scadenza 12 giorni rimanenti	UFFICIO STRU	
	» 123-24						03/05/2024	03/05/2025	STORICO		
	» 032-23						14/04/2023	14/04/2024	STORICO		
	» 024-22						15/03/2022	15/03/2023	STORICO		
CAT03503	131-25	MANOMETRO DIGITALE	FLUKE	4877347	0 ÷ 140 Bar	0,05%	07/05/2025	07/05/2026	In scadenza 12 giorni rimanenti	OFFICINA	INST. SU POMPETTA H2O
	» 122-24						03/05/2024	03/05/2025	STORICO		
	» 031-23						14/04/2023	14/04/2024	STORICO		
	» 025-22						15/03/2022	15/03/2023	STORICO		

Lista Strumenti Campione Secondari assegnati al cantiere ISAB SUD

CERTIFICATI

- Attivi: 13
- In Scadenza: 22
- Scaduti: 17
- Senza Scadenza: 3
- Guasti: 0

UBICAZIONE

- 🏢 Ufficio STRU: 21
- 📄 Ufficio Capo Cantiere: 0
- 🔧 Officina: 2
- 👤 Assegnati ai Tecnici: 3
- ✖ Assenti: 29

Totale Strumenti
55

ID-COEMI	Certificato	Modello / Tipo	Costruttore	Matricola	Range Strumento	Err %	Emissione	Scadenza	Stato	Ubicazione	Annotazioni
CAT03506	137-25	CALIBR. TEMPERATURA	RS Pro	20200042	-4000 ÷ +20000 mV	0,02%	20/05/2025	20/05/2026	In scadenza 25 giorni rimanenti	ASSENTE	
	» 134-24						15/05/2024	15/05/2025	STORICO		
	» 150-21						24/11/2021	24/11/2022	STORICO		
	» 197-20						23/11/2020	23/11/2021	STORICO		
CAT03507	135-25	CALIBR. TEMPERATURA	RS Pro	20200041	-4000 ÷ +20000 mV	0,02%	20/05/2025	20/05/2026	In scadenza 25 giorni rimanenti	ASSENTE	
	» 132-24						15/05/2024	15/05/2025	STORICO		
	» 152-21						24/11/2021	24/11/2022	STORICO		
	» 199-20						23/11/2020	23/11/2021	STORICO		
CAT03508	136-25	CALIBR. TEMPERATURA	RS Pro	20200043	-4000 ÷ +20000 mV	0,02%	20/05/2025	20/05/2026	In scadenza 25 giorni rimanenti	ASSENTE	
	» 133-24						15/05/2024	15/05/2025	STORICO		
	» 151-21						24/11/2021	24/11/2022	STORICO		
	» 198-20						23/11/2020	23/11/2021	STORICO		
CAT03563	128-25	MANOMETRO DIGITALE	DRUCK	5651698	0 ÷ 20 Bar	0,05 % FS	19/05/2025	19/05/2026	In scadenza 24 giorni rimanenti	ASSENTE	
	» 138-24						16/05/2024	16/05/2025	STORICO		
	» 153-22						21/09/2022	21/09/2023	STORICO		

Lista Strumenti Campione Secondari assegnati al cantiere ISAB SUD

CERTIFICATI

● Attivi: 13

● In Scadenza: 22

● Scaduti: 17

● Senza Scadenza: 3

● Guasti: 0

UBICAZIONE

🏢 Ufficio STRU: 21

📅 Ufficio Capo Cantiere: 0

🔧 Officina: 2

👤 Assegnati ai Tecnici: 3

✖ Assenti: 29

Totale Strumenti
55

ID-COEMI	Certificato	Modello / Tipo	Costruttore	Matricola	Range Strumento	Err %	Emissione	Scadenza	Stato	Ubicazione	Annotazioni
CAT03565	126-25	MANOMETRO DIGITALE	DRUCK	5645085	0 ÷ 2 Bar	0,05 %	19/05/2025	19/05/2026	In scadenza 24 giorni rimanenti	ASSENTE	
	» 136-24						16/05/2024	16/05/2025	STORICO		
	» 151-22						21/09/2022	21/09/2023	STORICO		
CAT03566	129-25	MANOMETRO DIGITALE	DRUCK	5649169	0 ÷ 20 Bar	0,05 %	19/05/2025	19/05/2026	In scadenza 24 giorni rimanenti	ASSENTE	
	» 137-24						16/05/2024	16/05/2025	STORICO		
	» 152-22						21/09/2022	21/09/2023	STORICO		
CAT03950	024-26	CALIBR. TEMPERATURA	FLUKE	5821414	-4000 ÷ +20000 mV	0,02 %	30/03/2026	30/03/2027	Attivo per 339 giorni	ASSENTE	
	» 162-24						07/06/2024	07/06/2025	STORICO		
	» 089-23						07/06/2023	07/06/2024	STORICO		
CAT03951	161-25	CALIBR. TEMPERATURA	FLUKE	5821417	-4000 ÷ +20000 mV	0,02 %	13/06/2025	13/06/2026	Attivo per 49 giorni	UFFICIO STRU	
	» 161-24						07/06/2024	07/06/2025	STORICO		
	» 088-23						07/06/2023	07/06/2024	STORICO		
CAT04105	146-24	TERMORESISTENZA CAMPIONE	METO CONTROLS	MT-TR07	-40 ÷ +600 °C	Classe B	20/05/2024	20/05/2025	Scaduto da 340 giorni	ASSENTE	
	» 049-23						04/05/2023	04/05/2024	STORICO		
	» 056-22						28/04/2022	28/04/2023	STORICO		

Lista Strumenti Campione Secondari assegnati al cantiere ISAB SUD

CERTIFICATI

● Attivi: 13

● In Scadenza: 22

● Scaduti: 17

● Senza Scadenza: 3

● Guasti: 0

UBICAZIONE

🏢 Ufficio STRU: 21

📅 Ufficio Capo Cantiere: 0

🔧 Officina: 2

👤 Assegnati ai Tecnici: 3

✖ Assenti: 29

Totale Strumenti
55

ID-COEMI	Certificato	Modello / Tipo	Costruttore	Matricola	Range Strumento	Err %	Emissione	Scadenza	Stato	Ubicazione	Annotazioni
CAT04119	011-26	MANOMETRO DIGITALE	WIKA	1A00G6NNYJ6	0 ÷ 400 Bar	0,1%	11/02/2026	11/02/2027	Attivo per 292 giorni	UFFICIO STRU	
	» 158-24						23/05/2024	23/05/2025	STORICO		
	» 066-23						10/05/2023	10/05/2024	STORICO		
	» 112-22						09/05/2022	09/05/2023	STORICO		
CAT04120	109-25	MANOMETRO DIGITALE	WIKA	1A00G6KKH2I	-1 ÷ 3 Bar	0,05%	06/05/2025	06/05/2026	In scadenza 11 giorni rimanenti	UFFICIO STRU	
	» 115-24						03/05/2024	03/05/2025	STORICO		
	» 035-23						17/04/2023	17/04/2024	STORICO		
	» 047-22						14/04/2022	14/04/2023	STORICO		
CAT04121	110-25	MANOMETRO DIGITALE	WIKA	1A00G6KJFIG	-1 ÷ 3 Bar	0,1% FS	06/05/2025	06/05/2026	In scadenza 11 giorni rimanenti	ASSENTE	
	» 116-24						03/05/2024	03/05/2025	STORICO		
	» 034-23						17/04/2023	17/04/2024	STORICO		
	» 046-22						14/04/2022	14/04/2023	STORICO		
CAT04122	111-25	MANOMETRO DIGITALE	WIKA	1A00G6KLT2V	-1 ÷ 3 Bar	0,1% FS	06/05/2025	06/05/2026	In scadenza 11 giorni rimanenti	ASSENTE	
	» 117-24						03/05/2024	03/05/2025	STORICO		
	» 033-23						17/04/2023	17/04/2024	STORICO		
	» 045-22						14/04/2022	14/04/2023	STORICO		

Lista Strumenti Campione Secondari assegnati al cantiere ISAB SUD

CERTIFICATI

- Attivi: 13
- In Scadenza: 22
- Scaduti: 17
- Senza Scadenza: 3
- Guasti: 0

UBICAZIONE

- Ufficio STRU: 21
- Ufficio Capo Cantiere: 0
- Officina: 2
- Assegnati ai Tecnici: 3
- Assenti: 29

Totale Strumenti
55

ID-COEMI	Certificato	Modello / Tipo	Costruttore	Matricola	Range Strumento	Err %	Emissione	Scadenza	Stato	Ubicazione	Annotazioni
CAT04123	112-25	MANOMETRO DIGITALE	WIKA	1A00G6NEDIC	0 ÷ 6 Bar	0,05 %	06/05/2025	06/05/2026	In scadenza 11 giorni rimanenti	UFFICIO STRU	
	» 119-24						03/05/2024	03/05/2025	STORICO		
	» 037-23						17/04/2023	17/04/2024	STORICO		
	» 049-22						14/04/2022	14/04/2023	STORICO		
CAT04124	113-25	MANOMETRO DIGITALE	WIKA	1A00G6NFK2J	0 ÷ 6 Bar	0,1% FS	06/05/2025	06/05/2026	In scadenza 11 giorni rimanenti	ASSENTE	
	» 118-24						03/05/2024	03/05/2025	STORICO		
	» 036-23						17/04/2023	17/04/2024	STORICO		
	» 048-22						14/04/2022	14/04/2023	STORICO		
CAT04125	123-25	MANOMETRO DIGITALE	WIKA	1A00G6NHYJ0	0 ÷ 10 Bar	0,1% FS	14/05/2025	14/05/2026	In scadenza 19 giorni rimanenti	ASSENTE	
	» 121-24						03/05/2024	03/05/2025	STORICO		
	» 039-23						17/04/2023	17/04/2024	STORICO		
	» 051-22						14/04/2022	14/04/2023	STORICO		
CAT04126	127-25	MANOMETRO DIGITALE	WIKA	1A00G6NGE2E	0 ÷ 10 Bar	0,1% FS	07/05/2025	07/05/2026	In scadenza 12 giorni rimanenti	ASSENTE	
	» 120-24						03/05/2024	03/05/2025	STORICO		
	» 038-23						17/04/2023	17/04/2024	STORICO		
	» 050-22						14/04/2022	14/04/2023	STORICO		

Lista Strumenti Campione Secondari assegnati al cantiere ISAB SUD

CERTIFICATI

- Attivi: 13
- In Scadenza: 22
- Scaduti: 17
- Senza Scadenza: 3
- Guasti: 0

UBICAZIONE

- Ufficio STRU: 21
- Ufficio Capo Cantiere: 0
- Officina: 2
- Assegnati ai Tecnici: 3
- Assenti: 29

Totale Strumenti
55

ID-COEMI	Certificato	Modello / Tipo	Costruttore	Matricola	Range Strumento	Err %	Emissione	Scadenza	Stato	Ubicazione	Annotazioni
CAT04129	134-25	TERMOCOPPIA CAMPIONE	CTC TERMOFAS	K-CTC-TERMOFAS	-270 ÷ +1370 °C	0,5%	08/05/2025	08/05/2026	In scadenza 13 giorni rimanenti	UFFICIO STRU	
	» 144-24						05/05/2024	05/05/2025	STORICO		
	» 050-23						04/05/2023	04/05/2024	STORICO		
	» 053-22						28/04/2022	28/04/2023	STORICO		
CAT04130	133-25	TERMOCOPPIA CAMPIONE	CTC TERMOFAS	J-CTC-TERMOFAS	-210 ÷ +1200 °C	0,5%	20/05/2025	20/05/2026	In scadenza 25 giorni rimanenti	UFFICIO STRU	
	» 142-24						17/05/2024	17/05/2025	STORICO		
	» 047-23						04/05/2023	04/05/2024	STORICO		
	» 053-22						28/04/2022	28/04/2023	STORICO		
CAT04131	132-25	TERMOCOPPIA CAMPIONE	CTC TERMOFAS	T-CTC-TERMOFAS	-270 ÷ +400 °C	0,5%	20/05/2025	20/05/2026	In scadenza 25 giorni rimanenti	UFFICIO STRU	
	» 143-24						17/05/2024	17/05/2025	STORICO		
	» 048-23						04/05/2023	04/05/2024	STORICO		
	» 055-22						28/04/2022	28/04/2023	STORICO		
CAT09190	025-26	MULTIMETRO DIGITALE	FLUKE	62820823WS	vari	varie	30/03/2026	30/03/2027	Attivo per 339 giorni	ASSEGNATO AL TECNICO	GUARINO RICCARDO
	» 016-25						04/02/2025	04/02/2026	STORICO		
	» ISO 00937/24						02/02/2024	02/02/2025	STORICO		

Lista Strumenti Campione Secondari assegnati al cantiere ISAB SUD

CERTIFICATI

- Attivi: 13
- In Scadenza: 22
- Scaduti: 17
- Senza Scadenza: 3
- Guasti: 0

UBICAZIONE

- 🏢 Ufficio STRU: 21
- 📄 Ufficio Capo Cantiere: 0
- 🔧 Officina: 2
- 👤 Assegnati ai Tecnici: 3
- ✖ Assenti: 29

Totale Strumenti
55

ID-COEMI	Certificato	Modello / Tipo	Costruttore	Matricola	Range Strumento	Err %	Emissione	Scadenza	Stato	Ubicazione	Annotazioni
CAT09191	026-26	MULTIMETRO DIGITALE	FLUKE	62820779WS	vari	varie	30/03/2026	30/03/2027	Attivo per 339 giorni	ASSEGNATO AL TECNICO	TARASCIO BENITO
	» 017-25						04/02/2025	04/02/2026	STORICO		
	» ISO 00938/24						02/02/2024	02/02/2025	STORICO		
CAT09193	018-25	MULTIMETRO DIGITALE	FLUKE	62680905WS	vari	varie	04/02/2025	04/02/2026	Scaduto da 80 giorni	ASSENTE	
	» ISO 00939/24						02/02/2024	02/02/2025	STORICO		
CAT09194	044-25	CALIBRATORE DI LOOP	FLUKE	6283041	vari	± (0,015% RDG + 2 DGT)	13/02/2025	13/02/2026	Scaduto da 71 giorni	ASSEGNATO AL TECNICO	MILLO FRANCESCO
	» LAT 042 00854/24						02/02/2024	02/02/2025	STORICO		
CAT09195	023-26	CALIBRATORE DI LOOP	FLUKE	6367032	4 ÷ 20 mA	0,07%	30/03/2026	30/03/2027	Attivo per 339 giorni	ASSENTE	
	» 045-25						13/02/2025	13/02/2026	STORICO		
	» LAT 042 00853/24						02/02/2024	02/02/2025	STORICO		
CAT09250	100-25	MANOMETRO DIGITALE	WIKA	1A031249O1I	0 ÷ 10 Bar	0,1%	30/04/2025	30/04/2026	In scadenza 5 giorni rimanenti	UFFICIO STRU	
	» 088-24						21/03/2024	21/03/2025	STORICO		
CAT09251	101-25	MANOMETRO DIGITALE	WIKA	1A031247L1D	0 ÷ 10 Bar	0,1%	17/04/2025	17/04/2026	Scaduto da 8 giorni	UFFICIO STRU	
	» 089-24						21/03/2024	21/03/2025	STORICO		

Lista Strumenti Campione Secondari assegnati al cantiere ISAB SUD

CERTIFICATI

- Attivi: 13
- In Scadenza: 22
- Scaduti: 17
- Senza Scadenza: 3
- Guasti: 0

UBICAZIONE

- 🏢 Ufficio STRU: 21
- 📅 Ufficio Capo Cantiere: 0
- 🔧 Officina: 2
- 👤 Assegnati ai Tecnici: 3
- ✖ Assenti: 29

Totale Strumenti
55

ID-COEMI	Certificato	Modello / Tipo	Costruttore	Matricola	Range Strumento	Err %	Emissione	Scadenza	Stato	Ubicazione	Annotazioni
CAT09252	102-25	MANOMETRO DIGITALE	WIKA	1A031248U1N	0 ÷ 10 Bar	0,1%	17/04/2025	17/04/2026	Scaduto da 8 giorni	UFFICIO STRU	
» 090-24							21/03/2024	21/03/2025	STORICO		
CAT09380	171-25	CALIBRATORE DI LOOP	WIKA	3053150	4 ÷ 20 mA	0,07%	17/06/2025	17/06/2026	Attivo per 53 giorni	UFFICIO STRU	
CAT09381	159-25	CALIBRATORE DI LOOP	WIKA	3407130	4 ÷ 20 mA	0,07%	30/05/2025	30/05/2026	Attivo per 35 giorni	UFFICIO STRU	
CAT09382	160-25	CALIBRATORE DI LOOP	WIKA	3407131	4 ÷ 20 mA	0,07%	30/05/2025	30/05/2026	Attivo per 35 giorni	UFFICIO STRU	