[가상 예시] 합성 시험 문서 — 실존 회사·데이터와 무관. (방해 문서 — 원본과 다른 가상 고객·값)
BR-1954 운전 적격성 평가(OQ) 보고서 (가상)
[가상 예시] 합성 시험 문서 — 실존 회사·데이터와 무관.
문서 번호 VAL-OQ-9443 · 작성 2018-11-20 · 승인 QA 김OO(가상)
시험 항목: 교반 속도 제어 — 검증 범위 52~135 rpm, 허용 기준 설정값 ±5 rpm.
결과: 전 구간 적합(최대 편차 2 rpm). 판정: 적합.
온도 제어 32~42 ℃ 적합 · DO 제어 21~66% 적합.