린스 밸리데이션 기준 (가상, holdout)

[가상 예시] 합성 시험 문서 — 실존 회사·데이터와 무관.

본 공정의 린스 밸리데이션은 최종 헹굼수의 pH가 6.0에서 7.5 사이이고 입자수가 500개/mL 이하임을 확인하는 것을 기준으로 하며, 이 기준은 설비 교체나 세척 주기 변경이 있을 때마다 재검증하여야 하고 그 결과는 공정기술 부서의 승인을 받아야 효력이 발생한다.

검토 의견	항목
1차 보류 2차 승인	pH·입자수