Insieme	Codice famiglia	Codice tipo	Attività	Periodicità
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	1	Ispezione visiva	G
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	2	Rilievo dei parametri di funzionamento dell'impianto previsti dal modulo di registrazione mo0214 in riferimento all'istruzione operativa io0218	G
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	3	Controllo display quadro comando (stato di funzionamento ed eventuale presenza di allarmi)	G
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	4	Ispezione visiva	G
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	5	Controllo del livello di cloro nel serbatoio ed eventuale reintegro	G
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	6	Controllo del livello della salamoia ed eventuale reintegro	G
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	7	Controllo display del quadro comando (stato di funzionamento ed eventuale presenza di allarmi)	G
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	8	Accurato controllo di tutti i componenti dell'impianto e sostituzione di eventuali parti di ricambio giudicate difettose	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	9	Le analisi chimiche e la verifica dei dati di funzionamento dell'impianto	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	10	Controllo della durezza totale residua in uscita da entrambi gli addolcitore	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	11	Controllo del cloro attivo libero in ingresso addolcitori	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	12	Controllo dell'assenza del cloro in uscita dei filtri a carbone attivo	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	13	Pulizia dei raccordi di iniezione ipoclorito di sodio	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	14	Controllo e regolazione dei rigetti, pressioni e ricircoli nei due stadi del biosmotizzatore	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	15	Controllo delle varie fasi di regenerazione degli addolcitori e filtri a carbone	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	16	Controllo computer di comando	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	17	Sostituzione mensile di tutte le cartucce filtri	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	18	Pulizia annua del contenitore di sale degli addolcitori	A/SN
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	19	Disinfezione annua moduli del biosmotizzatore	A/SN
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	20	Disinfezione dell'anello acqua dialisi	M
Cappe e plenum a flusso laminare	V1.2	1	Misurazione velocità aria	3M
Cappe e plenum a flusso laminare	V1.2	2	Controllo particolare per ogni cappa con strumento specifico per cappe dotato di certificazione annua	3M
Cappe e plenum a flusso laminare	V1.2	3	Controllo filtri e prefiltri	3M
Cappe e plenum a flusso laminare	V1.2	4	Sostituzione dei filtri se necessaria	3M
Cappe e plenum a flusso laminare	V1.2	5	Pulizia	3M
Cappe e plenum a flusso laminare	V1.2	6	Verifica elettroventilatore	3M
Cappe e plenum a flusso laminare	V1.2	7	Rilascio di stampe dati lettura strumento e tabelle	3M
Celle Frigorifere	V1.3	1	Verifica di funzionamenro e di temperatura	G
Celle Frigorifere	V1.3	2	Verifica allarmi con simulazione reale di intervento	M
Celle Frigorifere	V1.3	3	Verifica temperatura	M
Celle Frigorifere	V1.3	4	Verifica funzionamento compressori	M
Celle Frigorifere	V1.3	5	Verifica funzionamento ventilatori	M
Celle Frigorifere	V1.3	6	Controllo apparecchiature elettriche ed elettroniche: termostati, termometri, registratori di temperatura	M
Celle Frigorifere	V1.3	7	Pulizia condensatore	M
Celle Frigorifere	V1.3	8	Controllo cerniere e chiusure	M
Celle Frigorifere	V1.3	9	Controllo sistema filtraggio	M
Frigoemoteche	V1.4	1	Verifica di funzionamenro e di temperatura	G
Frigoemoteche	V1.4	2	Verifica allarmi con simulazione reale di intervento	S
Frigoemoteche	V1.4	3	Verifica temperatura	S
Frigoemoteche	V1.4	4	Verifica funzionamento compressori	S
Frigoemoteche	V1.4	5	Verifica funzionamento ventilatori	S
Frigoemoteche	V1.4	6	Controllo apparecchiature elettriche ed elettroniche: termostati, termometri, registratori di temperatura	S
Frigoemoteche	V1.4	7	Pulizia condensatore	M
Frigoemoteche	V1.4	8	Controllo cerniere e chiusure	M
Frigoemoteche	V1.4	9	Controllo sistema filtraggio	M
Frigorifero laboratorio	V1.5	1	Verifica di funzionamenro e di temperatura	G
Frigorifero laboratorio	V1.5	2	Verifica allarmi con simulazione reale di intervento	M
Frigorifero laboratorio	V1.5	3	Verifica temperatura	M
Frigorifero laboratorio	V1.5	4	Verifica funzionamento compressori	M
Frigorifero laboratorio	V1.5	5	Verifica funzionamento ventilatori	M
Frigorifero laboratorio	V1.5	6	Controllo apparecchiature elettriche ed elettroniche: termostati, termometri, registratori di temperatura	M
Frigorifero laboratorio	V1.5	7	Pulizia condensatore	M
Frigorifero laboratorio	V1.5	8	Controllo cerniere e chiusure	M
Frigorifero laboratorio	V1.5	9	Controllo sistema filtraggio	M

Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	1	Verifica di funzionamenro e di temperatura	G
Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	2	Verifica allarmi con simulazione reale di intervento	3M
Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	3	Verifica temperatura	3M
Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	4	Verifica funzionamento compressori	3M
Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	5	Verifica funzionamento ventilatori	3M
Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	6	Controllo apparecchiature elettriche ed elettroniche: termostati, termometri, registratori di temperatura	3M
Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	7	Pulizia condensatore	3M
Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	8	Controllo cerniere e chiusure	3M
Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	9	Controllo sistema filtraggio	3M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	1	Verifica di funzionamenro e di temperatura	M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	2	Verifica allarmi con simulazione reale di intervento	3M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	3	Verifica temperatura	3M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	4	Verifica funzionamento compressori	3M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	5	Verifica funzionamento ventilatori	3M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	6	Controllo apparecchiature elettriche ed elettroniche: termostati, termometri, registratori di temperatura	3M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	7	Pulizia condensatore	3M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	8	Controllo cerniere e chiusure	3M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	9	Controllo sistema filtraggio	3M
Ghiacciaie	V1.7	1	Verifica di funzionamenro e di temperatura	M
Ghiacciaie	V1.7	2	Verifica allarmi con simulazione reale di intervento	M
Ghiacciaie	V1.7	3	Verifica temperatura	M
Ghiacciaie	V1.7	4	Verifica funzionamento compressori	M
Ghiacciaie	V1.7	5	Verifica funzionamento ventilatori	M
Ghiacciaie	V1.7	6	Controllo apparecchiature elettriche ed elettroniche: termostati, termometri, registratori di temperatura	M
Ghiacciaie	V1.7	7	Pulizia condensatore	M
Ghiacciaie	V1.7	8	Controllo cerniere e chiusure	M
Ghiacciaie	V1.7	9	Controllo sistema filtraggio	M
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	1	Controllo della temperatura su frigoemoteche, frigoriferi e congelatori	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	2	Sostituzione dei discri di registrazione ove esistenti	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	3	Controllo degli allarmi dove esistenti	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	4	Controllo del liquido frigorigeno	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	5	Controllo della temperatura con tester elettronico	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	6	Controllo dei dispositivi elettronici di allarme e sicurezza, ove esistenti	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	7	Controllo di teleruttori e salvamotori	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	8	Controllo dell'efficienza dei compressori	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	9	Controllo dell'efficienza dei motori elettrici	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	10	Regolazione delle cinghie	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	11	Controllo e pulizia dei condensatori dei gruppi ad aria	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	12	Controllo dell'efficienza delle regolazioni, compresa la loro taratura	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	13	Controllo dell'efficienza delle strumentazioni, compresa la taratura di pressostati, termostati e termometri	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	14	Controllo e pulizia delle sonde	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	15	Controllo e pulizia delle ventole	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	16	Controllo e pulizia dei filtri e dei rilevatori di umidità	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	17	Controllo dell'efficienza delle batterie allarmi	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	18	Controllo e verifica di tenuta degli sportelli e dello stato di conservazione delle guarnizioni	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	19	Controllo e segnalazione di eventuali perdite di gas refriferante	S
Lavapadelle	V1.9	1	Controllo e pulizia con lavaggio acido della caldaia	SN
Lavapadelle	V1.9	2	Verifiche periodiche del funzionamento lavapadelle, pulizia spruzzatori (ugelli)	M
Lavapadelle	V1.9	3	Decalcificazione serpentine, resistenze e funzionamento bulbi termostatici delle vasche, verifica funzionamento meccanico di tutti i componenti	6M
Lavapadelle	V1.9	4	Controllo elettrovalvole e tubazioni per chiamata disinfettante	6M
Lavapadelle	V1.9	5	Controllo e pulizia filtri ingresso acqua, elettrovalvole solenoidi acqua cada, fredda e tubazioni.	3M
Lavapadelle	V1.9	6	Controllo funzionamento del sistema di ribaltamento padella e corretto funzionamento lava pappagallo.	M
Lavapadelle	V1.9	7	Verifica regolare funzionamento pompe dosatrici dei prodotti chimici	M
Lavapadelle	V1.9	8	Controllo dei dispositivi di protezione elettrica e di sicurezza.	3M
Lavapadelle	V1.9	9	Verifica assorbimento resistenze elettriche	3M

Lavapadelle	V1.9	10	Verifica generale come da manuale costruttore	A