

Messstellenliste

1	Änderungsverwaltung	2
2	Messstellenliste	3
2.1	Temperaturmessstellen	3
2.2	Druckmessstellen	4
2.3	Manometer	4

1 Änderungsverwaltung

Version	Datum	Seiten	Visum	Beschreibung
1.0	03.01.2008	1-4	PBA	Dokument erstellt

2 Messstellenliste

2.1 Temperaturmessstellen

Bez.	Instr. Nr.	Einbauort	Fabrikat	Modell / Typ	Messbereich	Toleranz-klasse	Prozess-relevant
TE T1	R811 /812	Kammer, fester Fühler	Jumo	PT100- 3Leiter	0-150 °C	1/3 DIN B	
TE T2	R813 /814	Kammer, Strömungsleitung	Jumo	PT100- 3Leiter	0-150 °C	1/3 DIN B	
TE T3	R815 /816	Kammer, Produktfühler1	Jumo	PT100- 3Leiter	0-150 °C	1/3 DIN B	
TE T4	R817 /818	Kammer, Produktfühler2	Jumo	PT100- 3Leiter	0-150 °C	1/3 DIN B	
TE T5	R821 /822	BelüftungsfILTER	Jumo	PT100- 3Leiter	0-150 °C	1/3 DIN B	
TE T6	R823 /824	Vakuumfilter	Jumo	PT100- 3Leiter	0-150 °C	1/3 DIN B	
TE T11	R835	Kondensator	Jumo	PT100- 3Leiter	0-150 °C	1/3 DIN B	
TE T12	R837	Umlaufbehälter	Jumo	PT100- 3Leiter	0-150 °C	1/3 DIN B	

Toleranzklasse	Temperaturbereich	Toleranz in K	Toleranz in K bei		
			t= 0°C	t= 121°C	t= 134°C
1/3 DIN B	- 70 ... +250°C	$\pm (0.10 \text{ K} + 0.0017 \times t_{\text{mess}})$	$\pm 0.10 \text{ K}$	$\pm 0.31 \text{ K}$	$\pm 0.33 \text{ K}$
DIN A	-200 ...+600°C	$\pm (0.15 \text{ K} + 0.0020 \times t_{\text{mess}})$	$\pm 0.15 \text{ K}$	$\pm 0.39 \text{ K}$	$\pm 0.42 \text{ K}$
.....DIN B	-200 ...+850°C	$\pm (0.30 \text{ K} + 0.0050 \times t_{\text{mess}})$	$\pm 0.30 \text{ K}$	$\pm 0.91 \text{ K}$	$\pm 0.97 \text{ K}$

2.2 Druckmessstellen

Bez.	Instr. Nr.	Einbauort	Fabrikat	Modell / Typ	Messbereich	Toleranz- klasse	Prozess- relevant
PT P1	B802	Kammer	Baumer	ED 701 /N20.4B4.055.11/ 9414/9007/0080	0 - 4000 mbar(a) 4 - 20 mA	± 0.20 % FS	
PT P2	B804	Kammer	Baumer	ED 701 /N20.4B4.055.11/ 9414/9007/0080	0 - 4000 mbar(a) 4 - 20 mA	± 0.20 % FS	
PT P3	B805	Mantel	Wika	ECO-1	0 - 6000 mbar(a) 4 - 20 mA	± 1.0 % FS	
PT P4	B807	Dampfleitung	Wika	ECO-1	0 - 6000 mbar(a) 4 - 20 mA	± 1.0 % FS	

2.3 Manometer

Bez.	Instr. Nr.	Einbauort	Fabrikat	Modell / Typ	Messbereich	Toleranz- klasse	Prozess- relevant
PI	PI100	Dampfleitung	Nuova Fima	MGS 18.1/A-63	-1 / +9 bar(g)	Kl. 1.6	
PI	PI200	Kaltwasserleitung	Nuova Fima	MGS 10.3/A-63	0 / 16 bar(g)	Kl. 1.6	
PI	PI220	Kühlwasserleitung	Nuova Fima	MGS 10.3/A-63	0 / 16 bar(g)	Kl. 1.6	
PI	PI300	Druckluftleitung	Multi-Fix	G.51-10	0 / 10 bar(g)	Kl. 2.5	
PI	PI300.1	Druckluftleitung Türdichtung	Multi Fix	G.51-10	0 / 10 bar(g)	Kl. 2.5	
PI	PI301	Türdichtungsleitung Seite 1	Nuova Fima	MGS10.3/A-63	-1 / +5bar(g)	Kl. 1.6	
PI	PI306	Stützdruckleitung	Multi-Fix	G.51-10	0 / 10 bar(g)	Kl. 2.5	
PI	PI800	Kammer	Wika	232.50.063 m. Druckmittler	-1 / +5bar(g)	Kl. 2.5	
PI	PI804	Mantel	Nuova Fima	MGS10.3/A63SEC	-1 / +5bar(g)	Kl. 1.6	