

Programm- Name PC / BT	Program name PC / HMI	:	s11098010.prj
Programm- Name SPS	Program name PLC	:	10980_10.S7P
Elektroschema Nummer	Circuit diagram number	:	Essen_2007_3_10980
Kunde	Customer	:	Uniklinik Essen Zellbiologie
Modell	Type	:	14-8-12 HS1
Baujahr	Year of construction	:	2008
Apparate Nummer	Machine number	:	10980/2008
SW- Projektleiter	SW- Project manager	:	BME
SW- Ersteller	Programmer	:	BME
BT-Hardware	HMI Hardware	:	MicroInnovation Panel Color MC2 10.4"
SPS-Hardware	PLC Hardware	:	SAIA PCD2 xx7 M157
Prog.sprache / Vers. PC / BT	P Language / Release PC / HMI	:	Galileo Vers. 5.2.1
Prog.sprache / Vers. SPS	P Language / Release PLC	:	STEP7 Version 5.4

Die Software dieser Anlage wurde auf den Zielgeräten gemäss Handbuch für Software Qualität (Sauter 2000) und den nachstehend aufgeführten Validierungsunterlagen validiert . Diese Dokumente können bei der Firma Belimed Sauter AG eingesehen werden.	The software of this machine has been validated on the target equipment according to the Guidelines for software quality (Sauter 2000) and the validation documents listed below. These documents can be reviewed by Belimed Sauter AG
--	--

VALIDIERUNGSUNTERLAGEN / VALIDATION DOCUMENTS:

1. Auftragspezifikation / Order Specification
2. Betriebshandbuch / Operation manual (1)
3. Konfigurationsplan / Configuration plan (1)
4. Funktionale Spezifikation PST / Functional Specification PST
5. SPS Software-Anforderungen / PLC Requirements
6. Standard Software Versionsverwaltung / Standard Software change control
7. Testdokumentation / Test documents

1) Dokument ausgeliefert / document delivered

FREIGABE DER SOFTWARE DURCH / SOFTWARE RELEASED BY: Belimed Sauter AG, CH-8583 Sulgen

Datum / Date: 11.03.08 Name: B. Messmer Visum / Visa: BME