
* Ersatzteilliste - Verfahrenstechnik Seite: 1 / 4 *

* ZEICHNUNGS NR. : 60_300.12207 ERSTELLER : TOC GEAENDERT : TOC INDEX : C *
 * PROJEKT : Essen Uniklinik Zellbiologie DATUM : 10.12.07 DATUM : 27.03.08 *
 * BEZEICHNUNG 1 : RI-Schema 14-8-12 HS1 No.10980 GEPRUEFT : PBA GEPRUEFT : PBA VERZEICH.: essen_2007_3 *
 * BEZEICHNUNG 2 : PST 6050/6060 DATUM : 19.12.07 DATUM : 27.03.08 LISTENART: EFMTXA *

* BEZ	* MENGE	* BENENNUNG	* ABMESSUNG	* WERKSTOFF	* TYP	* ARTIKEL-NR.	* LIEFERANT/HERSTELLER	*
A 500	1	Kondensatableit. MST21H	1/2"	1.4305	MST 21H / PN 25	102000-93	Spirax Sarco	
A 502	1	Kondensatableiter MS	1/2"	MS	BPT 13S:F=24K/PN16/13.0ba	102000-48	Spirax Sarco	
A 503	1	Kondensatableiter MK36U	1/2"	1.4301	MK 36/51 PN40/32.0bar U-M	102000-92	Gestra	
B 508	1	Niveau-Schalter PNP	1/2"	316L	FTL20-002B	5217E+H-13	Endress + Hauser	
B 802	1	Druckaufnehmer ED701	1 1/4"	1.4435	ED 701/N20.4B4.055.11/941	5510-20	Baumer	
B 804	1	Druckaufnehmer ED701	1 1/4"	1.4435	ED 701/N20.4B4.055.11/941	5510-20	Baumer	
B 805	1	Druckaufnehmer ECO-1	1/4"	1.4571	ECO-1 / 0...6bar	5510-49	Wika	
B 807	1	Druckaufnehmer ECO-1	1/4"	1.4571	ECO-1 / 0...6bar	5510-49	Wika	
B4	1	Umlaufbehälter	-	1.4301	Z.Nr. 04-002.5074	04-002.5074	Sauter Sulgen	
B7	1	Druckbehälter Memb. 25L	3/4"	VA/Butyl	ADF 25.10	350 05250	Pneumatex AG	
F 200	1	Sieb	3/4" zu ø 1/2"	1.4404	03-000.5691	03-000.5691	Sauter Sul. /Künzli AG	
F 220	1	Schmutzfänger SF12.1	1 1/4"	Bronze	SF12.1	101RG0-08	Spirax Sarco	
F 300	1	Filter	1/2"	AL	Multi-Fix F.33	136001MF-12	Bachofen / Knocks	
F 300.1	1	Feinstfilter	1/4"	AL	Multi-Fix FX.11	136001MF-19	Bachofen / Knocks	
F 305	1	Filtergehäuse AGT 5"	1"	1.4435	AGT105G3502	103000-51	Pall	
F 305.1	1	Filterelement AB05	1"	Emflon PFR	AB05PFR2PVH4	103001-75	Pall	
F 400	1	Sieb	1 1/2" zu ø 1 1/4"	1.4404	03-000.5688	03-000.5688	Sauter Sul. /Künzli AG	
F 406	1	Filtergehäuse AGT 20"	1 1/2"	1.4435	AGT12G31CDH4	103000-54	Pall	
F 406.1	1	Filterelement AB2	--	Emflon PFR	AB2PFR7PVH4	103001-80	Pall	
F 705	1	Sieb	2 1/2" zu ø 2"	1.4404	03-000.5686	03-000.5686	Sauter Sul. /Künzli AG	
H 804	1	Kugelhahn Schm.griff	1/4"	MS verni.	B-RB-1720-008	131MS000008	Trigress/Economic	
P4	1	Vakuumpumpe Speck-V130		GG-25	V 130 / 3.0kW	5130SPK-34	Speck /E.W. Müller	
PI 100	1	Mano-Vakuumm.MGS-1+9bar	1/4"	1.4301	MGS18,A-63,-1.+9bar/Hg/ps	111000D063-54	Nuova Fima	
PI 200	1	Manometer 0+16bar	1/4"	MS 58	MGS10.3/A-63/0...+16bar	111000D063-32	Nuova Fima	
PI 220	1	Manometer 0+16bar	1/4"	MS 58	MGS10.3/A-63/0...+16bar	111000D063-32	Nuova Fima	
PI 300	1	Manometer G.51 0+10bar	1/4"	MS	Multi-Fix G.51-10	136001MF-06	Bachofen / Knocks	
PI 300.1	1	Manometer G.51 0+10bar	1/4"	MS	Multi-Fix G.51-10	136001MF-06	Bachofen / Knocks	
PI 301	1	Mano-Vakuumm. -1...+5bar	1/4"	MS	MGS10.3/A-63SEC/-1...+5bar	111000D063-31	Nuova Fima	
PI 306	1	Manometer G.51 0+10bar	1/4"	MS	Multi-Fix G.51-10	136001MF-06	Bachofen / Knocks	
PI 800	1	Mano-Vakuumm. -1...+5bar	1 1/4"	1.4435	232.50.063	111000D063-46	Wika	

* Ersatzteilliste - Verfahrenstechnik Seite: 2 / 4 *

* ZEICHNUNGS NR. : 60_300.12207 ERSTELLER : TOC GEAENDERT : TOC INDEX : C *
 * PROJEKT : Essen Uniklinik Zellbiologie DATUM : 10.12.07 DATUM : 27.03.08 *
 * BEZEICHNUNG 1 : RI-Schema 14-8-12 HS1 No.10980 GEPRUEFT : PBA GEPRUEFT : PBA VERZEICH.: essen_2007_3 *
 * BEZEICHNUNG 2 : PST 6050/6060 DATUM : 19.12.07 DATUM : 27.03.08 LISTENART: EFMTXA *

* BEZ	* MENGE	* BENENNUNG	* ABMESSUNG	* WERKSTOFF	* TYP	* ARTIKEL-NR.	* LIEFERANT/HERSTELLER	*
PI 804	1	Mano-Vakuumm. -1..+5bar	1/4"	MS	MGS10.3/A63SEC	111000D063-33	Nuova Fima	
R 110	1	Rückschlagventil	1/2"	1.4401	Small 0,02-0,03 bar:90011	142A40015-01	Hamberger / Cromax	
R 200	1	Rückschlagventil Small	1/2"	1.4301	Small 0,02-0,03 bar:90011	142A20015-02	Hamberger / Cromax	
R 300	1	Rückschlagventil	1/4"	AL	Multi-Fix V.11	136001MF-10	Bachofen / Knocks	
R 303	1	Rückschlagventil Small	1/2"	1.4301	Small 0,02-0,03 bar:90011	142A20015-02	Hamberger / Cromax	
R 306	1	Rückschlagventil Small	1/2"	1.4301	Small 0,02-0,03 bar:90011	142A20015-02	Hamberger / Cromax	
R 402	1	Rückschlagventil Small	1/4"	1.4301	Small 0,02-0,03 bar	142A20008	Hamberger / Cromax	
R 503	1	Rückschlagventil Small	1/2"	1.4301	Small 0,02-0,03 bar:90011	142A20015-02	Hamberger / Cromax	
R 505	1	Rückschlagventil Small	1/2"	1.4301	Small 0,02-0,03 bar:90011	142A20015-02	Hamberger / Cromax	
R 506	1	Rückschlagventil Small	1/2"	1.4301	Small 0,02-0,03 bar:90011	142A20015-02	Hamberger / Cromax	
R 811/812	1	Widerst,therm.flex Jumo	4.5mm	1.4571	2xPT100-3L-5,0-140-5000	5560JUM-21	Jumo	
R 813/814	1	Widerst,therm.fest Jumo	8.0mm	1.4571	2xPT100fest 6/150, Si,kab	5550JUM-01	Jumo	
R 815/816	1	Widerst,therm.flex Jumo	4.5mm	1.4571	2xPT100-3L-5,0-140-5000	5560JUM-21	Jumo	
R 817/818	1	Widerst,therm.flex Jumo	4.5mm	1.4571	2xPT100-3L-5,0-140-5000	5560JUM-21	Jumo	
R 821/822	1	Widerst,therm.fest Jumo	8.0mm	1.4571	2xPT100fest 6/150, Si,kab	5550JUM-01	Jumo	
R 823/824	1	Widerst,therm.fest Jumo	8.0mm	1.4571	2xPT100fest 6/150, Si,kab	5550JUM-01	Jumo	
R 835	1	Widerst,therm.fest Jumo	4.5mm	1.4571	1xPT100-3L-4,5-200, Si,ka	5550JUM-102	Jumo	
R 837	1	Widerst,therm.fest Jumo	4.5mm	1.4571	1xPT100-3L-4,5-200, Si,ka	5550JUM-102	Jumo	
S 411	1	Druckschalter DSB143	1/2"	MS	DSB-143-F931/0,5...+6bar	5215-07	Sauter Basel	
S 506	1	Druckschalter -1..+25bar	1/4"	MS	901.51 111L1:-1.0...+25bar	5215-28	Pewatron / Beck GmbH	
V 300	1	Druckregler	1/4"	AL	R.11 / Serie 1 / Multi-Fi	136001MF-09	Bachofen / Knocks	
V 306	1	Druckregler	1/2"	AL	R.33 / Serie 3 / Multi-Fi	136001MF-14	Bachofen / Knocks	
V 614	1	Magnetventil 2-Weg	1/4"	MS	EV210A 3.5B/24V DC/9.5W	121MS0DA008-01	Danfoss	
V 625	1	Magnetventil 135MF0	1/4"	AL	135MF0/24VDC/13W	121000LU002-01	Bachofen / Lucifer	
V 701	1	Schrägsitzventil	1/2"	1.4581	2000-A-015,0-E-VASA42-C-C	122A40BU015	Buerkert	
V 702	1	Schrägsitzventil	1/2"	1.4581	2000-A-015,0-E-VASA42-C-C	122A40BU015	Buerkert	
V 703	1	Schrägsitzventil	3/4"	1.4581	2000-A-020,0-E-VASA43-C-C	122A40BU020	Buerkert	
V 705	1	Schrägsitzventil	1/2"	1.4581	2000-A-015,0-E-VASA42-C-C	122A40BU015	Buerkert	
V 706	1	Schrägsitzventil	1 1/2"	1.4581	2000-A-040,0-E-VASA46-C-F	122A40BU040	Buerkert	
V 707	1	Kolbensteuerventil 3/2W	1 1/2"	RG	2002-A-040,0-E-RGGM88-B-F	122RG0BU040-01	Bürkert	

* Ersatzteilliste - Verfahrenstechnik Seite: 3 / 4 *

-----*

* ZEICHNUNGS NR. : 60_300.12207	ERSTELLER : TOC	GEAENDERT : TOC	INDEX : C	*
* PROJEKT : Essen Uniklinik Zellbiologie	DATUM : 10.12.07	DATUM : 27.03.08		*
* BEZEICHNUNG 1 : RI-Schema 14-8-12 HS1 No.10980	GEPRUEFT : PBA	GEPRUEFT : PBA	VERZEICH.: essen_2007_3	*
* BEZEICHNUNG 2 : PST 6050/6060	DATUM : 19.12.07	DATUM : 27.03.08	LISTENART: EFMTXA	*

-----*

* BEZ	* MENGE	* BENENNUNG	* ABMESSUNG	* WERKSTOFF	* TYP	* ARTIKEL-NR.	* LIEFERANT/HERSTELLER	*
-----*								
V 708	1	Schrägsitzventil	1/2"	1.4581	2000-A-015,0-E-VASA42-C-C	122A40BU015	Buerkert	
V 711	1	Schrägsitzventil	1"	RG	2000-A-025,0-E-RGGM86-B-E	122RG0BU025	Bürkert	
V 712	1	Schrägsitzventil	1/2"	RG	2000-A-013,0-E-RGGM84-B-C	122RG0BU015	Bürkert	
V 713	1	Schrägsitzventil	1/2"	1.4581	2000-A-015,0-E-VASA42-C-C	122A40BU015	Buerkert	
V 714	1	Schrägsitzventil	1/2"	1.4581	2000-A-015,0-E-VASA42-C-C	122A40BU015	Buerkert	
V 715	1	Schrägsitzventil	1/2"	1.4581	2000-A-015,0-E-VASA42-C-C	122A40BU015	Buerkert	
V 716	1	Schrägsitzventil	1/2"	RG	2000-A-013,0-E-RGGM84-B-C	122RG0BU015	Bürkert	
V 717	1	Schrägsitzventil	1"	1.4581	2000-A-025,0-E-VASA44-C-E	122A40BU025	Buerkert	
V 718	1	Schrägsitzventil	1/2"	1.4581	2000-A-015,0-E-VASA42-C-C	122A40BU015	Buerkert	
V 721	1	Schrägsitzventil	1 1/2"	1.4581	2000-A-040,0-E-VASA46-C-F	122A40BU040	Buerkert	
V 722	1	Schrägsitzventil	1 1/2"	1.4581	2000-A-040,0-E-VASA46-C-F	122A40BU040	Buerkert	
V 723	1	Schrägsitzventil	1"	RG	2000-A-025,0-E-RGGM86-B-E	122RG0BU025	Bürkert	
V 724	1	Schrägsitzventil	1/2"	RG	2000-A-013,0-E-RGGM84-B-C	122RG0BU015	Bürkert	
V 725	1	Schrägsitzventil	1/2"	RG	2000-A-013,0-E-RGGM84-B-C	122RG0BU015	Bürkert	
V 726	1	Schrägsitzventil	1"	RG	2000-A-025,0-E-RGGM86-B-E	122RG0BU025	Bürkert	
V 727	1	Magnetventil 2-Weg	1/4"	1.4401	21L2K1T30-2/2Weg-1/4" / 0	121A0SA008	ODE	
V 728	1	Schrägsitzventil	1/2"	RG	2000-A-013,0-E-RGGM84-B-C	122RG0BU015	Bürkert	
W3	1	Plattenwärmetauscher	3/4"	1.4401	WP 2-20: mit Innengewinde	106A40-74	Javorka / GEA	
W4	1	Plattenwärmetauscher	1 1/2"	1.4401	SL70TK-CC-18 /1,12m2	04-002.6528	ETS	
W5	1	Plattenwärmetauscher	3/4"	1.4401	WP 2-20: mit Innengewinde	106A40-74	Javorka / GEA	
X 103	1	Blende zu Serto	zu ø 15.0mm	1.4435	D=18.5 d=4.0 s=1.5	750 00052	Marton / Zweifel	
X 200	1	Schlauchstück l=300mm	1/2"-3/4"	EPDM/V2A-Umfle.	9999.02-V2A-Umfle.-AG/IG-	350 06125	Reflo AG	
X 205	1	Schlauch SOLAFLEX	12.5mmx18.5 mm	PVC-Ny.gefl.	12.5mmx18.5 mm PVC-transp	350 02477	Maagtechnic	
X 205.1	1	Schlauch SOLAFLEX	12.5mmx18.5 mm	PVC-Ny.gefl.	12.5mmx18.5 mm PVC-transp	350 02477	Maagtechnic	
X 220	1	Schlauchstück l=500mm	1 1/4"	EPDM/V2A-Umfle.	EPDM-V2A-Umflechtung 32x4	350 05113	Reflo AG	
X 222	1	Blende zu Serto	zu ø 12.0mm	1.4435	D=14.5 d=5.0 s=1.5	750 05133	Marton / Zweifel	
X 223	1	Schlauchstück l=500mm	1 1/4"	EPDM/V2A-Umfle.	EPDM-V2A-Umflechtung 32x4	350 05113	Reflo AG	
X 223.1	1	Schlauchstück l=500mm	1 1/4"	EPDM/V2A-Umfle.	EPDM-V2A-Umflechtung 32x4	350 05113	Reflo AG	
X 251	1	Blende zu DN-Verschr.	G 3/4" zu ø 1/2"	1.4435	zum Aufbohren	750 05362	Marton / Zweifel	
X 300	1	Schlauchstück l=300mm	3/4"	EPDM/V2A-Umfle.	9999.02-V2A-Umfle.-AG/IG-	350 01360	Reflo AG	

* BEZ	MENGE	BENENNUNG	ABMESSUNG	WERKSTOFF	TYP	ARTIKEL-NR.	LIEFERANT/HERSTELLER	*
X 300.1	1	T-Verteiler	1/2"	AL	Multi-Fix T.33	136001MF-13	Bachofen / Knocks	
X 300.2	1	Rohr Polyamid schwarz	ø 6.0x4.0mm	Polyamid	1100P0601 - Schwarz	121001-09	Legris AG	
X 300.3	1	Rohr Polyamid schwarz	ø 6.0x4.0mm	Polyamid	1100P0601 - Schwarz	121001-09	Legris AG	
X 303	1	Blende zu Serto	zu ø 8.0mm	1.4435	D=10.0 d=1.5 s=1.5	350 05957	Marton / Zweifel	
X 303.1	1	Rohr Polyamid schwarz	ø 6.0x4.0mm	Polyamid	1100P0601 - Schwarz	121001-09	Legris AG	
X 400	1	Kompensator 100-200mm	1 1/2"	1.4404	Assiwell DN 40	106A40-65	Angst+Pfister	
X 400.1	1	Kompensator 100-200mm	1 1/2"	1.4404	Assiwell DN 40	106A40-65	Angst+Pfister	
X 400.2	1	Wellrohr	1"	1.4571	18.S30000	300 02806	SATO	
X 400.3	1	Blende zu DN-Versch.	G 1 1/4" zu ø 1"	1.4435	zum Aufbohren	750 05364	Marton / Zweifel	
X 400.4	1	Wellrohr	1 1/4"	1.4571	18.S40000	300 02807	SATO	
X 402	1	Rohr Polyamid schwarz	ø 6.0x4.0mm	Polyamid	1100P0601 - Schwarz	121001-09	Legris AG	
X 405	1	Rohr Polyamid schwarz	ø 6.0x4.0mm	Polyamid	1100P0601 - Schwarz	121001-09	Legris AG	
X 500	1	Blende zu Serto	zu ø 15.0mm	1.4435	D=18.5 d=4.0 s=1.5	750 00052	Marton / Zweifel	
X 505	1	Blende zu Serto	zu ø 12.0mm	1.4435	D=14.5 d=2.0 s=1.5	750 05293	Marton / Zweifel	
X 506	1	Blende zu Serto	zu ø 12.0mm	1.4435	D=14.5 d=1.5 s=1.5	750 03772	Marton / Zweifel	
X 600	1	Kompensator 100-200mm	1 1/2"	1.4404	Assiwell DN 40	106A40-65	Angst+Pfister	
X 700	1	Kompensator 100-200mm	1 1/2"	1.4404	Assiwell DN 40	106A40-65	Angst+Pfister	
X 702	1	Kompensator 100-200mm	1 1/4"	1.4404	Assiwell DN 32	106A40-63	Angst+Pfister	
X 705	1	Kompensator 100-200mm	2"	1.4404	Assiwell DN 50	106A40-67	Angst+Pfister	
Y 700	1	Sicherheitsvent. 2,7bar	1"-1 1/2"	1.4571/RG	SV-6395 / 2,7bar	133A2000025-01	Spirax/Herose	
Y 702	1	Sicherheitsvent. 2,7bar	3/4"-1 1/4"	1.4571/RG	SV-6395 / 2,7bar	133A2000020-01	Spirax/Herose	