
* Ersatzteilliste - Verfahrenstechnik Seite: 1 / 2 *

* ZEICHNUNGS NR. : 60_300.12209 ERSTELLER : TOC GEAENDERT : - INDEX : - *

* PROJEKT : Essen Uniklinik Zellbiologie DATUM : 10.12.07 DATUM : - *

* BEZEICHNUNG 1 : RI-Schema ELD-H90 E Nr.3483 GEPRUEFT : PBA GEPRUEFT : - VERZEICH.: essen_2007_3 *

* BEZEICHNUNG 2 : - DATUM : 19.12.07 DATUM : - LISTENART: EFMTXA *

* BEZ	* MENGE	* BENENNUNG	* ABMESSUNG	* WERKSTOFF	* TYP	* ARTIKEL-NR.	* LIEFERANT/HERSTELLER	*
A 508	1	Kondensatableiter MK36U	1/2"	1.4301	MK 36/51 PN40/32.0bar U-M	102000-92	Gestra	
B 122	1	Niveauelektrode 75-90kW	3/8"	1.4435	3H1B10000D	60-300.9313	GEMS/Warrick	
B 125	1	Niveauelektrode 75-90kW	3/4"	1.4571	NRG-16-11	60-300.9314	Gestra/Ramseyer	
B9	1	Wassertank vollst.	-	1.4435	Z.Nr. 05-001.1719	05-001.1719	Sauter Sulgen	
F 208	1	Sieb	3/4" zu ø 1/2"	1.4401	03-000.5691	03-000.5691	Sauter Sul. /Künzli AG	
H 108	1	Kugelhahn Knebelgriff	1"	1.4408	RB 1154-025	131VA000025-01	Trigress	
H 258	1	Kugelhahn Knebelgriff	1/4"	1.4401	RB-7110-008	131A4000008-02	Trigress	
H 808	1	Kugelhahn Schm.griff	1/4"	MS verni.	B-RB-1720-008	131MS000008	Trigress/Economic	
H 808.1	1	Kugelhahn Schm.griff	3/8"	MS verni.	B-RB-1720-010	131MS000010	Trigress/Economic	
H 808.2	1	Kugelhahn Knebelgriff	1/2"	MS verni.	B-RB-1700-015	131MS000015-05	Trigress/Economic	
P8	1	Kreiselpumpe SCY 4081		1.4581/1.4408	SCY 4081.264 - 0,75kW	5140-38	Speck	
PI 208	1	Manometer 0+16bar	1/4"	MS 58	MGS10.3/A-63/0...+16bar	111000D063-32	Nuova Fima	
PI 258	1	Manometer MGS18 0+16bar	1/4"	1.4304	MGS18.3/A / 0...+16bar/psi	111000D063-40	Nuova Fima	
PI 308	1	Manometer MGS 0...+10bar	1/4"	MS	MGS10.2/A / 0...+10bar	111000D063	Moesch	
PI 808	1	Mano-Vakuumm. -1...+9bar	1/4"	1.4301	MGS18/A-63/-1...+9bar/m.rot	111000D063-59	Nuova Fima	
R 101	1	Einschraubheizk. 15kW	2"	1.4404	Z.Nr. 3-6549-89A	5350-28	Electrolux Professional	
R 102	1	Einschraubheizk. 15kW	2"	1.4404	Z.Nr. 3-6549-89A	5350-28	Electrolux Professional	
R 103	1	Einschraubheizk. 15kW	2"	1.4404	Z.Nr. 3-6549-89A	5350-28	Electrolux Professional	
R 104	1	Einschraubheizk. 15kW	2"	1.4404	Z.Nr. 3-6549-89A	5350-28	Electrolux Professional	
R 105	1	Einschraubheizk. 15kW	2"	1.4404	Z.Nr. 3-6549-89A	5350-28	Electrolux Professional	
R 106	1	Einschraubheizk. 15kW	2"	1.4404	Z.Nr. 3-6549-89A	5350-28	Electrolux Professional	
R 208	1	Rückschlagventil Small	1/2"	1.4301	Small 0,02-0,03 bar:90011	142A20015-02	Hamberger / Cromax	
R 259	1	Rückschlagventil	1/2"	1.4401	Small 0,02-0,03 bar:90011	142A40015-01	Hamberger / Cromax	
S 111	1	Temperatur-Begr.Sicher.	1/2"	1.4571/MS	ATHF-70/G,U	5410JUM-03	Jumo	
S 112	1	Druckschalter DSH146	1/2"	1.4104/1.4541	DSH-146-F931/1...+10bar	5215-09	Sauter Basel	
S 113	1	Druckschalter DSB143	1/2"	MS	DSB-143-F931/0,5...+6bar	5215-07	Sauter Basel	
S 435/436	1	Schwimmerschalter Jacob	1/2"	1.4571	10.0035 /L0=245/L1=45/L2=	5217-06	ARBA-TECH	
S 644	1	Thermostat 30-110°	1/2"	VA	DWTIK-100	5410-13	Giesen GmbH	
V 631	1	Schrägsitzventil	1/2"	1.4408	2000-A-013,0-E-VAGM84-C-C	122A40BU015-01	Bürkert	
V 631.1	1	Magnetventil 3-2Weg	3.0mm	KS	PS1-E21162BQ	121000-04	Girmatic / Parker	

Ersatzteilliste - Verfahrenstechnik

Seite: 2 / 2

* ZEICHNUNGS NR. : 60_300.12209 ERSTELLER : TOC GEAENDERT : - INDEX :

```
*   PROJEKT      : Essen Uniklinik Zellbiologie                DATUM      : 10.12.07                DATUM      : -                *
```

* BEZEICHNUG 1	: RI-Schema ELD-H90 E Nr.3483	GEPRUEFT : PBA	GEPRUEFT : -	VERZEICH.: essen 2007 3	*
----------------	-------------------------------	----------------	--------------	-------------------------	---

* BEZEICHNUNG : - DATUM : 19.12.07 DATUM : - LISTENART: EFMTXA *

* BEZ	MENGE	BENENNUNG	ABMESSUNG	WERKSTOFF	TYP	ARTIKEL-NR.	LIEFERANT/HERSTELLER *
-------	-------	-----------	-----------	-----------	-----	-------------	------------------------

[illegible]