

СОВЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

РЕШЕНИЕ

от 12 февраля 2016 года N 42

Об утверждении перечня видов медицинских изделий, подлежащих отнесению при их регистрации к средствам измерений

В соответствии со

[статьей 31 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года,](#)

[статьей 4 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий \(изделий медицинского назначения и медицинской техники\) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года,](#)

[пунктом 110 приложения N 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии,](#)
утвержденному

[Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 года N 98,](#) и

[Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 года N 109 "О реализации Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий \(изделий медицинского назначения и медицинской техники\) в рамках Евразийского экономического союза"](#)
Совет Евразийской экономической комиссии

решил:

1. Утвердить прилагаемый

[перечень видов медицинских изделий, подлежащих отнесению при их регистрации к средствам измерений.](#)

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты вступления в силу

[Протокола, подписанного 2 декабря 2015 года, о присоединении Республики Армения к Соглашению о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий \(изделий медицинского назначения и медицинской техники\) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года,](#) но не ранее чем по истечении 10 календарных дней с даты официального опубликования настоящего Решения.

Члены Совета Евразийской
экономической комиссии:

От Республики
Армения
В.Габриелян

От Республики
Беларусь
В.Матюшевский

От Республики
Казахстан
Б.Сагинтаев

От Кыргызской

Республики
О.Панкратов

От Российской
Федерации
И.Шувалов

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета
Евразийской экономической комиссии
от 12 февраля 2016 года N 42

Перечень видов медицинских изделий, подлежащих отнесению при их регистрации к средствам измерений

Вид медицинского изделия	Медицинские характеристики и величины, определяемые с использованием измерений	Наименования измеряемых величин, единицы	Измерения	Диапазон измерений	Предельно допустимая погрешность
1	2	3	4	5	6
1. Аудиометр медицинский	характеристики слухового анализатора пациента: интенсивность тестовых тональных звуковых сигналов различных частот при воздушном и костном звукопроведении	интенсивность звука (дБ)	измерение интенсивности тестовых тональных звуковых сигналов различной частоты при воздушном и костном звукопроведении	от 125 до 4000 Гц ± 3 дБ включительно свыше 4000 до 8000 Гц	± 5 дБ
2. Весы медицинские	вес (масса) человека	масса (кг)	измерение массы человека	от 0,5 до 15 кг включительно свыше 15 до 150 кг	$\pm 0,01$ кг $\pm 0,1$ кг
3. Динамометр медицинский	сила, развиваемая какой-либо группой мышц человека	сила (даН)	измерение силы, развиваемой какой-либо группой мышц человека	от 5 до 500 даН	$\pm 5\%$
4. Дозиметр клинический универсальный для лучевой терапии	дозовые характеристики фотонного и электронного излучения при лучевой терапии	поглощенная доза (Гр), мощность поглощенной дозы (Гр/с), энергия (МэВ) излучения	измерение поглощенной дозы в воде, поглощенной дозы в биологической ткани, кермы в воздухе при лучевой терапии	от 0,5 до 10,0 Гр	$\pm 3\%$ при внешнем облучении $\pm 5\%$ при внутри-тканевом и полостном облучении
5. Дозиметр рентгеновского излучения	дозовые характеристики излучения при	поглощенная доза в воздухе (Гр), мощность	измерение поглощенной дозы при рентгено-	от $5 \cdot 10^{-6}$ до 0,2 Гр	$\pm 15\%$

клинический	рентгено- диагностических исследованиях	поглощенной дозы ($\text{Гр} \times \text{см}^2$)	диагностических исследованиях: в биологической ткани; кермы в воздухе	от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 $\text{Гр} \times \text{см}^2$	
				от $3 \cdot 10^{-5}$ до 50 $\text{Гр} \times \text{см}^2$ (для компьютерной рентгеновской томографии)	
6. Дозиметр фотонного излучения для радиационного контроля на рабочих местах персонала	дозовые характеристики фотонного излучения на рабочих местах персонала	поглощенная доза (Зв) фотонного излучения	измерение эквивалентов доз (амбиентного, направленного) на рабочих местах персонала и индивидуального эквивалента дозы для персонала	от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 Зв	$\pm 20\%$
7. Медицинские изделия для исследований параметров внешнего дыхания (спирографы, пневмотахографы и др.)	объемы и скорости потока вдыхаемого (выдыхаемого) воздуха	объем газа (л)	измерение объема вдыхаемого (выдыхаемого) воздуха	от 0,2 до 8,0 л	$\pm 3\%$
		скорость потока газа (л/с)	измерение объемных расходов воздуха при дыхании	от 0,4 до 12,0 л/с	$\pm 5\%$
8. Медицинские изделия для исследований состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха (оксиметры, капнометры, алкометры)	концентрации: кислорода (оксиметрия), углекислого газа (капнометрия), паров этаноло (алкометрия)	концентрация (%) или массовое содержание (мг/л) вещества	измерение концентрации или количественного содержания кислорода и углекислого газа во вдыхаемом (или) выдыхаемом воздухе (искусственной газовой дыхательной смеси) в нормобарических условиях:		
			кислород	от 5% до 25% включительно	$\pm 1\%$
				свыше 25% до 100%	$\pm 3\%$
			углекислый газ	от 0% до 4% включительно	$\pm 0,01\%$
				свыше 4 % до 15 %	$\pm 0,5\%$
			измерение массового содержания паров этаноло	от 0 до 0,5 мг/л включительно	$\pm 0,05$ мг/л

			во выдыхаемом воздухе	свыше 0,5 до 0,95 мг/л	± 10%
9. Набор пробных очковых линз	изменения характеристик зрительного аппарата (близорукость, дальнозоркость, косоглазие, астигматизм и др.)	оптическая сила (дптр)	измерение изменений характеристик зрительного аппарата при помощи оптико-физических характеристик пробных очковых линз	оптическая сила от -20,0 до +20,0 дптр призматическое действие от 0,5 до 10,0 дптр	0,06 ... 0,25 дптр 0,2 ... 0,3 дптр
10. Радиометр клинический	активность радиоактивных препаратов, применяемых для медико-биологических исследований, диагностики и лечения заболеваний	радио-активность радионуклидов (Бк)	измерение активности радионуклидов в препаратах, применяемых для микробиологических исследований, диагностики и лечения заболеваний	от 10^3 до 10^{10} Бк	+ 10%
11. Ростомер медицинский	рост человека	длина (см)	измерение роста человека	от 30 до 200 см	± 0,5 см
12. Термометр медицинский	температура тела человека	температура (°C)	измерение температуры тела человека	от 32 до 42°C включительно	± 0,1°C
13. Тонометр медицинский, кроме систем мониторинга состояния пациента со встроенным каналом измерения артериального давления	значения систолического и диастолического артериального давления крови	измерение избыточного давления воздуха в компрессионной манжете (мм рт.ст.)	измерение артериального давления крови (неинвазивное)	от 40 до 250 мм рт. ст.	± 3 мм рт.ст.
14. Фотометр, спектрофотометр, фотоколориметр	концентрация веществ, активность ферментов в жидких	оптическая плотность растворов	измерение значений оптической плотности с	от 0 до 2 ед. ОП включительно	± 0,06 ед. ОП
медицинские для клинической лабораторной диагностики	биологических пробах	исследуемых веществ (ед. ОП)	последующим пересчетом измеренного значения в необходимый параметр в соответствии с методикой исследования	свыше 2 до 4 ед. ОП	± 0,6 ед. ОП
15. Эргометр медицинский	дозированная по мощности физическая нагрузка	мощность механическая (Вт)	измерение дозированной по мощности физической нагрузки	от 7 до 100 Вт включительно свыше 100 до 500 Вт включительно свыше 500 до	± 2% ± 3% ± 5%

1000 Вт

Примечания:

1. Медицинские изделия, в отношении которых проводятся испытания в целях утверждения типа средств измерений, должны удовлетворять требованиям в части диапазона измерений и предельно допустимой погрешности с учетом их назначения.

2. Актуализация Перечня видов медицинских изделий, подлежащих отнесению при их регистрации к средствам измерений, осуществляется на основании предложений уполномоченных органов государств - членов Евразийского экономического союза в порядке, установленном

[Регламентом работы Евразийской экономической комиссией](#) утвержденным

[Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 года N 98.](#)

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт
Евразийского экономического союза
www.eaeunion.org, 02.06.2016

[Об утверждении перечня видов медицинских изделий, подлежащих отнесению при их регистрации к средствам измерений \(Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ"\)](#)