

Contrato / Certificado de Calibracao

Registo metrologico simplificado | Referencia: MED-CAL-2026-001

Documento simulado para associacao a processos de calibracao do inventario tecnico MEDICORE.

Laboratorio / Prestador	CalibraMed Portugal	Certificado	CERT-01-001-2024
Equipamento	Ventilador Pulmonar	Modelo	Evita V600
Codigo MEDICORE	01.001	Numero de serie	SN-VENT-001
Data da calibracao	2024-03-20	Proxima calibracao	2025-03-20
Resultado	Aprovado	Custo previsto	180,00 EUR

Resumo metrologico

1. Procedimento aplicado

Verificacao de parametros ventilatorios e alarmes associados.

2. Condicoes de aceitacao

O equipamento e considerado apto quando os parametros verificados se encontram dentro dos limites definidos internamente.

3. Rastreabilidade

A calibracao deve ser registada no MEDICORE, incluindo numero de certificado, data, resultado e proxima verificacao.

4. Observacao

Este documento e uma simulacao academica e nao substitui um certificado metrologico acreditado.

Pelo Hospital MEDICORE

Pelo Fornecedor / Prestador