

Contrato / Ordem de Manutencao

Intervencao tecnica simplificada | Referencia: MED-MAN-2026-001

Documento simulado para registo de manutencao no modulo de calibracao e manutencao do MEDICORE.

Prestador	Drager Portugal	Tipo de manutencao	Preventiva
Equipamento	Ventilador Pulmonar	Modelo	Evita V600
Codigo MEDICORE	01.001	Numero de serie	SN-VENT-001
Data da intervencao	2024-03-15	Proxima manutencao	2024-09-15
Resultado	Realizada	Custo previsto	0,00 EUR

Plano de intervencao

1. Procedimento

Inspecao geral, teste funcional, verificacao de alarmes e limpeza tecnica.

2. Responsabilidades

O prestador executa a intervencao tecnica, regista anomalias e comunica eventuais necessidades de substituicao de componentes.

3. Criterios de conclusao

O equipamento so retorna ao servico apos teste funcional, validacao pela Engenharia Clinica e atualizacao do estado no MEDICORE.

4. Registo documental

O relatorio final deve ficar associado ao equipamento, permitindo rastreabilidade historica das intervencoes.

Pelo Hospital MEDICORE

Pelo Fornecedor / Prestador