구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)

2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.

2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]

- 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함

- 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수

- 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함

3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함

4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름

5. 부가세 및 설치비 포함

6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	전체 수량	세부 수량	설치장소 (자연과학관)
1	위관영양, 기관절개관 흡인실습모형	㈜비티, BT-CSIS	24	6	2층, 기본간호학실습실1
				6	2층, 기본간호학실습실2
				6	3층, 기본간호학실습실3
				6	3층, 기본간호학실습실4
2	관장실습모형	㈜비티, BT-CSEN	24	6	2층, 기본간호학실습실1
				6	2층, 기본간호학실습실2
				6	3층, 기본간호학실습실3
				6	3층, 기본간호학실습실4
3	남성도뇨실습모형	(주)비티, BT-CSCF	16	4	2층, 기본간호학실습실1
				4	2층, 기본간호학실습실2
				4	3층, 기본간호학실습실3
				4	3층, 기본간호학실습실4
4	여성도뇨실습모형	(주)비티, BT-CSCF	16	4	2층, 기본간호학실습실1
				4	2층, 기본간호학실습실2
				4	3층, 기본간호학실습실3
				4	3층, 기본간호학실습실4
5	정맥주사실습모형	㈜비티, BT-CSIV1	24	6	2층, 기본간호학실습실1
				6	2층, 기본간호학실습실2
				6	3층, 기본간호학실습실3

				6	3층, 기본간호학실습실4
6	피하주사모형	㈜비티, BT-CSIC	40	10	2층, 기본간호학실습실1
				10	2층, 기본간호학실습실2
				10	3층, 기본간호학실습실3
				10	3층, 기본간호학실습실4
7	피내주사모형	㈜비티, BT-CSID	40	10	2층, 기본간호학실습실1
				10	2층, 기본간호학실습실2
				10	3층, 기본간호학실습실3
				10	3층, 기본간호학실습실4
8	둔부근육주사실습모형	㈜비티, BT-CSIM2	24	6	2층, 기본간호학실습실1
				6	2층, 기본간호학실습실2
				6	3층, 기본간호학실습실3
				6	3층, 기본간호학실습실4
9	욕창, 창상실습모형	㈜비티, BT-CSCB	8	2	2층, 기본간호학실습실1
				2	2층, 기본간호학실습실2
				2	3층, 기본간호학실습실3
				2	3층, 기본간호학실습실4
10	혈압측정시뮬레이터	㈜비티, BT-CEAB2	8	2	2층, 기본간호학실습실1
				2	2층, 기본간호학실습실2
				2	3층, 기본간호학실습실3
				2	3층, 기본간호학실습실4
11	기도확보실습모형	㈜비티, BT-CSIE-T	3	1	2층, 기본간호학실습실1
				1	3층, 기본간호학실습실3
				1	3층, 기본간호학실습실4

1. 위관영양, 기관절개관 흡인실습모형 / ㈜비티, BT-CSIS

가. 특징

1) 실제 인체와 유사한 형상과 피부느낌으로 사실감 있는 실습이 가능
2) 구강 카테터, 비강 카테터 삽입이 가능
3) 구강 카테터, 비강 카테터 삽입이 가능
4) 카테터 삽입시 위에서 청진기로 공기주입 청진음 확인이 가능

5) 영양액 주입 및 배출이 가능
6) 위 모형과 기도 모형은 탈착이 용이하여 세척 및 관리가 용이
7) 앙와위, 반좌위, 좌위 자세(0°, 21~45°,90°)로 조절할 수 있어 실습에 맞게 체위를 변경 가능
8) 투명창을 통하여 위관 튜브 삽입 확인 가능
9) 기관절개관 간호실습 가능
10) 기관내 흡인간호 실습시 인공객담을 주입하여 흡인간호실습 가능
11) 경피적위루관(PEG)을 통한 영양액 주입 및 배출 실습, 위루 Tube care 실습 가능

나. 규격

1) 성인 상반신모형 : 9kg / 310×700×238
2) 보관용 가방 : 7kg / 380×820×270
3) 제품 전체 : 약 16kg



다. 구성

1) 성인 상반신모형 본체 : 1개
2) 배출용 튜브 : 1개
3) 보관용 가방 : 1개

2. 관장실습모형 / ㈜비티, BT-CSEN

가. 특징

1) 실제와 유사한 관장실습모형을 통하여 사실감 있는 실습 가능
2) 실제 환자와 같은 자세를 취할 수 있음 (Sim's Position, Knee-chest Position)
3) 실제 환자에 적용되는 수용성 윤활제 사용 가능
4) 렉탁튜브 크기와 상관없이 카테터 실습 가능
5) 글리세린 관장실습 가능
6) 체크밸브 형태로 글리세린 관장실습 후 용액이 흘러나오지 않음



나. 규격

1) 성인 둔부모형 : 3.5kg / 330×430×340
2) 보관용 가방 : 2.4kg / 440×330×390
3) 제품 전체 : 약 6kg

다. 구성

1) 성인 둔부모형 본체 : 1개
2) 배출용 튜브 : 1개
3) 보관가방 : 1개

3. 남성도뇨실습모형 / ㈜비티, BT-CSCM

가. 특징

1) 실제와 유사한 도뇨실습모형을 통하여 사실감 있는 실습 가능
2) 실제 환자와 같은 자세를 취할 수 있음

3) 실제 환자에 적용되는 수용성 윤활제를 사용 가능
4) 카테터 크기와 상관없이 다양한 크기의 카테터 실습이 가능
5) 체크밸브가 내장되어 카테터 제거 후 용액이 흘러나오지 않음
6) 카테터가 정확히 삽입되면 뇨(물)유출의 확인이 가능
7) 음경포피는 씌우거나 제거 가능
8) 외성기 모형과 둔부외부 모형은 분리되어 외성기 모형 세척 및 관리가 용이

나. 규격

1) 성인 둔부모형 : 3.5kg / 430×280×200
2) 보관용 가방 : 2.4kg / 440×330×390
3) 제품 전체 : 약 6kg



다. 구성

1) 성인둔부모형 본체 : 1개
2) 인공뇨공급백 : 1개
3) 보관용 가방 : 1개

4. 여성도뇨실습모형 / ㈜비티, BT-CSCF

가. 특징

1) 실제와 유사한 도뇨실습모형을 통하여 사실감 있는 실습 가능
2) 도뇨실습 모형은 실제 환자와 같은 자세를 취할 수 있다.
3) 실제 환자에 적용되는 수용성 윤활제를 사용 가능
4) 카테터 크기와 상관없이 다양한 크기의 카테터 실습이 가능
5) 체크밸브가 내장되어 카테터 제거 후 용액이 흘러나오지 않음
6) 카테터가 정확히 삽입되면 뇨(물)유출의 확인이 가능
7) 카테터가 질내로 삽입되면 부저음으로 확인할 수 있다.
8) 외성기 모형과 둔부외부 모형은 분리되어 외성기 모형 세척 및 관리가 용이

나. 규격

1) 성인 둔부모형 : 3.5kg / 430×280×200
2) 연장다리모형(좌/우) : 각 1kg/320×150×150
3) 보관용 가방 : 2.4kg / 440×330×390
4) 제품 전체 : 약 8kg



다. 구성

1) 성인둔부모형 본체 : 1개
2) 연장다리모형(좌/우) : 각 1개
3) 인공뇨공급백 : 1개
4) 보관용 가방 : 1개

5. 정맥주사실습모형 / ㈜비티, BT-CSIV1

가. 특징

1) Skin(표피,진피)과 지방층의 구분으로 실제와 같은 느낌
2) 한 제품으로 척측피정맥, 요측피정맥, 정중정맥, 중수정맥까지 실습 가능
3) Skin과 정맥튜브의 일체형으로 손쉬운 교체
4) 원터치 연결방식의 커넥터로 설치 및 교체 용이
5) 무소음 및 실습 후 청소 용이
6) 220V 전원, 건전지 겸용으로 제작되어 실습장소에 구애를 받지 않음

나. 규격

1) 팔 모형 : 1.4kg / 580×120×80
2) 펌프 구동장치 : 0.6kg / 180×70×105
3) 받침대 : 0.3kg / 270×200×24
4) 보관용 가방 : 2.2kg / 730×280×140
5) 제품 전체 : 약 5.5kg



다. 구성

1) 팔 모형 본체 : 1개
2) 스킨 패드(정맥튜브 내장) : 4개
3) 정량펌프 : 1개
4) 받침대 : 1개
5) 혈액용 색소(30ml) : 1개
6) 혈액용기 : 1개
7) 연결용 튜브 : 3개
8) 전원 어댑터(9VDC 1A) : 1개
9) 배터리 홀더 : 1개
10) 보관용 가방 : 1개

6. 피하주사실습모형 /㈜비티, BT-CSIC

가. 특징

1) 주사부위의 저항감과 감촉이 실제와 유사
2) 장착형 제품으로 손쉽게 장착 및 분리가 가능
3) 피하주사 모형은 손쉽게 세척 및 재설치가 가능

나. 규격

1) 피하주사 모형 : 0.3kg (105×150×55㎜)
2) 장착형 암밴드 : 0.1kg (480×150×3㎜)
3) 제품 전체 : 약 0.5kg



다.구성

1) 피하주사 모형 : 1개
2) 장착형 암밴드 : 1개

7. 피내주사실습모형 /㈜비티, BT-CSID

가. 특징

1) 주사부위의 저항감과 감촉이 실제와 유사
2) 장착형 제품으로 손쉽게 장착 및 분리가 가능
3) 피내주사 모형은 손쉽게 세척 및 재설치가 가능
4) 진단검사, 약물의 피부반응 검사, 예방접종 실습이 가능



나. 규격

1) 피내주사 모형 : 0.2kg (82×152×20㎜)
2) 장착형 암밴드 : 0.1kg (340×150×3㎜)
3) 제품 전체 : 약 0.5kg

다.구성

1) 피하주사 모형 : 1개
2) 장착형 암밴드 : 1개

8. 둔부근육주사실습모형 / ㈜비티, BT-CSIM2

가. 특징

1) 실제와 유사한 인체 둔부모형을 통하여 사실감 있는 실습이 가능
2) 둔부모형은 연질피부, 근육층, 경질골격으로 구성
3) 둔부의 복면, 둔부의 배면 주사실습이 가능
4) 연질 실리콘 재질을 사용하여 주사바늘 자국이 거의 남지 않음
5) 둔부모형의 피부는 자가교체가 가능
6) 둔부의 양측 근육주사가 가능
7) 약물주입(물) 및 배출이 용이

나. 규격

1) 둔부 모형 : 5kg / 330×260×380
2) 보관용 가방 : 2.7kg / 450×450×260
3) 제품 전체 : 약 8kg



다. 구성

1) 둔부 모형 본체 : 1개
2) 둔부모형 거치대 : 1개
3) 배출용기(배출튜브 1개 포함) : 1개
4) 배출주사기 : 1개
5) 보관용 가방 : 1개

9. 욕창, 창상실습모형 / ㈜비티, BT-CSCB

가. 특징

1) 욕창1단계 /2단계 /3단계 /4단계로 구성됨
   가) 욕창1단계 : 피부손상 미발생 / 붉은 흔적
   나) 욕창2단계 : 표피, 진피 일부 손상 / 분홍색 또는 붉은색
   다) 욕창3단계 : 표피, 진피, 피하조직 손상 / 노란색 괴사조직
   라) 욕창4단계 : 근막 이하 조직까지 손상 / 근육, 힘줄, 뼈 노출 및 어두운 괴사조직과 잠식 확인
2) 각 욕창단계에 창상이 포함됨
3) 단일모형 실습이 가능
4) 전신형 인체모형 및 실제 인체에 장착하여 실습이 가능
5) 드레싱 실습이 가능



나. 규격

1) 욕창 실습모형 : 300×280×80
2) 무게 : 약 0.8kg (1개) / 약 5kg (보관용 가방포함 전체)

다. 구성

1) 욕창1단계/2단계/3단계/4단계 : 각 1개
2) 인체모형 장착용 고정밴드 : 1개
3) 보관용 가방 : 1개

10. 혈압측정시뮬레이터/ ㈜비티, BT-CEAB2

가. 특징

1) 청진기를 사용하여 실제와 같은 혈압 진찰을 실습 가능
2) 수축기/이완기 혈압을 임의로 설정 가능 (혈압범위 : 35~240mmHg)
3) 분당 맥박수를 임의로 설정 가능 (맥박설정범위 : 40~140회/분)
4) 수축기/이완기 혈압 및 맥박수를 자동설정 기능을 이용하여 설정 가능
5) 청진간극(Auscultatory gap)을 설정 가능 (On/Off 설정)
6) 맥박 강도를 조절 가능 (3단계 설정)
7) 코로트코프(Korotkoff)음의 볼륨 조절 가능 (5단계 설정)
8) 요골/상완 동맥에서 실제와 같은 맥박을 촉지 가능
9) 상완 동맥에서 실제와 같은 코로트코프음 청취 가능
10) 다양한 실습모드를 통해 청음법, 촉진법, 촉진→청음법 실습 훈련을 수행 가능
11) 커프에 가해진 압력의 변화가 실시간으로 화면에 표시 (혈압범위 : 0~300mmHg)
12) 수축기 혈압 이상의 초과가압기준을 설정 가능 (10~50mmHg)
13) 수축기/이완기 혈압 사이에서 감압속도가 실시간으로 화면에 표시
14) 인체모형은 연질소재로 제작되었으며, 실제 인체와 유사한 느낌을 재현
15) 훈련모드와 평가모드를 통하여 자가학습 및 평가가 가능
16) 터치스크린 방식의 칼라디스플레이 장치를 적용하여 실습이 용이
17) 무선 블루투스 방식으로 설치 및 이동성이 편리
18) 실습결과를 저장 가능
19) 220V전원 및 건전지 사용이 가능하여 실습장소에 구애를 받지 않음

나. 규격

1) 팔 모형 : 1.2kg (720×110×110mm)
2) 디스플레이 장치 : 0.6kg (263×181×10mm)
3) 보관용 가방 : 2.2kg (730×280×140mm)
4) 제품 전체 : 약 5.5kg




다. 구성

1) 혈압맥박측정용 팔 본체 : 1개
2) 태블릿 PC : 1대
   (그래픽 기반의 혈압맥박측정 실습용 소프트웨어 내장, 안드로이드 기반일 것)
3) 전용 혈압계 : 1개
4) 실습용 팔모형 거치대 : 1개
5) 전원 어댑터 (12VDC 1.5A) : 1개
6) 배터리 홀더 : 1개
7) 보관용 가방 : 1개

11. 기도확보실습모형/ ㈜비티, BT-CSIE-T

가. 특징

1) 성인 상반신 모형으로 기도삽관 실습이 용이
2) 실제 인체와 유사한 형상과 피부느낌으로 사실감 있는 실습이 가능
3) 머리기울임/턱들어올리기법(Head tilt/Chin lift), 냄새 맡는 자세(Sniffing position) 실습이 가능
   턱밀어올리기법(Jaw Thrust) 실습이 가능
4) 수동식 인공 호흡기(Bag-Valve-Mask)를 이용한 인공호흡이 가능
5) 구강용 및 비강용 기도유지기의 삽입이 가능
6) 기도삽관튜브(ETT), 후두마스크(LMA), 콤비튜브(Combi-Tube)의 삽입이 가능
7) 후두경을 이용한 기도삽관 실습이 가능
8) 폐 내 공기 주입 시 가슴의 팽창 여부를 육안으로 확인가능하고 청진으로 기도삽관의 적절성을 확인할 수 있음
9) 위장 내 공기 주입 시 가슴의 팽창 여부를 육안으로 확인가능



나. 규격

1) 성인 상반신 모형 : 8.5kg (700×300×220㎜)

다. 구성

1) 성인 상반신 모형 : 1대
2) 윤활제 : 1개
3) 보관용 가방 : 1개
4) 암브백(성인) : 1개(본체 1대당 수량이 아닌 전체수량임)
5) 암브맥(소아) : 1개(본체 1대당 수량이 아닌 전체수량임)