구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]
- 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
- 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
- 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
5. 부가세 및 설치비 포함
6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	설치장소
1	동결건조기	일신바이오 LP-03	1	자연과학관 4층 약학기초실험실

1. 동결건조기 / 일신바이오 LP-03

가. 특징

1) 시료를 동결시킨 후 진공 상태에서 승화시켜 건조하는 방식으로, 열에 민감한 제약·생물학 시료의 구조 및 활성 보존에 적합
2) -45℃ 및 -80℃ 두 가지 콜드트랩 온도 조건을 지원하여 다양한 용매 및 시료 특성에 대응 가능
3) 3 kg급 응축 용량으로 실험실 규모의 반복적인 동결건조 작업에 적합
4) 디지털 제어부를 통한 온도·진공도 실시간 표시 및 건조 공정 모니터링 가능
5) 스테인리스 스틸 콜드트랩 적용으로 내부식성 및 세척 편의성 확보
6) 진공펌프 연동 구조로 안정적인 진공도 유지 및 건조 효율 확보

나. 규격

1) 방식 : 동결건조(Freeze Drying / Lyophilization) 방식
2) 콜드트랩 온도 : -45℃ 및 -80℃ 조건 지원
3) 응축 용량(Ice Condenser Capacity) : 3 kg
4) 콜드트랩 재질 : 스테인리스 스틸(STS304)
5) 도달 진공도 : 10 mTorr 이하
6) 제어방식 : 디지털 마이크로프로세서 제어, 온도·진공도 디스플레이 표시
7) 냉각방식 : 공랭식 밀폐형 콤프레서
8) 진공펌프 : 전용 진공펌프 포함
9) 안전장치 : 과열방지, 과전류 차단장치 적용
10) 전원사양 : 220V±10% AC, 50/60Hz 단상
11) 인증 : CE 또는 동등 인증 취득 제품

다. 구성

1) 본체(동결건조기) 1대
2) 진공펌프 1대
3) 진공호스 및 연결 부속품 1식
4) 전원 케이블 1식
5) 사용설명서 1부

