구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]
- 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
- 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
- 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
5. 부가세 및 설치비 포함
6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	**설치장소**
1	습식석션기	㈜디보바인, myvac	5	보건관 2층 스켈링실습실

1. 습식석션기 / ㈜디보바인, myvac

가. 특징

1) 치과진료 시 발생된 각종 흡입물을 흡입관을 통하여 흡입 처리하기 위한 장비
2) 적은 물로 강력한 진공압을 생성하여 경제성이 높음
3) 거름망을 손쉽게 분리하도록 설계하여 관리가 편리함
4) 소음이 작아 조용하며 쾌적한 진료환경을 유지시켜줌
5) 1마력의 모터 장착으로 치과 유니트 체어 최대 4대까지 사용가능

나. 규격

1) 전체 크기 : 200(W)×360(H)×200(L) mm
2) 전원/소비전력 : AC220V, 60Hz / 1100W
3) 모터 : 820W/ 1HP
4) 진공 압력 : 0.086Mpa
5) 흡입량 : 320Liter
6) 압축기 속도 : 3,450RPM
7) 처리대수 : 4Unit Chair
8) 제품 무게 : 16Kg



다. 구성

1) 본품 : 1EA
2) 거름망(Strainer) : 1EA
3) 사용설명서(Operation) : 1부