구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
2-1.「동급사양이상확인서」신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 이기평(063-850-7768)]
- 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
- 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(lkp331@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
- 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
5. 부가세 및 설치비 포함
6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번 호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수 량	설치장소
1	냉동고	라셀르, LOC-381F	1	의학관 5층 516호 동물실험자료실 (건물번호 69)
2	대용량착즙기	휴롬, CE50	1	
3	고속 분산형 균질기	ELE, ESR-500X	1	

1. 냉동고 / 라셀르, LOC-381

가. 특징

1) 최대 영하 50도까지 온도 조절이 됨
2) 300L의 저장공간을 가지고 있음
3) 원하는 온도 설정 시 온도감지센서가 자동으로 냉기량을 조절하여 온도를 일정하게 유지시킴
4) 직접 냉각방식으로 설계되어 있음

나. 규격

1) 크기(W×D×H) : 1135mm x 750mm x 895mm
2) 소비전력 : 280W
3) 정격전압 : 220v/60Hz



다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

2. 대용량착즙기 / 휴롬, CE50

가. 특징

1) 하나의 바디에 멀티스쿠루와 망 필터 방식, 두 가지 착즙 타입을 모두 호환하는 듀얼 프레스 스위칭 기술을 탑재
2) 기본 탑재된 멀티 스크루는 하나의 스크루로 필터 교체 없이 다양한 레시피에 활용 가능
3) 3L 대용량 메가 호퍼와 24시간 연속해서 사용이 가능한 상업용 모터를 탑재
4) 컨테이너 분리 없이 버튼 하나로 드럼 내부까지 간이 세척할 수 있는 린스 기능과 식기세척기 가능 소재를 적용



나. 규격

1) 필터 : 이지타임 멀티스쿠루
2) 크기 및 무게 : W292 × L284 × H516 (mm), (10kg)
3) 속도 : 63 RPM
4) 전압/전력 : 220-240V 50/60Hz, 250W
5) 용량 : 호퍼(3L), 드럼(800mL), 쥬스컵(1.5L), 찌꺼기컵(3L)
6) 재질 : 트라이탄 + PEI울템 + ABS + PETG + PC + 실리콘

다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

3. 고속 분산형 균질기 / ELE, ESR-500X

가. 특징

1) 소량 시료를 분산·유화·균질화하여 실험실 시험과 신제품 개발에 사용하는 믹서
2) 로터-스테이터 방식: 회전자(로터)와 고정자(스테이터)를 정밀하게 배치해 고전단 작용으로 시료를 유화·균질화하는 구조
3) 회전속도 조절: 디지털표시와 무단 속도조절기능을 제공하여 시료와 공정에 맞게 원전 조건을 설정
4) 양방향 시료 흡입 구조: 균질화 효과를 높이는데 도움
5) 실험실 규모의 처리 용량: 권장 처리량은 300~8,000mL로 소량 시험부터 수 리터 규모의 시제품 제조까지 대응
6) 스테인리스 접액부: 재료와 접촉하는 부분의 소재로 SUS304·SUS316L이 기재
7) 크림·연고·소스·화장품·의약품 등 다양한 제형의 시제품 제조에 활용



나. 규격

1) 정격 전력 및 전원 : 500W, 220V, 50Hz
2) 회전속도 및 처리용량 : 0~12.000rpm, 300~8,000mL(0.3~8L)
3) 속도제어 : 디지털 표시, 무단 속도 조절
4) 접액부 재질 : SUS304/SUS316L
5) 크기 및 무게 : 280 x 360 x 730mm, 18kg

다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품